Responsabile del procedimento:
Chiara Cemulini
Mail: chiara.cemulini@arcs.sanita.fvg.it

Responsabile dell'istruttoria:
Linda Baiutti
Mail: linda.baiutti@arcs.sanita.fvg.it

Riferimenti precedenti nessuno
Allegati: Allegato A – bozza Capitolato tecnico ID 25ECO003
Allegato B – Questionario tecnico ID 25ECO003

Oggetto: CONSULTAZIONE CON IL MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TNT STERILE /NON STERILE (ID 25ECO003)

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente all'espletamento della consultazione preliminare di mercato (ex art. 77 D.L.GS. N. 36/2023), in ottemperanza del principio di pubblicità nonché dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza contemplati dal Codice dei contrati pubblici e quindi finalizzata alla raccolta di informazioni dagli Operatori Economici del settore per il perfezionamento dei documenti relativi alla gara di prossima indizione che verrà bandita da ARCS per l'affidamento della fornitura in oggetto per le Aziende Sanitarie del SSR.

A tal fine viene pubblicata la documentazione redatta in bozza sul sito www.arcs.sanita.fvg.it alla voce "**Bandi e Gare - Dialoghi tecnici"**.

Si riportano, in allegato alla presente, una bozza del "Capitolato tecnico" – Allegato A ed un "Questionario tecnico" – Allegato B, che sarà oggetto di trattazione nel corso del dialogo tecnico, ai fini dell'avvio della presente consultazione preliminare di mercato.

Le ditte interessate sono, dunque, invitate a trasmettere ad ARCS, le informazioni che ritengono utili ed i suggerimenti idonei alla predisposizione del capitolato tecnico che andrà a costituire la documentazione di gara.

Le osservazioni dovranno essere trasmesse al seguente indirizzo PEC: arcs@certsanita.fvg.it, **entro il giorno 23/03/2026**, possibilmente in formato word o altro formato editabile (oggetto: 25ECO003-CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TNT STERILE/NON STERILE).

L'Amministrazione si riserva di valutare se accogliere o meno i contributi formulati dagli Operatori Economici.

In particolare viene richiesto agli Operatori di:

1. consultare la bozza del capitolato tecnico (allegato A) formulare osservazioni e suggerimenti alla bozza del capitolato, indicando eventuali cause ostative alla partecipazione ai lotti ed eventuali osservazioni sulla normativa,
2. consultare l'elenco dei lotti costituito da due fogli – prodotti sterili e prodotti non sterili e compilare le colonne J, K, L del foglio "non sterile" e le colonne I, J, K del foglio "sterile" per formulare le osservazioni su singolo lotto (Allegato B),
3. con particolare riguardo alle MISURE dei prodotti e/o grammature indicare eventuali cause ostative.

Si ricorda che, in base a quanto previsto dalle Linee Guida Anac n. 14 "*i contributi non possono anticipare specifiche quotazioni afferenti al prodotto/servizio/opera oggetto della consultazione che abbiano l'effetto di alterare il regolare sviluppo competitivo della successiva fase di selezione*". pertanto gli operatori economici NON dovranno formulare offerta in questa fase.

Sarà cura dell'Amministrazione, in seguito al ricevimento della documentazione sopra descritta, valutare l'opportunità di stabilire e programmare eventuali incontri con gli Operatori economici in modalità telematica nel corso dei quali si approfondiranno tematiche legate all'appalto. Le modalità organizzative di tali eventuali incontri verranno definite dall'Amministrazione e comunicate successivamente alle ditte che parteciperanno alla consultazione di mercato e che avranno previamente trasmesso i propri contributi. A tale proposito si chiede l'indicazione del referente aziendale e dei recapiti.

L'ARCS valuterà se accogliere o meno le osservazioni ed i contributi formulati dagli Operatori economici. Si precisa, pertanto, che la documentazione prodotta in bozza potrà subire delle modifiche anche sostanziali ad insindacabile giudizio della SA e che la partecipazione alla consultazione non comporta oneri di alcun tipo per ARCS non costituendo condizione di accesso né impegno o aspettativa alcuna nei confronti della SA. Verrà dato atto dell'esito della consultazione del mercato in sede di indizione della gara.

Le informazioni da fornite con il presente documento saranno utilizzate ai soli fini dello sviluppo dell'iniziativa in oggetto e non dovranno anticipare specifiche quotazioni afferenti al prodotto/servizio/opera oggetto della presente consultazione, si chiede quindi di indicare se i contributi inviati contengano informazioni e/o dati protetti da diritti di privativa o comunque rilevatori di segreti aziendali, commerciali o industriali, nonché ogni altra informazione riservata utile a ricostruire la posizione nel mercato e/o la competenza nel campo di attività di cui alla consultazione.

Tutte le informazioni fornite dalle ditte partecipanti, saranno utilizzate ai soli fini dello sviluppo dell'iniziativa in oggetto e, per quanto possibile, tutelate sotto il profilo della riservatezza.

Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento e si porgono cordiali saluti.

Documenti allegati:

- Allegato A – bozza Capitolato tecnico – ID 25ECO003;
- Allegato B - "Questionario tecnico – ID 25ECO003".

Il Dirigente Responsabile
SC Acquisizione Beni e Servizi
Elena Pitton
(firmato digitalmente)

Bozza
CAPITOLATO TECNICO DELLA GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TNT STERILE E NON STERILE– ID 25ECO003

Caratteristiche generali

i dispositivi offerti (se non diversamente indicato) dovranno essere conformi alla Normativa vigente sui Dispositivi Medici, in particolare il Regolamento UE 2017/745 "Medical Devices Regulation MDR"" e s.m.i., oppure essere conformi alla Direttiva 93/42 CE (attuata con D.lgs. 24/02/1997 n.46 e s.m.i.) e quindi conforme al regolamento 607/2023 in vigore dal 20 marzo 2023 che in determinate condizioni estende il periodo di validità dei certificati emessi ai sensi della Direttiva.

Al fine di poter verificare le condizioni previste dal 607/2023, nella busta tecnica dovrà essere prodotta la documentazione appositamente indicata.

Al momento degli Ordinativi di Fornitura nonché al momento della consegna, tutti i dispositivi medici offerti dovranno essere in regola con gli obblighi di registrazione presso la Banca dati dei Dispositivi Medici costituita presso il Ministero della Salute e quanto previsto dal Regolamento (UE) 2017/745."

In conformità al Regolamento (UE) 2017/745, si richiede che, qualora i prodotti contengano ftalati e/o lattice, sia apposta sui DM stessi o sull'etichetta o sulla confezione unitaria l'indicazione che il dispositivo contiene ftalati e/o lattice. Nel caso in cui venga dichiarata la presenza di tali componenti, si richiede che nelle istruzioni d'uso (IFU) vengano inserite le indicazioni sulle limitazioni d'uso.

I prodotti devono essere latex free

I materiali che compongono i prodotti richiesti devono essere non tossici, privi di odori sgradevoli, e non irritanti.

Caratteristiche mascherine (oltre a quanto sopra):

- Conforme EN 14683 Tipo IIR

PER I PRODOTTI IN TNT STERILI

Caratteristiche minime:

- Il materiale proposto dovrà presentare anche la peculiarità di **non rilasciare tendenzialmente particelle o pulviscolo**, al fine di non inquinare il campo operatorio e di non compromettere la funzionalità delle apparecchiature di filtrazione dell'aria
- Sterilità in conformità alla normativa vigente in materia
- Marchio CE
- Latex-free
- Antistaticità
- Colorazione uniforme e antiriflesso
- non dovrà causare allergie o qualsiasi manifestazione di intolleranza
- permeabilità all'aria, con controllo dei liquidi attraverso caratteristiche di assorbimento, impermeabilità/assorbenza e idrorepellenza in base alla tipologia di telo e sede di utilizzo
- in classe di infiammabilità 1
- Conformità: secondo quanto stabilito dalle Norme UNI EN 13795 ed assicurare le seguenti caratteristiche fondamentali:
    - idrorepellenza, permeabilità all'aria, con controllo dei liquidi attraverso caratteristiche di assorbimento
    - barriera al passaggio di microrganismi, resistenza alla trazione, elevata, drappeggiabilità,

morbidezza, assenza di peluria, minimo rilascio di particelle, antistaticità, resistenza alla fiamma, colorazione antiriflesso e stabile, assenza di elementi che possono provocare allergie (latex free) o qualsiasi altra manifestazione cutanea ed infine, possibilità di incenerimento ed eliminazione senza formazione di residui tossici

- dotato, se necessario, di opportuni sistemi di fissaggio con adesivo ipoallergico (latex free) secondo quanto stabilito dalle Norme UNI EN 13795 (l'adesivo non deve danneggiare la cute al momento della rimozione dei teli e non deve lasciare residui sulla cute stessa; deve isolare la zona di incisione)

Caratteristiche minime del Confezionamento per TNT Sterile

Tutti i prodotti dovranno essere confezionati in confezionamenti idonei che garantiscano un efficace barriera contro l'umidità, la polvere, il deterioramento dei prodotti e dovranno essere maneggevoli ed idonei per il trasporto e lo stoccaggio presso i luoghi di destinazione.
La confezione dovrà permettere l'apertura nel rispetto della tecnica asettica, al fine di non contaminare il contenuto.
Per ogni prodotto dovranno essere presenti **almeno 2 etichette** removibili identificatici del prodotto.
I prodotti devono essere provvisti del codice a barre.
Tutto il materiale monouso in TNT dovrà essere piegato in modo da permettere l'esecuzione delle tecniche asettiche durante l'apertura delle buste e nelle manovre di copertura del paziente e vestizione del personale.

Imballi: cartoni (resistenti e robusti), con apertura semplice, tale da impedire la manipolazione del materiale. All'interno del cartone dovrà essere presente un involucro impermeabile a protezione del contenuto per garantire la protezione delle confezioni, il prelevamento e lo stivaggio nei locali di deposito. Ove necessario le confezioni di cartone dovranno avere una apertura tipo dispenser.

Buste: confezioni in laminato plastico (robusto) o altro materiale che garantisca la impermeabilità. All'interno dovrà essere presente il materiale imballato confezionato in carta medicale/tnt con garanzia di resistenza e di integrità in ogni situazione d'uso. Conformi alle norme aggiornate relative alla sterilizzazione e materiali di packaging.

Gli involucri protettivi e di trasporto dovranno essere confezionati con tutti gli accorgimenti idonei alla protezione del contenuto da polvere e umidità.

Su ciascuna **confezione** sterile (esterna) dovrà essere applicata un'etichetta riportante i seguenti dati:

- ragione sociale dell'Azienda
- marcatura CE con il numero identificativo dell'organismo notificato
- il nome e codice del prodotto (anche in italiano) e la descrizione del contenuto (se possibile anche tramite immagini);
- simbolo "monouso"
- la dicitura "sterile"
- il metodo di sterilizzazione
- il numero del lotto
- la data di scadenza
- misure o taglia
- dicitura Latex free (se possibile ma non obbligatoria)

Su ciascun **imballo** (cartone) dovrà essere applicata un'etichetta riportante i seguenti dati:

- ragione sociale dell'Azienda
- marcatura CE con il numero identificativo dell'organismo notificato
- il nome e codice del prodotto (anche in italiano) e la descrizione del contenuto (se possibile anche tramite immagini)
- simbolo "monouso"
- la dicitura "sterile"
- il numero del lotto
- la data di scadenza
- eventualmente misure o taglie
- qualora necessario, la dicitura "particolari precauzioni"

- dicitura Latex free (se possibile ma non obbligatoria)

I prodotti devono essere contenuti in idonei imballaggi e confezionati in modo che sia garantita fino a scadenza la loro sterilità, sempre che siano rispettate dagli utilizzatori le prefissate modalità di immagazzinaggio e conservazione

Sterilizzazione
Deve essere conforme a quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
Il prodotto al momento della consegna in Azienda Sanitaria dovrà essere sterile e pronto all'uso (es. già degassificato)

Eliminazione/incenerimento
I prodotti dovranno essere fabbricati con materie prime tali da garantire, con l'incenerimento, l'assenza di residui tossici ed in particolare composti del cloro

Caratteristiche specifiche

dei i TELI

- Nelle zone limitrofe alla zona di incisione chirurgica, i teli dovranno anche garantire una buona assorbenza
- Avere caratteristiche chimico-fisiche tali da consentire l'obiettivo suddetto (Proteggere dall'inquinamento batterico, virale, liquidi e secreti organici) rispettando le esigenze di comfort e sicurezza del paziente e del personale;
- Quando richiesti "con adesivo": alle due estremità lunghe non dovranno avere parte adesiva (per consentire la presa da parte dell'operatore)

dei CAMICI

I camici dovranno essere di due tipologie:
a) standard per interventi a basso rischio
b) rinforzati per interventi ad alto rischio, ove si preveda una particolare esposizione a sangue o altri liquidi biologici
I camici dovranno essere confezionati **con n. 2 salviette assorbenti** monouso di idonee dimensioni per l'asciugatura delle mani.

Per entrambe le tipologie, i camici dovranno possedere i seguenti requisiti:

- Confezione del corpo: in un unico pezzo, senza cuciture verticali e/o orizzontali;
- allacciatura: con fettucce, fissate senza cuciture, da allacciare a) internamente, b) esternamente su un fianco in modo tale da consentire la vestizione senza l'ausilio di personale, protetto sterilmente (cartoncino no-touch);
- polsini elasticizzati;
- chiusura regolabile del collo;
- senza cuciture, e resistenza alla trazione (sono accettabili soluzioni anche con cuciture purché sia garantita la impermeabilità e resistenza alla trazione)
- piegatura: tale da consentire all'utilizzatore l'indossamento senza ausilio di terze persone (parte diritta del camice verso l'interno);
- bordo della scollatura del collo: rinforzato;
- copertura della schiena: totale, ottenuta mediante completa sovrapposizione, da fianco a fianco, dei due lembi posteriori.

Per i soli camici **rinforzati** le caratteristiche dovranno essere altresì essere le seguenti:

- inserti aggiuntivi sul corpo: fissati senza cuciture;
- assenza di cuciture su tutta la parte inferiore delle maniche che viene a contatto con il campo operatorio; (sono accettabili soluzioni anche con cuciture purché sia garantita la impermeabilità e resistenza alla trazione)
- rinforzi: in laminati plastici antistatici, applicati senza cuciture, fissati all'interno delle maniche, e all'interno della parte anteriore

I prodotti che presentino carenze sostanziali rispetto ai requisiti tecnico/funzionali elencati in capitolato potranno non essere prese in considerazione in sede di valutazione tecnica e quindi escluse dalla gara qualora sia appurata l'effettiva "non idoneità all'utilizzo".
Si considera che ulteriori/diversi requisiti tecnico-funzionali rispetto a quelli richiesti sono ammessi purché la ditta ne dimostri l'equivalenza o il miglioramento. Ai sensi dell'art.XX quindi l'offerta tecnica dovrà essere corredata da una relazione tecnica/scientifica che, evidenziando la non conformità, motivi l'equivalenza funzionale, nonché l'eventuale documentazione scientifica a supporto di quanto dichiarato (o relazione tecnico funzionale realizzata da competenze sanitarie)

Sulle misure indicate in capitolato è prevista tolleranza indicativa del +/-10%

MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI:

CRITERI DI VALUTAZIONE

CRITERI DI VALUTAZIONE cappellini	CRITERI MOTIVAZIONALI
Confezionamento	Sarà valutata la funzionalità di utilizzo del confezionamento intesa come: ingombro, facilità di apertura in modo asettico della confezione, consistenza della confezione, presenza e facilità di individuazione dell'invito all'apertura, chiarezza delle informazioni riportate sulla confezione per l'identificazione del contenuto della stessa Alle proposte sarà attribuito un punteggio secondo i giudizi presenti in tabella
Resistenza alla trazione	Sarà valutata la consistenza e la resistenza alla trazione del tessuto e eventuali lacci (quando richiesti) Alle proposte sarà attribuito un punteggio secondo i giudizi presenti in tabella
Confort e vestibilità	Verrà valutata l'adattabilità e la vestibilità del prodotto in particolare il contenimento delle folte capigliature Alle proposte sarà attribuito un punteggio secondo i giudizi presenti in tabella
Composizione	Saranno valutate in particolare la grammatura dei prodotti offerti e tenuta dell'elastico (quando richiesto) Alle proposte sarà attribuito un punteggio secondo i giudizi presenti in tabella
Rispetto della parità di genere ex art. 108 comma 7 D. Lgs. 36/2023	Possesso del Certificato Rispetto della parità di genere ex art. 108 comma 7 D. Lgs. 36/2023

CRITERI DI VALUTAZIONE camici (ns)	CRITERI MOTIVAZIONALI
Confezionamento	Sarà valutata la funzionalità di utilizzo del confezionamento intesa come: ingombro, facilità di apertura della confezione, consistenza della confezione, chiarezza delle informazioni riportate sulla confezione per l'identificazione del contenuto della stessa Alle proposte sarà attribuito un punteggio secondo i giudizi presenti in tabella
Resistenza alla trazione	Sarà valutata la consistenza e la resistenza alla trazione del tessuto e eventuali lacci (quando richiesti) Alle proposte sarà attribuito un punteggio secondo i giudizi presenti in tabella
Confort e vestibilità	Verrà valutata l'adattabilità e la vestibilità del prodotto, la lunghezza e tenuta delle chiusure Alle proposte sarà attribuito un punteggio secondo i giudizi presenti in tabella
Composizione	Saranno valutate in particolare la grammatura dei prodotti offerti e tenuta del polsino (qualora richiesto) Alle proposte sarà attribuito un punteggio secondo i giudizi presenti in tabella
Taglie	Verrà valutata la maggiore disponibilità di taglie Alle proposte sarà attribuito un punteggio secondo i giudizi presenti in tabella
Rispetto della parità di genere ex art. 108 comma 7 D. Lgs. 36/2023	Possesso del Certificato Rispetto della parità di genere ex art. 108 comma 7 D. Lgs. 36/2023

CRITERI DI VALUTAZIONE Giubbino/divisa	CRITERI MOTIVAZIONALI
Confezionamento	Sarà valutata la funzionalità di utilizzo del confezionamento intesa come: ingombro, facilità di apertura della confezione, consistenza della confezione, chiarezza delle informazioni riportate sulla confezione per l'identificazione del contenuto della stessa Alle proposte sarà attribuito un punteggio secondo i giudizi presenti in tabella
Resistenza alla trazione	Sarà valutata la consistenza e la resistenza alla trazione del tessuto e eventuali lacci (quando richiesti) Alle proposte sarà attribuito un punteggio secondo i giudizi presenti in tabella
Confort e vestibilità	Verrà valutata l'adattabilità e la vestibilità del prodotto, la lunghezza e tenuta delle chiusure e delle cuciture Alle proposte sarà attribuito un punteggio secondo i giudizi presenti in tabella
Composizione	Saranno valutate in particolare la grammatura dei prodotti offerti e tenuta del polsino (qualora richiesto) Alle proposte sarà attribuito un punteggio secondo i giudizi presenti in tabella
Taglie	Verrà valutata la maggiore disponibilità di taglie Alle proposte sarà attribuito un punteggio secondo i giudizi presenti in tabella
Traspirabilità	Verrà valutata la maggiore traspirabilità comprovata mediante produzione di certificazione (es ISO 2528) Alle proposte sarà attribuito un punteggio secondo i giudizi presenti in tabella
Rispetto della parità di genere ex art. 108 comma 7 D. Lgs. 36/2023	Possesso del Certificato Rispetto della parità di genere ex art. 108 comma 7 D. Lgs. 36/2023

CRITERI DI VALUTAZIONE Calzari/copriscarpe	CRITERI MOTIVAZIONALI
Confezionamento	Sarà valutata la funzionalità di utilizzo del confezionamento intesa come: ingombro, facilità di apertura della confezione, consistenza della confezione, chiarezza delle informazioni riportate sulla confezione per l'identificazione del contenuto della stessa Alle proposte sarà attribuito un punteggio secondo i giudizi presenti in tabella
Resistenza alla trazione	Sarà valutata la consistenza e la resistenza alla trazione del materiale e eventuali lacci (quando richiesti) Alle proposte sarà attribuito un punteggio secondo i giudizi presenti in tabella
Confort e vestibilità	Verrà valutata l'adattabilità e la vestibilità del prodotto, la lunghezza e tenuta al piede Alle proposte sarà attribuito un punteggio secondo i giudizi presenti in tabella
Composizione	Saranno valutate in particolare presenza/tipologia dell'antiscivolo e impermeabilità ove richiesta Alle proposte sarà attribuito un punteggio secondo i giudizi presenti in tabella
Rispetto della parità di genere ex art. 108 comma 7 D. Lgs. 36/2023	Possesso del Certificato Rispetto della parità di genere ex art. 108 comma 7 D. Lgs. 36/2023

CRITERI DI VALUTAZIONE Mutande/ pareo	CRITERI MOTIVAZIONALI
Confezionamento	Sarà valutata la funzionalità di utilizzo del confezionamento intesa come: ingombro, facilità di apertura della confezione, consistenza della confezione, chiarezza delle informazioni riportate sulla confezione per l'identificazione del contenuto della stessa Alle proposte sarà attribuito un punteggio secondo i giudizi presenti in tabella
Resistenza alla trazione	Sarà valutata la consistenza e la resistenza alla trazione del materiale Alle proposte sarà attribuito un punteggio secondo i giudizi presenti in tabella
Confort e vestibilità	Verrà valutata l'adattabilità e la vestibilità del prodotto offerto Alle proposte sarà attribuito un punteggio secondo i giudizi presenti in tabella
Rispetto della parità di genere ex art. 108 comma 7 D. Lgs. 36/2023	Possesso del Certificato Rispetto della parità di genere ex art. 108 comma 7 D. Lgs. 36/2023

CRITERI DI VALUTAZIONE Manica	CRITERI MOTIVAZIONALI
Confezionamento	Sarà valutata la funzionalità di utilizzo del confezionamento intesa come: ingombro, facilità di apertura della confezione, consistenza della confezione, chiarezza delle informazioni riportate sulla confezione per l'identificazione del contenuto della stessa Alle proposte sarà attribuito un punteggio secondo i giudizi presenti in tabella
Resistenza alla trazione	Sarà valutata la consistenza e la resistenza alla trazione del materiale Alle proposte sarà attribuito un punteggio secondo i giudizi presenti in tabella
Confort e vestibilità	Verrà valutata l'adattabilità e la vestibilità del prodotto, la lunghezza e tenuta al gomito/braccio Alle proposte sarà attribuito un punteggio secondo i giudizi presenti in tabella
Composizione	Saranno valutate in particolare presenza/tipologia dell' impermeabilità Alle proposte sarà attribuito un punteggio secondo i giudizi presenti in tabella
Rispetto della parità di genere ex art. 108 comma 7 D. Lgs. 36/2023	Possesso del Certificato Rispetto della parità di genere ex art. 108 comma 7 D. Lgs. 36/2023

CRITERI DI VALUTAZIONE sacche/borselli holter	CRITERI MOTIVAZIONALI
Confezionamento	Sarà valutata la funzionalità di utilizzo del confezionamento intesa come: ingombro, facilità di apertura della confezione, consistenza della confezione, chiarezza delle informazioni riportate sulla confezione per l'identificazione del contenuto della stessa Alle proposte sarà attribuito un punteggio secondo i giudizi presenti in tabella
Resistenza alla trazione	Sarà valutata la consistenza e la resistenza alla trazione del materiale Alle proposte sarà attribuito un punteggio secondo i giudizi presenti in tabella
Confort e vestibilità	Verrà valutata l'adattabilità e la vestibilità del prodotto, la lunghezza dei lacci, le soluzioni proposte per il fissaggio al corpo Alle proposte sarà attribuito un punteggio secondo i giudizi presenti in tabella
Composizione	Saranno valutate in particolare presenza/tipologia e impermeabilità ove richiesta Alle proposte sarà attribuito un punteggio secondo i giudizi presenti in tabella
Rispetto della parità di genere ex art. 108 comma 7 D. Lgs. 36/2023	Possesso del Certificato Rispetto della parità di genere ex art. 108 comma 7 D. Lgs. 36/2023

CRITERI DI VALUTAZIONE Kit copertura letto operatorio	CRITERI MOTIVAZIONALI
Confezionamento	Sarà valutata la funzionalità di utilizzo del confezionamento intesa come: ingombro, facilità di apertura della confezione, consistenza della confezione, chiarezza delle informazioni riportate sulla confezione per l'identificazione del contenuto della stessa Alle proposte sarà attribuito un punteggio secondo i giudizi presenti in tabella
Resistenza alla trazione	Sarà valutata la consistenza e la resistenza alla trazione del materiale Alle proposte sarà attribuito un punteggio secondo i giudizi presenti in tabella
Adattabilità al letto	Verrà valutata l'adattabilità del prodotto e tenuta del velcro Alle proposte sarà attribuito un punteggio secondo i giudizi presenti in tabella
Composizione	Saranno valutate in particolare le caratteristiche tecniche di assorbenza, la morbidezza del materiale e confort del materiale su cui il paziente si appoggia Alle proposte sarà attribuito un punteggio secondo i giudizi presenti in tabella
Rispetto della parità di genere ex art. 108 comma 7 D. Lgs. 36/2023	Possesso del Certificato Rispetto della parità di genere ex art. 108 comma 7 D. Lgs. 36/2023

CRITERI DI VALUTAZIONE grembiuli	CRITERI MOTIVAZIONALI

Confezionamento	Sarà valutata la funzionalità di utilizzo del confezionamento intesa come: ingombro, facilità di apertura della confezione, consistenza della confezione, chiarezza delle informazioni riportate sulla confezione per l'identificazione del contenuto della stessa Alle proposte sarà attribuito un punteggio secondo i giudizi presenti in tabella
Resistenza alla trazione	Sarà valutata la consistenza e la resistenza alla trazione del tessuto e eventuali lacci quando richiesti Alle proposte sarà attribuito un punteggio secondo i giudizi presenti in tabella
Confort e vestibilità	Verrà valutata l'adattabilità e la vestibilità del prodotto, la lunghezza e tenuta dei lacci Alle proposte sarà attribuito un punteggio secondo i giudizi presenti in tabella
Composizione	Saranno valutate in particolare la composizione e la grammatura dei prodotti offerti Alle proposte sarà attribuito un punteggio secondo i giudizi presenti in tabella
Taglie	Verranno valutate le dimensioni/taglie dei prodotti offerti Alle proposte sarà attribuito un punteggio secondo i giudizi presenti in tabella
Rispetto della parità di genere ex art. 108 comma 7 D. Lgs. 36/2023	Possesso del Certificato Rispetto della parità di genere ex art. 108 comma 7 D. Lgs. 36/2023

CRITERI DI VALUTAZIONE Federe/lenzuoli/coperta	CRITERI MOTIVAZIONALI
Confezionamento	Sarà valutata la funzionalità di utilizzo del confezionamento intesa come: ingombro, facilità di apertura della confezione, consistenza della confezione, chiarezza delle informazioni riportate sulla confezione per l'identificazione del contenuto della stessa Alle proposte sarà attribuito un punteggio secondo i giudizi presenti in tabella
Resistenza alla trazione	Sarà valutata la consistenza e la resistenza alla trazione del materiale Alle proposte sarà attribuito un punteggio secondo i giudizi presenti in tabella
Adattabilità al letto/cuscino	Verrà valutata l'adattabilità del prodotto al letto/cuscino Alle proposte sarà attribuito un punteggio secondo i giudizi presenti in tabella
Composizione	Saranno valutate in particolare le caratteristiche tecniche di assorbenza, la morbidezza del materiale e il confort del materiale su cui il paziente si appoggia Alle proposte sarà attribuito un punteggio secondo i giudizi presenti in tabella
Rispetto della parità di genere ex art. 108 comma 7 D. Lgs. 36/2023	Possesso del Certificato Rispetto della parità di genere ex art. 108 comma 7 D. Lgs. 36/2023

CRITERI DI VALUTAZIONE teli da terra	CRITERI MOTIVAZIONALI
Confezionamento	Sarà valutata la funzionalità di utilizzo del confezionamento intesa come: ingombro, facilità di apertura della confezione, consistenza della confezione, chiarezza delle informazioni riportate sulla confezione per l'identificazione del contenuto della stessa Alle proposte sarà attribuito un punteggio secondo i giudizi presenti in tabella
Assorbenza	Sarà valutata la capacità di assorbimento a mq del prodotto offerto (dato da scheda tecnica) Alle proposte sarà attribuito un punteggio con metodo proporzionale
Resistenza	Sarà valutata la consistenza e la resistenza del materiale Alle proposte sarà attribuito un punteggio secondo i giudizi presenti in tabella
Antiscivolo	Sarà valutata la tenuta antiscivolo del telo sul pavimento (sia da asciutto che da bagnato) Alle proposte sarà attribuito un punteggio secondo i giudizi presenti in tabella
Rispetto della parità di genere ex art. 108 comma 7 D. Lgs. 36/2023	Possesso del Certificato Rispetto della parità di genere ex art. 108 comma 7 D. Lgs. 36/2023

CRITERI DI VALUTAZIONE Lotto 38 telino alto assorbimento	CRITERI MOTIVAZIONALI
Confezionamento	Sarà valutata la funzionalità di utilizzo del confezionamento intesa come: ingombro, facilità di apertura della confezione, consistenza della confezione, chiarezza delle informazioni riportate sulla confezione per l'identificazione del contenuto della stessa

	Alle proposte sarà attribuito un punteggio secondo i giudizi presenti in tabella
Assorbenza	Sarà valutata la capacità di assorbimento a mq del prodotto offerto (dato da scheda tecnica) con metodo proporzionale
Resistenza	Sarà valutata la consistenza e la resistenza del materiale Alle proposte sarà attribuito un punteggio secondo i giudizi presenti in tabella
Rispetto della parità di genere ex art. 108 comma 7 D. Lgs. 36/2023	Possesso del Certificato Rispetto della parità di genere ex art. 108 comma 7 D. Lgs. 36/2023

CRITERI DI VALUTAZIONE Copri cuffia	CRITERI MOTIVAZIONALI
Confezionamento	Sarà valutata la funzionalità di utilizzo del confezionamento intesa come: ingombro, facilità di apertura della confezione, consistenza della confezione, chiarezza delle informazioni riportate sulla confezione per l'identificazione del contenuto della stessa Alle proposte sarà attribuito un punteggio secondo i giudizi presenti in tabella
Confort e vestibilità	Verrà valutata l'adattabilità/vestibilità del prodotto Alle proposte sarà attribuito un punteggio secondo i giudizi presenti in tabella
Resistenza	Sarà valutata la consistenza e la resistenza del materiale Alle proposte sarà attribuito un punteggio secondo i giudizi presenti in tabella
Composizione	Saranno valutate la tipologia/composizione del materiale Alle proposte sarà attribuito un punteggio secondo i giudizi presenti in tabella
Rispetto della parità di genere ex art. 108 comma 7 D. Lgs. 36/2023	Possesso del Certificato Rispetto della parità di genere ex art. 108 comma 7 D. Lgs. 36/2023

CRITERI DI VALUTAZIONE Copri poltrona bracciolo	CRITERI MOTIVAZIONALI
Confezionamento	Sarà valutata la funzionalità di utilizzo del confezionamento intesa come: ingombro, facilità di apertura della confezione, consistenza della confezione, chiarezza delle informazioni riportate sulla confezione per l'identificazione del contenuto della stessa Alle proposte sarà attribuito un punteggio secondo i giudizi presenti in tabella
Confort e vestibilità	Verrà valutata l'adattabilità/vestibilità del prodotto Alle proposte sarà attribuito un punteggio secondo i giudizi presenti in tabella
Resistenza	Sarà valutata la consistenza e la resistenza del materiale Alle proposte sarà attribuito un punteggio secondo i giudizi presenti in tabella
Composizione	Saranno valutate in particolare presenza/tipologia e impermeabilità Alle proposte sarà attribuito un punteggio secondo i giudizi presenti in tabella
Rispetto della parità di genere ex art. 108 comma 7 D. Lgs. 36/2023	Possesso del Certificato Rispetto della parità di genere ex art. 108 comma 7 D. Lgs. 36/2023

CRITERI DI VALUTAZIONE mascherine	CRITERI MOTIVAZIONALI
Confezionamento	Sarà valutata la funzionalità di utilizzo del confezionamento inteso come: ingombro, facilità di estrazione, facilità di apertura in modo asettico della confezione, consistenza della confezione, presenza e facilità di individuazione dell'invito all'apertura, chiarezza delle informazioni riportate sulla confezione per l'identificazione del contenuto della stessa Alle proposte sarà attribuito un punteggio secondo i giudizi presenti in tabella
Fattura della mascherina	Saranno valutate la tipologia e la qualità delle cuciture/termosaldature dei bordi delle mascherine, la lunghezza, la tenuta, conformabilità /adattabilità dello stringinaso

	Alle proposte sarà attribuito un punteggio secondo i giudizi presenti in tabella
efficienza batterica	Saranno valutati i valori di efficienza batterica/bfe dichiarati in scheda tecnica Alle proposte sarà attribuito un punteggio secondo i giudizi presenti in tabella
pressione differenziale	Saranno valutati i valori di pressione differenziale (pa) dichiarati in scheda tecnica Alle proposte sarà attribuito un punteggio secondo i giudizi presenti in tabella
Confort	Verrà valutata l'adattabilità al volto e morbidezza, la resistenza degli elastici/dei lacci, l'assenza di odori sgradevoli Alle proposte sarà attribuito un punteggio secondo i giudizi presenti in tabella
Rispetto della parità di genere ex art. 108 comma 7 D. Lgs. 36/2023	Possesso del Certificato Rispetto della parità di genere ex art. 108 comma 7 D. Lgs. 36/2023

CRITERI DI VALUTAZIONE Teli chirurgici sterili	CRITERI MOTIVAZIONALI
Tipo di apertura della confezione sterile (esterna	Sarà valutata la tipologia e praticità di apertura e utilizzo con particolare riguardo alla facilità di estrazione, facilità di apertura in modo asettico della confezione, presenza e facilità di individuazione dell'invito all'apertura (es apertura peel away doppio involucro…) Alle proposte sarà attribuito un punteggio secondo i giudizi presenti in tabella
Identificazione	Sarà valutata la completezza delle informazioni, leggibilità, individuabilità, presenza di pittogrammi e misure Alle proposte sarà attribuito un punteggio secondo i giudizi presenti in tabella
Resistenza alla trazione – asciutto in N (dato da scheda tecnica) norma EN29073-3	Il punteggio massimo verrà attribuito in relazione alla migliore performance del telo
resistenza alla penetrazione microbica – bagnato in I_B in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 22610	il punteggio massimo verrà attribuito in relazione alla migliore performance classificando le proposte secondo la tabella
perdita di particelle in Log_{10} (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 9073-10	il punteggio massimo verrà attribuito in relazione alla migliore performance classificando le proposte secondo la tabella
resistenza alla penetrazione dei liquidi in cm H_20 in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN 20811	il punteggio massimo verrà attribuito in relazione alla migliore performance classificando le proposte secondo la tabella
Rifiniture	il punteggio sarà attribuito in base alla maggior accuratezza e funzionalità. Alle proposte sarà attribuito un punteggio secondo i giudizi presenti in tabella
Funzionalità	il punteggio sarà attribuito sulla base della miglior funzionalità complessiva (adesività se prevista, elasticità foro se previsto, drappeggiabilità, funzionalità assicurata dalle dimensioni e design del telo rispetto al tavolo, etc...). Alle proposte sarà attribuito un punteggio secondo i giudizi presenti in tabella
Rispetto della parità di genere ex art. 108 comma 7 D. Lgs. 36/2023	Possesso del Certificato Rispetto della parità di genere ex art. 108 comma 7 D. Lgs. 36/2023

CRITERI DI VALUTAZIONE Camici (sterili)	CRITERI MOTIVAZIONALI
Tipo di apertura della confezione sterile (esterna	Sarà valutata la tipologia e praticità di apertura e utilizzo con particolare riguardo alla facilità di estrazione, facilità di apertura in modo asettico della confezione, presenza e facilità di individuazione dell'invito all'apertura (es apertura peel away doppio involucro…)

	Alle proposte sarà attribuito un punteggio secondo i giudizi presenti in tabella
Identificazione	il punteggio sarà attribuito in base alla completezza delle informazioni, leggibilità, individuabilità, presenza di pittogrammi e taglie Alle proposte sarà attribuito un punteggio secondo i giudizi presenti in tabella
Resistenza alla trazione – asciutto in N (dato da scheda tecnica) norma EN29073-3	il punteggio massimo verrà attribuito in relazione alla migliore performance classificando le proposte secondo la tabella
resistenza alla penetrazione microbica – bagnato in I_B in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 22610	il punteggio massimo verrà attribuito in relazione alla migliore performance classificando le proposte secondo la tabella
perdita di particelle in Log_{10} (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 9073-10	il punteggio massimo verrà attribuito in relazione alla migliore performance classificando le proposte secondo la tabella
resistenza alla penetrazione dei liquidi in cm H_20 in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN 20811	il punteggio massimo verrà attribuito in relazione alla migliore performance classificando le proposte secondo la tabella
Rifiniture	il punteggio sarà attribuito in base alla maggior accuratezza e funzionalità. Alle proposte sarà attribuito un punteggio secondo i giudizi presenti in tabella
Funzionalità	il punteggio sarà attribuito sulla base della miglior funzionalità complessiva (drappeggiabilità, funzionalità assicurata dalle dimensioni e taglie, confort e vestibilità per l'utilizzatore) Alle proposte sarà attribuito un punteggio secondo i giudizi presenti in tabella
Rispetto della parità di genere ex art. 108 comma 7 D. Lgs. 36/2023	Possesso del Certificato Rispetto della parità di genere ex art. 108 comma 7 D. Lgs. 36/2023

CRITERI DI VALUTAZIONE Prodotti diversi da teli e camici	CRITERI MOTIVAZIONALI
Tipo di apertura della confezione sterile (esterna	Sarà valutata la tipologia e praticità di apertura e utilizzo con particolare riguardo alla facilità di estrazione, facilità di apertura in modo asettico della confezione, presenza e facilità di individuazione dell'invito all'apertura (es apertura peel away doppio involucro…) Alle proposte sarà attribuito un punteggio secondo i giudizi presenti in tabella
Identificazione	il punteggio sarà attribuito in base alla completezza delle informazioni, leggibilità, individuabilità, presenza di pittogrammi e taglie Alle proposte sarà attribuito un punteggio secondo i giudizi presenti in tabella
Rifiniture	il punteggio sarà attribuito in base alla maggior accuratezza della fattura del prodotto Alle proposte sarà attribuito un punteggio secondo i giudizi presenti in tabella
Funzionalità dei presidi richiesti	il punteggio sarà attribuito in base alla maggior funzionalità del prodotto in relazione al suo utilizzo Alle proposte sarà attribuito un punteggio secondo i giudizi presenti in tabella
Aderenza alle misure richieste (ove richieste)	il punteggio sarà attribuito in base alla maggiore aderenza alle misure richieste Alle proposte sarà attribuito un punteggio secondo i giudizi presenti in tabella
Rispetto della parità di genere ex art. 108 comma 7 D. Lgs. 36/2023	Possesso del Certificato Rispetto della parità di genere ex art. 108 comma 7 D. Lgs. 36/2023