



Allegato A.1 alla Determina

GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART 60 DEL D. LGS. N. 50/2016 PER LA STIPULA FORNITURA DI SET PROCEDURALI E MATERIALE IN TNT STERILE PER SALA OPERATORIA OCCORRENTI ALLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA (ID14ECO020)

Verbale seduta pubblica del 10/11/2016

Verbale seduta pubblica del 28/06/2018

VERBALE N. 1

GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART 60 DEL D. LGS. N. 50/2016 PER LA STIPULA FORNITURA DI SET PROCEDURALI E MATERIALE IN TNT STERILE PER SALA OPERATORIA OCCORRENTI ALLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - ID14ECO020

L'anno duemilasedici, il giorno 10 del mese di NOVEMBRE, alle ore 10.02 presso gli uffici dell'Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi, di seguito EGAS, in Udine - via Pozzuolo 330, si è riunito il seggio di gara relativo alla procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per la stipula un accordo quadro per la fornitura di set procedurali e materiale in Tnt sterile per la sala operatori occorrenti alle aziende del Servizio sanitario della regione FVG, indetta con Determinazione Dirigenziale n. 402/2016 del 28/07/2016.

La fornitura è articolata in due lotti e sarà aggiudicata con il criterio indicato all'art. 95 c.3 del D. Lgs. n. 50/2016, e cioè a favore della ditta che risulterà aver proposto l'offerta economicamente più vantaggiosa.

Il seggio, nominato con nota protocollo n. 25708 del 09/11/2016 è composto da Marco Zanon (Presidente del seggio), Nicola Castellarin (teste), nonché Catia Todisco (teste e segretario verbalizzante).

Per le ditte concorrenti sono presenti i Sigg.ri di cui al prospetto conservato agli atti di questa Amministrazione, compilato e firmato dagli stessi, per i quali si è proceduto alla verifica dell'identità e dell'eventuale delega/procura per presenziare alla seduta di gara.

Si prende atto che, entro il termine delle ore 12.00 del 09/11/2016, sono pervenuti 4 colli, come di seguito indicato:

DATA ARRIVO	ORA	N. PROT.	N. CRON.	AZIENDA/ENTE PUBBLICO	SEDE
1	08/11/2016	11.26	25572	MOLNLYCKE HEALTH CARE S.R.L. + Integrazione plico (prot.25677/09.11.2016 ore 10.25)	Gallarate (VA)
2	09/11/2016	9.13	25665	SERVIZI ITALIA SPA	Castellina di Soragna(PR)

3	09/11/2016	10.15	25673	LOHMANN & RAUSCHER SRL	Sarmeola di Rubano (PD)
4	09/11/2016	10.20	25674	SERVIZI OSPEDALIERI SPA	Ferrara

Il Presidente rileva inoltre che entro i termini è pervenuto un plico ad integrazione dell'offerta inviata da parte della ditta MOLNLYCKE HEALTH CARE S.R.L.; la quale si procederà all'apertura contestualmente al plico.

Si procede alla verifica dell'integrità dei plichi mediante l'esame dei sigilli e delle firme apposte sui lembi di chiusura.

Si prende atto che a norma dell'art. 2 del disciplinare di gara, il plico dovrà includere tre buste: n. 1 documenti di partecipazione, n. 2 documentazione tecnico-qualitativa, n.3 offerta economica.

Si procede:

- all'apertura dei plichi e alla contestuale verifica della presenza e dell'integrità e regolarità delle due buste interne che vengono numerate;
- alla verifica della regolarità della documentazione inserita nella busta n. 1 accertandone la conformità rispetto a quanto previsto dal Disciplinare di gara

Al termine della verifica della documentazione amministrativa di ogni ditta, il Presidente procede ad effettuare un mero riscontro della documentazione tecnica presentata secondo quanto richiesto nel Capitolato speciale della gara, procedendo all'esame della documentazione leggendo il solo titolo degli atti rinvenuti; sigla le cartelle rinvenute all'interno della documentazione tecnica e successivamente dispone che vengano reinserite nella busta n. 2 che risigilla e sigla.

Si prende atto che le ditte hanno presentato la seguente documentazione per il lotto di partecipazione.

N. CRON.	AZIENDA/ENTE PUBBLICO	DOC. AMMINISTRATIVA	LOTTO PER IL QUALE PARTECIPA	DOC. TECNICA
1	MOLNLYCKE HEALTH CARE S.R.L.	regolare	1-2	2 COLLI+CD
2	SERVIZI ITALIA SPA	regolare	1-2	2 COLLI+CD

3	LOHMANN & RAUSCHER	regolare	1-2	2 COLLI+CD
4	SERVIZI OSPEDALIERI SPA	regolare	1	1 COLLO+CD

Relativamente all'integrazione della ditta MOLNLYCKE HEALTH CARE S.R.L., si accetta che il plico aggiuntivo che contiene un'integrazione all'offerta economica: viene pertanto allegato alla busta n.3 della ditta stessa.

Il Presidente procede poi ad accertare, attraverso l'esame della bolla di consegna, la presenza della campionatura che i concorrenti dovevano presentare, come previsto all'art. 2 della Norme di Partecipazione alla gara entro i termini di presentazione dell'offerta presso il Magazzino Unico Aziendale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Udine, via Biella n. 93, 33100 Udine – località Molin Nuovo.

Il Presidente evidenzia che dall'esame delle bolle di consegna si rileva che le ditte partecipanti hanno presentato campionatura per i lotti rispettivamente offerti; precisa inoltre che, tenuto conto del volume dei campioni pervenuti, sarà la Commissione Giudicatrice a verificare nel corso dei propri lavori la corrispondenza di campioni con le singole voci offerte.

Il Presidente del seggio procede a siglare mediante l'apposizione di firma e data all'esterno della busta n. 3 relativa all'offerta economica di ogni ditta, verificandone contestualmente l'integrità e i sigilli di chiusura, e dispone che le offerte economiche vengano chiuse in un plico che viene sigillato.

Il Presidente dispone che il suddetto plico venga conservato, a cura del Presidente stesso, in cassaforte in attesa delle successive sedute di gara.

Tutte le ditte vengono regolarmente ammesse alle fasi successive della gara.

La seduta si chiude alle ore 12.22

Letto, approvato e sottoscritto.

Zanon Marco f.to_____

Castellarin Nicola f.to_____

Todisco Catia f.to_____

**VERBALE DI SEDUTA PUBBLICA
GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE IN
TNT STERILE (ID 14EC020)**

L'anno duemiladiciotto il giorno 28 giugno, alle ore 16.00 presso gli uffici dell'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi – EGAS - in Via Pozzuolo a Udine si sono esaminate le offerte relative alla gara a procedura aperta in oggetto.

Il seggio di gara è composto da Marco Zanon (Presidente), Nicola Castellarin (teste) nonché Chiara Cemulini (teste e segretario verbalizzante).

Per le ditte concorrenti sono presenti i sigg.ri di cui al prospetto conservato agli atti di questa Amministrazione, compilato e firmato dagli stessi, per i quali si è proceduto alla verifica dell'identità e della eventuale delega/procura per presenziare alla seduta di gara.

Il Presidente del seggio di gara dà lettura dei verbali delle sedute riservate della Commissione giudicatrice tenutesi a partire dal 20/12/2016 (n 14 verbali) allegati al presente verbale (Allegato 1) dando lettura sintetica del contenuto del verbale e dei punteggi finali precisando altresì che il verbale integrale verrà pubblicato con Determina di aggiudicazione. Ai presenti viene pertanto consegnato un estratto riportante i punteggi sintetici della valutazione effettuata.

Il Presidente dopo aver letto i punteggi riparametrati e accertata l'integrità delle buste contenenti l'offerta economica dispone l'apertura delle sole offerte ammesse, dando lettura del totale offerto per ciascun lotto.

Il presidente procede all'apertura della busta integrativa (integrazione plico prot.25677/09) presentata da MOLNLYCKE HEALTH CARE e che contiene i "giustificativi relativi all'offerta economica".

Ultimata la lettura delle offerte economiche, si procede ad individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa, per ciascun lotto come evidenziato nel prospetto allegato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale dello stesso (Allegato 2).

Le offerte indicate nell'Allegato A.2 risultano affette da possibile anomalia, in quanto sia il punteggio conseguito per l'offerta tecnica che quello conseguito per l'offerta economica risultano superiori ai 4/5 del punteggio massimo attribuibile, e pertanto si procederà d'ufficio, all'avvio del sub procedimento di verifica della congruità.

La seduta si chiude alle ore 16.37.

Letto approvato e sottoscritto.

Marco Zanon f.to _____

Nicola Castellarin f.to _____

Chiara Cemulini f.to _____

Si allega al presente verbale:

- Verbali della commissione giudicatrice (Allegato 1)
- Prospetto offerta economiche (Allegato 2)

Verbali della commissione giudicatrice (Allegato 1)

Prospetto offerta economiche (Allegato 2)

Lotto	Descrizione	Prezzo base	MOLNYCKE HEALTH CARE	SERVIZI ITALIA	LOHMANN & RAUSCHER	SERVIZI OSPEDALIERI
1		€ 5.700.000,00	<i>Anomala</i>	<i>Anomala</i>	<i>Anomala</i>	<i>Anomala</i>
	Punteggio tecnico		41,05	40,72	46,43	50,00
	Offerta economica	€ 5.093.979,16	5.607.402,920	5.138.191,907	5.666.005,820	5.093.979,160
	Punteggio economico		45,42	49,57	44,95	50,00
	Punteggio totale		86,47	90,29	91,38	100,00
					2°	AGG

Lotto	Descrizione	Prezzo base	MOLNYCKE HEALTH CARE	SERVIZI ITALIA	LOHMANN & RAUSCHER
2		€ 325.000,00	<i>Anomala</i>	<i>Anomala</i>	<i>Anomala</i>
	Punteggio tecnico		42,44	43,49	50,00
	Offerta economica	€ 292.350,02	311.874,480	301.565,490	292.350,020
	Punteggio economico		46,87	48,47	50,00
	Punteggio totale		89,31	91,96	100,00
				2°	AGG

VERBALE N 1
COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA
DI TNT STERILE (ID14ECO020)

Il giorno 20 dicembre 2016 alle ore 10.00 presso l’Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi – EGAS si è riunita, in seduta riservata, la Commissione Giudicatrice nominata con nota prot. n 25708 del 09/11/2016 per la valutazione tecnico/qualitativa delle offerte relative alla gara a procedura aperta per la fornitura di TNT sterile – ID14ECO020, composta dalle Sig.re:

Pitton Elena	Presidente
Lot Aurora	Componente
Picco Ornella	Componente
Michela Saba	Componente
De Monte Roberta	Componente

Assiste la Commissione e svolge il ruolo di segretario verbalizzante il sig. Castellarin Nicola funzionario EGAS.

Premesso che:

- la procedura di gara è stata indetta con Determinazione Dirigenziale n. 402 del 28/07/2016;
- la fornitura è articolata in due lotti e sarà aggiudicata a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

fa disporre sul tavolo dei lavori i plichi inviati dalle ditte concorrenti e trasmessi alla Commissione da parte del Presidente del seggio di gara a seguito dell’ammissione in seduta pubblica di data 10/11/2016.

N	DITTA	LOTTO
1	MOLNYCKE HEALTH CARE	1 – 2
2	SERVIZI ITALIA	1 – 2
3	LOHMANN & RAUSCHER	1 – 2
4	SERVIZI OSPEDALIERI	1

LA COMMISSIONE

rileva che i criteri di valutazione qualitativa delle offerte sono esplicitati nella documentazione di gara e che la procedura di attribuzione dei punteggi previsti per la qualità avverrà sulla base dei criteri e parametri specificati nei documenti stessi.

Richiamate le prescrizioni contenute nel capitolato speciale in merito alle caratteristiche tecniche e funzionali richieste per la fornitura in oggetto la Commissione in data odierna procederà a dare lettura della documentazione tecnico-qualitativa presentata dai concorrenti al fine di accertarne la conformità alle caratteristiche tecniche e funzionali indicate in capitolato.

La commissione procede ad analizzare la documentazione tecnica delle offerte pervenute per il lotto n 1.

Preliminarmente viene verificata la presenza in offerta tecnica di tutte le voci componenti i set a partire dal 1.01 fino al 1.28.

In particolare, viene data lettura della composizione prevista a capitolato per i singoli set richiesti e per ciascun concorrente viene appurata la presenza ed il quantitativo della singola voce componente il set offerto al fine di appurare la completezza della composizione del set proposto.

La Commissione, alle ore 14.15 chiude i lavori, ricompone tutta la documentazione tecnica oggetto di valutazione che viene riposta in luogo chiuso a chiave presso l'EGAS e rimanda i lavori in data 17/01/2017 per proseguire con l'analisi puntuale della composizione dei set proposti dai concorrenti per le restanti voci del lotto n 1.

Pitton Elena f.to _____

Lot Aurora f.to_____

Picco Ornella f.to_____

Michela Saba f.to_____

De Monte Roberta f.to_____

Castellarin Nicola f.to_____

VERBALE N 2
COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA
DI TNT STERILE (ID14ECO020)

Il giorno 17 gennaio 2017 alle ore 9.50 presso l’Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi – EGAS è stata convocata, in seduta riservata, la Commissione Giudicatrice nominata con nota prot. n 25708 del 09/11/2016 per la valutazione tecnico/qualitativa delle offerte relative alla gara per la fornitura in oggetto.

Sono presenti le Sig.re:

Pitton Elena	Presidente
Lot Aurora	Componente
Picco Ornella	Componente
Michela Saba	Componente
De Monte Roberta	Componente

Verbalizza le operazioni il sig. Castellarin Nicola funzionario EGAS.

IL PRESIDENTE

Richiamato il verbale del 20/12/2016 fa disporre sul tavolo dei lavori i plichi inviati dalle ditte concorrenti.

LA COMMISSIONE

In data odierna prosegue e completa le operazioni di verifica già avviate in data 20/12/2016 in merito alla presenza nell’offerta tecnica delle ditte concorrenti di tutte le voci componenti il lotto n 1 a partire dalla voce 1.01 fino alla voce 1.28.

In particolare viene data lettura della composizione prevista a capitolato e per ciascun concorrente viene appurata la sola presenza delle singole voci di fornitura richieste al lotto n 1 (componenti sfusi) al fine di appurare la completezza della composizione del set offerto dai singoli o.e..

I lavori vengono temporaneamente interrotti alle ore 13.25 e riprendono alle ore 14.32.

I lavori di verifica proseguono poi fino alle ore 16.05.

La Commissione al termine dei lavori rileva che tutte le ditte concorrenti hanno proposto per il Lotto n.1 in sede di offerta tecnica i set nella composizione richiesta.

La Commissione ricompone tutta la documentazione tecnica oggetto di valutazione che viene riposta in luogo chiuso a chiave presso l'EGAS e rimanda i lavori in data 18/01/2017 per proseguire con l'analisi puntuale della composizione delle voci del lotto n 2.

Pitton Elena f.to_____

Lot Aurora f.to_____

Picco Ornella f.to_____

Michela Saba f.to_____

De Monte Roberta f.to_____

Castellarin Nicola f.to_____

VERBALE N 3
COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA
DI TNT STERILE (ID14ECO020)

Il giorno 18 gennaio 2017 alle ore 10.41 presso l’Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi – EGAS è stata convocata, in seduta riservata, la Commissione Giudicatrice nominata con nota prot. n 25708 del 09/11/2016 per la valutazione tecnico/qualitativa delle offerte relative alla gara per la fornitura in oggetto.

Sono presenti le Sig.re:

Pitton Elena	Presidente
Lot Aurora	Componente
Picco Ornella	Componente
Michela Saba	Componente
De Monte Roberta	Componente

Verbalizza le operazioni il sig. Castellarin Nicola funzionario EGAS.

IL PRESIDENTE

Richiamati i verbali delle sedute precedenti fa disporre sul tavolo dei lavori i plichi inviati dalle ditte concorrenti.

LA COMMISSIONE

in data odierna prosegue le operazioni di verifica già attivate nelle sedute precedenti.

In particolare si attivano le verifiche sulla presenza in offerta tecnica di tutte le voci componenti il lotto n 2.

Viene quindi data lettura della composizione prevista a capitolato dei pacchi procedurali e per ciascun concorrente viene appurata la sola presenza dei componenti richiesti al fine di accertare la completezza dei set proposti nell’offerta tecnica.

I lavori di verifica proseguono fino alle ore 13.32.

La Commissione al termine dei lavori rileva che tutti i concorrenti hanno proposto, in base all’offerta tecnica presentata, relativamente al Lotto n.2 i prodotti nella composizione richiesta dal disciplinare tecnico di gara quindi, la medesima ricompone tutta la documentazione tecnica oggetto di valutazione che viene riposta in luogo chiuso a chiave presso l’EGAS e rimanda i lavori in data 24/01/2017.

Pitton Elena f.to_____

Lot Aurora f.to_____

Picco Ornella f.to_____

Michela Saba f.to_____

De Monte Roberta f.to_____

Castellarin Nicola f.to_____

VERBALE N 4
COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA
DI TNT STERILE (ID14ECO020)

Il giorno 24 gennaio 2017 alle ore 9.40 presso l'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi – EGAS è stata convocata, in seduta riservata, la Commissione Giudicatrice nominata con nota prot. n 25708 del 09/11/2016 per la valutazione tecnico/qualitativa delle offerte relative alla gara per la fornitura in oggetto.

Sono presenti le Sig.re:

Pitton Elena	Presidente
Lot Aurora	Componente
Picco Ornella	Componente
Michela Saba	Componente
De Monte Roberta	Componente

Verbalizza le operazioni la Dott.ssa Chiara Cemulini di EGAS in sostituzione di Nicola Castellarin impossibilitato a presenziare alla seduta.

IL PRESIDENTE

Richiamati i verbali delle sedute precedenti fa disporre sul tavolo dei lavori i plichi inviati dalle ditte concorrenti.

LA COMMISSIONE

Dopo aver concluso per ciascun lotto le verifiche di cui ai verbali delle sedute precedenti, in data odierna iniziano le operazioni di valutazione delle offerte relative al lotto n 1 tramite l'esame della campionatura e dei documenti tecnici presentati dai concorrenti al fine di appurare il possesso dei requisiti tecnici richiesti e di valutare la qualità dei materiali campionati.

In particolare, ai sensi di quanto previsto dalla normativa di gara, la Commissione procederà all'attribuzione dei punteggi come di seguito indicato:

LOTTO N 1

- valutazione set procedurali: la commissione procederà all'attribuzione, per ciascun set procedurale, dei punteggi previsti secondo le tabelle riportate nel capitolato di gara. Il punteggio totale ottenuto dal set verrà moltiplicato per il coefficiente indicato in capitolato. Al termine della "valutazione dei set procedurali" la commissione procederà a sommare i "punteggi pesati" e procederà ad escludere le offerte che non avranno raggiunto 45 punti su 100. Per le offerte ammissibili si procederà all'assegnazione del punteggio massimo previsto (24 punti) all'offerta con punteggio più elevato ed in via proporzionale alle altre offerte ammesse.
- valutazione fuori set teleria: la commissione procederà all'attribuzione, per ciascuna, dei punteggi previsti secondo le tabelle riportate nel capitolato di gara. Il punteggio totale ottenuto verrà moltiplicato per il coefficiente indicato in capitolato. La commissione quindi procederà a sommare i punteggi pesati e quindi e ad assegnare del punteggio massimo previsto (7 punti) all'offerta con punteggio più elevato ed in via proporzionale alle altre offerte ammesse.
- valutazione fuori set camici: la commissione procederà all'attribuzione, per ciascuna, dei punteggi previsti secondo le tabelle riportate nel capitolato di gara. Il punteggio totale ottenuto verrà moltiplicato per il coefficiente indicato in capitolato. La commissione quindi procederà a sommare i punteggi pesati e quindi e ad assegnare del punteggio massimo previsto (9 punti) all'offerta con punteggio più elevato ed in via proporzionale alle altre offerte ammesse.

- *valutazione fuori set altro materiale: la commissione procederà all'attribuzione, per ciascuna, dei punteggi previsti secondo le tabelle sopra riportate. Il punteggio totale ottenuto verrà moltiplicato per il coefficiente indicato in capitolato. La commissione quindi procederà a sommare i punteggi pesati e quindi ad assegnare del punteggio massimo previsto (5 punti) all'offerta con punteggio più elevato ed in via proporzionale alle altre offerte ammesse.*

Nel dettaglio la Commissione procede per ciascun concorrente del lotto n 1 e per ogni singola voce offerta a:

- dare lettura delle caratteristiche tecniche (descrizione e misure) degli elementi oggetto di valutazione
- appurare la presenza dei requisiti previsti in capitolato (oltre che su scheda tecnica anche sul campione presentato)
- valutare la qualità della campionatura presentata
- attribuire il relativo punteggio tecnico-qualitativo secondo le tabelle contenute nei documenti di gara (con relativa motivazione)
- riportare i punteggi assegnati e le relative valutazioni in un documento riepilogativo finale.

La Commissione prima di procedere all'esame dei campioni prende atto della dichiarazione prodotta dalla ditta Molnycke Health Care con la quale la medesima evidenzia che il confezionamento relativo ai prodotti campionati per il lotto n. 1 voce 39.d e voce 93 sarà il medesimo per tutti i prodotti sfusi offerti a marchio Barrier (cartone esterno per il trasporto e lo stoccaggio nei magazzini dispenser per la conservazione nei locali adiacenti il luogo di utilizzo busta sterile contenente il singolo prodotto).

La Commissione rileva in base alla lettura del Capitolato Speciale di gara che relativamente al Lotto n.1 per quanto concerne la valutazione dei prodotti fuori set diversi da teli in TNT e camici il parametro di valutazione da utilizzare "gamma delle misure", non risulta applicabile, per cui la medesima decide all'unanimità di assegnare a tutte le proposte delle ditte concorrenti il massimo punteggio attribuibile (15 punti) nel rispetto del *favor participationis* di tutti i concorrenti.

La Commissione decide altresì di utilizzare il medesimo principio (con quindi attribuzione del max. punteggio ai fini di non penalizzare i concorrenti) anche per le rimanenti voci in gara che per materiale di composizione non rientrano nella voce TNT e pertanto non risultano valutabili di per sé con alcuni criteri strettamente riservabili al TNT quali: RESISTENZA ALLA TRAZIONE – asciutto in N, RESISTENZA ALLA PENETRAZIONE MICROBICA – bagnato in Lg in area critica, PERDITA DI PARTICELLE in Log10, RESISTENZA ALLA PENETRAZIONE DEI LIQUIDI in cm H2O in area critica.

I lavori vengono temporaneamente interrotti alle ore 12.20 e riprendono alle ore 13.30.

La Commissione dopo aver visionato una parte dei campioni, decide in considerazione della grossa mole di campionatura da valutare di chiudere alle ore 16.00 i lavori; ricompone tutta la documentazione tecnica oggetto di valutazione e la campionatura visionata che vengono riposte in luoghi chiusi a chiave presso l'EGAS e rimanda i lavori in data 25/01/2017.

Pitton Elena f.to _____

Lot Aurora f.to _____

Picco Ornella f.to _____

Michela Saba f.to _____

De Monte Roberta f.to _____

Chiara Cemulini f.to _____

VERBALE N 5
COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA
DI TNT STERILE (ID14ECO020)

Il giorno 25 gennaio 2017 alle ore 9.45 presso l’Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi – EGAS è stata convocata, in seduta riservata, la Commissione Giudicatrice nominata con nota prot. n. 25708 del 09/11/2016 per la valutazione tecnico/qualitativa delle offerte relative alla gara per la fornitura in oggetto.

Sono presenti le Sig.re:

Pitton Elena	Presidente
Lot Aurora	Componente
Picco Ornella	Componente
Michela Saba	Componente
De Monte Roberta	Componente

Verbalizza le operazioni la Dott.ssa Chiara Cemulini di EGAS.

IL PRESIDENTE

Richiamati i verbali delle sedute precedenti fa disporre sul tavolo dei lavori i plichi e la campionatura inviati dalle ditte concorrenti.

LA COMMISSIONE

in data odierna prosegue le operazioni di valutazione con le modalità già adottate e verbalizzate e più precisamente:

per ciascun concorrente e per ogni singola voce di gara:

- viene data lettura delle caratteristiche tecniche (descrizione e misure) degli elementi oggetto di valutazione
- viene appurata la presenza dei requisiti previsti in capitolato
- viene valutata la campionatura presentata
- viene attribuito un punteggio secondo le tabelle contenute nei documenti di gara (con relativa motivazione) che verrà riportato in un documento riepilogativo finale.

La Commissione procedere ad esaminare nuovi campioni e chiude poi i lavori alle ore 12.20.

La Commissione ricompone tutta la documentazione tecnica e la campionatura oggetto di valutazione che vengono riposte in luoghi chiusi a chiave presso l'EGAS e rimanda i lavori in data 31/01/2017.

Pitton Elena f.to _____

Lot Aurora f.to _____

Picco Ornella f.to _____

Michela Saba f.to _____

De Monte Roberta f.to _____

Chiara Cemulini f.to _____

VERBALE N 6
COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA
DI TNT STERILE (ID14ECO020)

Presso l’Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi – EGAS si è riunita, in sedute riservate, la Commissione Giudicatrice nominata per la valutazione tecnico/qualitativa delle offerte relative alla gara per la fornitura in oggetto nelle seguenti giornate:

Il giorno 31 gennaio 2017 alle ore 9.35 con interruzione dei lavori dalle 13.35 alle 14.20 e chiusura dei lavori alle 16.10;

Il giorno 01 febbraio 2017 alle ore 9.43 con chiusura dei lavori alle 13.10;

Il giorno 08 febbraio 2017 alle ore 9.44 con chiusura dei lavori alle 13.20;

Il giorno 21 febbraio 2017 alle ore 9.40 con chiusura dei lavori alle 12.30;

Il giorno 22 febbraio 2017 alle ore 9.45 con chiusura dei lavori alle 12.40;

Il giorno 28 febbraio 2017 alle ore 9.35 con interruzione dei lavori dalle 12.45 alle 13.30 e chiusura dei lavori alle 16.05.

Il giorno 21 marzo 2017 alle ore 9.50 con chiusura dei lavori alle 11.17.

Il giorno 28 marzo 2017 alle ore 9.55 con interruzione dei lavori dalle 13.00 alle 14.00 e chiusura dei lavori alle 16.13

Il giorno 29 marzo 2017 alle ore 9.45 con chiusura dei lavori alle 13.00 con disposizione di riconvocare i lavori al 5 aprile 2017

Nelle sedute succitate sono presenti le Sig.re:

Pitton Elena	Presidente
Lot Aurora	Componente
Picco Ornella	Componente
Michela Saba	Componente
De Monte Roberta	Componente

Verbalizza le operazioni il Sig. Castellarin Nicola – funzionario Egas.

Il Presidente all'esordio dei lavori di ciascuna seduta richiama le operazioni svolte nel corso delle sedute precedenti e fa disporre sul tavolo dei lavori i plichi e la campionatura inviati dalle ditte concorrenti.

LA COMMISSIONE

Prosegue le operazioni di valutazione con le modalità già adottate e verbalizzate.

La Commissione al termine di ogni seduta ricompone tutta la documentazione tecnica e la campionatura oggetto di valutazione che vengono riposti in luoghi chiusi a chiave presso l'EGAS.

Pitton Elena f.to_____

Lot Aurora f.to_____

Picco Ornella f.to_____

Michela Saba f.to_____

De Monte Roberta f.to_____

Castellarin Nicola f.to_____

VERBALE N 7
COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA
DI TNT STERILE (ID14ECO020)

Il giorno 5 aprile 2017 alle ore 9.35 presso EGAS si è riunita, in seduta riservata, la Commissione Giudicatrice nominata per la valutazione tecnico/qualitativa delle offerte relative alla gara per la fornitura in oggetto.

Sono presenti le Sig.re:

Pitton Elena	Presidente
Lot Aurora	Componente
Picco Ornella	Componente
Michela Saba	Componente
De Monte Roberta	Componente

Verbalizza le operazioni il Sig. Castellarin Nicola di EGAS.

IL PRESIDENTE

Richiamati i verbali delle sedute precedenti fa disporre sul tavolo dei lavori i plichi e la campionatura inviati dalle ditte concorrenti.

LA COMMISSIONE

Dopo aver concluso per ciascuna voce del lotto n.1 le verifiche/esame delle campionature di cui ai verbali delle sedute di lavoro precedenti, in data odierna inizia le operazioni di valutazione delle offerte tecniche e dei campioni relativi al lotto n. 2, al fine di appurare il possesso dei requisiti tecnici richiesti e di valutare la qualità dei materiali campionati.

In particolare, ai sensi di quanto previsto dalla normativa di gara, la Commissione procederà all'attribuzione dei punteggi come di seguito indicato:

LOTTO N 2

- valutazione set procedurali/intervento: la commissione procederà all'attribuzione, per ciascun set procedurale, dei punteggi previsti secondo le tabelle riportate nel capitolato di gara. Il punteggio totale ottenuto dal set verrà moltiplicato per il coefficiente indicato in capitolato. Al termine della "valutazione dei set procedurali" la commissione procederà a sommare i "punteggi pesati"

Nel dettaglio la Commissione procede per ciascun concorrente del lotto n 2 e per ogni singola voce offerta a:

- dare lettura delle caratteristiche tecniche (descrizione e misure) degli elementi oggetto di valutazione
- appurare la presenza dei requisiti previsti in capitolato (sia su scheda tecnica che sul campione)

- valutare la qualità della campionatura presentata
- attribuire il relativo punteggio secondo le tabelle contenute nei documenti di gara (con relativa motivazione) che verrà poi riportato in un documento riepilogativo finale.

La Commissione al termine dei lavori, alle ore 13.00, valutati i campioni e la documentazione tecnica delle ditte concorrenti relativamente ad una serie delle voci in gara, in considerazione della consistente mole di campionatura, ricompone tutta la documentazione tecnica ed i campioni oggetto di valutazione che vengono riposti in luoghi chiusi a chiave presso l'EGAS e rimanda i lavori in data 12/04/2017.

Pitton Elena	f.to _____
Lot Aurora	f.to _____
Picco Ornella	f.to _____
Michela Saba	f.to _____
De Monte Roberta	f.to _____
Nicola Castellarin	f.to _____

VERBALE N 8
COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA
DI TNT STERILE (ID14ECO020)

Il giorno 12 aprile 2017 alle ore 9.45 presso l’Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi – EGAS si è riunita, in seduta riservata, la Commissione Giudicatrice nominata per la valutazione tecnico/qualitativa delle offerte relative alla gara per la fornitura in oggetto:

sono presenti le Sig.re:

Pitton Elena	Presidente
Lot Aurora	Componente
Picco Ornella	Componente
Michela Saba	Componente
De Monte Roberta	Componente

Verbalizza le operazioni il Sig. Castellarin Nicola funzionario EGAS.

IL PRESIDENTE all’esordio dei lavori della seduta richiama le operazioni delle sedute precedenti, quindi fa disporre sul tavolo dei lavori i plichi ed i campioni inviati dalle ditte concorrenti.

LA COMMISSIONE

Prosegue le operazioni di valutazione dei prodotti offerti dalle ditte concorrenti per le voci relative al Lotto n.2 con le modalità già adottate nel corso delle precedenti sedute, ai sensi di quanto previsto dal Capitolato speciale di gara.

Nel corso della seduta la Commissione decide altresì all’unanimità di richiedere alle ditte concorrenti una prova pratica dimostrativa del “software di gestione” proposto in gara da effettuarsi il giorno 17/05/2017 presso la sede dell’EGAS di Udine, al fine di poter meglio appurare le effettive caratteristiche tecnico-funzionali del software gestionale offerto dagli o.e. concorrenti per il monitoraggio dei movimenti di magazzino (carichi/scarichi, giacenze e consegne effettuate) e di poter attribuire il relativo punteggio di qualità;

a tale fine la Commissione dispone di interrompere la valutazione dei prodotti del lotto n 2 per dedicarsi alla lettura dei progetti presentati dai concorrenti riguardo al software gestionale.

Chiude quindi i lavori alle ore 12.40 e si aggiorna al 03/05/2017 per la analisi delle offerte tecniche relative al progetto di gestione presentate dalle ditte concorrenti.

La Commissione al termine della seduta ricomponete tutta la documentazione tecnica e tutti campioni oggetto di valutazione che vengono riposti in luoghi chiusi a chiave presso l'EGAS.

Pitton Elena f.to _____

Lot Aurora f.to _____

Picco Ornella f.to _____

Michela Saba f.to _____

De Monte Roberta f.to _____

Nicola Castellarin f.to _____

VERBALE N 9
COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA
DI TNT STERILE (ID14ECO020)

Il giorno 3 maggio 2017 alle ore 9.55 presso l’Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi – EGAS è stata convocata nuovamente, in seduta riservata, la Commissione Giudicatrice nominata per la valutazione tecnico/qualitativa delle offerte relative alla gara per la fornitura in oggetto.

Sono presenti le Sig.re:

Pitton Elena	Presidente
Lot Aurora	Componente
Picco Ornella	Componente
Michela Saba	Componente
De Monte Roberta	Componente

Verbalizza le operazioni il sig. Castellarin Nicola funzionario EGAS (segretario verbalizzante).

IL PRESIDENTE

rende noto che con nota prot. EGAS n. 0010550 del 14/04/2017 è stata richiesta alle ditte partecipanti una prova pratica del “software di gestione” proposto in gara da effettuarsi il giorno 17/05/2017 presso la sede dell’EGAS di Udine.

In attesa di visionare il software la commissione procede nel corso della seduta di lavoro ad analizzare per ciascun concorrente le proposte contenute nella “**CARTELLA E: PROGETTO DI GESTIONE**”;

in particolare viene data lettura:

- 1) Della relazione illustrativa del progetto di gestione
- 2) Della descrizione del software offerto
- 3) Della dichiarazione frequenza di ripristino delle scorte
- 4) Della relazione sull'assistenza tecnica in loco e formazione

I lavori si chiudono alle ore 13.05.

Il giorno successivo 04/05/2017 alle ore 9.35 la Commissione riprende i lavori di lettura e valutazione dei progetti.

Alle ore 13.30 si chiudono i lavori che vengono aggiornati per la visione dei software offerti al 17/05/2017.

La Commissione al termine della seduta ricompone tutta la documentazione tecnica oggetto di valutazione che viene riposta in luogo chiuso a chiave presso l'EGAS.

Pitton Elena f.to_____

Lot Aurora f.to_____

Picco Ornella f.to_____

Michela Saba f.to_____

De Monte Roberta f.to_____

Castellarin Nicola f.to_____

VERBALE N 10
COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA
DI TNT STERILE (ID14ECO020)

Il giorno 17 maggio 2017 alle ore 9.58 presso l’Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi – EGAS si è riunita la Commissione Giudicatrice nominata per la valutazione tecnico/qualitativa delle offerte relative alla gara per la fornitura in oggetto:

Sono presenti le Sig.re:

Pitton Elena	Presidente
Lot Aurora	Componente
Picco Ornella	Componente
Michela Saba	Componente
De Monte Roberta	Componente

Verbalizza le operazioni il Sig. Castellarin Nicola –funzionario Egas.

IL PRESIDENTE

all’esordio dei lavori rende noto che con nota prot. EGAS n. 0010550 del 14/04/2017 è stata richiesta alle ditte partecipanti una prova pratica del “software di gestione” proposto in gara da effettuarsi in data odierna presso la sede dell’EGAS di Udine.

Rileva che nel corso dell’incontro si procederà a far effettuare ai concorrenti la prova pratica del “software di gestione” proposto in gara secondo l’ordine indicato nella nota prot. EGAS succitata e più precisamente:

- Ore 10:00-11:00: ditta MOLNLYCKE HEALTH CARE s.r.l.
- Ore 11:00-12:00: ditta SERVIZI ITALIA s.p.a.
- Ore 12:00-13:00: ditta LOHMANN & RAUSCER
- Ore 14:00-15:00: ditta SERVIZI OSPEDALIERI s.r.l.

Si precisa che il tempo messo a disposizione ai concorrenti per una breve presentazione da parte dello specialista di prodotto del software offerto e per alcune domande da parte della Commissione Giudicatrice sul progetto tecnico è di circa 1 ora per ciascuna ditta.

Tutti i concorrenti convocati procedono quindi ad illustrare le caratteristiche tecniche e funzionali del software offerto e a simulare le modalità di monitoraggio dei movimenti magazzino consentite dal software (carichi/scarichi, giacenze e consegne effettuate) mediante anche la proiezione delle relative immagini visive.

I lavori vengono sospesi alle ore 13.25 e riprendono alle ore 14.20 per la presentazione del software della ditta SERVIZI OSPEDALIERI.

I lavori proseguono fino alle ore 15.30. La Commissione al termine dei lavori ricompone la documentazione tecnica oggetto di valutazione che viene riposta in luogo chiuso a chiave presso l'EGAS e rimanda i lavori in data 18/05/2017.

Pitton Elena f.to_____

Lot Aurora f.to_____

Picco Ornella f.to_____

Michela Saba f.to_____

De Monte Roberta f.to_____

Castellarin Nicola f.t_____

VERBALE N 11
COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA
DI TNT STERILE (ID14ECO020)

Il giorno 18 maggio 2017 alle ore 9.58 presso l’Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi – EGAS è stata convocata nuovamente, in seduta riservata, la Commissione Giudicatrice nominata per la valutazione tecnico/qualitativa delle offerte relative alla gara per la fornitura in oggetto.

Sono presenti le Sig.re:

Pitton Elena	Presidente
Lot Aurora	Componente
Picco Ornella	Componente
Michela Saba	Componente
De Monte Roberta	Componente

Verbalizza le operazioni il sig. Castellarin Nicola funzionario EGAS (segretario verbalizzante).

IL PRESIDENTE

Richiamati i verbali della seduta del 17/05/2018 fa disporre i plichi sul tavolo per la prosecuzione dell’analisi e della valutazione dei progetti tecnici contenuti nella “CARTELLA E: PROGETTO DI GESTIONE”.

La Commissione dopo aver analizzato nel dettaglio i contenuti e in base alla visione effettuata dei software proposti procede all’assegnazione dei punteggi qualitativi previsti in capitolato.

In particolare per il lotto n 1 valuta:

E	PROGETTO DI GESTIONE
	1 Soluzione proposta
	il punteggio viene attribuito sulla base della rilevanza della proposta di gestione della fornitura sotto il profilo dell’innovazione, della completezza, della semplificazione delle diverse fasi del processo di approvvigionamento
	2 Soluzione proposta per il software di gestione

	Viene valutato il software offerto per il monitoraggio dei movimenti di magazzino (carichi/scarichi, giacenze e consegne effettuate) anche a seguito della demo del 17/05/2017
	3 Frequenza di ripristino delle scorte
	il punteggio viene attribuito in base alla maggior frequenza proposta prevedendo: punti 20 per una frequenza settimanale punti 10 per frequenza ogni 10 /15 giorni punti 0 per frequenza maggiore di 15 giorni.
	4 Assistenza tecnica in loco previste nel periodo contrattuale
	Il punteggio viene attribuito in base al maggior numero di ore di assistenza tecnica previste nel corso della fornitura e le ore previste per la formazione del personale delle AAS

Per il lotto n 2 vengono valutati:

	PROGETTO DI GESTIONE
	1 Soluzione proposta
	il punteggio viene attribuito sulla base della rilevanza della proposta di gestione della fornitura sotto il profilo dell'innovazione, della completezza, della semplificazione delle diverse fasi del processo di approvvigionamento, classificando le proposte secondo la tabella
	2 Soluzione proposta per il software di gestione
	viene valutato il software offerto per il monitoraggio dei movimenti di magazzino (carichi/scarichi, giacenze e consegne effettuate) anche a seguito della demo del 17/05/2017
	3 Frequenza di ripristino delle scorte
	il punteggio viene attribuito in base alla maggior frequenza proposta prevedendo: punti 20 per una frequenza settimanale punti 10 per frequenza ogni 10 /15 giorni punti 0 per frequenza maggiore di 15 giorni.
	4 Assistenza tecnica in loco previste nel periodo contrattuale
	Il punteggio viene attribuito in base al maggior numero di ore di assistenza tecnica previste nel corso della fornitura e le ore previste per la formazione del personale delle AAS

Il punteggio attribuito viene riportato nel documento riepilogativo finale.

I lavori vengono interrotti dalle ore 13.05 alle ore 14.05 per poi chiudersi alle ore 16.20.

La commissione ricompone tutta la documentazione tecnica oggetto di valutazione che viene riposta in luogo chiuso a chiave presso l'EGAS.

Pitton Elena f.to_____

Lot Aurora f.to_____

Picco Ornella f.to _____

Michela Saba f.to_____

De Monte Roberta f.to_____

Castellarin Nicola f.to_____

VERBALE N 12
COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA
DI TNT STERILE
(ID14ECO020)

Presso l’Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi – EGAS si è riunita, in sedute riservate, la Commissione Giudicatrice nominata per la valutazione tecnico/qualitativa delle offerte relative alla gara per la fornitura in oggetto nelle giornate sotto indicate:

Il giorno 15 novembre 2017 alle ore 10.50 con interruzione dei lavori dalle 13.00 alle 14.00 e chiusura dei lavori alle 16.20;

Il giorno 28 novembre 2017 alle ore 9.50 con interruzione dei lavori dalle 13.00 alle 14.10 e chiusura dei lavori alle 15.10;

Il giorno 30 gennaio 2018 alle ore 9.50 con interruzione dei lavori dalle 12.20 alle 13.15 e chiusura dei lavori alle 16.00;

Il giorno 06 marzo 2018 alle ore 9.55 con interruzione dei lavori dalle 13.00 alle 14.00 e chiusura dei lavori alle 17.00;

Il giorno 20 marzo 2018 alle ore 9.45 si riunisce nuovamente la commissione. Alle ore 10.00 il Presidente si allontana dalla seduta ed incarica i restanti componenti della commissione a proseguire l’esame e l’effettuazione delle verifiche sulle schede tecniche e sui campioni presentati per un’analisi ricognitiva delle offerte tecniche delle rimanenti voci in gara non ancora oggetto di valutazione.

I lavori vengono sospesi alle ore 12.20 e riprendono alle 13.40 per concludersi alle ore 16.05.

A tutte le sedute sono presenti le Sig.re:

Pitton Elena	Presidente
Lot Aurora	Componente
Picco Ornella	Componente
Michela Saba	Componente
De Monte Roberta	Componente

Verbalizza le operazioni il Sig. Castellarin Nicola – funzionario Egas.

Il Presidente all’esordio dei lavori di ciascuna seduta richiama le operazioni svolte nel corso delle sedute precedenti e fa disporre sul tavolo dei lavori i plichi e la campionatura inviati dalle ditte concorrenti.

LA COMMISSIONE

Riprende nel corso delle suddette sedute a completare le operazioni di analisi e di valutazione delle offerte presentate dagli operatori economici concorrenti per la fornitura del lotto n 2 con le modalità già adottate.

La Commissione al termine di ogni seduta ricompone tutta la documentazione tecnica e la campionatura oggetto di valutazione che vengono riposti in luoghi chiusi a chiave presso l'EGAS.

Pitton Elena f.to_____

Lot Aurora f.to_____

Picco Ornella f.to_____

Michela Saba f.to_____

De Monte Roberta f.to_____

Castellarin Nicola f.to_____

VERBALE N 13
COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA
DI TNT STERILE (ID14ECO020)

Il giorno 27 marzo 2018 alle ore 9.50 presso l’Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi – EGAS è stata convocata, in seduta riservata, la Commissione Giudicatrice nominata con nota prot. n. 25708 del 09/11/2016 per la valutazione tecnico/qualitativa delle offerte relative alla gara per la fornitura in oggetto.

Sono presenti le Sig.re:

Pitton Elena	Presidente
Lot Aurora	Componente
Picco Ornella	Componente
Michela Saba	Componente
De Monte Roberta	Componente

Verbalizza le operazioni il Sig. Castellarin Nicola di EGAS.

IL PRESIDENTE

Richiamati i verbali delle sedute precedenti fa disporre sul tavolo dei lavori i plichi inviati dalle ditte concorrenti.

LA COMMISSIONE

in data odierna prosegue le operazioni di valutazione con le modalità già adottate e verbalizzate.

Preliminarmente i componenti della CG delegati dal Presidente in data 20/03/2018, relazionano su quanto visionato nel corso della seduta di lavoro in argomento. Il Presidente dopo aver ascoltato quanto illustrato prende atto degli esiti delle verifiche svolte e fa proprie le valutazioni effettuate dai membri della Commissione approvandole.

La Commissione nel suo plenum procede ad attribuire i punteggi tecnici relativi al lotto n. 2 che vengono riportati nel documento riepilogativo finale.

La Commissione chiude i lavori alle ore 13.45, ricompone tutta la documentazione tecnica oggetto di valutazione che viene riposta in luogo chiuso a chiave presso l'EGAS.

Pitton Elena f.to _____

Lot Aurora f.to _____

Picco Ornella f.to _____

Michela Saba f.to _____

De Monte Roberta f.to _____

Castellarin Nicola f.to _____

VERBALE N 14
COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA
DI TNT STERILE (ID14ECO020)

Il giorno 13 giugno 2018 alle ore 15.15 presso l’Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi – EGAS è stata convocata, in seduta riservata, la Commissione Giudicatrice nominata con nota prot. n. 25708 del 09/11/2016 per la valutazione tecnico/qualitativa delle offerte relative alla gara per la fornitura in oggetto.

Sono presenti le Sig.re:

Pitton Elena	Presidente
Lot Aurora	Componente
Picco Ornella	Componente
Michela Saba	Componente
De Monte Roberta	Componente

Verbalizza le operazioni il Sig. Castellarin Nicola di EGAS.

IL PRESIDENTE

Richiama tutti i verbali delle sedute precedenti

LA COMMISSIONE

Vista tutta la documentazione tecnica prodotta, la campionatura e le demo dei software proposti dalle ditte concorrenti:

- dispone che tutte le valutazioni effettuate e verbalizzate nelle sedute precedenti, vengano riportate nel documento riepilogativo finale denominato “Allegato al verbale della Commissione Giudicatrice” che viene allegato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale
- all’unanimità conferma relativamente alle proposte degli o.e. concorrenti, l’attribuzione dei punteggi tecnici assegnati dalla medesima in base ai criteri definiti dal Capitolato Speciale di gara e dispone che con le relative e più salienti motivazioni vengano compiutamente riportati nell’Allegato su richiamato, unitamente ai punteggi tecnici finali riparametrati ai sensi di quanto previsto dalla normativa di gara.

La Commissione chiude i lavori alle ore 17,30.

Pitton Elena f.to_____

Lot Aurora f.to_____

Picco Ornella f.to_____

Michela Saba f.to_____

De Monte Roberta f.to_____

Castellarin Nicola f.to_____

Allegato:

“Allegato al verbale della Commissione Giudicatrice”

A	VALUTAZIONE DEI SET	max	MOLNLYCKE CARE	SERVIZI ITALIA	LOHMANN & RAUSCHER	SERVIZI OSPEDALIERI	MOLNLYCKE CARE	SERVIZI ITALIA	LOHMANN & RAUSCHER	SERVIZI OSPEDALIERI
	1.01 SET CHIRURGICO UNIVERSALE		Punteggio Ditte				Motivazione punteggio			
A.1	CARATTERISTICHE DEL CONFEZIONAMENTO (SET)	24,00	22,60	17,00	22,60	24,00				
	1- tipo di apertura (esame visivo del campione)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	peel away	peel away	peel away	peel away
	2- modalità di presentazione (esame visivo del campione)	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	piena aderenza al layer	piena aderenza al layer	piena aderenza al layer	piena aderenza al layer
	3- identificazione del set (esame visivo del campione)	7,00	5,60	0,00	5,60	7,00	BUONO presenta informazioni complete ma dimensioni dei caratteri ridotti	SCADENTE Mancano le etichette identificative dei set richieste dal capitolato sia sul campione che nella documentazione l'aderenza al layer risulterebbe adeguata (ordine) ma, seguendo le istruzioni presenti sul telo tavolo madre, l'apertura richiede una manovra che non rispetta la sequenza dx/sx basso/alto prevista a garanzia del mantenimento della sterilità del campo (per posizione dell'etichettatura e orientamento del rinforzo non corrette)	BUONO presenta informazioni complete ma dimensioni dei caratteri ridotti	OTTIMO presenta completezza della informazioni e ottima leggibilità (presenti pittogrammi)
A.2	CARATTERISTICHE DELLA TELERIA INCLUSA NEI SET	76,00	56,17	31,67	54,69	70,14				
	TELERIA resistenza alla trazione in area critica – asciutto in N (dato da scheda tecnica) norma EN29073-3	6,00	3,90	4,80	3,00	6,00	Discreto (valore medio 92)	Buono (valore medio 98,67)	Sufficiente (valore medio 76,92)	Ottimo (valore medio 120,64)
	TELERIA resistenza alla penetrazione microbica – bagnato in I _B in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 22610	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	Ottimo(valore medio 6)	Ottimo(valore medio 6)	Ottimo(valore medio 6)	Ottimo(valore medio 6)
	TELERIA perdita di particelle in Log ₁₀ (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 9073-10	2,72	2,72	2,72	1,36	1,77	Ottimo (valore medio 2,3)	Ottimo (valore medio 2,38)	Sufficiente (valore medio 3,07)	Discreto (valore medio 2,7)
	TELERIA resistenza alla penetrazione dei liquidi in cm H ₂ O in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN 20811	5,90	5,90	3,84	2,95	4,72	Ottimo (valore medio 773)	Discreto (valore medio 187)	Sufficiente (valore medio 125)	Buono (valore medio 202)
	TUTTI COMPONENTI – rifiniture (esame del campione)	18,66	14,93	5,60	18,66	14,93	Buone le rifiniture dei materiali	Scarso : i tamponi i presentano una fuoriuscita di fili	OTTIMO molto accurate le rifiniture (componenti inseriti in scatoline)	Buone le rifiniture dei materiali
	FUNZIONALITA'	40,00	26,00	12,00	26,00	40,00	proposta discreta: drappeggiabilità discreta, presenta parte sottostante del telo rivestita in film in tnt sottile che rende confortevole il contatto del telo alla cute del paziente. Zona di rinforzo sufficiente parte anche non rinforzata cmq assorbente che però sulla prova bagnato nel tempo non pemane integro (lo strato si stacca dal sottostante)	proposta scarsa: le pezze laparotomiche 72a presentano la fettuccia non richiesta, sul telo piedi presentato un adesivo basso (minor superfice adesiva), drappeggiabilità sufficiente, teli facilmente lacerabili, i teli non presentano parti plastificate a contatto con il paziente. apertura del confezionamento del pacco non di facile intuizione, inoltre nei set sono prtesente tamponi da 12 mm non confezionati	proposta discreta: la parte sottostante il telo è priva di rivestimento e la parte plastificata va direttamente a contatto con il paziente, buona drappeggiabilità. Zona di rinforzo meno adeguata (parte anche rinforzata piccola e resto del telo meno assorbente).	proposta ottima: ottima la drappeggiabilità, i teli non presentano parti plastificate a contatto con il paziente, ottima zona di rinforzo (la più ampia), la ampia zona assorbente assicura la funzionalità del presidio al tipo di intervento richiesto.
	TOTALE	100,00	78,77	48,67	77,29	94,14				
	PUNTEGGIO MAX PARAMETRO A									

A	VALUTAZIONE DEI SET	max	MOLNLYCKE CARE	SERVIZI ITALIA	LOHMANN & RAUSCHER	SERVIZI OSPEDALIERI	MOLNLYCKE CARE	SERVIZI ITALIA	LOHMANN & RAUSCHER	SERVIZI OSPEDALIERI
	1.02 SET CHIRURGICO PER MINI LAPARATOMIA		Punteggio Ditte				Motivazione punteggio			
A.1	CARATTERISTICHE DEL CONFEZIONAMENTO (SET)	24,00	22,60	17,00	22,60	24,00				
	1- tipo di apertura (esame visivo del campione)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	peel away	peel away	peel away	peel away
	2- modalità di presentazione (esame visivo del campione)	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	piena aderenza al layer	piena aderenza al layer	piena aderenza al layer	piena aderenza al layer

A	VALUTAZIONE DEI SET	max	MOLNLYCKE CARE	SERVIZI ITALIA	LOHMANN & RAUSCHER	SERVIZI OSPEDALIERI	MOLNLYCKE CARE	SERVIZI ITALIA	LOHMANN & RAUSCHER	SERVIZI OSPEDALIERI
	1.04 SET CHIRURGICO PER LAPAROSCOPIA		Punteggio Ditte				Motivazione punteggio			
A.1	CARATTERISTICHE DEL CONFEZIONAMENTO (SET)	24,00	22,60	17,00	22,60	24,00				
	1- tipo di apertura (esame visivo del campione)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	peel away	peel away	peel away	peel away
	2- modalità di presentazione (esame visivo del campione)	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	piena aderenza al layer	piena aderenza al layer	piena aderenza al layer	piena aderenza al layer
	3- identificazione del set (esame visivo del campione)	7,00	5,60	0,00	5,60	7,00	BUONO presenta informazioni complete ma dimensioni dei caratteri ridotti	SCADENTE Mancano le etichette identificative dei set richieste dal capitolato sia sul campione che nella documentazione l'aderenza al layer risulterebbe adeguata (ordine) ma, seguendo le istruzioni presenti sul telo tavolo madre, l'apertura richiede una manovra che non rispetta la sequenza dx/sx basso/alto prevista a garanzia del mantenimento della sterilità del campo (per posizione dell'etichettatura e orientamento del rinforzo non corrette)	BUONO presenta informazioni complete ma dimensioni dei caratteri ridotti	OTTIMO presenta completezza della informazioni e ottima leggibilità (presenti pittogrammi)
A.2	CARATTERISTICHE DELLA TELERIA INCLUSA NEI SET	76,00	45,39	45,13	52,26	63,09				
	TELERIA resistenza alla trazione in area critica – asciutto in N (dato da scheda tecnica) norma EN29073-3	6,00	3,00	4,80	3,90	6,00	Sufficiente (valore medio 62,25)	Buono (valore medio 87)	Discreto (valore medio 76,13)	Ottimo (valore medio 94,52)
	TELERIA resistenza alla penetrazione microbica – bagnato in I _B in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 22610	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	Ottimo (valore medio 6)	Ottimo (valore medio 6)	Ottimo (valore medio 6)	Ottimo (valore medio 6)
	TELERIA perdita di particelle in Log ₁₀ (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 9073-10	2,72	1,77	2,18	1,36	2,72	Discreto (valore medio 2,43)	Buono (valore medio 2,38)	Sufficiente (valore medio 3,11)	Ottimo (valore medio 2,13)
	TELERIA resistenza alla penetrazione dei liquidi in cm H ₂ O in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN 20811	5,90	5,90	3,84	2,95	4,72	Ottimo (valore medio 510)	Discreto (valore medio 180)	Sufficiente (valore medio 125)	Buono (valore medio 200)
	TUTTI COMPONENTI – rifiniture (esame del campione)	18,66	0,00	5,60	9,33	14,93	Scadente : mancano le cuciture nella lunghetta che potrtrebbero rilasciare fili all' interno dell' adome troppo grandi 8x18 , inoltre la striscia piccola misure 2,5x 26 garze non confezionate	Scarso I tamponi (voce 81) non confezionati, striscia con velcro mis. 2,5 x 26 cm.	Sufficiente le rifiniture striscia piccola cm. 2,5x 26 lunghette troppo larghe e troppo corte	Buone le rifiniture dei materiali
	FUNZIONALITA'	40,00	32,00	26,00	32,00	32,00	Funzionalità nel complesso buona	Discreto La lunghetta non corrisponde alle misure richieste 3x 25 e non corrisponde alla voce 74b com e richiesto	Buona la funzionalità	Buona la funzionalità
	TOTALE	100,00	67,99	62,13	74,86	87,09				
	PUNTEGGIO MAX PARAMETRO A									

A	VALUTAZIONE DEI SET	max	MOLNLYCKE CARE	SERVIZI ITALIA	LOHMANN & RAUSCHER	SERVIZI OSPEDALIERI	MOLNLYCKE CARE	SERVIZI ITALIA	LOHMANN & RAUSCHER	SERVIZI OSPEDALIERI
	VOCE 1,05 SET CHIRURGICO COLON LAPAROSCOPICO		Punteggio Ditte				Motivazione punteggio			
A.1	CARATTERISTICHE DEL CONFEZIONAMENTO (SET)	24,00	22,60	17,00	22,60	24,00				
	1- tipo di apertura (esame visivo del campione)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	peel away	peel away	peel away	peel away
	2- modalità di presentazione (esame visivo del campione)	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	piena aderenza al layer	piena aderenza al layer	piena aderenza al layer	piena aderenza al layer
	3- identificazione del set (esame visivo del campione)	7,00	5,60	0,00	5,60	7,00	BUONO presenta informazioni complete ma dimensioni dei caratteri ridotti	SCADENTE Mancano le etichette identificative dei set richieste dal capitolato sia sul campione che nella documentazione l'aderenza al layer risulterebbe adeguata (ordine) ma, seguendo le istruzioni presenti sul telo tavolo madre, l'apertura richiede una manovra che non rispetta la sequenza dx/sx basso/alto prevista a garanzia del mantenimento della sterilità del campo (per posizione dell'etichettatura e orientamento del rinforzo non corrette)	BUONO presenta informazioni complete ma dimensioni dei caratteri ridotti	OTTIMO presenta completezza della informazioni e ottima leggibilità (presenti pittogrammi)
A.2	CARATTERISTICHE DELLA TELERIA INCLUSA NEI SET	76,00	25,80	22,86	37,86	63,09				
	TELERIA resistenza alla trazione in area critica – asciutto in N (dato da scheda tecnica) norma EN29073-3	6,00	3,00	4,80	3,90	6,00	Sufficiente (valore medio 62,25)	Buono (valore medio 89,87)	Discreto (valore medio 76,13)	Ottimo (valore medio 94,52)

	TELERIA resistenza alla penetrazione microbica – bagnato in I _B in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 22610	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	Ottimo (valore medio 6)	Ottimo (valore medio 6)	Ottimo (valore medio 6)	Ottimo (valore medio 6)
	TELERIA perdita di particelle in Log ₁₀ (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 9073-10	2,72	2,18	2,18	1,36	2,72	Buono (valore medio 2,43)	Buono (valore medio 2,43)	Sufficiente (valore medio 3,11)	Ottimo (valore medio 2,13)
	TELERIA resistenza alla penetrazione dei liquidi in cm H ₂ O in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN 20811	5,90	5,90	3,84	2,95	4,72	Ottimo (valore medio 510)	Discreto (valore medio 180)	Sufficiente (valore medio 125)	Buono (valore medio 200)
	TUTTI COMPONENTI – rifiniture (esame del campione)	18,66	0,00	9,33	14,93	14,93	Scadente mancano le cuciture nella lunghetta che potrebbero rilasciare fili all' interno dell' adome,	Sufficienti le rifiniture	Buono	Buone le rifiniture dei materiali
	FUNZIONALITA'	40,00	12,00	0,00	12,00	32,00	Scarsa la funzionalità la lunghetta è troppo grande per la destinazione d'uso la striscia con velcro vistosamente ridotta rispetto il CSA mis. 2,5 x 26 cm. (50% in meno)	Scadente la lunghetta non corrisponde alle misure richieste 3x 25 e non corrisponde alla voce 74b come richiesto il telo non corrisponde per le misure alla voce 51 (finestratura troppo grande) inoltre la striscia con velcro vistosamente ridotta rispetto il CSA mis. 2,5 x 26 cm. (50% in meno)	Scarso la funzionalità lunghette troppo larghe e troppo corte	Buona la funzionalità
	TOTALE	100,00	48,40	39,86	60,46	87,09				
	PUNTEGGIO MAX PARAMETRO A									

A	VALUTAZIONE DEI SET	max	MOLNLYCKE CARE	SERVIZI ITALIA	LOHMANN & RAUSCHER	SERVIZI OSPEDALIERI	MOLNLYCKE CARE	SERVIZI ITALIA	LOHMANN & RAUSCHER	SERVIZI OSPEDALIERI
	1.06 SET CHIRURGICO PER PROCTOLOGIA		Punteggio Ditte				Motivazione punteggio			
A.1	CARATTERISTICHE DEL CONFEZIONAMENTO (SET)	24,00	22,60	17,00	22,60	24,00				
	1- tipo di apertura (esame visivo del campione)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	peel away	peel away	peel away	peel away
	2- modalità di presentazione (esame visivo del campione)	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	piena aderenza al layer	piena aderenza al layer	piena aderenza al layer	piena aderenza al layer
	3- identificazione del set (esame visivo del campione)	7,00	5,60	0,00	5,60	7,00	BUONO presenta informazioni complete ma dimensioni dei caratteri ridotti	SCADENTE Mancano le etichette identificative dei set richieste dal capitolato sia sul campione che nella documentazione l'aderenza al layer risulterebbe adeguata (ordine) ma, seguendo le istruzioni presenti sul telo tavolo madre, l'apertura richiede una manovra che non rispetta la sequenza dx/sx basso/alto prevista a garanzia del mantenimento della sterilità del campo (per posizione dell'etichettatura e orientamento del rinforzo non corrette)	BUONO presenta informazioni complete ma dimensioni dei caratteri ridotti	OTTIMO presenta completezza della informazioni e ottima leggibilità (presenti pittogrammi)
A.2	CARATTERISTICHE DELLA TELERIA INCLUSA NEI SET	76,00	49,67	55,41	51,86	62,55				
	TELERIA resistenza alla trazione in area critica – asciutto in N (dato da scheda tecnica) norma EN29073-3	6,00	3,00	4,80	3,90	6,00	Sufficiente (valore medio 54,25)	Buono (valore medio 89,88)	Discreto (valore medio 75,33)	Ottimo (valore medio 108,18)
	TELERIA resistenza alla penetrazione microbica – bagnato in I _B in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 22610	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	Ottimo (valore medio 6)	Ottimo (valore medio 6)	Ottimo (valore medio 6)	Ottimo (valore medio 6)
	TELERIA perdita di particelle in Log ₁₀ (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 9073-10	2,72	2,72	2,72	1,36	2,18	Ottimo (valore medio 2,43)	Ottimo (valore medio 2,43)	sufficiente (valore medio 3,15)	Buono (valore medio 2,52)
	TELERIA resistenza alla penetrazione dei liquidi in cm H ₂ O in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN 20811	5,90	5,90	3,84	2,95	4,72	Ottimo (valore medio 710)	Discreto (valore medio 180)	Sufficiente (valore medio 125)	Buono (valore medio 201)
	TUTTI COMPONENTI – rifiniture (esame del campione)	18,66	9,33	9,33	14,93	14,93	Sufficiente Garze non confezionate	Sufficiente Tamponi non confezionati	Buone le rifiniture	Buone le rifiniture dei materiali
	FUNZIONALITA'	40,00	26,00	32,00	26,00	32,00	Discreto indaginosa l'apertura del set	Buona la funzionalità	Discreto il telo ha la parte della testa troppo corta	Buona la funzionalità
	TOTALE	100,00	72,27	72,41	74,46	86,55				
	PUNTEGGIO MAX PARAMETRO A									

A	VALUTAZIONE DEI SET	max	MOLNLYCKE CARE	SERVIZI ITALIA	LOHMANN & RAUSCHER	SERVIZI OSPEDALIERI	MOLNLYCKE CARE	SERVIZI ITALIA	LOHMANN & RAUSCHER	SERVIZI OSPEDALIERI
	1,07 SET CHIRURGICO PER ARTI INFERIORI		Punteggio Ditte				Motivazione punteggio			
A.1	CARATTERISTICHE DEL CONFEZIONAMENTO (SET)	24,00	22,60	17,00	22,60	24,00				
	1- tipo di apertura (esame visivo del campione)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	peel away	peel away	peel away	peel away

	2- modalità di presentazione (esame visivo del campione)	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	piena aderenza al layer	piena aderenza al layer	piena aderenza al layer	piena aderenza al layer
	3- identificazione del set (esame visivo del campione)	7,00	5,60	0,00	5,60	7,00	BUONO presenta informazioni complete ma dimensioni dei caratteri ridotti	SCADENTE Mancano le etichette identificative dei set richieste dal capitolato sia sul campione che nella documentazione l'aderenza al layer risulterebbe adeguata (ordine) ma, seguendo le istruzioni presenti sul telo tavolo madre, l'apertura richiede una manovra che non rispetta la sequenza dx/sx basso/alto prevista a garanzia del mantenimento della sterilità del campo (per posizione dell'etichettatura e orientamento del rinforzo non corrette)	BUONO presenta informazioni complete ma dimensioni dei caratteri ridotti	OTTIMO presenta completezza della informazioni e ottima leggibilità (presenti pittogrammi)
A.2	CARATTERISTICHE DELLA TELERIA INCLUSA NEI SET	76,00	43,67	54,86	51,86	62,14				
	TELERIA resistenza alla trazione in area critica – asciutto in N (dato da scheda tecnica) norma EN29073-3	6,00	3,00	4,80	3,90	6,00	Sufficiente (valore medio 70,76)	Buono (valore medio 90,75)	Discreto (valore medio 85,5)	Ottimo (valore medio 95,54)
	TELERIA resistenza alla penetrazione microbica – bagnato in I _B in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 22610	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	Ottimo (valore medio 6)	Ottimo (valore medio 6)	Ottimo (valore medio 6)	Ottimo (valore medio 6)
	TELERIA perdita di particelle in Log ₁₀ (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 9073-10	2,72	2,72	2,18	1,36	1,77	Ottimo (valore medio 2,25)	Buono (valore medio 2,33)	Sufficiente (valore medio 3,07)	Discreto (valore medio 2,45)
	TELERIA resistenza alla penetrazione dei liquidi in cm H ₂ O in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN 20811	5,90	5,90	3,84	2,95	4,72	Ottimo (valore medio 763)	Discreto (valore medio 187)	Sufficiente (valore medio 125)	Buono (valore medio 201)
	TUTTI COMPONENTI – rifiniture (esame del campione)	18,66	9,33	9,33	14,93	14,93	Sufficiente le rifiniture garze non confezionate	Sufficiente Tamponi non confezionati	Buone le rifiniture	Buone le rifiniture
	FUNZIONALITA'	40,00	20,00	32,00	26,00	32,00	Sufficiente Il telo (voce 36a) rifiniture non ottimali la parte in tnt si stacca quando è bagnata	Buona la funzionalità	discreto il telo (voce 37a) è poco funzionale (troppo corto) misure 225 x 260 e U troppo grande	Buona la funzionalità
	TOTALE	100,00	66,27	71,86	74,46	86,14				
	PUNTEGGIO MAX PARAMETRO A									

A	VALUTAZIONE DEI SET	max	MOLNLYCKE CARE	SERVIZI ITALIA	LOHMANN & RAUSCHER	SERVIZI OSPEDALIERI	MOLNLYCKE CARE	SERVIZI ITALIA	LOHMANN & RAUSCHER	SERVIZI OSPEDALIERI
	1.08 SET CHIRURGICO PER CISTOSCOPIA		Punteggio Ditte				Motivazione punteggio			
A.1	CARATTERISTICHE DEL CONFEZIONAMENTO (SET)	24,00	22,60	17,00	22,60	24,00				
	1- tipo di apertura (esame visivo del campione)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	peel away	peel away	peel away	peel away
	2- modalità di presentazione (esame visivo del campione)	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	piena aderenza al layer	piena aderenza al layer	piena aderenza al layer	piena aderenza al layer
	3- identificazione del set (esame visivo del campione)	7,00	5,60	0,00	5,60	7,00	BUONO presenta informazioni complete ma dimensioni dei caratteri ridotti	SCADENTE Mancano le etichette identificative dei set richieste dal capitolato sia sul campione che nella documentazione l'aderenza al layer risulterebbe adeguata (ordine) ma, seguendo le istruzioni presenti sul telo tavolo madre, l'apertura richiede una manovra che non rispetta la sequenza dx/sx basso/alto prevista a garanzia del mantenimento della sterilità del campo (per posizione dell'etichettatura e orientamento del rinforzo non corrette)	BUONO presenta informazioni complete ma dimensioni dei caratteri ridotti	OTTIMO presenta completezza della informazioni e ottima leggibilità (presenti pittogrammi)
A.2	CARATTERISTICHE DELLA TELERIA INCLUSA NEI SET	76,00	35,67	34,86	43,06	63,09				
	TELERIA resistenza alla trazione in area critica – asciutto in N (dato da scheda tecnica) norma EN29073-3	6,00	3,00	4,80	3,90	6,00	Sufficiente (valore medio 54)	Buono (valore medio 87)	Discreto (valore medio 76,25)	Ottimo (valore medio 94,52)
	TELERIA resistenza alla penetrazione microbica – bagnato in I _B in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 22610	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	Ottimo(valore medio 6)	Ottimo (valore medio 6)	Ottimo (valore medio 6)	Ottimo (valore medio 6)
	TELERIA perdita di particelle in Log ₁₀ (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 9073-10	2,72	2,72	2,18	1,36	2,72	Ottimo (valore medio 2,10)	Buono (valore medio 2,38)	Sufficiente (valore medio 3,11)	Ottimo (valore medio 2,13)
	TELERIA resistenza alla penetrazione dei liquidi in cm H ₂ O in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN 20811	5,90	5,90	3,84	2,95	4,72	Ottimo (valore medio 647)	Discreto (valore medio 180)	Sufficiente (valore medio 125)	Buono (valore medio 200)
	TUTTI COMPONENTI – rifiniture (esame del campione)	18,66	9,33	9,33	12,13	14,93	Sufficiente le rifiniture garze non confezionate	Sufficienti le rifiniture i tamponi non confezionati	Discreto Per la destinazione d'uso	Per la destinazione d'uso buone le rifiniture

	FUNZIONALITA'	40,00	12,00	12,00	20,00	32,00	scarso Per la destinazione d' uso la sacca mayo da bagnato il rinforzo si sfalda, striscia con velcro dimensioni ridotte mis. 2,5 x 26 cm. (50% in meno)	Scarso: la copertura del foro sovrapubico non si stacca e solo dopo vari tentativi il copri adesivo si stacca portando via anche la parte adesiva e rendendo inutile la sua funzione, inoltre la striscia con velcro ha dimensioni ridotte mis. 2,5 x 26 cm. (50%)	Sufficiente il telo ha la parte della testa troppo corta, le striscia con velcro di dimensioni ridotte mis. 2,5 x 26 cm. (50% in meno)	Per la destinazione d'uso buona la funzionalità
	TOTALE	100,00	58,27	51,86	65,66	87,09				
	PUNTEGGIO MAX PARAMETRO A									

A	VALUTAZIONE DEI SET	max	MOLNLYCKE CARE	SERVIZI ITALIA	LOHMANN & RAUSCHER	SERVIZI OSPEDALIERI	MOLNLYCKE CARE	SERVIZI ITALIA	LOHMANN & RAUSCHER	SERVIZI OSPEDALIERI
	voce 1.9 set cesario		Punteggio Ditte				Motivazione punteggio			
A.1	CARATTERISTICHE DEL CONFEZIONAMENTO (SET)	24,00	22,60	17,00	22,60	24,00				
	1- tipo di apertura (esame visivo del campione)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	peel away	peel away	peel away	peel away
	2- modalità di presentazione (esame visivo del campione)	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	piena aderenza al layer	piena aderenza al layer	piena aderenza al layer	piena aderenza al layer
	3- identificazione del set (esame visivo del campione)	7,00	5,60	0,00	5,60	7,00	BUONO presenta informazioni complete ma dimensioni dei caratteri ridotti	SCADENTE Mancano le etichette identificative dei set richieste dal capitolato sia sul campione che nella documentazione l'aderenza al layer risulterebbe adeguata (ordine) ma, seguendo le istruzioni presenti sul telo tavolo madre, l'apertura richiede una manovra che non rispetta la sequenza dx/sx basso/alto prevista a garanzia del mantenimento della sterilità del campo (per posizione dell'etichettatura e orientamento del rinforzo non corrette)	BUONO presenta informazioni complete ma dimensioni dei caratteri ridotti	OTTIMO presenta completezza della informazioni e ottima leggibilità (presenti pittogrammi)
A.2	CARATTERISTICHE DELLA TELERIA INCLUSA NEI SET	76,00	23,67	44,23	52,76	66,28				
	TELERIA resistenza alla trazione in area critica – asciutto in N (dato da scheda tecnica) norma EN29073-3	6,00	3,00	3,90	4,80	6,00	Sufficiente (valore medio 45,8)	Discreto (valore medio 75)	Buono (valore medio 76,6)	Ottimo (valore medio 90,71)
	TELERIA resistenza alla penetrazione microbica – bagnato in I _B in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 22610	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	Ottimo(valore medio 6)	Ottimo(valore medio 6)	Ottimo(valore medio 6)	Ottimo(valore medio 6)
	TELERIA perdita di particelle in Log ₁₀ (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 9073-10	2,72	2,72	2,18	1,36	2,18	Ottimo (valore 2,1)	Buono (valore medio 2,28)	Sufficiente (valore medio 3,09)	Buono (valore medio 2,25)
	TELERIA resistenza alla penetrazione dei liquidi in cm H ₂ O in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN 20811	5,90	5,90	3,84	2,95	4,72	Ottimo (valore medio 748)	Discreto (valore medio 184)	Sufficiente (valore medio 125)	Buono(valore medio 200)
	TUTTI COMPONENTI – rifiniture (esame del campione)	18,66	9,33	5,60	14,93	18,66	Sufficiente Garze non confezionate che sollevando il telo impermeabile rimangono attaccate,	scarse le rifiniture e trovate 2 pezze laparotomiche a fronte di 2 confezioni	Buone le rifiniture	Per la destinazione d'uso ottime le rifiniture
	FUNZIONALITA'	40,00	0,00	26,00	26,00	32,00	Scadente il telo neonato non valutabile troppo ruvido troppo rigido si rompe facilmente da bagnato diventa fragilissimo il telo madre risulta rigido e ostacola la corretta l'apertura del telo inoltre la piegatura compromette la sterilità nel posizionamento del telo.	Discreto il telo per la destinazione d'uso. Il telo bambino presente nel set ha una buona consistenza a differenza di quello presentato nello sfuso.	Discreto telo totalmente assorbente ma manca la zona di rinforzo come richiesto	Per la destinazione d'uso buona la funzionalità
	TOTALE	100,00	46,27	61,23	75,36	90,28				
	PUNTEGGIO MAX PARAMETRO A									

A	VALUTAZIONE DEI SET	max	MOLNLYCKE CARE	SERVIZI ITALIA	LOHMANN & RAUSCHER	SERVIZI OSPEDALIERI	MOLNLYCKE CARE	SERVIZI ITALIA	LOHMANN & RAUSCHER	SERVIZI OSPEDALIERI
	voce 1.10 SET PER PARTO		Punteggio Ditte				Motivazione punteggio			
A.1	CARATTERISTICHE DEL CONFEZIONAMENTO (SET)	24,00	22,60	17,00	22,60	24,00				
	1- tipo di apertura (esame visivo del campione)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	peel away	peel away	peel away	peel away
	2- modalità di presentazione (esame visivo del campione)	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	piena aderenza al layer	piena aderenza al layer	piena aderenza al layer	piena aderenza al layer

	3- identificazione del set (esame visivo del campione)	7,00	5,60	0,00	5,60	7,00	BUONO presenta informazioni complete ma dimensioni dei caratteri ridotti	SCADENTE Mancano le etichette identificative dei set richieste dal capitolato sia sul campione che nella documentazione l'aderenza al layer risulterebbe adeguata (ordine) ma, seguendo le istruzioni presenti sul telo tavolo madre, l'apertura richiede una manovra che non rispetta la sequenza dx/sx basso/alto prevista a garanzia del mantenimento della sterilità del campo (per posizione dell'etichettatura e orientamento del rinforzo non corrette)	BUONO presenta informazioni complete ma dimensioni dei caratteri ridotti	OTTIMO presenta completezza della informazioni e ottima leggibilità (presenti pittogrammi)
A.2	CARATTERISTICHE DELLA TELERIA INCLUSA NEI SET	76,00	21,55	26,06	56,96	63,73				
	TELERIA resistenza alla trazione in area critica – asciutto in N (dato da scheda tecnica) norma EN29073-3	6,00	3,90	3,90	3,00	6,00	Discreto (valore medio 72,57)	Discreto (valore medio 72,13)	Sufficiente (valore medio 66,17)	Ottimo (valore medio 84,6)
	TELERIA resistenza alla penetrazione microbica – bagnato in I _B in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 22610	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	Ottimo(valore medio 6)	Ottimo(valore medio 6)	Ottimo(valore medio 6)	Ottimo(valore medio 6)
	TELERIA perdita di particelle in Log ₁₀ (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 9073-10	2,72	1,77	2,72	1,36	2,18	Discreto (valore medio 2,5)	Ottimo (valore medio 2,1)	sufficiente (valore medio 3,07)	Buono (valore medio 2,3)
	TELERIA resistenza alla penetrazione dei liquidi in cm H ₂ O in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN 20811	5,90	3,84	4,72	2,95	5,90	Discreto (valore medio 127)	Buono (valore medio 176)	Sufficiente (valore medio 102)	Ottimo (valore medio 200)
	TUTTI COMPONENTI – rifiniture (esame del campione)	18,66	9,33	0,00	14,93	14,93	Sufficiente le rifiniture Garze non confezionate che sollevando il telo impermeabile rimangono attaccate	Scadenti le rifiniture i tamponi non sono confezionati, le pezze laparotomiche non sono in cotone prelavato non è una laparotomica ma garze piegate 10x 20 a 12 strati inoltre una quota è fascettata e il resto è sciolto	Per la destinazione d'uso buone le rifiniture	Per la destinazione d'uso buone le rifiniture
	FUNZIONALITA'	40,00	0,00	12,00	32,00	32,00	Scadente il telo non valutabile troppo ruvido troppo rigido si rompe facilmente da bagnato diventa fragilissimo	scarso nella sacca manca il rubinetto	Per la destinazione d'uso buona la funzionalità	Per la destinazione d'uso buona la funzionalità
	TOTALE	100,00	44,15	43,06	79,56	87,73				
	PUNTEGGIO MAX PARAMETRO A									

A	VALUTAZIONE DEI SET	max	MOLNLYCKE CARE	SERVIZI ITALIA	LOHMANN & RAUSCHER	SERVIZI OSPEDALIERI	MOLNLYCKE CARE	SERVIZI ITALIA	LOHMANN & RAUSCHER	SERVIZI OSPEDALIERI
	voce 1.11 set per isteroscopia		Punteggio Ditte				Motivazione punteggio			
A.1	CARATTERISTICHE DEL CONFEZIONAMENTO (SET)	24,00	22,60	17,00	22,60	24,00				
	1- tipo di apertura (esame visivo del campione)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	peel away	peel away	peel away	peel away
	2- modalità di presentazione (esame visivo del campione)	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	piena aderenza al layer	piena aderenza al layer	piena aderenza al layer	piena aderenza al layer
	3- identificazione del set (esame visivo del campione)	7,00	5,60	0,00	5,60	7,00	BUONO presenta informazioni complete ma dimensioni dei caratteri ridotti	SCADENTE Mancano le etichette identificative dei set richieste dal capitolato sia sul campione che nella documentazione l'aderenza al layer risulterebbe adeguata (ordine) ma, seguendo le istruzioni presenti sul telo tavolo madre, l'apertura richiede una manovra che non rispetta la sequenza dx/sx basso/alto prevista a garanzia del mantenimento della sterilità del campo (per posizione dell'etichettatura e orientamento del rinforzo non corrette)	BUONO presenta informazioni complete ma dimensioni dei caratteri ridotti	OTTIMO presenta completezza della informazioni e ottima leggibilità (presenti pittogrammi)
A.2	CARATTERISTICHE DELLA TELERIA INCLUSA NEI SET	76,00	55,13	30,72	57,86	63,09				
	TELERIA resistenza alla trazione in area critica – asciutto in N (dato da scheda tecnica) norma EN29073-3	6,00	3,00	4,80	3,90	6,00	Sufficiente (valore medio 55)	Buono (valore medio 95)	Discreto (valore medio 75,3)	Ottimo (valore medio 102,13)
	TELERIA resistenza alla penetrazione microbica – bagnato in I _B in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 22610	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	Ottimo(valore medio 6)	Ottimo(valore medio 6)	Ottimo(valore medio 6)	Ottimo(valore medio 6)
	TELERIA perdita di particelle in Log ₁₀ (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 9073-10	2,72	2,18	1,77	1,36	2,72	Buono (valore medio 2,1)	Discreto valore medio 2,53)	Sufficiente (valore medio 3,15)	Ottimo (valore medio 1,9)
	TELERIA resistenza alla penetrazione dei liquidi in cm H ₂ O in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN 20811	5,90	5,90	3,84	2,95	4,72	Ottimo (valore medio 647)	Discreto (valore medio 173)	Sufficiente (valore medio 125)	Buono (valore medio 202)
	TUTTI COMPONENTI – rifiniture (esame del campione)	18,66	9,33	5,60	14,93	14,93	Sufficiente le rifiniture: garze non confezionate che sollevando il telo impermeabile rimangono attaccate	scarse le rifiniture: I tamponi non sono confezionati nel telo manca la sacca raccogli liquidi	Per la destinazione d'uso buone le rifiniture	Per la destinazione d'uso buone le rifiniture

	FUNZIONALITA'	40,00	32,00	12,00	32,00	32,00	Buona la funzionalità	Scarso Per le motivazioni sopra indicate (rifiniture il telo è poco funzionale)	Per la destinazione d'uso buone la funzionalità	Per la destinazione d'uso buone la funzionalità
	TOTALE	100,00	77,73	47,72	80,46	87,09				
	PUNTEGGIO MAX PARAMETRO A									

A	VALUTAZIONE DEI SET	max	MOLNLYCKE CARE	SERVIZI ITALIA	LOHMANN & RAUSCHER	SERVIZI OSPEDALIERI	MOLNLYCKE CARE	SERVIZI ITALIA	LOHMANN & RAUSCHER	SERVIZI OSPEDALIERI
	1.12 set per IVG		Punteggio Ditte				Motivazione punteggio			
A.1	CARATTERISTICHE DEL CONFEZIONAMENTO (SET)	24,00	22,60	17,00	22,60	24,00				
	1- tipo di apertura (esame visivo del campione)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	peel away	peel away	peel away	peel away
	2- modalità di presentazione (esame visivo del campione)	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	piena aderenza al layer	piena aderenza al layer	piena aderenza al layer	piena aderenza al layer
	3- identificazione del set (esame visivo del campione)	7,00	5,60	0,00	5,60	7,00	BUONO presenta informazioni complete ma dimensioni dei caratteri ridotti	SCADENTE Mancano le etichette identificative dei set richieste dal capitolato sia sul campione che nella documentazione l'aderenza al layer risulterebbe adeguata (ordine) ma, seguendo le istruzioni presenti sul telo tavolo madre, l'apertura richiede una manovra che non rispetta la sequenza dx/sx basso/alto prevista a garanzia del mantenimento della sterilità del campo (per posizione dell'etichettatura e orientamento del rinforzo non corrette)	BUONO presenta informazioni complete ma dimensioni dei caratteri ridotti	OTTIMO presenta completezza della informazioni e ottima leggibilità (presenti pittogrammi)
A.2	CARATTERISTICHE DELLA TELERIA INCLUSA NEI SET	76,00	55,13	32,81	57,86	61,89				
	TELERIA resistenza alla trazione in area critica – asciutto in N (dato da scheda tecnica) norma EN29073-3	6,00	3,00	6,00	3,90	4,80	Sufficiente (valore medio 45)	Ottimo (valore medio 105)	Discreto (valore medio 75,5)	Buono (valore medio 102,13)
	TELERIA resistenza alla penetrazione microbica – bagnato in I _B in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 22610	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	Ottimo(valore medio 6)	Ottimo(valore medio 6)	Ottimo(valore medio 6)	Ottimo(valore medio 6)
	TELERIA perdita di particelle in Log ₁₀ (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 9073-10	2,72	2,18	1,77	1,36	2,72	buono (valore medio 2,1)	Discreto (valore medio 2,5)	Sufficiente (valore medio 3,1)	Ottimo (valore medio 1,9)
	TELERIA resistenza alla penetrazione dei liquidi in cm H ₂ O in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN 20811	5,90	5,90	4,72	2,95	4,72	Ottimo (valore medio 520)	Buono (valore medio 200)	Sufficiente (valore medie 112,5)	Buono (valore medio 202)
	TUTTI COMPONENTI – rifiniture (esame del campione)	18,66	9,33	5,60	14,93	14,93	Sufficiente le rifiniture garze non confezionate che sollevando il telo impermeabile rimangono attaccate	scarse le rifiniture: I tamponi non sono confezionati nel telo manca la sacca raccogli liquidi	Per la destinazione d'uso buone le rifiniture	Per la destinazione d'uso buone le rifiniture
	FUNZIONALITA'	40,00	32,00	12,00	32,00	32,00	Buona la funzionalità	Scarso Per le motivazioni sopra indicate (rifiniture il telo è poco funzionale)	Per la destinazione d'uso buone la funzionalità	Per la destinazione d'uso buone la funzionalità
	TOTALE	100,00	77,73	49,81	80,46	85,89				
	PUNTEGGIO MAX PARAMETRO A									

A	VALUTAZIONE DEI SET	max	MOLNLYCKE CARE	SERVIZI ITALIA	LOHMANN & RAUSCHER	SERVIZI OSPEDALIERI	MOLNLYCKE CARE	SERVIZI ITALIA	LOHMANN & RAUSCHER	SERVIZI OSPEDALIERI
	1,13 VIDEO LAPAROSCOPIA GINECOLOGICA		Punteggio Ditte				Motivazione punteggio			
A.1	CARATTERISTICHE DEL CONFEZIONAMENTO (SET)	24,00	22,60	17,00	22,60	24,00				
	1- tipo di apertura (esame visivo del campione)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	peel away	peel away	peel away	peel away
	2- modalità di presentazione (esame visivo del campione)	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	piena aderenza al layer	piena aderenza al layer	piena aderenza al layer	piena aderenza al layer
	3- identificazione del set (esame visivo del campione)	7,00	5,60	0,00	5,60	7,00	BUONO presenta informazioni complete ma dimensioni dei caratteri ridotti	SCADENTE Mancano le etichette identificative dei set richieste dal capitolato sia sul campione che nella documentazione l'aderenza al layer risulterebbe adeguata (ordine) ma, seguendo le istruzioni presenti sul telo tavolo madre, l'apertura richiede una manovra che non rispetta la sequenza dx/sx basso/alto prevista a garanzia del mantenimento della sterilità del campo (per posizione dell'etichettatura e orientamento del rinforzo non corrette)	BUONO presenta informazioni complete ma dimensioni dei caratteri ridotti	OTTIMO presenta completezza della informazioni e ottima leggibilità (presenti pittogrammi)
A.2	CARATTERISTICHE DELLA TELERIA INCLUSA NEI SET	76,00	34,72	46,86	56,96	63,09				
	TELERIA resistenza alla trazione in area critica – asciutto in N (dato da scheda tecnica) norma EN29073-3	6,00	3,00	6,00	3,00	6,00	Sufficiente (valore medio 75,8)	Ottimo (valore medio 94)	Sufficiente (valore medio 76,6)	Ottimo (valore medio 94,52)

	TELERIA resistenza alla penetrazione microbica – bagnato in I _B in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 22610	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	Ottimo(valore medio 6)	Ottimo(valore medio 6)	Ottimo(valore medio 6)	Ottimo(valore medio 6)
	TELERIA perdita di particelle in Log ₁₀ (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 9073-10	2,72	1,77	2,18	1,36	2,72	discreto (valore medio 2,53)	buono (valore medio 2,38)	sufficiente (valore medio 3,09)	Ottimo (valore medio 2,13)
	TELERIA resistenza alla penetrazione dei liquidi in cm H ₂ O in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN 20811	5,90	5,90	3,84	2,95	4,72	Ottimo (valore medio 588)	Discreto (valore medio 184,2)	Sufficiente (valore medio 125)	Buono (valore medio 200)
	TUTTI COMPONENTI – rifiniture (esame del campione)	18,66	9,33	12,13	14,93	14,93	sufficienti le rifiniture: garze non confezionate	discreto I tamponi non sono confezionati manca la striscia di velcro	Per la destinazione d'uso buone le rifiniture	Per la destinazione d'uso buone le rifiniture
	FUNZIONALITA'	40,00	12,00	20,00	32,00	32,00	Scarsa la funzionalità: il telo madre risulta rigido e ostacola la corretta l'apertura del telo inoltre la piegatura compromette la sterilità nel posizionamento del telo. striscia con velcro di dimensioni ridotte mis. 2,5 x 26 cm. (50% in meno)	Sufficiente per la destinazione d'uso il telo ha la finestratura eccessivamente grande.	Per la destinazione d'uso buone la funzionalità	Per la destinazione d'uso buone la funzionalità
	TOTALE	100,00	57,32	63,86	79,56	87,09				
	PUNTEGGIO MAX PARAMETRO A									

A	VALUTAZIONE DEI SET	max	MOLNLYCKE CARE	SERVIZI ITALIA	LOHMANN & RAUSCHER	SERVIZI OSPEDALIERI	MOLNLYCKE CARE	SERVIZI ITALIA	LOHMANN & RAUSCHER	SERVIZI OSPEDALIERI
	1.14 set per colpo isteroscopia		Punteggio Ditte				Motivazione punteggio			
A.1	CARATTERISTICHE DEL CONFEZIONAMENTO (SET)	24,00	22,60	17,00	22,60	24,00				
	1- tipo di apertura (esame visivo del campione)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	peel away	peel away	peel away	peel away
	2- modalità di presentazione (esame visivo del campione)	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	piena aderenza al layer	piena aderenza al layer	piena aderenza al layer	piena aderenza al layer
	3- identificazione del set (esame visivo del campione)	7,00	5,60	0,00	5,60	7,00	BUONO presenta informazioni complete ma dimensioni dei caratteri ridotti	SCADENTE Mancano le etichette identificative dei set richieste dal capitolato sia sul campione che nella documentazione l'aderenza al layer risulterebbe adeguata (ordine) ma, seguendo le istruzioni presenti sul telo tavolo madre, l'apertura richiede una manovra che non rispetta la sequenza dx/sx basso/alto prevista a garanzia del mantenimento della sterilità del campo (per posizione dell'etichettatura e orientamento del rinforzo non corrette)	BUONO presenta informazioni complete ma dimensioni dei caratteri ridotti	OTTIMO presenta completezza della informazioni e ottima leggibilità (presenti pittogrammi)
A.2	CARATTERISTICHE DELLA TELERIA INCLUSA NEI SET	76,00	35,13	27,92	57,86	63,09				
	TELERIA resistenza alla trazione in area critica – asciutto in N (dato da scheda tecnica) norma EN29073-3	6,00	3,00	4,80	3,90	6,00	Sufficiente (valore medio 55)	Buono (valore medio 95)	Discreto (valore medio 75,33)	Ottimo (valore medio 102,13)
	TELERIA resistenza alla penetrazione microbica – bagnato in I _B in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 22610	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	Ottimo(valore medio 6)	Ottimo(valore medio 6)	Ottimo(valore medio 6)	Ottimo(valore medio 6)
	TELERIA perdita di particelle in Log ₁₀ (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 9073-10	2,72	2,18	1,77	1,36	2,72	Buono (valore medio 2,10)	Discreto (valore medio 2,53)	Sufficiente (valore medio 3,15)	Ottimo (valore medio 1,90)
	TELERIA resistenza alla penetrazione dei liquidi in cm H ₂ O in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN 20811	5,90	5,90	3,84	2,95	4,72	Ottimo (valore medio 647)	Discreto (valore medio 173)	Sufficiente (valore medio 125)	Buono (valore medio 200)
	TUTTI COMPONENTI – rifiniture (esame del campione)	18,66	9,33	2,80	14,93	14,93	sufficienti le rifiniture: garze non confezionate	Scarso La presenza del retino compromette nel caso specifico la sterilita	Per la destinazione d'uso buone le rifiniture	Per la destinazione d'uso buone le rifiniture
	FUNZIONALITA'	40,00	12,00	12,00	32,00	32,00	Scarsa la funzionalità: il telo madre risulta rigido e ostacola la corretta l'apertura del telo inoltre la piegatura compromette la sterilità nel posizionamento del telo. striscia con velcro di dimensioni ridotte mis. 2,5 x 26 cm. (50% in meno)	Scarse le rifiniture nella voce 54 telo per turp/tutv non corrisponde alle caratteristiche richieste (manca la sacca raccogli liquidi) striscia di velcro 30x 2,5 troppo stretta	Per la destinazione d'uso buone la funzionalità	Per la destinazione d'uso buone la funzionalità
	TOTALE	100,00	57,73	44,92	80,46	87,09				

	PUNTEGGIO MAX PARAMETRO A									
A	VALUTAZIONE DEI SET	max	MOLNLYCKE CARE	SERVIZI ITALIA	LOHMANN & RAUSCHER	SERVIZI OSPEDALIERI	MOLNLYCKE CARE	SERVIZI ITALIA	LOHMANN & RAUSCHER	SERVIZI OSPEDALIERI
	1.15set per anca		Punteggio Ditte				Motivazione punteggio			
A.1	CARATTERISTICHE DEL CONFEZIONAMENTO (SET)	24,00	22,60	17,00	22,60	24,00				
	1- tipo di apertura (esame visivo del campione)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	peel away	peel away	peel away	peel away
	2- modalità di presentazione (esame visivo del campione)	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	piena aderenza al layer	piena aderenza al layer	piena aderenza al layer	piena aderenza al layer
	3- identificazione del set (esame visivo del campione)	7,00	5,60	0,00	5,60	7,00	BUONO presenta informazioni complete ma dimensioni dei caratteri ridotti	SCADENTE Mancano le etichette identificative dei set richieste dal capitolato sia sul campione che nella documentazione l'aderenza al layer risulterebbe adeguata (ordine) ma, seguendo le istruzioni presenti sul telo tavolo madre, l'apertura richiede una manovra che non rispetta la sequenza dx/sx basso/alto prevista a garanzia del mantenimento della sterilità del campo (per posizione dell'etichettatura e orientamento del rinforzo non corrette)	BUONO presenta informazioni complete ma dimensioni dei caratteri ridotti	OTTIMO presenta completezza della informazioni e ottima leggibilità (presenti pittogrammi)
A.2	CARATTERISTICHE DELLA TELERIA INCLUSA NEI SET	76,00	52,83	32,87	56,96	59,54				
	TELERIA resistenza alla trazione in area critica – asciutto in N (dato da scheda tecnica) norma EN29073-3	6,00	3,90	6,00	3,00	3,00	Discreto (valore medio 96)	Ottimo (valore medio 104,64)	Sufficiente (valore medio 94,08)	Sufficiente (valore medio 94,45)
	TELERIA resistenza alla penetrazione microbica – bagnato in I _B in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 22610	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	Ottimo(valore medio 6)	Ottimo(valore medio 6)	Ottimo(valore medio 6)	Ottimo(valore medio 6)
	TELERIA perdita di particelle in Log ₁₀ (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 9073-10	2,72	2,18	2,72	1,36	2,18	Buono (valore medio 2,38)	Ottimo (valore medio 2,24)	sufficiente (valore medio 3,08)	Buono (valore medio 2,35)
	TELERIA resistenza alla penetrazione dei liquidi in cm H ₂ O in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN 20811	5,90	5,90	3,84	2,95	4,72	Ottimo (valore medio 783)	Discreto (valore medio 178)	Sufficiente (valore medio 125)	Buono (valore medio201)
	TUTTI COMPONENTI – rifiniture (esame del campione)	18,66	12,13	5,60	14,93	14,93	Discrete le rifiniture: garze sfuse	scarse le rifiniture: voce 36a presenza di adesivo troppo stretto(non corrisponde alle caratteristiche richieste a capitolato) tamponi sfusi presenza di solo 2 garze in tnt 40x40 (a fronte di 10) striscia di velcro 30 x 2,5 troppo stretta	Per la destinazione d'uso buone le rifiniture	Per la destinazione d'uso buone le rifiniture
	FUNZIONALITA'	40,00	26,00	12,00	32,00	32,00	Per la destinazione d'uso discreta la funzionalità; striscia con velcro di dimensioni ridotte mis. 2,5 x 26 cm. (50% in meno)	scarso set poco funzionale per le motivazione relative alle rifiniture	Per la destinazione d'uso buone la funzionalità	Per la destinazione d'uso buone la funzionalità
	TOTALE	100,00	75,43	49,87	79,56	83,54				
	PUNTEGGIO MAX PARAMETRO A									

A	VALUTAZIONE DEI SET	max	MOLNLYCKE CARE	SERVIZI ITALIA	LOHMANN & RAUSCHER	SERVIZI OSPEDALIERI	MOLNLYCKE CARE	SERVIZI ITALIA	LOHMANN & RAUSCHER	SERVIZI OSPEDALIERI
	1.16 set per anca(b)		Punteggio Ditte				Motivazione punteggio			
A.1	CARATTERISTICHE DEL CONFEZIONAMENTO (SET)	24,00	22,60	17,00	22,60	24,00				
	1- tipo di apertura (esame visivo del campione)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	peel away	peel away	peel away	peel away
	2- modalità di presentazione (esame visivo del campione)	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	piena aderenza al layer	piena aderenza al layer	piena aderenza al layer	piena aderenza al layer
	3- identificazione del set (esame visivo del campione)	7,00	5,60	0,00	5,60	7,00	BUONO presenta informazioni complete ma dimensioni dei caratteri ridotti	SCADENTE Mancano le etichette identificative dei set richieste dal capitolato sia sul campione che nella documentazione l'aderenza al layer risulterebbe adeguata (ordine) ma, seguendo le istruzioni presenti sul telo tavolo madre, l'apertura richiede una manovra che non rispetta la sequenza dx/sx basso/alto prevista a garanzia del mantenimento della sterilità del campo (per posizione dell'etichettatura e orientamento del rinforzo non corrette)	BUONO presenta informazioni complete ma dimensioni dei caratteri ridotti	OTTIMO presenta completezza della informazioni e ottima leggibilità (presenti pittogrammi)
A.2	CARATTERISTICHE DELLA TELERIA INCLUSA NEI SET	76,00	36,03	24,06	15,63	31,67				
	TELERIA resistenza alla trazione in area critica – asciutto in N (dato da scheda tecnica) norma EN29073-3	6,00	3,90	6,00	3,00	4,80	Discreto (valore medio 84,5)	Ottimo (valore medio 107,39)	Sufficiente (valore medio 72,5)	Buono (valore medio 93,08)

A	VALUTAZIONE DEI SET	max	MOLNLYCKE CARE	SERVIZI ITALIA	LOHMANN & RAUSCHER	SERVIZI OSPEDALIERI	MOLNLYCKE CARE	SERVIZI ITALIA	LOHMANN & RAUSCHER	SERVIZI OSPEDALIERI
	1.18 set per intervento spalla		Punteggio Ditte				Motivazione punteggio			
A.1	CARATTERISTICHE DEL CONFEZIONAMENTO (SET)	24,00	22,60	17,00	22,60	24,00				
	1- tipo di apertura (esame visivo del campione)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	peel away	peel away	peel away	peel away
	2- modalità di presentazione (esame visivo del campione)	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	piena aderenza al layer	piena aderenza al layer	piena aderenza al layer	piena aderenza al layer
	3- identificazione del set (esame visivo del campione)	7,00	5,60	0,00	5,60	7,00	BUONO presenta informazioni complete ma dimensioni dei caratteri ridotti	SCADENTE Mancano le etichette identificative dei set richieste dal capitolato sia sul campione che nella documentazione l'aderenza al layer risulterebbe adeguata (ordine) ma, seguendo le istruzioni presenti sul telo tavolo madre, l'apertura richiede una manovra che non rispetta la sequenza dx/sx basso/alto prevista a garanzia del mantenimento della sterilità del campo (per posizione dell'etichettatura e orientamento del rinforzo non corrette)	BUONO presenta informazioni complete ma dimensioni dei caratteri ridotti	OTTIMO presenta completezza della informazioni e ottima leggibilità (presenti pittogrammi)
A.2	CARATTERISTICHE DELLA TELERIA INCLUSA NEI SET	76,00	31,94	43,41	57,86	33,21				
	TELERIA resistenza alla trazione in area critica – asciutto in N (dato da scheda tecnica) norma EN29073-3	6,00	3,00	4,80	3,90	6,00	Sufficiente (valore medio 50,25)	Buono (valore medio 87)	Discreto (valore medio 75,33)	Ottimo (valore medio 94,52)
	TELERIA resistenza alla penetrazione microbica – bagnato in I _B in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 22610	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	Ottimo(valore medio 6)	Ottimo(valore medio 6)	Ottimo(valore medio 6)	Ottimo(valore medio 6)
	TELERIA perdita di particelle in Log ₁₀ (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 9073-10	2,72	2,72	2,72	1,36	2,18	Ottimo (valore medio 2,27)	Ottimo (valore medio 2,24)	sufficiente (valore medio 3,06)	Buono (valore medio 2,48)
	TELERIA resistenza alla penetrazione dei liquidi in cm H ₂ O in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN 20811	5,90	5,90	3,84	2,95	4,72	Ottimo (valore medio 685)	Discreto (valore medio 180)	Sufficiente (valore medio 125)	Buono (valore medio 201)
	TUTTI COMPONENTI – rifiniture (esame del campione)	18,66	5,60	9,33	14,93	5,60	Scarse le rifiniture: voce 59 gli adesivi della sacca sono scadenti (si straccano facilmente) velcro troppo stretto, garze sciolte e sacca mayo da bagnato si sbriciola	Per la destinazione d'uso sufficiente batufoli non confezionati ilo velcro e troppo stretto 30 x 2,5 presentano 1 pezza laparotomica 40x40 a fronte di 10 di una cf. da 10	Per la destinazione d'uso buone le rifiniture	Scarso: mancano le indicazioni per il corretto posizionamento del telo
	FUNZIONALITA'	40,00	12,00	20,00	32,00	12,00	Scarsa la funzionalita per le motivazione popra elencate.	Sufficiente la funzionalita per ple motivazioni sopra elencate	Per la destinazione d'uso buone la funzionalita	Scarsa la funzionalità; per le motivazioni sopra descritte.
	TOTALE	100,00	54,54	60,41	80,46	57,21				
	PUNTEGGIO MAX PARAMETRO A									

A	VALUTAZIONE DEI SET	max	MOLNLYCKE CARE	SERVIZI ITALIA	LOHMANN & RAUSCHER	SERVIZI OSPEDALIERI	MOLNLYCKE CARE	SERVIZI ITALIA	LOHMANN & RAUSCHER	SERVIZI OSPEDALIERI
	1.19 set per intervento		Punteggio Ditte				Motivazione punteggio			
A.1	CARATTERISTICHE DEL CONFEZIONAMENTO (SET)	24,00	22,60	17,00	22,60	24,00				
	1- tipo di apertura (esame visivo del campione)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	peel away	peel away	peel away	peel away
	2- modalità di presentazione (esame visivo del campione)	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	piena aderenza al layer	piena aderenza al layer	piena aderenza al layer	piena aderenza al layer
	3- identificazione del set (esame visivo del campione)	7,00	5,60	0,00	5,60	7,00	BUONO presenta informazioni complete ma dimensioni dei caratteri ridotti	SCADENTE Mancano le etichette identificative dei set richieste dal capitolato sia sul campione che nella documentazione l'aderenza al layer risulterebbe adeguata (ordine) ma, seguendo le istruzioni presenti sul telo tavolo madre, l'apertura richiede una manovra che non rispetta la sequenza dx/sx basso/alto prevista a garanzia del mantenimento della sterilità del campo (per posizione dell'etichettatura e orientamento del rinforzo non corrette)	BUONO presenta informazioni complete ma dimensioni dei caratteri ridotti	OTTIMO presenta completezza della informazioni e ottima leggibilità (presenti pittogrammi)
A.2	CARATTERISTICHE DELLA TELERIA INCLUSA NEI SET	76,00	43,13	31,13	59,96	61,00				
	TELERIA resistenza alla trazione in area critica – asciutto in N (dato da scheda tecnica) norma EN29073-3	6,00	3,00	4,80	6,00	4,80	Sufficiente (valore medio 60,86)	Buono (valore medio 85,14)	Ottimo (valore medio 91,86)	Buono (valore medio 86)
	TELERIA resistenza alla penetrazione microbica – bagnato in I _B in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 22610	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	Ottimo(valore medio 6)	Ottimo(valore medio 6)	Ottimo(valore medio 6)	Ottimo(valore medio 6)
	TELERIA perdita di particelle in Log ₁₀ (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 9073-10	2,72	2,18	2,18	1,36	2,72	Buono (valore medio 2,27)	Buono (valore medio 2,38)	Sufficiente (valore medio 3,12)	Ottimo (valore medio 2,13)

	TELERIA resistenza alla penetrazione dei liquidi in cm H ₂ O in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN 20811	5,90	5,90	3,84	2,95	3,84	Ottimo (valore medio 774)	Discreto (valore medio 189)	Sufficiente (valore medio 125)	Disceto (valore medio 201)
	TUTTI COMPONENTI – rifiniture (esame del campione)	18,66	9,33	5,60	14,93	14,93	Sufficiente: garze non confezionate velcro stretto sacca mayo da bagnato si sbriciola , anche il telo 41b e 37c una volta bagnato si briciolano	Per la destinazione d'uso e scarso: le rifiniture batufoli non confezionati ilo velcro e troppo stretto 30 x 2,5 presentano 1 pezza laparotomica 40x40 a fronte di 10 di una cf. da 10 voce 41b il telo è poco assorbente, il telo a U voce 37c e troppo piccolo mis. 135x178 a capitolato era richiesto 150x210. la misure della U e piccola (mis. 60x6)	Per la destinazione d'uso buone le rifiniture	Per la destinazione d'uso buone le rifiniture
	FUNZIONALITA'	40,00	20,00	12,00	32,00	32,00	Per la destinazione d'uso la funzionalità e sufficiente	Per i motivi sopra citati la funzionalità è scarsa.	Per la destinazione d'uso buone la funzionalità	Per la destinazione d'uso buone la funzionalità
	TOTALE	100,00	65,73	48,13	82,56	85,00				
	PUNTEGGIO MAX PARAMETRO A									

A	VALUTAZIONE DEI SET	max	MOLNLYCKE CARE	SERVIZI ITALIA	LOHMANN & RAUSCHER	SERVIZI OSPEDALIERI	MOLNLYCKE CARE	SERVIZI ITALIA	LOHMANN & RAUSCHER	SERVIZI OSPEDALIERI
	1.20 set per artroscopia ginocchio.		Punteggio Ditte				Motivazione punteggio			
A.1	CARATTERISTICHE DEL CONFEZIONAMENTO (SET)	24,00	22,60	17,00	22,60	24,00				
	1- tipo di apertura (esame visivo del campione)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	peel away	peel away	peel away	peel away
	2- modalità di presentazione (esame visivo del campione)	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	piena aderenza al layer	piena aderenza al layer	piena aderenza al layer	piena aderenza al layer
	3- identificazione del set (esame visivo del campione)	7,00	5,60	0,00	5,60	7,00	BUONO presenta informazioni complete ma dimensioni dei caratteri ridotti	SCADENTE Mancano le etichette identificative dei set richieste dal capitolato sia sul campione che nella documentazione l'aderenza al layer risulterebbe adeguata (ordine) ma, seguendo le istruzioni presenti sul telo tavolo madre, l'apertura richiede una manovra che non rispetta la sequenza dx/sx basso/alto prevista a garanzia del mantenimento della sterilità del campo (per posizione dell'etichettatura e orientamento del rinforzo non corrette)	BUONO presenta informazioni complete ma dimensioni dei caratteri ridotti	OTTIMO presenta completezza della informazioni e ottima leggibilità (presenti pittogrammi)
A.2	CARATTERISTICHE DELLA TELERIA INCLUSA NEI SET	76,00	43,13	50,35	58,76	63,09				
	TELERIA resistenza alla trazione in area critica – asciutto in N (dato da scheda tecnica) norma EN29073-3	6,00	3,00	3,90	4,80	6,00	Sufficiente (valore medio 65,5)	Discreto (valore medio 87)	Buono (valore medio 89)	Ottimo (valore medio 94,52)
	TELERIA resistenza alla penetrazione microbica – bagnato in I _B in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 22610	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	Ottimo(valore medio 6)	Ottimo(valore medio 6)	Ottimo(valore medio 6)	Ottimo(valore medio 6)
	TELERIA perdita di particelle in Log ₁₀ (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 9073-10	2,72	2,18	1,77	1,36	2,72	Buono (valore medio 2,1)	discreto (valore medio 2,78)	sufficiente (valore medio 3,11)	Ottimo (valore medio 1,7)
	TELERIA resistenza alla penetrazione dei liquidi in cm H ₂ O in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN 20811	5,90	5,90	3,84	2,95	4,72	Ottimo(valore medio 695)	Discreto (valore medio 180)	Sufficiente (valore medio 125)	Buono (valore medio 200)
	TUTTI COMPONENTI – rifiniture (esame del campione)	18,66	9,33	12,13	14,93	14,93	Sufficiente: garze non confezionate la sacca Mayo da bagnato si sbriciola	Per la destinazione d'uso discreto le rifiniture batuffoli non confezionati presentano 1 pezza laparotomica 40x40 a fronte di una cf. da 10	Per la destinazione d'uso buone le rifiniture	Per la destinazione d'uso buone le rifiniture
	FUNZIONALITA'	40,00	20,00	26,00	32,00	32,00	Sufficiente per la funzionalità per la destinazione d'uso.	Discreto per la funzionalità	Per la destinazione d'uso buone la funzionalità	Per la destinazione d'uso buone la funzionalità
	TOTALE	100,00	65,73	67,35	81,36	87,09				
	PUNTEGGIO MAX PARAMETRO A									

A	VALUTAZIONE DEI SET	max	MOLNLYCKE CARE	SERVIZI ITALIA	LOHMANN & RAUSCHER	SERVIZI OSPEDALIERI	MOLNLYCKE CARE	SERVIZI ITALIA	LOHMANN & RAUSCHER	SERVIZI OSPEDALIERI
	1.21 set inchiodamento femorale		Punteggio Ditte				Motivazione punteggio			
A.1	CARATTERISTICHE DEL CONFEZIONAMENTO (SET)	24,00	22,60	17,00	22,60	24,00				
	1- tipo di apertura (esame visivo del campione)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	peel away	peel away	peel away	peel away
	2- modalità di presentazione (esame visivo del campione)	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	piena aderenza al layer	piena aderenza al layer	piena aderenza al layer	piena aderenza al layer

A	VALUTAZIONE DEI SET	max	MOLNLYCKE CARE	SERVIZI ITALIA	LOHMANN & RAUSCHER	SERVIZI OSPEDALIERI	MOLNLYCKE CARE	SERVIZI ITALIA	LOHMANN & RAUSCHER	SERVIZI OSPEDALIERI
	1.23 set per arto superiore		Punteggio Ditte				Motivazione punteggio			
A.1	CARATTERISTICHE DEL CONFEZIONAMENTO (SET)	24,00	22,60	17,00	22,60	24,00				
	1- tipo di apertura (esame visivo del campione)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	peel away	peel away	peel away	peel away
	2- modalità di presentazione (esame visivo del campione)	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	piena aderenza al layer	piena aderenza al layer	piena aderenza al layer	piena aderenza al layer
	3- identificazione del set (esame visivo del campione)	7,00	5,60	0,00	5,60	7,00	BUONO presenta informazioni complete ma dimensioni dei caratteri ridotti	SCADENTE Mancano le etichette identificative dei set richieste dal capitolato sia sul campione che nella documentazione l'aderenza al layer risulterebbe adeguata (ordine) ma, seguendo le istruzioni presenti sul telo tavolo madre, l'apertura richiede una manovra che non rispetta la sequenza dx/sx basso/alto prevista a garanzia del mantenimento della sterilità del campo (per posizione dell'etichettatura e orientamento del rinforzo non corrette)	BUONO presenta informazioni complete ma dimensioni dei caratteri ridotti	OTTIMO presenta completezza della informazioni e ottima leggibilità (presenti pittogrammi)
A.2	CARATTERISTICHE DELLA TELERIA INCLUSA NEI SET	76,00	38,47	31,13	57,86	62,54				
	TELERIA resistenza alla trazione in area critica – asciutto in N (dato da scheda tecnica) norma EN29073-3	6,00	3,00	4,80	3,90	6,00	Sufficiente (valore medio 48,5)	Buono (valore medio 82,2)	Discreto (valore medio 76,6)	Ottimo (valore medio 90,71)
	TELERIA resistenza alla penetrazione microbica – bagnato in I _B in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 22610	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	Ottimo(valore medio 6)	Ottimo(valore medio 6)	Ottimo(valore medio 6)	Ottimo(valore medio 6)
	TELERIA perdita di particelle in Log ₁₀ (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 9073-10	2,72	2,72	2,18	1,36	2,18	Ottimo (valore medio 2,24)	Buono (valore medio 2,42)	Sufficiente (valore medio 3,08)	Buono (valore medio 2,35)
	TELERIA resistenza alla penetrazione dei liquidi in cm H ₂ O in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN 20811	5,90	5,90	3,84	2,95	4,72	Ottimo (valore medio 728)	Discreto (valore medio 184)	Sufficiente (valore medio 125)	Buono(valore medio 200)
	TUTTI COMPONENTI – rifiniture (esame del campione)	18,66	12,13	5,60	14,93	14,93	Discreto garze non confezionate sacca mayo da bagnata si sbriciola	Scarso e per la destinazione d' uso presentano 1 pezza laparotomica 40x40 a fronte di una cf. da 10 inoltre i punti di giunzione del monotelo si aprono facilmente	Per la destinazione d'uso buone le rifiniture	Per la destinazione d'uso buone le rifiniture
	FUNZIONALITA'	40,00	12,00	12,00	32,00	32,00	Scarso la funzionalità per la destinazione d'uso : telo voce 66 da bagnato si scolla facilmente dallo strato impermeabile	Scarsa la funzionalità per i motivi sopra elencati	buona la funzionalità	buona la funzionalità
	TOTALE	100,00	61,07	48,13	80,46	86,54				
	PUNTEGGIO MAX PARAMETRO A									

A	VALUTAZIONE DEI SET	max	MOLNLYCKE CARE	SERVIZI ITALIA	LOHMANN & RAUSCHER	SERVIZI OSPEDALIERI	MOLNLYCKE CARE	SERVIZI ITALIA	LOHMANN & RAUSCHER	SERVIZI OSPEDALIERI
	1.24 set per chirurgia cavo orale		Punteggio Ditte				Motivazione punteggio			
A.1	CARATTERISTICHE DEL CONFEZIONAMENTO (SET)	24,00	22,60	17,00	22,60	24,00				
	1- tipo di apertura (esame visivo del campione)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	peel away	peel away	peel away	peel away
	2- modalità di presentazione (esame visivo del campione)	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	piena aderenza al layer	piena aderenza al layer	piena aderenza al layer	piena aderenza al layer
	3- identificazione del set (esame visivo del campione)	7,00	5,60	0,00	5,60	7,00	BUONO presenta informazioni complete ma dimensioni dei caratteri ridotti	SCADENTE Mancano le etichette identificative dei set richieste dal capitolato sia sul campione che nella documentazione l'aderenza al layer risulterebbe adeguata (ordine) ma, seguendo le istruzioni presenti sul telo tavolo madre, l'apertura richiede una manovra che non rispetta la sequenza dx/sx basso/alto prevista a garanzia del mantenimento della sterilità del campo (per posizione dell'etichettatura e orientamento del rinforzo non corrette)	BUONO presenta informazioni complete ma dimensioni dei caratteri ridotti	OTTIMO presenta completezza della informazioni e ottima leggibilità (presenti pittogrammi)
A.2	CARATTERISTICHE DELLA TELERIA INCLUSA NEI SET	76,00	46,47	40,46	45,86	63,09				
	TELERIA resistenza alla trazione in area critica – asciutto in N (dato da scheda tecnica) norma EN29073-3	6,00	3,00	4,80	3,90	6,00	Sufficiente (valore medio 61)	Buono (valore medio 85,5)	Discreto (valore medio 76,13)	Ottimo (valore medio 107,08)
	TELERIA resistenza alla penetrazione microbica – bagnato in I _B in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 22610	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	Ottimo(valore medio 6)	Ottimo(valore medio 6)	Ottimo(valore medio 6)	Ottimo(valore medio 6)
	TELERIA perdita di particelle in Log ₁₀ (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 9073-10	2,72	2,72	2,18	1,36	2,72	Ottimo (valore medio 1,9)	Buono (valor medio 2,48)	Sufficiente (valore medio 3,11)	Ottimo (valore medio 1,97)

	TELERIA resistenza alla penetrazione dei liquidi in cm H ₂ O in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN 20811	5,90	5,90	3,84	2,95	4,72	Ottimo (valore medio 320)	Discreto (valore medio 141)	Sufficiente (valore medio 125)	Buono (valore medio 200)
	TUTTI COMPONENTI – rifiniture (esame del campione)	18,66	12,13	14,93	14,93	14,93	Per la destinazione d'uso discrete le rifiniture sacca mayo da bagnata si sbriciola	Per la destinazione d'uso buone le rifiniture	Per la destinazione d'uso buone le rifiniture	Per la destinazione d'uso buone le rifiniture
	FUNZIONALITA'	40,00	20,00	12,00	20,00	32,00	per la destinazione d' uso sufficiente la funzionalità il telo turbante e dritto non presenta la sagomatura semicircolare come previsto a capitolato	scarso presentano un telo diverso dalla voce 66 nello specifico a T (troppo grande) a capitolato era richiesto un telo rettangolare	Sufficiente foro triangolare troppo piccolo per tipo di impiego	per la destinazione d' uso buona la funzionalità
	TOTALE	100,00	69,07	57,46	68,46	87,09				
	PUNTEGGIO MAX PARAMETRO A									

A	VALUTAZIONE DEI SET	max	MOLNLYCKE CARE	SERVIZI ITALIA	LOHMANN & RAUSCHER	SERVIZI OSPEDALIERI	MOLNLYCKE CARE	SERVIZI ITALIA	LOHMANN & RAUSCHER	SERVIZI OSPEDALIERI
	1.25 set per chirurgia capo collo		Punteggio Ditte				Motivazione punteggio			
A.1	CARATTERISTICHE DEL CONFEZIONAMENTO (SET)	24,00	22,60	17,00	22,60	24,00				
	1- tipo di apertura (esame visivo del campione)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	peel away	peel away	peel away	peel away
	2- modalità di presentazione (esame visivo del campione)	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	piena aderenza al layer	piena aderenza al layer	piena aderenza al layer	piena aderenza al layer
	3- identificazione del set (esame visivo del campione)	7,00	5,60	0,00	5,60	7,00	BUONO presenta informazioni complete ma dimensioni dei caratteri ridotti	SCADENTE Mancano le etichette identificative dei set richieste dal capitolato sia sul campione che nella documentazione l'aderenza al layer risulterebbe adeguata (ordine) ma, seguendo le istruzioni presenti sul telo tavolo madre, l'apertura richiede una manovra che non rispetta la sequenza dx/sx basso/alto prevista a garanzia del mantenimento della sterilità del campo (per posizione dell'etichettatura e orientamento del rinforzo non corrette)	BUONO presenta informazioni complete ma dimensioni dei caratteri ridotti	OTTIMO presenta completezza della informazioni e ottima leggibilità (presenti pittogrammi)
A.2	CARATTERISTICHE DELLA TELERIA INCLUSA NEI SET	76,00	39,94	24,22	53,16	62,54				
	TELERIA resistenza alla trazione in area critica – asciutto in N (dato da scheda tecnica) norma EN29073-3	6,00	3,00	3,90	4,80	6,00	Sufficiente (valore medio 65,5)	Discreto (valore medio 83,3)	Buono (valore medio 89)	Ottimo (valore medio 110,39)
	TELERIA resistenza alla penetrazione microbica – bagnato in I _B in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 22610	2,72	2,72	2,18	2,72	2,72	Ottimo(valore medio 6)	Buono (valore medio 5,8)	Ottimo(valore medio 6)	Ottimo(valore medio 6)
	TELERIA perdita di particelle in Log ₁₀ (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 9073-10	2,72	2,72	2,18	1,36	2,18	Ottimo (valore medio 2,08)	Buono (valore medio 2,4)	Sufficiente (valore medio 3,13)	Buono (valore medio2,41)
	TELERIA resistenza alla penetrazione dei liquidi in cm H ₂ O in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN 20811	5,90	5,90	3,84	2,95	4,72	Ottimo (valore medio 584)	Discreto (valore medio 152)	Sufficiente (valore medio 125)	Buono (valore medio 201)
	TUTTI COMPONENTI – rifiniture (esame del campione)	18,66	5,60	12,13	9,33	14,93	Scarse le rifiniture :mancano le lunghette anche se dichiarate in scheda tecnica, sacca mayo da bagnata si sbriciola	Per la destinazione d'uso discreto presentano 1 pezza laparotomica 40x40 a fronte di una cf. da 10	Sufficiente presentano una lunghetta con il filo di bario che si stacca	Per la destinazione d'uso buone le rifiniture
	FUNZIONALITA'	40,00	20,00	0,00	32,00	32,00	per la destinazione d' uso e per la funzionalita sufficiente il telo turbante e dritto non presenta la sagomatura semicircolare come previsto a capitolato,	Funzionalità scadente telo voce 37d presentano un telo diverso rispetto allo sfuso ha un rinforzo plastificato non adatto alla destinazione d' uso	buona la funzionalità	buona la funzionalità
	TOTALE	100,00	62,54	41,22	75,76	86,54				
	PUNTEGGIO MAX PARAMETRO A									

A	VALUTAZIONE DEI SET	max	MOLNLYCKE CARE	SERVIZI ITALIA	LOHMANN & RAUSCHER	SERVIZI OSPEDALIERI	MOLNLYCKE CARE	SERVIZI ITALIA	LOHMANN & RAUSCHER	SERVIZI OSPEDALIERI
	1.26 kit monouso sterile per procedure invasive anestesilogiche		Punteggio Ditte				Motivazione punteggio			
A.1	CARATTERISTICHE DEL CONFEZIONAMENTO (SET)	24,00	22,60	17,00	22,60	24,00				
	1- tipo di apertura (esame visivo del campione)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	peel away	peel away	peel away	peel away
	2- modalità di presentazione (esame visivo del campione)	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	piena aderenza al layer	piena aderenza al layer	piena aderenza al layer	piena aderenza al layer

	3- identificazione del set (esame visivo del campione)	7,00	5,60	0,00	5,60	7,00	BUONO presenta informazioni complete ma dimensioni dei caratteri ridotti	SCADENTE Mancano le etichette identificative dei set richieste dal capitolato sia sul campione che nella documentazione l'aderenza al layer risulterebbe adeguata (ordine) ma, seguendo le istruzioni presenti sul telo tavolo madre, l'apertura richiede una manovra che non rispetta la sequenza dx/sx basso/alto prevista a garanzia del mantenimento della sterilità del campo (per posizione dell'etichettatura e orientamento del rinforzo non corrette)	BUONO presenta informazioni complete ma dimensioni dei caratteri ridotti	OTTIMO presenta completezza della informazioni e ottima leggibilità (presenti pittogrammi)
A.2	CARATTERISTICHE DELLA TELERIA INCLUSA NEI SET	76,00	58,83	61,25	58,76	59,20				
	TELERIA resistenza alla trazione in area critica – asciutto in N (dato da scheda tecnica) norma EN29073-3	6,00	3,90	6,00	4,80	3,00	Discreto (valore medio 92,5)	Ottimo (valore medio 105)	Buono (valore medio 101,25)	Sufficiente (valore medio 80,55)
	TELERIA resistenza alla penetrazione microbica – bagnato in I _B in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 22610	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	Ottimo(valore medio 6)	Ottimo(valore medio 6)	Ottimo(valore medio 6)	Ottimo(valore medio 6)
	TELERIA perdita di particelle in Log ₁₀ (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 9073-10	2,72	2,18	1,77	1,36	2,72	Buono (valore medio 2,3)	Discreto (valore medio 2,5)	Sufficiente (valore medio 3,11)	Ottimo (valore medio 1,9)
	TELERIA resistenza alla penetrazione dei liquidi in cm H ₂ O in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN 20811	5,90	5,90	3,84	2,95	3,84	Ottimo (valore medio 520)	Discreto (valore medio 200)	Sufficiente (valore medio 112,5)	Discreto (valore medio 200)
	TUTTI COMPONENTI – rifiniture (esame del campione)	18,66	12,13	14,93	14,93	14,93	Discreto garze non confezionate	per la destinazione d' uso buone le rifiniture	per la destinazione d' uso buone le rifiniture	per la destinazione d' uso buone le rifiniture
	FUNZIONALITA'	40,00	32,00	32,00	32,00	32,00	per la destinazione d' uso buona la funzionalità	per la destinazione d' uso buona la funzionalità	per la destinazione d' uso buona la funzionalità	per la destinazione d' uso buona la funzionalità
	TOTALE	100,00	81,43	78,25	81,36	83,20				
	PUNTEGGIO MAX PARAMETRO A									

A	VALUTAZIONE DEI SET	max	MOLNLYCKE CARE	SERVIZI ITALIA	LOHMANN & RAUSCHER	SERVIZI OSPEDALIERI	MOLNLYCKE CARE	SERVIZI ITALIA	LOHMANN & RAUSCHER	SERVIZI OSPEDALIERI
	1.27 set chirurgico per cistoscopia		Punteggio Ditte				Motivazione punteggio			
A.1	CARATTERISTICHE DEL CONFEZIONAMENTO (SET)	24,00	22,60	17,00	22,60	24,00				
	1- tipo di apertura (esame visivo del campione)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	peel away	peel away	peel away	peel away
	2- modalità di presentazione (esame visivo del campione)	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	piena aderenza al layer	piena aderenza al layer	piena aderenza al layer	piena aderenza al layer
	3- identificazione del set (esame visivo del campione)	7,00	5,60	0,00	5,60	7,00	BUONO presenta informazioni complete ma dimensioni dei caratteri ridotti	SCADENTE Mancano le etichette identificative dei set richieste dal capitolato sia sul campione che nella documentazione l'aderenza al layer risulterebbe adeguata (ordine) ma, seguendo le istruzioni presenti sul telo tavolo madre, l'apertura richiede una manovra che non rispetta la sequenza dx/sx basso/alto prevista a garanzia del mantenimento della sterilità del campo (per posizione dell'etichettatura e orientamento del rinforzo non corrette)	BUONO presenta informazioni complete ma dimensioni dei caratteri ridotti	OTTIMO presenta completezza della informazioni e ottima leggibilità (presenti pittogrammi)
A.2	CARATTERISTICHE DELLA TELERIA INCLUSA NEI SET	76,00	58,47	31,13	51,86	63,09				
	TELERIA resistenza alla trazione in area critica – asciutto in N (dato da scheda tecnica) norma EN29073-3	6,00	3,00	4,80	3,90	6,00	Sufficiente (valore medio 49,25)	Buono (valore medio 87)	Discreto (valore medio 76,31)	Ottimo (valore medio 94,52)
	TELERIA resistenza alla penetrazione microbica – bagnato in I _B in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 22610	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	Ottimo(valore medio 6)	Ottimo(valore medio 6)	Ottimo(valore medio 6)	Ottimo(valore medio 6)
	TELERIA perdita di particelle in Log ₁₀ (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 9073-10	2,72	2,72	2,18	1,36	2,72	Ottimo (valore medio 2,1)	Buono (valore medio 2,38)	Sufficiente (valore medio 3,11)	Ottimo(valore medio 2,13)
	TELERIA resistenza alla penetrazione dei liquidi in cm H ₂ O in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN 20811	5,90	5,90	3,84	2,95	4,72	Ottimo (valore medio 710)	Discreto (valore medio 180)	Sufficiente (valore medio 125)	Buono (valore medio 200)
	TUTTI COMPONENTI – rifiniture (esame del campione)	18,66	12,13	5,60	14,93	14,93	Discreto garze non confezionate sacca mayo da bagnato si sbriciola	Scarso La presenza del retino compromette nel caso specifico la sterilita	per la destinazione d' uso buone le rifiniture	per la destinazione d' uso buone le rifiniture
	FUNZIONALITA'	40,00	32,00	12,00	26,00	32,00	Per la destinazione d'uso buona la funzionalità	Scarse le rifiniture nella voce 54 telo per turp/tutv non corrisponde alle caratteristiche richieste (manca la sacca raccogli liquidi) striscia di velcro 30x 2,5 troppo stretta.	Discreta la funzionalità il telo voce 54 ha la parte della testa troppo corta	per la destinazione d' uso buona la funzionalità
	TOTALE	100,00	81,07	48,13	74,46	87,09				

B	VALUTAZIONE PRODOTTI FUORI SET (teleria in tnt	PUNTEGGIO TOTALE	MOLNLYCKE CARE	SERVIZI ITALIA	LOHMANN & RAUSCHER	SERVIZI OSPEDALIERI	MOLNLYCKE CARE	SERVIZI ITALIA	LOHMANN & RAUSCHER	SERVIZI OSPEDALIERI
	voce 25a		Punteggio Ditte				Motivazione punteggio			
B.1	CARATTERISTICHE DEL CONFEZIONAMENTO (prodotti fuori set)	24,00	16,65	22,60	21,55	21,20				
	1- tipo di apertura (esame visivo del campione)	10,00	10	10	10	10	apertura peel away	apertura peel away	apertura peel away	apertura peel away
	2- identificazione (esame visivo del campione)	7,00	2,1	7	7	5,6	Scarso, non sono presenti le due etichette removibili previste dal capitolato.	ottimo: sull'etichetta c'è la presenza di immagine del telino	ottimo, sull'etichetta cè la presenza di immagine del telino	buona l'identificazione
	3-praticità del confezionamento (esame visivo del campione)	7,00	4,55	5,6	4,55	5,6	Discreto, manca il doppio confezionamento e non si garantisce l'impermeabilità	buono, presente il doppio confezionamento, ma non garantisce l'impermeabilità	discreto, manca il doppio confezionamento e non si garantisce l'impermeabilità	buono, presente il doppio confezionamento, ma non garantisce l'impermeabilità
B.2	PRODOTTI FUORI SET: CARATTERISTICHE DEI TELI	76,00	37,33	40,79	53,64	52,27				
	resistenza alla trazione – asciutto in N (dato da scheda tecnica) norma EN29073-3	6,00	3	4,8	4,8	6	Sufficiente (valore medio 55)	Buono(valore medio 73)	Buono(valore medio 72,5)	Ottimo (valore medio 87,25)
	resistenza alla penetrazione microbica – bagnato in I _B in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 22610	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)
	perdita di particelle in Log ₁₀ (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 9073-10	2,72	2,176	1,768	1,36	2,72	Buono (valore 2,1)	Discreto (valore 2,6)	Sufficiente (valore 3,21)	Ottimo (valore 1,7)
	resistenza alla penetrazione dei liquidi in cm H ₂ O in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN 20811	5,90	3,835	5,9	3,835	5,9	Discreto (valore >140)	Ottimo (valore >_200)	Discreto (valore < 150)	Ottimo (valore > 200)
	rifiniture (esame del campione)	18,66	5,598	5,598	14,928	14,928	scarso la rigidità ostacola la corretta l'apertura del telo	scarso non è indicato come posizionare il telo rispetto al tavolo	buono	buono
	FUNZIONALITA	40,00	20	20	26	20	sufficiente la funzionalità: misure:190x150; il rinforzo si rompe facilmente in condizioni di bagnato, poco assorbente, la piegatura compromette la sterilità nel posizionamento del telo	sufficiente la mancanza di indicazioner rende poco funzionale l'apertura in modalita sterile misure 190x140; il rinforzo è poco assorbente	discreta la funzionalità: misure190x150; il rinforzo è poco assorbente	sufficiente la funzionalità: misure190x150, il rinforzo si rompe facilmente in condizioni di bagnato
	TOTALE	100,00	53,98	63,39	75,19	73,47				

B	VALUTAZIONE PRODOTTI FUORI SET (teleria in tnt	PUNTEGGIO TOTALE	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI
	voce 25b		Punteggio Ditte				Motivazione punteggio			
B.1	CARATTERISTICHE DEL CONFEZIONAMENTO (prodotti fuori set)	24,00	16,65	24,00	21,55	21,20				
	1- tipo di apertura (esame visivo del campione)	10,00	10	10	10	10	apertura peel away	apertura peel to open	apertura peel away	apertura peel away
	2- identificazione (esame visivo del campione)	7,00	2,1	7	7	5,6	Scarso, non sono presenti le due etichette removibili previste dal capitolato.	ottimo, sull'etichetta cè la presenza di immagine del telino	ottimo, sull'etichetta ce la presenza di immagine del telino	buono
	3-praticità del confezionamento (esame visivo del campione)	7,00	4,55	7	4,55	5,6	Discreto, manca il doppio confezionamento e non si garantisce l'impermeabilità	ottimo, doppio confezionamento, garantisce l'impermeabilità	discreto, manca doppio confezionamento, non garantisce l'impermeabilità	buono, doppio confezionamento, non garantisce l'impermeabilità
B.2	PRODOTTI FUORI SET: CARATTERISTICHE DEI TELI	76,00	31,66	31,13	56,96	71,72				
	resistenza alla trazione – asciutto in N (dato da scheda tecnica) norma EN29073-3	6,00	3,9	4,8	3	6	Discreto (valore medio 75)	Buono (valore medio 86)	Sufficiente (valore medio 73)	Ottimo (valore medio 87,25)
	resistenza alla penetrazione microbica – bagnato in I _B in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 22610	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)
	perdita di particelle in Log ₁₀ (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 9073-10	2,72	2,72	2,176	1,36	2,176	Ottimo (valore 1,5)	Buono (valore 1,8)	Sufficiente (valore 3,21)	Buono (valore 1,7)
	resistenza alla penetrazione dei liquidi in cm H ₂ O in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN 20811	5,90	4,72	3,835	2,95	5,9	Buono (valore >140)	Discreto (valore >_129)	Sufficiente (valore >_100)	Ottimo (valore >200)
	rifiniture (esame del campione)	18,66	5,598	5,598	14,928	14,928	scarso la rigidità ostacola la corretta l'apertura del telo	scarso la piegatura del telo impedisce l'apertura in modo sterile, perché in qualsiasi modo venga girato, la parte che deve rimanere sterile va al contatto con il tavolo. Le indicazioni sono scritte in inglese	buono	buono

	FUNZIONALITA	40,00	12	12	32	40	scarso la piegatura compromette la sterilità nel posizionamento del telo .misure 191x 280 la piegatura compromette la sterilità nel posizionamento del telo	scarso: la piegatura del telo impedisce l'apertura in modo sterile, perché in qualsiasi modo venga girato, la parte che deve rimanere sterile va al contatto con il tavolo. Le indicazioni sono scritte in inglese (misure 202 x 237)	buono misure:200x250	Ottimo rinforzo misure:200x250
	TOTALE	100,00	48,31	55,13	78,51	92,92				

B	VALUTAZIONE PRODOTTI FUORI SET (teleria in tnt	PUNTEGGIO TOTALE	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI
	voce 25c		Punteggio Ditte				Motivazione punteggio			
B.1	CARATTERISTICHE DEL CONFEZIONAMENTO (prodotti fuori set)	24,00	16,65	24,00	24,00	21,20				
	1- tipo di apertura (esame visivo del campione)	10,00	10	10	10	10	apertura peel away	apertura peel to open	apertura peel to open	apertura peel away
	2- identificazione (esame visivo del campione)	7,00	2,1	7	7	5,6	Scarso, non sono presenti le due etichette removibili previste dal capitolato.	ottimo, sull'etichetta ce la presenza di immagine del telino	ottimo, sull'etichetta ce la presenza di immagine del telino	buono
	3-praticità del confezionamento (esame visivo del campione)	7,00	4,55	7	7	5,6	Discreto, manca il doppio confezionamento e non si garantisce l'impermeabilità	ottimo, sull'etichetta ce la presenza di immagine del telino	ottimo, sull'etichetta ce la presenza di immagine del telino	buono, doppio confezionamento, non garantisce l'impermeabilità
B.2	PRODOTTI FUORI SET: CARATTERISTICHE DEI TELI	76,00	18,77	18,72	56,96	63,72				
	resistenza alla trazione – asciutto in N (dato da scheda tecnica) norma EN29073-3	6,00	3,9	4,8	3	6	Discreto (valore medio 75)	buono (valore medio 81)	sufficiente (valore medio 72,5)	ottimo(valore medio 87,25)
	resistenza alla penetrazione microbica – bagnato in I _B in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 22610	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)
	perdita di particelle in Log ₁₀ (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 9073-10	2,72	2,72	1,768	1,36	2,176	Ottimo (valore 1,5)	Discreto (valore 1,8)	Sufficiente (valore 3,21)	Buono (valore 1,7)
	resistenza alla penetrazione dei liquidi in cm H ₂ 0 in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN 20811	5,90	3,835	3,835	2,95	5,9	Discreto (valore >140)	Discreto (valore >_120)	Sufficiente (valore >_100)	Ottimo (valore >200)
	rifiniture (esame del campione)	18,66	5,598	5,598	14,928	14,928	scarso la rigidità ostacola la corretta l'apertura del telo inoltre la piegatura compromette la sterilità nel posizionamento del telo	Scarso Il rinforzo assorbente non assorbe	buono	buono
	FUNZIONALITA	40,00	0	0	32	32	Scadente la rigidità del telo compromette la funzionalità misure 210 x 190	Scadente il rinforzo poco assorbente compromette la funzionalità misure 225x 195	Buona la funzionalità misura 210x 190	Buona la funzionalità misura 200x230
	TOTALE	100,00	35,42	42,72	80,96	84,92				

B	VALUTAZIONE PRODOTTI FUORI SET (teleria in tnt	PUNTEGGIO TOTALE	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI
	voce 25d		Punteggio Ditte				Motivazione punteggio			
B.1	CARATTERISTICHE DEL CONFEZIONAMENTO (prodotti fuori set)	24,00	16,65	22,60	21,55	21,20				
	1- tipo di apertura (esame visivo del campione)	10,00	10	10	10	10	apertura peel away	apertura peel away	apertura peel away	apertura peel away
	2- identificazione (esame visivo del campione)	7,00	2,1	7	7	5,6	Scarso, non sono presenti le due etichette removibili previste dal capitolato.	ottimo, sull'etichetta cè la presenza di immagine del telino	ottimo, sull'etichetta ce la presenza di immagine del telino	buono
	3-praticità del confezionamento (esame visivo del campione)	7,00	4,55	5,6	4,55	5,6	Discreto, manca il doppio confezionamento e non si garantisce l'impermeabilità	buono, doppio confezionamento, non garantisce l'impermeabilità	discreto, manca doppio confezionamento, non garantisce l'impermeabilità	buono, doppio confezionamento, non garantisce l'impermeabilità
B.2	PRODOTTI FUORI SET: CARATTERISTICHE DEI TELI	76,00	37,81	60,46	57,86	52,27				
	resistenza alla trazione – asciutto in N (dato da scheda tecnica) norma EN29073-3	6,00	3	4,8	3,9	6	Sufficiente (valore medio 55)	buono(valore medio 86)	Discreto (valore medio 72,5)	ottimo (valore medio 87,25)
	resistenza alla penetrazione microbica – bagnato in I _B in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 22610	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)
	perdita di particelle in Log ₁₀ (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 9073-10	2,72	1,768	2,176	1,36	2,72	Discreto (valore 2,1)	Buono (valore 1,8)	Sufficiente (valore 3,21)	Ottimo (valore 1,7)
	resistenza alla penetrazione dei liquidi in cm H ₂ 0 in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN 20811	5,90	4,72	3,835	2,95	5,9	Buono (valore >140)	Discreto (valore >_129)	Sufficiente (valore >_100)	Ottimo (valore >200)
	rifiniture (esame del campione)	18,66	5,598	14,928	14,928	14,928	scarso la rigidità ostacola la corretta l'apertura del telo inoltre la piegatura compromette la sterilità nel posizionamento del telo	buono	buono	buono
	FUNZIONALITA	40,00	20	32	32	20	sufficiente misure 150x150 misure troppo grandi	buoni rispettano le misure 118 x 141	buono rispettano le misure 140 x 120	sufficiente misure 112x 112 troppo piccole
	TOTALE	100,00	54,46	83,06	79,41	73,47				

B	VALUTAZIONE PRODOTTI FUORI SET (teleria in tnt	PUNTEGGIO TOTALE	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI
	voce 43 a) telo impermeabile in tnt		Punteggio Ditte				Motivazione punteggio			
B.1	CARATTERISTICHE DEL CONFEZIONAMENTO (prodotti fuori set)	24,00	16,65	21,55	21,55	21,20				
	1- tipo di apertura (esame visivo del campione)	10,00	10	10	10	10	apertura peel away	apertura peel away	apertura peel away	apertura peel away
	2- identificazione (esame visivo del campione)	7,00	2,1	7	7	5,6	Scarso, non sono presenti le due etichette removibili previste dal capitolato.	ottimo, sull'etichetta ce la presenza di immagine del telino	ottimo, sull'etichetta ce la presenza di immagine del telino	buono
	3-praticità del confezionamento (esame visivo del campione)	7,00	4,55	4,55	4,55	5,6	Discreto, manca il doppio confezionamento e non si garantisce l'impermeabilità	discreto, manca doppio confezionamento, non garantisce l'impermeabilità	discreto, manca doppio confezionamento, non garantisce l'impermeabilità	buono, presente il doppio confezionamento (ma non impermeabile)
B.2	PRODOTTI FUORI SET: CARATTERISTICHE DEI TELI	76,00	49,13	61,00	59,96	55,65				
	resistenza alla trazione – asciutto in N (dato da scheda tecnica) norma EN29073-3	6,00	3	4,8	6	6	Sufficiente (valore medio 32)	Buono (valore medio 63)	Ottimo (valore medio 78,5)	Ottimo (valore medio 79,3)
	resistenza alla penetrazione microbica – bagnato in I _B in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 22610	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)
	perdita di particelle in Log ₁₀ (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 9073-10	2,72	2,176	2,72	1,36	1,768	Buono (valore 2,1)	Ottimo (valore 1,9)	Sufficiente (valore 2,99)	Discreto (valore 2,6)
	resistenza alla penetrazione dei liquidi in cm H ₂ O in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN 20811	5,90	5,9	3,835	2,95	3,835	Ottimo (valore 900)	Discreto (valore >200)	Sufficiente (valore >_125)	Discreto (valore >200)
	rifiniture (esame del campione)	18,66	9,33	14,928	14,928	9,33	Sufficiente La parte in TNT si sfalda quando bagnata	buone le rifiniture del telo	buone le rifiniture del telo	Sufficiente la parte in tnt si sfalda quando bagnata
	FUNZIONALITA	40,00	26	32	32	32	discreto: piegatura meno funzionale allo svolgimento del telo	buona la funzionalità	buona la funzionalità	buona la funzionalità
	TOTALE	100,00	65,78	82,55	81,51	76,85				

B	VALUTAZIONE PRODOTTI FUORI SET (teleria in tnt	PUNTEGGIO TOTALE	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI
	voce 43 b) telo impermeabile in tnt		Punteggio Ditte				Motivazione punteggio			
B.1	CARATTERISTICHE DEL CONFEZIONAMENTO (prodotti fuori set)	24,00	16,65	21,55	21,55	21,20				
	1- tipo di apertura (esame visivo del campione)	10,00	10	10	10	10	apertura peel away	apertura peel away	apertura peel away	apertura peel away
	2- identificazione (esame visivo del campione)	7,00	2,1	7	7	5,6	Scarso, non sono presenti le due etichette removibili previste dal capitolato.	ottimo, sull'etichetta ce la presenza di immagine del telino	ottimo, sull'etichetta ce la presenza di immagine del telino	buono
	3-praticità del confezionamento (esame visivo del campione)	7,00	4,55	4,55	4,55	5,6	Discreto, manca il doppio confezionamento e non si garantisce l'impermeabilità	discreto, manca doppio confezionamento, non garantisce l'impermeabilità	discreto, manca doppio confezionamento, non garantisce l'impermeabilità	buono, presente il doppio confezionamento (ma non impermeabile)
B.2	PRODOTTI FUORI SET: CARATTERISTICHE DEI TELI	76,00	35,13	55,00	67,96	63,65				
	resistenza alla trazione – asciutto in N (dato da scheda tecnica) norma EN29073-3	6,00	3	4,8	6	6	Sufficiente (valore medio 32)	Buono (valore medio 63)	Ottimo (valore medio 78,5)	Ottimo (valore medio 79,3)
	resistenza alla penetrazione microbica – bagnato in I _B in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 22610	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)
	perdita di particelle in Log ₁₀ (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 9073-10	2,72	2,176	2,72	1,36	1,768	Buono (valore 2,1)	Ottimo (valore 1,9)	Sufficiente (valore 2,99)	Discreto (valore 2,6)
	resistenza alla penetrazione dei liquidi in cm H ₂ O in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN 20811	5,90	5,9	3,835	2,95	3,835	Ottimo (valore 900)	Discreto (valore >200)	Sufficiente (valore >_125)	Discreto (valore >200)
	rifiniture (esame del campione)	18,66	9,33	14,928	14,928	9,33	Sufficiente la parte in tnt si sfalda quando bagnata	buone le rifiniture del telo	buone le rifiniture del telo	Sufficiente la parte in tnt si sfalda quando bagnata
	FUNZIONALITA	40,00	12	26	40	40	Scarso nmisure 90x150, piegatura non funzionale (il telo si svolge sul lato corto)	discreto per funzionalità misure 90x150, buona piegatura	ottimo per funzionalità: misure 100x150, buona piegatura	ottimo per funzionalità: misure 100x150, buona piegatura
	TOTALE	100,00	51,78	76,55	89,51	84,85				

B	VALUTAZIONE PRODOTTI FUORI SET (teleria in tnt	PUNTEGGIO TOTALE	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI
	voce 43 c) telo impermeabile in tnt		Punteggio Ditte				Motivazione punteggio			
B.1	CARATTERISTICHE DEL CONFEZIONAMENTO (prodotti fuori set)	24,00	16,65	22,60	21,55	21,20				
	1- tipo di apertura (esame visivo del campione)	10,00	10	10	10	10	apertura peel away	apertura peel away	apertura peel away	apertura peel away

	2- identificazione (esame visivo del campione)	7,00	2,1	7	7	5,6	Scarso, non sono presenti le due etichette removibili previste dal capitolato.	ottimo, sull'etichetta c'è la presenza di immagine del telino	ottimo, sull'etichetta ce la presenza di immagine del telino	buono
	3-praticità del confezionamento (esame visivo del campione)	7,00	4,55	5,6	4,55	5,6	Discreto, manca il doppio confezionamento e non si garantisce l'impermeabilità	buono, presente il doppio confezionamento (ma non impermeabile)	discreto, manca doppio confezionamento, non garantisce l'impermeabilità	buono, presente il doppio confezionamento (ma non impermeabile)
B.2	PRODOTTI FUORI SET: CARATTERISTICHE DEI TELI	76,00	49,13	69,00	59,96	49,65				
	resistenza alla trazione – asciutto in N (dato da scheda tecnica) norma EN29073-3	6,00	3	4,8	6	6	Sufficiente (valore medio 32)	Buono (valore medio 75,5)	Ottimo (valore medio 78,5)	Ottimo (valore medio 79,3)
	resistenza alla penetrazione microbica – bagnato in I _B in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 22610	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)
	perdita di particelle in Log ₁₀ (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 9073-10	2,72	2,176	2,72	1,36	1,768	Buono (valore 2,1)	Ottimo (valore 1,9)	Sufficiente (valore 2,99)	Discreto (valore 2,6)
	resistenza alla penetrazione dei liquidi in cm H ₂ O in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN 20811	5,90	5,9	3,835	2,95	3,835	Ottimo (valore 900)	Discreto (valore >200)	Sufficiente (valore >_125)	Discreto (valore >200)
	rifiniture (esame del campione)	18,66	9,33	14,928	14,928	9,33	Sufficiente la parte in tnt si sfalda quando bagnata	buone le rifiniture del telo	buone le rifiniture del telo	Sufficiente la parte in tnt si sfalda quando bagnata
	FUNZIONALITA	40,00	26	40	32	26	funzionalità discreta: misure 150x240 (lungo), buona la piegatura	ottima funzionalità: misure 145x193, buona piegatura	buona funzionalità: misure 150x180, buona piegatura, presenti indicazioni del lato	discreto per funzionalità: misure 150x200, si apre dal lato corto e si srotola dal lato lungo (apertura non ottimale)
	TOTALE	100,00	65,78	91,60	81,51	70,85				

B	VALUTAZIONE PRODOTTI FUORI SET (teleria in tnt)	PUNTEGGIO TOTALE	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI
	voce 43 d) telo impermeabile in tnt		Punteggio Ditte				Motivazione punteggio			
B.1	CARATTERISTICHE DEL CONFEZIONAMENTO (prodotti fuori set)	24,00	16,65	21,55	22,60	21,20				
	1- tipo di apertura (esame visivo del campione)	10,00	10	10	10	10	apertura peel away	apertura peel away	apertura peel away	apertura peel away
	2- identificazione (esame visivo del campione)	7,00	2,1	7	5,6	5,6	Scarso, non sono presenti le due etichette removibili previste dal capitolato.	ottimo, sull'etichetta ce la presenza di immagine del telino	buono	buono
	3-praticità del confezionamento (esame visivo del campione)	7,00	4,55	4,55	7	5,6	Discreto, manca il doppio confezionamento e non si garantisce l'impermeabilità	discreto presente un solo confezionamento, non impermeabile	ottimo presente il doppio confezionamento anche impermeabile)	buono, presente il doppio confezionamento (ma non impermeabile)
B.2	PRODOTTI FUORI SET: CARATTERISTICHE DEI TELI	76,00	54,31	61,00	60,37	64,06				
	resistenza alla trazione – asciutto in N (dato da scheda tecnica) norma EN29073-3	6,00	3	4,8	6	6	Sufficiente (valore medio 20)	Buono (valore medio 63)	Ottimo (valore medio 78,5)	Ottimo (valore medio 79,3)
	resistenza alla penetrazione microbica – bagnato in I _B in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 22610	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)
	perdita di particelle in Log ₁₀ (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 9073-10	2,72	1,36	2,72	1,768	2,176	Sufficiente (valore 3,4)	Ottimo (valore 1,9)	Discreto (valore 2,99)	Buono (valore 2,6)
	resistenza alla penetrazione dei liquidi in cm H ₂ O in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN 20811	5,90	5,9	3,835	2,95	3,835	Ottimo (valore 800)	Discreto (valore >200)	Sufficiente (valore >_125)	Discreto (valore >200)
	rifiniture (esame del campione)	18,66	9,33	14,928	14,928	9,33	Sufficiente la parte in tnt si sfalda quando bagnata	buone le rifiniture del telo	buone le rifiniture del telo	Sufficiente la parte in tnt si sfalda quando bagnata
	FUNZIONALITA	40,00	32	32	32	40	buona funzionalità: misure 43x75 buona la piegatura	buona funzionalità: misure 45x50 buona la piegatura	buona funzionalità: misure 45x75 buona la piegatura	ottima funzionalità: misure 50x60 buona la piegatura
	TOTALE	100,00	70,96	82,55	82,97	85,26				

B	VALUTAZIONE PRODOTTI FUORI SET (teleria in tnt)	PUNTEGGIO TOTALE	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI
	29 striscia adesiva		Punteggio Ditte				Motivazione punteggio			
B.1	CARATTERISTICHE DEL CONFEZIONAMENTO (prodotti fuori set)	20,00	16,65	20,15	20,15	18,00				
	1- tipo di apertura (esame visivo del campione)	10,00	10	10	10	10	apertura peel away	apertura peel away	apertura peel away	apertura peel away
	2- identificazione (esame visivo del campione)	7,00	2,1	5,6	5,6	5,6	Scarso, non sono presenti le due etichette removibili previste dal capitolato.	buono	buono	buono
	3-praticità del confezionamento (esame visivo del campione)	3,00	4,55	4,55	4,55	2,4	Discreto, manca il doppio confezionamento e non si garantisce l'impermeabilità	Discreto, manca il doppio confezionamento e non si garantisce l'impermeabilità	Discreto, manca il doppio confezionamento e non si garantisce l'impermeabilità	buono, presente il doppio confezionamento (ma non impermeabile)
B.2	PRODOTTI FUORI SET: CARATTERISTICHE DEI TELI	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00				
	resistenza alla trazione – asciutto in N (dato da scheda tecnica) norma EN29073-3	6,00	6	6	6	6	Valore non applicabile pertanto si attribuisce il massimo punteggio nel rispetto favor partecipazioni di tutti i concorrenti.			

	resistenza alla penetrazione microbica – bagnato in I _B in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 22610	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	Valore non applicabile pertanto si attribuisce il massimo punteggio nel rispetto favor partecipazioni di tutti i concorrenti.			
	perdita di particelle in Log ₁₀ (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 9073-10	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	Valore non applicabile pertanto si attribuisce il massimo punteggio nel rispetto favor partecipazioni di tutti i concorrenti.			
	resistenza alla penetrazione dei liquidi in cm H ₂ O in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN 20811	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90	Valore non applicabile pertanto si attribuisce il massimo punteggio nel rispetto favor partecipazioni di tutti i concorrenti.			
	rifiniture (esame del campione)	18,66	18,66	18,66	18,66	18,66	buone le rifiniture	buone le rifiniture	buone le rifiniture	buone le rifiniture
	FUNZIONALITA	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	buona la funzionalità	buona la funzionalità	buona la funzionalità	buona la funzionalità
	TOTALE	96,00	92,65	96,15	96,15	94,00				

B	VALUTAZIONE PRODOTTI FUORI SET (teleria in tnt)	PUNTEGGIO TOTALE	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI
	voce 36 a) telo rinforzato su lato lungo		Punteggio Ditte				Motivazione punteggio			
B.1	CARATTERISTICHE DEL CONFEZIONAMENTO (prodotti fuori set)	24,00	16,65	24,00	21,55	20,15				
	1- tipo di apertura (esame visivo del campione)	10,00	10	10	10	10	apertura peel away	apertura peel away	apertura peel away	apertura peel away
	2- identificazione (esame visivo del campione)	7,00	2,1	7	7	4,55	Scarso, non sono presenti le due etichette removibili previste dal capitolato.	ottimo presenza di disegno intuitivo e misure	Ottimo presenza di disegno intuitivo e misure	discreta non presente l'immagine del telo ma solo la descrizione
	3-praticità del confezionamento (esame visivo del campione)	7,00	4,55	7	4,55	5,6	Discreto, manca il doppio confezionamento e non si garantisce l'impermeabilità	ottimo presenza di doppio involucro totalmente impermeabile	discreto, manca doppio confezionamento, non garantisce l'impermeabilità	buono, presente il doppio confezionamento (ma non impermeabile)
B.2	PRODOTTI FUORI SET: CARATTERISTICHE DEI TELI	76,00	55,67	60,10	57,37	61,25				
	resistenza alla trazione – asciutto in N (dato da scheda tecnica) norma EN29073-3	6,00	3	3,9	3	6	Sufficiente (valore medio 130)	Discreto (valor medio 133,5)	Sufficiente (valore medio 130)	Ottimo (valore medio 158)
	resistenza alla penetrazione microbica – bagnato in I _B in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 22610	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)
	perdita di particelle in Log ₁₀ (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 9073-10	2,72	2,72	2,72	1,768	1,768	Ottimo (valore 2,5)	Ottimo (valore 2,6)	Discreto (valore 3)	Discreto (valore 3,25)
	resistenza alla penetrazione dei liquidi in cm H ₂ O in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN 20811	5,90	5,9	3,835	2,95	3,835	Ottimo (valore 900)	Discreto (valore >204)	Sufficiente (valore >125)	Discreto (valore >200)
	rifiniture (esame del campione)	18,66	9,33	14,928	14,928	14,928	sufficiente rifiniture non ottimali la parte in tnt si stacca quando bagnata	buone le rifiniture	buone le rifiniture	buone le rifiniture
	FUNZIONALITA	40,00	32	32	32	32	buone	buone	buone	buone
	TOTALE	100,00	72,32	84,10	78,92	81,40				

B	VALUTAZIONE PRODOTTI FUORI SET (teleria in tnt)	PUNTEGGIO TOTALE	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI
	voce 36 b) telo rinforzato su lato lungo		Punteggio Ditte				Motivazione punteggio			
B.1	CARATTERISTICHE DEL CONFEZIONAMENTO (prodotti fuori set)	24,00	16,65	24,00	21,55	20,15				
	1- tipo di apertura (esame visivo del campione)	10,00	10	10	10	10	apertura peel away	apertura peel away	apertura peel away	apertura peel away
	2- identificazione (esame visivo del campione)	7,00	2,1	7	7	4,55	Scarso, non sono presenti le due etichette removibili previste dal capitolato.	ottimo presenza di disegno intuitivo e misure	Ottimo presenza di disegno intuitivo e misure	discreta non presente l'immagine del telo ma solo la descrizione
	3-praticità del confezionamento (esame visivo del campione)	7,00	4,55	7	4,55	5,6	Discreto, manca il doppio confezionamento e non si garantisce l'impermeabilità	ottimo presenza di doppio involucro totalmente impermeabile	discreto, manca doppio confezionamento, non garantisce l'impermeabilità	buono, presente il doppio confezionamento (ma non impermeabile)
B.2	PRODOTTI FUORI SET: CARATTERISTICHE DEI TELI	76,00	55,67	60,10	57,37	61,25				
	resistenza alla trazione – asciutto in N (dato da scheda tecnica) norma EN29073-3	6,00	3	3,9	3	6	Sufficiente (valore medio 130)	Discreto (valor medio 133,5)	Sufficiente (valore medio 130)	Ottimo (valore medio 158)
	resistenza alla penetrazione microbica – bagnato in I _B in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 22610	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)
	perdita di particelle in Log ₁₀ (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 9073-10	2,72	2,72	2,72	1,768	1,768	Ottimo (valore 2,5)	Ottimo (valore 2,6)	Discreto (valore 3)	Discreto (valore 3,25)
	resistenza alla penetrazione dei liquidi in cm H ₂ O in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN 20811	5,90	5,9	3,835	2,95	3,835	Ottimo (valore 900)	Discreto (valore >204)	Sufficiente (valore >125)	Discreto (valore >200)
	rifiniture (esame del campione)	18,66	9,33	14,928	14,928	14,928	sufficiente la parte in tnt si stacca quando bagnata	buone le rifiniture	buone le rifiniture	buone le rifiniture
	FUNZIONALITA	40,00	32	32	32	32	buone	buone	buone	buone
	TOTALE	100,00	72,32	84,10	78,92	81,40				

B	VALUTAZIONE PRODOTTI FUORI SET (teleria in tnt)	PUNTEGGIO TOTALE	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI
	voce 36 c) telo rinforzato su lato lungo		Punteggio Ditte				Motivazione punteggio			
B.1	CARATTERISTICHE DEL CONFEZIONAMENTO (prodotti fuori set)	24,00	16,65	24,00	21,55	20,15				

	1- tipo di apertura (esame visivo del campione)	10,00	10	10	10	10	apertura peel away	apertura peel away	apertura peel away	apertura peel away
	2- identificazione (esame visivo del campione)	7,00	2,1	7	7	4,55	Scarso, non sono presenti le due etichette removibili previste dal capitolato.	Ottimo presenza di disegno intuitivo e misure	Ottimo presenza di disegno intuitivo e misure	discreta non presente l'immagine del telo ma solo la descrizione
	3-praticità del confezionamento (esame visivo del campione)	7,00	4,55	7	4,55	5,6	Discreto, manca il doppio confezionamento e non si garantisce l'impermeabilità	ottimo presenza di doppio involucro totalmente impermeabile	discreto, manca doppio confezionamento, non garantisce l'impermeabilità	buono, presente il doppio confezionamento (ma non impermeabile)
B.2	PRODOTTI FUORI SET: CARATTERISTICHE DEI TELI	76,00	55,67	54,10	57,37	61,25				
	resistenza alla trazione – asciutto in N (dato da scheda tecnica) norma EN29073-3	6,00	3	3,9	3	6	Sufficiente (valore medio 130)	Discreto (valor medio 133,5)	Sufficiente (valore medio 130)	Ottimo (valore medio 158)
	resistenza alla penetrazione microbica – bagnato in I _B in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 22610	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)
	perdita di particelle in Log ₁₀ (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 9073-10	2,72	2,72	2,72	1,768	1,768	Ottimo (valore 2,5)	Ottimo (valore 2,6)	Discreto (valore 3)	Discreto (valore 3,25)
	resistenza alla penetrazione dei liquidi in cm H ₂ O in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN 20811	5,90	5,9	3,835	2,95	3,835	Ottimo (valore 900)	Discreto (valore >204)	Sufficiente (valore >125)	Discreto (valore >200)
	rifiniture (esame del campione)	18,66	9,33	14,928	14,928	14,928	sufficiente rifiniture non ottimali la parte in tnt si stacca quando bagnata	Buone le rifiniture	buone le rifiniture	buone le rifiniture
	FUNZIONALITA	40,00	32	26	32	32	buone	Discreto per le misure non rispettate 152 x250 cm.	buone	buone
	TOTALE	100,00	72,32	78,10	78,92	81,40				

B	VALUTAZIONE PRODOTTI FUORI SET (teleria in tnt)	PUNTEGGIO TOTALE	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI
	voce 36 d) telo rinforzato su lato lungo		Punteggio Ditte				Motivazione punteggio			
B.1	CARATTERISTICHE DEL CONFEZIONAMENTO (prodotti fuori set)	24,00	16,65	24,00	22,60	20,15				
	1- tipo di apertura (esame visivo del campione)	10,00	10	10	10	10	apertura peel away	apertura peel away	apertura peel away	apertura peel away
	2- identificazione (esame visivo del campione)	7,00	2,1	7	7	4,55	Scarso, non sono presenti le due etichette removibili previste dal capitolato.	Ottimo presenza di disegno intuitivo e misure	Ottimo presenza di disegno intuitivo e misure	discreta non presente l'immagine del telo ma solo la descrizione
	3-praticità del confezionamento (esame visivo del campione)	7,00	4,55	7	5,6	5,6	Discreto, manca il doppio confezionamento e non si garantisce l'impermeabilità	ottimo presenza di doppio involucro totalmente impermeabile	buono, presente il doppio confezionamento (ma non impermeabile)	buono, presente il doppio confezionamento (ma non impermeabile)
B.2	PRODOTTI FUORI SET: CARATTERISTICHE DEI TELI	76,00	55,67	57,30	57,37	61,25				
	resistenza alla trazione – asciutto in N (dato da scheda tecnica) norma EN29073-3	6,00	3	3,9	3	6	Sufficiente (valore medio 130)	Discreto (valor medio 133,5)	Sufficiente (valore medio 130)	Ottimo (valore medio 158)
	resistenza alla penetrazione microbica – bagnato in I _B in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 22610	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)
	perdita di particelle in Log ₁₀ (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 9073-10	2,72	2,72	2,72	1,768	1,768	Ottimo (valore 2,5)	Ottimo (valore 2,6)	Discreto (valore 3)	Discreto (valore 3,25)
	resistenza alla penetrazione dei liquidi in cm H ₂ O in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN 20811	5,90	5,9	3,835	2,95	3,835	Ottimo (valore 900)	Discreto (valore >204)	Sufficiente (valore >125)	Discreto (valore >200)
	rifiniture (esame del campione)	18,66	9,33	12,129	14,928	14,928	sufficiente la parte in tnt si stacca quando bagnata	discreto per le misure non rispettate 152 x250 cm.	buone le rifiniture	buone le rifiniture
	FUNZIONALITA	40,00	32	32	32	32	buono	buone	buone	buone
	TOTALE	100,00	72,32	81,30	79,97	81,40				

B	VALUTAZIONE PRODOTTI FUORI SET (teleria in tnt)	PUNTEGGIO TOTALE	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI
	voce 33 a telo sottosacrale		Punteggio Ditte				Motivazione punteggio			
B.1	CARATTERISTICHE DEL CONFEZIONAMENTO (prodotti fuori set)	24,00	16,65	24,00	22,60	20,15				
	1- tipo di apertura (esame visivo del campione)	10,00	10	10	10	10	apertura peel away	apertura peel away	apertura peel away	apertura peel away
	2- identificazione (esame visivo del campione)	7,00	2,1	7	7	4,55	Scarso, non sono presenti le due etichette removibili previste dal capitolato.	Ottimo presenza di disegno intuitivo e misure	Ottimo presenza di disegno intuitivo e misure	discreta non presente l'immagine del telo ma solo la descrizione
	3-praticità del confezionamento (esame visivo del campione)	7,00	4,55	7	5,6	5,6	Discreto, manca il doppio confezionamento e non si garantisce l'impermeabilità	ottimo presenza di doppio involucro totalmente impermeabile	buono, presente il doppio confezionamento (ma non impermeabile)	buono, presente il doppio confezionamento (ma non impermeabile)
B.2	PRODOTTI FUORI SET: CARATTERISTICHE DEI TELI	76,00	58,66	73,39	69,58	32,84				
	resistenza alla trazione – asciutto in N (dato da scheda tecnica) norma EN29073-3	6,00	0	6	3	3,9	scadente (manca il dato)	ottimo (valore medio 86)	sufficiente (valore medio 78,5)	Discreto (valore medio 81,75)
	resistenza alla penetrazione microbica – bagnato in I _B in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 22610	2,72	0	2,72	2,72	2,72	scadente manca il dato	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)
	perdita di particelle in Log ₁₀ (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 9073-10	2,72	0	2,176	1,36	2,72	Scadente (manca il dato)	Buono (valore 1,8)	Sufficiente (valore 2,99)	Ottimo (valore 0,8)
	resistenza alla penetrazione dei liquidi in cm H ₂ O in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN 20811	5,90	0	3,835	3,835	5,9	Scadente (manca il dato)	Discreto (valore >129)	Discreto (valore >125)	Ottimo (valore >200)

	rifiniture (esame del campione)	18,66	18,66	18,66	18,66	5,598	ottime le rifiniture	ottime le rifiniture	ottimo le rifiniture	scarso non presenza telo sottosacrale ma solo la sacca tutta in polietilene
	FUNZIONALITA	40,00	40	40	40	12	ottima la funzionalità	ottima la funzionalità	ottima la funzionalità	scarso sempre per la mancanza del telo sottosacrale
	TOTALE	100,00	75,31	97,39	92,18	52,99				

B	VALUTAZIONE PRODOTTI FUORI SET (teleria in tnt)	PUNTEGGIO TOTALE	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI
	voce 104 b telo sottosacrale con sacca raccogli liquidi		Punteggio Ditte				Motivazione punteggio			
B.1	CARATTERISTICHE DEL CONFEZIONAMENTO (prodotti fuori set)	24,00	16,65	24,00	20,15	20,15				
	1- tipo di apertura (esame visivo del campione)	10,00	10	10	10	10	apertura peel away	apertura peel away	apertura peel away	apertura peel away
	2- identificazione (esame visivo del campione)	7,00	2,1	7	4,55	4,55	Scarso, non sono presenti le due etichette removibili previste dal capitolato.	Ottimo presenza di disegno intuitivo e misure	discreta non presente l'immagine del telo ma solo la descrizione	discreta non presente l'immagine del telo ma solo la descrizione
	3-praticità del confezionamento (esame visivo del campione)	7,00	4,55	7	5,6	5,6	Discreto, manca il doppio confezionamento e non si garantisce l'impermeabilità	ottimo presenza di doppio involucro totalmente impermeabile	buono, presente il doppio confezionamento (ma non impermeabile)	buono, presente il doppio confezionamento (ma non impermeabile)
B.2	PRODOTTI FUORI SET: CARATTERISTICHE DEI TELI	76,00	53,15	44,27	64,96	70,52				
	resistenza alla trazione – asciutto in N (dato da scheda tecnica) norma EN29073-3	6,00	3,9	6	3	4,8	Discreto (valore medio 49,88)	Ottimo (valore medio 122)	Sufficiente (valore medio 47,5)	Buono (valore medio 79,3)
	resistenza alla penetrazione microbica – bagnato in I _B in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 22610	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)
	perdita di particelle in Log ₁₀ (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 9073-10	2,72	1,768	2,72	1,36	2,176	Discreto (valore 2,9)	Ottimo (valore 2,4)	Sufficiente (valore 3)	Buono (valore 2,6)
	resistenza alla penetrazione dei liquidi in cm H ₂ 0 in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN 20811	5,90	3,835	5,9	2,95	5,9	Discreto (valore >100)	Ottimo (valore >200)	Sufficiente (valore >_80)	Ottimo (valore >_200)
	rifiniture (esame del campione)	18,66	14,928	14,928	14,928	14,928	buone le rifiniture	buone le rifiniture	buone le rifiniture	buone le rifiniture
	FUNZIONALITA	40,00	26	12	40	40	Discrteo le misure non vengono rispettate	scarso mancanza di rubinetto	ottima la funzionalità	ottima la funzionista
	TOTALE	100,00	69,80	68,27	85,11	90,67				

B	VALUTAZIONE PRODOTTI FUORI SET (teleria in tnt)	PUNTEGGIO TOTALE	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI
	voce 31 A GAMBALI INTNT		Punteggio Ditte				Motivazione punteggio			
B.1	CARATTERISTICHE DEL CONFEZIONAMENTO (prodotti fuori set)	24,00	16,65	22,60	21,55	20,15				
	1- tipo di apertura (esame visivo del campione)	10,00	10	10	10	10	apertura peel away	apertura peel away	apertura peel away	apertura peel away
	2- identificazione (esame visivo del campione)	7,00	2,1	7	7	4,55	Scarso, non sono presenti le due etichette removibili previste dal capitolato.	Ottimo presenza di disegno intuitivo e misure	Ottimo presenza di disegno intuitivo e misure	discreta non presente l'immagine del telo ma solo la descrizione
	3-praticità del confezionamento (esame visivo del campione)	7,00	4,55	5,6	4,55	5,6	Discreto, manca il doppio confezionamento e non si garantisce l'impermeabilità	buono, presente il doppio confezionamento (ma non impermeabile)	Discreto presenza di un solo involucro	buono, presente il doppio confezionamento (ma non impermeabile)
B.2	PRODOTTI FUORI SET: CARATTERISTICHE DEI TELI	76,00	35,83	39,22	50,92	55,65				
	resistenza alla trazione – asciutto in N (dato da scheda tecnica) norma EN29073-3	6,00	3	3,9	4,8	6	Sufficiente (valore medio 35)	Discreto (valore medio 57)	Buono (valore medio 78,5)	Ottimo (valore medio 94,35)
	resistenza alla penetrazione microbica – bagnato in I _B in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 22610	2,72	0	2,72	0	0	scadente manca il dato	Ottimo (valore 5)	scadente manca il dato	scadente manca il dato
	perdita di particelle in Log ₁₀ (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 9073-10	2,72	0	2,72	1,36	2,72	scadente(manca il dato)	Ottimo (valore 2,3)	Sufficiente (valore 3,21)	Ottimo (valore 2)
	resistenza alla penetrazione dei liquidi in cm H ₂ 0 in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN 20811	5,90	5,9	2,95	3,835	0	Ottimo (valore 900)	Sufficiente (valore 47)	Discreto (valore >_125)	Scadente (manca il dato)
	rifiniture (esame del campione)	18,66	14,928	14,928	14,928	14,928	buone le rifiniture	buone le rifiniture	buone le rifiniture	buone le rifiniture
	FUNZIONALITA	40,00	12	12	26	32	scarso troppo lungo 147x70	scarso troppo lungo 70 x153	Discreto 75 x 120	buono 90 x 130
	TOTALE	100,00	52,48	61,82	72,47	75,80				

B	VALUTAZIONE PRODOTTI FUORI SET (teleria in tnt)	PUNTEGGIO TOTALE	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI
	voce 31 B GAMBALI INTNT		Punteggio Ditte				Motivazione punteggio			

B.1	CARATTERISTICHE DEL CONFEZIONAMENTO (prodotti fuori set)	24,00	16,65	22,60	21,55	20,15				
	1- tipo di apertura (esame visivo del campione)	10,00	10	10	10	10	apertura peel away	apertura peel away	apertura peel away	apertura peel away
	2- identificazione (esame visivo del campione)	7,00	2,1	7	7	4,55	Scarso, non sono presenti le due etichette removibili previste dal capitolato.	Ottimo presenza di disegno intuitivo e misure	Ottimo presenza di disegno intuitivo e misure	discreta non presente l'immagine del telo ma solo la descrizione
	3-praticità del confezionamento (esame visivo del campione)	7,00	4,55	5,6	4,55	5,6	Discreto, manca il doppio confezionamento e non si garantisce l'impermeabilità	buono, presente il doppio confezionamento (ma non impermeabile)	Discreto presenza di un solo involucro	buono, presente il doppio confezionamento (ma non impermeabile)
B.2	PRODOTTI FUORI SET: CARATTERISTICHE DEI TELI	76,00	63,83	53,22	44,92	55,65				
	resistenza alla trazione – asciutto in N (dato da scheda tecnica) norma EN29073-3	6,00	3	3,9	4,8	6	Sufficiente (valore medio 35)	Discreto (valore medio 57)	Buono (valore medio 78,5)	Ottimo (valore medio 94,35)
	resistenza alla penetrazione microbica – bagnato in I _B in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 22610	2,72	0	2,72	0	0	scadente manca il dato (sarà ns premura dare i dati in fase di produzione)	Ottimo (valore 5)	scadente manca il dato (sarà ns premura dare i dati in fase di produzione)	scadente manca il dato (sarà ns premura dare i dati in fase di produzione)
	perdita di particelle in Log ₁₀ (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 9073-10	2,72	0	2,72	1,36	2,72	scadente(manca il dato)	Ottimo (valore 2,3)	Sufficiente (valore 3,21)	Ottimo (valore 2)
	resistenza alla penetrazione dei liquidi in cm H ₂ O in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN 20811	5,90	5,9	2,95	3,835	0	Ottimo (valore 900)	Sufficiente (valore 47)	Discreto (valore >_125)	Scadente (manca il dato)
	rifiniture (esame del campione)	18,66	14,928	14,928	14,928	14,928	buone le rifiniture	buone le rifiniture	buone le rifiniture	buone le rifiniture
	FUNZIONALITA	40,00	40	26	20	32	Ottimo misure 116 x 70	Discreto misure 70 x 153	Sufficiente 50 x 110	Buono 70 x 130
	TOTALE	100,00	80,48	75,82	66,47	75,80				

B	VALUTAZIONE PRODOTTI FUORI SET (teleria in tnt)	PUNTEGGIO TOTALE	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI
	voce 34 A telo sottosacrale		Punteggio Ditte				Motivazione punteggio			
B.1	CARATTERISTICHE DEL CONFEZIONAMENTO (prodotti fuori set)	24,00	16,65	24,00	21,55	20,15				
	1- tipo di apertura (esame visivo del campione)	10,00	10	10	10	10	apertura peel away	apertura peel away	apertura peel away	apertura peel away
	2- identificazione (esame visivo del campione)	7,00	2,1	7	7	4,55	Scarso, non sono presenti le due etichette removibili previste dal capitolato.	Ottimo presenza di disegno intuitivo e misure	Ottimo presenza di disegno intuitivo e misure	discreta non presente l'immagine del telo ma solo la descrizione
	3-praticità del confezionamento (esame visivo del campione)	7,00	4,55	7	4,55	5,6	Discreto, manca il doppio confezionamento e non si garantisce l'impermeabilità	ottimo presenza di doppio involucro totalmente impermeabile	Discreto presenza di un solo involucro	buono, presente il doppio confezionamento (ma non impermeabile)
B.2	PRODOTTI FUORI SET: CARATTERISTICHE DEI TELI	76,00	60,32	40,77	58,76	60,10				
	resistenza alla trazione – asciutto in N (dato da scheda tecnica) norma EN29073-3	6,00	3	6	4,8	3,9	Sufficiente (valore medio 41)	ottimo (valore medio 86)	buono(valore medio 78,5)	Discreto (valore medio 44,85)
	resistenza alla penetrazione microbica – bagnato in I _B in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 22610	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)
	perdita di particelle in Log ₁₀ (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 9073-10	2,72	1,768	2,176	1,36	2,72	Discreto (valore 2,1)	Buono (valore 1,8)	sufficiente (valore 2,99)	Ottimo (valore 1,5)
	resistenza alla penetrazione dei liquidi in cm H ₂ O in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN 20811	5,90	5,9	2,95	2,95	3,835	Ottimo (valore 800)	Sufficiente (valore >129)	Sufficiente (valore >_125)	Discreto (valore 156)
	rifiniture (esame del campione)	18,66	14,928	14,928	14,928	14,928	buone le rifiniture	buone le rifiniture	buone le rifiniture	buone le rifiniture
	FUNZIONALITA	40,00	32	12	32	32	buona la funzionalità 75 x 100	Scarso risulta rigida la drappeggibilita essendo il telo in polietilene inoltre le misure superano quelle previste dal capitolato. 87 x 118	Buona la funzionalità 75 x 120	Buona la funzionalità 75 x 120
	TOTALE	100,00	76,97	64,77	80,31	80,25				

B	VALUTAZIONE PRODOTTI FUORI SET (teleria in tnt)	PUNTEGGIO TOTALE	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI
	voce 35 a Telo Rinforzato		Punteggio Ditte				Motivazione punteggio			
B.1	CARATTERISTICHE DEL CONFEZIONAMENTO (prodotti fuori set)	24,00	16,65	24,00	24,00	20,15				
	1- tipo di apertura (esame visivo del campione)	10,00	10	10	10	10	apertura peel away	apertura peel away	apertura peel away	apertura peel away
	2- identificazione (esame visivo del campione)	7,00	2,1	7	7	4,55	Scarso, non sono presenti le due etichette removibili previste dal capitolato.	Ottimo presenza di disegno intuitivo e misure	Ottimo presenza di disegno intuitivo e misure	discreta non presente l'immagine del telo ma solo la descrizione
	3-praticità del confezionamento (esame visivo del campione)	7,00	4,55	7	7	5,6	Discreto, manca il doppio confezionamento e non si garantisce l'impermeabilità	ottimo presenza di doppio involucro totalmente impermeabile	ottimo presenza di doppio involucro totalmente impermeabile	buono, presente il doppio confezionamento (ma non impermeabile)
B.2	PRODOTTI FUORI SET: CARATTERISTICHE DEI TELI	76,00	73,85	53,05	70,49	70,39				

	resistenza alla trazione – asciutto in N (dato da scheda tecnica) norma EN29073-3	6,00	4,8	6	4,8	3	Buono (valore medio 130)	Ottimo (valore medio 133,5)	buono (valore medio 130)	sufficiente (valore medio 73,85)
	resistenza alla penetrazione microbica – bagnato in I _B in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 22610	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)
	perdita di particelle in Log ₁₀ (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 9073-10	2,72	1,768	2,72	1,36	2,176	Discreto (valore 2,5)	Ottimo (valore 1,8)	Sufficiente (valore 3)	Buono (valore 2,1)
	resistenza alla penetrazione dei liquidi in cm H ₂ O in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN 20811	5,90	5,9	2,95	2,95	3,835	Ottimo (valore 900)	Sufficiente (valore >_120)	Sufficiente (valore >_125)	Discreto (valore >200)
	rifiniture (esame del campione)	18,66	18,66	18,66	18,66	18,66	ottime le rifiniture	ottime le rifiniture	ottime le rifiniture	ottime le rifiniture
	FUNZIONALITA	40,00	40	20	40	40	Ottimo per le dimensioni 90 x 75	Sufficiente dimensioni troppo grandi misure 90x 110	Ottimo per le dimensioni 90 x 75	Ottimo per le dimensioni 90 x 75
	TOTALE	100,00	90,50	77,05	94,49	90,54				

B	VALUTAZIONE PRODOTTI FUORI SET (teleria in tnt)	PUNTEGGIO TOTALE	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI
	voce 35 B TELO RINFORZATO		Punteggio Ditte				Motivazione punteggio			
B.1	CARATTERISTICHE DEL CONFEZIONAMENTO (prodotti fuori set)	24,00	16,65	24,00	24,00	20,15				
	1- tipo di apertura (esame visivo del campione)	10,00	10	10	10	10	apertura peel away	apertura peel away	apertura peel away	apertura peel away
	2- identificazione (esame visivo del campione)	7,00	2,1	7	7	4,55	Scarso, non sono presenti le due etichette removibili previste dal capitolato.	Ottimo presenza di disegno intuitivo e misure	Ottimo presenza di disegno intuitivo e misure	discreta non presente l'immagine del telo ma solo la descrizione
	3-praticità del confezionamento (esame visivo del campione)	7,00	4,55	7	7	5,6	Discreto, manca il doppio confezionamento e non si garantisce l'impermeabilità	ottimo presenza di doppio involucro totalmente impermeabile	ottimo presenza di doppio involucro totalmente impermeabile	buono, presente il doppio confezionamento (ma non impermeabile)
B.2	PRODOTTI FUORI SET: CARATTERISTICHE DEI TELI	76,00	71,64	64,19	72,10	70,94				
	resistenza alla trazione – asciutto in N (dato da scheda tecnica) norma EN29073-3	6,00	3	4,8	6	3	Sufficiente (valore medio 72)	Buono (valore medio 81)	Ottimo (valore medio 130)	sufficiente (valore medio 73,85)
	resistenza alla penetrazione microbica – bagnato in I _B in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 22610	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)
	perdita di particelle in Log ₁₀ (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 9073-10	2,72	1,36	2,176	1,768	2,72	Sufficiente (valore 3,4)	Buono (valore 2,6)	Discreto (valore 3)	Ottimo (valore 2,1)
	resistenza alla penetrazione dei liquidi in cm H ₂ O in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN 20811	5,90	5,9	3,835	2,95	3,835	Ottimo (valore 900)	Discreto (valore >200)	Sufficiente (valore >_125)	Discreto (valore >_200)
	rifiniture (esame del campione)	18,66	18,66	18,66	18,66	18,66	ottime le rifiniture	ottime le rifiniture	ottime le rifiniture	ottime le rifiniture
	FUNZIONALITA	40,00	40	32	40	40	Ottimo per le dimensioni 100 x 100	buone le misure 110x100	Ottimo per le dimensioni 100 x 100	Ottimo per le dimensioni 100 x 100
	TOTALE	100,00	88,29	88,19	96,10	91,09				

B	VALUTAZIONE PRODOTTI FUORI SET (teleria in tnt)	PUNTEGGIO TOTALE	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI
	voce 37 A TELO RINFORZOATO A U		Punteggio Ditte				Motivazione punteggio			
B.1	CARATTERISTICHE DEL CONFEZIONAMENTO (prodotti fuori set)	24,00	16,65	24,00	24,00	20,15				
	1- tipo di apertura (esame visivo del campione)	10,00	10	10	10	10	apertura peel away	apertura peel away	apertura peel away	apertura peel away
	2- identificazione (esame visivo del campione)	7,00	2,1	7	7	4,55	Scarso, non sono presenti le due etichette removibili previste dal capitolato.	Ottimo presenza di disegno intuitivo e misure	Ottimo presenza di disegno intuitivo e misure	discreta non presente l'immagine del telo ma solo la descrizione
	3-praticità del confezionamento (esame visivo del campione)	7,00	4,55	7	7	5,6	Discreto, manca il doppio confezionamento e non si garantisce l'impermeabilità	ottimo presenza di doppio involucro totalmente impermeabile	ottimo presenza di doppio involucro totalmente impermeabile	buono, presente il doppio confezionamento (ma non impermeabile)
B.2	PRODOTTI FUORI SET: CARATTERISTICHE DEI TELI	76,00	64,95	64,98	56,49	70,94				
	resistenza alla trazione – asciutto in N (dato da scheda tecnica) norma EN29073-3	6,00	3,9	6	4,8	3	Discreto (valore medio 100)	Ottimo (valor medio 133,5)	buono (valore medio 130)	Sufficiente (valore medio 73,85)
	resistenza alla penetrazione microbica – bagnato in I _B in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 22610	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)
	perdita di particelle in Log ₁₀ (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 9073-10	2,72	1,768	1,768	1,36	2,72	Discreto (valore 2,6)	Discreto (valore 2,6)	Sufficiente (valore 3)	Ottimo (valore 2,1)
	resistenza alla penetrazione dei liquidi in cm H ₂ O in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN 20811	5,90	5,9	3,835	2,95	3,835	Ottimo (valore 840)	Discreto (valore >200)	Sufficiente (valore >_125)	Discreto (valore >_200)
	rifiniture (esame del campione)	18,66	18,66	18,66	18,66	18,66	ottime le rifiniture	ottime le rifiniture	ottime le rifiniture	ottime le rifiniture
	FUNZIONALITA	40,00	32	32	26	40	Buona la funzionalità misure 228 x 324 misure della U 100 x 20	Buone la funzionalità misure 200 x 275 misure della U 100 x 15	discreta la funzionalità misure 225 x 260 (troppo corto) misure della U 100x 20	Ottima la funzionalità misure 200 x 300 misure della u 100 x 15
	TOTALE	100,00	81,60	88,98	80,49	91,09				

B	VALUTAZIONE PRODOTTI FUORI SET (teleria in tnt)	PUNTEGGIO TOTALE	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI
	voce 37 B TELO RINFORZOATO A U		Punteggio Ditte				Motivazione punteggio			

B.1	CARATTERISTICHE DEL CONFEZIONAMENTO (prodotti fuori set)	24,00	16,65	24,00	24,00	20,15				
	1- tipo di apertura (esame visivo del campione)	10,00	10	10	10	10	apertura peel away	apertura peel away	apertura peel away	apertura peel away
	2- identificazione (esame visivo del campione)	7,00	2,1	7	7	4,55	Scarso, non sono presenti le due etichette removibili previste dal capitolato.	Ottimo presenza di disegno intuitivo e misure	Ottimo presenza di disegno intuitivo e misure	discreta non presente l'immagine del telo ma solo la descrizione
	3-praticità del confezionamento (esame visivo del campione)	7,00	4,55	7	7	5,6	Discreto, manca il doppio confezionamento e non si garantisce l'impermeabilità	ottimo presenza di doppio involucro totalmente impermeabile	ottimo presenza di doppio involucro totalmente impermeabile	buono, presente il doppio confezionamento (ma non impermeabile)
B.2	PRODOTTI FUORI SET: CARATTERISTICHE DEI TELI	76,00	64,46	63,84	62,90	64,58				
	resistenza alla trazione – asciutto in N (dato da scheda tecnica) norma EN29073-3	6,00	3	3,9	4,8	6	Sufficiente (valore medio 100)	discreto (valore medio 122)	buono (valore medio 130)	Ottimo (valore medio 158)
	resistenza alla penetrazione microbica – bagnato in I _B in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 22610	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)
	perdita di particelle in Log ₁₀ (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 9073-10	2,72	2,176	2,72	1,768	1,36	Buono (valore 2,6)	Ottimo (valore 2,4)	Discreto (valore 3)	Sufficiente (valore 3,25)
	resistenza alla penetrazione dei liquidi in cm H ₂ O in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN 20811	5,90	5,9	3,835	2,95	3,835	Ottimo (valore 840)	Discreto (valore >_200)	Sufficiente (valore >_125)	Discreto (valore >204)
	rifiniture (esame del campione)	18,66	18,66	18,66	18,66	18,66	ottime le rifiniture	ottime le rifiniture	ottime le rifiniture	ottime le rifiniture
	FUNZIONALITA	40,00	32	32	32	32	Buona la funzionalità misure 200 x 290 misure della U 90 x 9	Buona la funzionalità misure 200 x 275 misure della U 90 x 6	buona la funzionalità misure 225 x 260 misure della U 90 x 9	Buono la funzionalità misure 200 x 275 misure della u 90 x 6
	TOTALE	100,00	81,11	87,84	86,90	84,73				

B	VALUTAZIONE PRODOTTI FUORI SET (teleria in tnt)	PUNTEGGIO TOTALE	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI
	voce 37 C TELO RINFORZOATO A U		Punteggio Ditte				Motivazione punteggio			
B.1	CARATTERISTICHE DEL CONFEZIONAMENTO (prodotti fuori set)	24,00	16,65	24,00	24,00	20,15				
	1- tipo di apertura (esame visivo del campione)	10,00	10	10	10	10	apertura peel away	apertura peel away	apertura peel away	apertura peel away
	2- identificazione (esame visivo del campione)	7,00	2,1	7	7	4,55	Scarso, non sono presenti le due etichette removibili previste dal capitolato.	Ottimo presenza di disegno intuitivo e misure	Ottimo presenza di disegno intuitivo e misure	discreta non presente l'immagine del telo ma solo la descrizione
	3-praticità del confezionamento (esame visivo del campione)	7,00	4,55	7	7	5,6	Discreto, manca il doppio confezionamento e non si garantisce l'impermeabilità	ottimo presenza di doppio involucro totalmente impermeabile	ottimo presenza di doppio involucro totalmente impermeabile	buono, presente il doppio confezionamento (ma non impermeabile)
B.2	PRODOTTI FUORI SET: CARATTERISTICHE DEI TELI	76,00	64,95	52,19	63,69	56,94				
	resistenza alla trazione – asciutto in N (dato da scheda tecnica) norma EN29073-3	6,00	3,9	4,8	6	3	Discreto (valore medio 100)	buono (valore medio 122)	ottimo (valore medio 130)	sufficiente (valore medio 73,85)
	resistenza alla penetrazione microbica – bagnato in I _B in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 22610	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)
	perdita di particelle in Log ₁₀ (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 9073-10	2,72	1,768	2,176	1,36	2,72	Discreto (valore 2,6)	Buono (valore 2,4)	sufficiente (valore 3)	Ottimo (valore 2,1)
	resistenza alla penetrazione dei liquidi in cm H ₂ O in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN 20811	5,90	5,9	3,835	2,95	3,835	Ottimo (valore 840)	Discreto (valore >200)	Sufficiente (valore >_125)	Discreto (valore >_200)
	rifiniture (esame del campione)	18,66	18,66	18,66	18,66	18,66	ottime le rifiniture	ottime le rifiniture	ottime le rifiniture	ottime le rifiniture
	FUNZIONALITA	40,00	32	20	32	26	Buona la funzionalità misure 148 x 197 misure della U 90 x 9	sufficiente la funzionalità misure 135x 177 misure della U 60 x 6 (u troppo piccola)	Buona la funzionalità misure 150x 200 misure della U 90 x 9	discreta la funzionalità misure 150x 200 misure della U 90 x 6 non ha il rinforzo come richiesto.
	TOTALE	100,00	81,60	76,19	87,69	77,09				

B	VALUTAZIONE PRODOTTI FUORI SET (teleria in tnt)	PUNTEGGIO TOTALE	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI
	voce 37 D TELO RINFORZOATO A U		Punteggio Ditte				Motivazione punteggio			
B.1	CARATTERISTICHE DEL CONFEZIONAMENTO (prodotti fuori set)	24,00	16,65	24,00	22,60	20,15				
	1- tipo di apertura (esame visivo del campione)	10,00	10	10	10	10	apertura peel away	apertura peel away	apertura peel away	apertura peel away
	2- identificazione (esame visivo del campione)	7,00	2,1	7	5,6	4,55	Scarso, non sono presenti le due etichette removibili previste dal capitolato.	Ottimo presenza di disegno intuitivo e misure	Buono senza disegno descrizioni e misure presenti	discreta non presente l'immagine del telo ma solo la descrizione
	3-praticità del confezionamento (esame visivo del campione)	7,00	4,55	7	7	5,6	Discreto, manca il doppio confezionamento e non si garantisce l'impermeabilità	ottimo presenza di doppio involucro totalmente impermeabile	ottimo presenza di doppio involucro totalmente impermeabile	buono, presente il doppio confezionamento (ma non impermeabile)
B.2	PRODOTTI FUORI SET: CARATTERISTICHE DEI TELI	76,00	59,36	65,94	56,90	60,69				
	resistenza alla trazione – asciutto in N (dato da scheda tecnica) norma EN29073-3	6,00	3,9	6	4,8	3	Discreto (valore medio100)	Ottimo (valore medio 158)	Buono (valore medio 130)	Sufficiente (valore medio 33,90)
	resistenza alla penetrazione microbica – bagnato in I _B in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 22610	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)

	perdita di particelle in Log ₁₀ (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 9073-10	2,72	2,176	2,72	1,768	1,36	Buono (valore 2,6)	Ottimo (valore 2,2)	Discreto (valore 3)	sufficiente (valore 3,25)
	resistenza alla penetrazione dei liquidi in cm H ₂ O in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN 20811	5,90	5,9	3,835	2,95	2,95	Ottimo (valore 840)	Discreto (valore >204)	Sufficiente (valore >_125)	Sufficiente (valore 75,5)
	rifiniture (esame del campione)	18,66	18,66	18,66	18,66	18,66	ottime le rifiniture	ottime le rifiniture	ottime le rifiniture	ottime le rifiniture
	FUNZIONALITA	40,00	26	32	26	32	Discreto misure telo 196 x 260 misure della U 20 x 96	Buono misure telo 250 x 200misure della U 60 x 19	Discreto misure del telo cm. 225 x 300 misure della U 30 x 80	Buono misure del telo cm. 290 x 200 misure della U 24 x 65
	TOTALE	100,00	76,01	89,94	79,50	80,84				

B	VALUTAZIONE PRODOTTI FUORI SET (teleria in tnt)	PUNTEGGIO TOTALE	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI
	voce 38 TELO IMPERMEABILE AD U		Punteggio Ditte				Motivazione punteggio			
B.1	CARATTERISTICHE DEL CONFEZIONAMENTO (prodotti fuori set)	24,00	16,65	24,00	22,60	20,15				
	1- tipo di apertura (esame visivo del campione)	10,00	10	10	10	10	apertura peel away	apertura peel away	apertura peel away	apertura peel away
	2- identificazione (esame visivo del campione)	7,00	2,1	7	7	4,55	Scarso, non sono presenti le due etichette removibili previste dal capitolato.	Ottimo presenza di disegno intuitivo e misure	Ottimo presenza di disegno intuitivo e misure	discreta non presente l'immagine del telo ma solo la descrizione
	3-praticità del confezionamento (esame visivo del campione)	7,00	4,55	7	5,6	5,6	Discreto, manca il doppio confezionamento e non si garantisce l'impermeabilità	ottimo presenza di doppio involucro totalmente impermeabile	Buono presenta solo una confezione singola	buono, presente il doppio confezionamento (ma non impermeabile)
B.2	PRODOTTI FUORI SET: CARATTERISTICHE DEI TELI	76,00	61,05	38,66	49,59	70,94				
	resistenza alla trazione – asciutto in N (dato da scheda tecnica) norma EN29073-3	6,00	6	0	3,9	3	Ottimo (valore medio 100)	Scadente (manca il dato richiesto)	Discreto (valore medio 78,5)	Sufficiente (valore medio 72,7)
	resistenza alla penetrazione microbica – bagnato in I _B in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 22610	2,72	2,72	0	2,72	2,72	Ottimo (valore 6)	Scadente (manca il dato richiesto)	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)
	perdita di particelle in Log ₁₀ (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 9073-10	2,72	1,768	0	1,36	2,72	Discreto (valore 2,6)	Scadente (manca il dato richiesto)	sufficiente (valore 2,99)	Ottimo (valore 2,1)
	resistenza alla penetrazione dei liquidi in cm H ₂ O in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN 20811	5,90	5,9	0	2,95	3,835	Ottimo (valore 840)	Scadente (manca il dato richiesto)	Sufficiente (valore >125)	Discreto (valore >200)
	rifiniture (esame del campione)	18,66	18,66	18,66	18,66	18,66	ottime le rifiniture	ottime le rifiniture	ottime le rifiniture	ottime le rifiniture
	FUNZIONALITA	40,00	26	20	20	40	Discreto la funzionalità misure 200 x 260 misure della U 100 x 8	Sufficiente la funzionalità misure 150 x 212 misure della U 77 x 18	Sufficiente la funzionalità misure 150x 210 misure della U 70 x 14	Ottimo la funzionalità misure 150x 200 misure della U 90 x 6
	TOTALE	100,00	77,70	62,66	72,19	91,09				

B	VALUTAZIONE PRODOTTI FUORI SET (teleria in tnt)	PUNTEGGIO TOTALE	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI
	voce 39 VOCE A TELO CON ADESIVO SU UN LATO LUNGO		Punteggio Ditte				Motivazione punteggio			
B.1	CARATTERISTICHE DEL CONFEZIONAMENTO (prodotti fuori set)	24,00	16,65	22,60	22,60	20,15				
	1- tipo di apertura (esame visivo del campione)	10,00	10	10	10	10	apertura peel away	apertura peel away	apertura peel away	apertura peel away
	2- identificazione (esame visivo del campione)	7,00	2,1	7	7	4,55	Scarso, non sono presenti le due etichette removibili previste dal capitolato.	Ottimo presenza di disegno intuitivo e misure	Ottimo presenza di disegno intuitivo e misure	discreta non presente l'immagine del telo ma solo la descrizione
	3-praticità del confezionamento (esame visivo del campione)	7,00	4,55	5,6	5,6	5,6	Discreto, manca il doppio confezionamento e non si garantisce l'impermeabilità	Buona presenza di un solo involucro	Buona presenza di un solo involucro	buono, presente il doppio confezionamento (ma non impermeabile)
B.2	PRODOTTI FUORI SET: CARATTERISTICHE DEI TELI	76,00	72,05	74,82	70,49	73,39				
	resistenza alla trazione – asciutto in N (dato da scheda tecnica) norma EN29073-3	6,00	3	6	4,8	6	Sufficiente (valore medio 32)	Ottimo (valore medio 63)	Buono (valore medio 47,5)	Ottimo (valore medio 62,3)
	resistenza alla penetrazione microbica – bagnato in I _B in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 22610	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)
	perdita di particelle in Log ₁₀ (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 9073-10	2,72	1,768	2,72	1,36	2,176	Discreto (valore 2,1)	Ottimo (valore 1,9)	Sufficiente (valore 3)	Buono (valore 2)
	resistenza alla penetrazione dei liquidi in cm H ₂ O in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN 20811	5,90	5,9	4,72	2,95	3,835	Ottimo (valore 900)	Buono (>200)	Sufficiente (>_80)	Discreto (valore 123)
	rifiniture (esame del campione)	18,66	18,66	18,66	18,66	18,66	ottime le rifiniture	ottime le rifiniture	ottime le rifiniture	ottime le rifiniture
	FUNZIONALITA	40,00	40	40	40	40	Ottima la funzionalità misure 75 x 90	Ottima la funzionalità misure 75 x 90	Ottima la funzionalità misure 75 x 90	Ottima la funzionalità misure 75 x 90
	TOTALE	100,00	88,70	97,42	93,09	93,54				

B	VALUTAZIONE PRODOTTI FUORI SET (teleria in tnt)	PUNTEGGIO TOTALE	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI
	voce 39 VOCE B TELO CON ADESIVO SU UN LATO LUNGO		Punteggio Ditte				Motivazione punteggio			
B.1	CARATTERISTICHE DEL CONFEZIONAMENTO (prodotti fuori set)	24,00	16,65	24,00	22,60	20,15				
	1- tipo di apertura (esame visivo del campione)	10,00	10	10	10	10	apertura peel away	apertura peel away	apertura peel away	apertura peel away

	2- identificazione (esame visivo del campione)	7,00	2,1	7	7	4,55	Scarso, non sono presenti le due etichette removibili previste dal capitolato.	Ottimo presenza di disegno intuitivo e misure	Ottimo presenza di disegno intuitivo e misure	discreta non presente l'immagine del telo ma solo la descrizione
	3-praticità del confezionamento (esame visivo del campione)	7,00	4,55	7	5,6	5,6	Discreto, manca il doppio confezionamento e non si garantisce l'impermeabilità	ottimo presenza di doppio involucro totalmente impermeabile	Buona presenza di un solo involucro	buono, presente il doppio confezionamento (ma non impermeabile)
B.2	PRODOTTI FUORI SET: CARATTERISTICHE DEI TELI	76,00	67,05	58,74	60,69	63,29				
	resistenza alla trazione – asciutto in N (dato da scheda tecnica) norma EN29073-3	6,00	6	4,8	3	3,9	Ottimo (valore medio 130)	Buono(valor medio 75,5)	sufficiente (valore medio 47,5)	Discreto (valore medio 73,85)
	resistenza alla penetrazione microbica – bagnato in I _B in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 22610	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)
	perdita di particelle in Log ₁₀ (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 9073-10	2,72	1,768	2,72	1,36	2,176	Discreto (valore 2,5)	Ottimo (valore 1,9)	Sufficiente (valore 3)	Buono (valore 2)
	resistenza alla penetrazione dei liquidi in cm H ₂ 0 in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN 20811	5,90	5,9	3,835	2,95	3,835	Ottimo (valore 900)	Discreto (>200)	Sufficiente (>_80)	Discreto (>200)
	rifiniture (esame del campione)	18,66	18,66	18,66	18,66	18,66	ottime le rifiniture	ottime le rifiniture	ottime le rifiniture	ottime le rifiniture
	FUNZIONALITA	40,00	32	26	32	32	Buono misure 200 x 200	Discreto misure 196x 150 considerato telo piede troppo corto rimane scoperto	Buono misure 175x 170	Buono misure 200 x 180
	TOTALE	100,00	83,70	82,74	83,29	83,44				

B	VALUTAZIONE PRODOTTI FUORI SET (teleria in tnt)	PUNTEGGIO TOTALE	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI
	voce 39 voce c TELO VOCE C CON ADESIVO SU UN LATO LUNGO		Punteggio Ditte				Motivazione punteggio			
B.1	CARATTERISTICHE DEL CONFEZIONAMENTO (prodotti fuori set)	24,00	16,65	22,60	22,60	20,15				
	1- tipo di apertura (esame visivo del campione)	10,00	10	10	10	10	apertura peel away	apertura peel away	apertura peel away	apertura peel away
	2- identificazione (esame visivo del campione)	7,00	2,1	7	7	4,55	Scarso, non sono presenti le due etichette removibili previste dal capitolato.	Ottimo presenza di disegno intuitivo e misure	Ottimo presenza di disegno intuitivo e misure	discreta non presente l'immagine del telo ma solo la descrizione
	3-praticità del confezionamento (esame visivo del campione)	7,00	4,55	5,6	5,6	5,6	Discreto, manca il doppio confezionamento e non si garantisce l'impermeabilità	Buona presenza di un solo involucro	Buona presenza di un solo involucro	buono, presente il doppio confezionamento (ma non impermeabile)
B.2	PRODOTTI FUORI SET: CARATTERISTICHE DEI TELI	76,00	13,88	66,82	49,10	73,39				
	resistenza alla trazione – asciutto in N (dato da scheda tecnica) norma EN29073-3	6,00	3,9	6	3	6	Discreto (valore medio 55)	Ottimo (valore medio 63)	sufficiente (valore medio 47,5)	Ottimo (valore medio 62,3)
	resistenza alla penetrazione microbica – bagnato in I _B in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 22610	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)
	perdita di particelle in Log ₁₀ (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 9073-10	2,72	1,36	2,72	1,768	2,176	Sufficiente (valore 3,4)	Ottimo (valore 1,9)	Discreto (valore 3)	Buono (valore 2)
	resistenza alla penetrazione dei liquidi in cm H ₂ 0 in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN 20811	5,90	5,9	4,72	2,95	3,835	Ottimo (valore 900)	Buono (>200)	Sufficiente (>_80)	Discreto (valore 123)
	rifiniture (esame del campione)	18,66	0	18,66	18,66	18,66	Scadente presenza del adesivo sul lato corto	ottime le rifiniture	ottime le rifiniture	ottime le rifiniture
	FUNZIONALITA	40,00	0	32	20	40	Scadente poco funzionale per la presenza di adesivo sul lato corto	Buono misure 90x 150	sufficiente telo troppo lungo sborda ampiamente 175 x 170	Ottima la funzionalità misure 100x 150
	TOTALE	100,00	30,53	89,42	71,70	93,54				

B	VALUTAZIONE PRODOTTI FUORI SET (teleria in tnt)	PUNTEGGIO TOTALE	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI
	voce 39 VOCE D TELO CON ADESIVO SU UN LATO LUNGO		Punteggio Ditte				Motivazione punteggio			
B.1	CARATTERISTICHE DEL CONFEZIONAMENTO (prodotti fuori set)	24,00	16,65	21,55	24,00	20,15				
	1- tipo di apertura (esame visivo del campione)	10,00	10	10	10	10	apertura peel away	apertura peel away	apertura peel away	apertura peel away
	2- identificazione (esame visivo del campione)	7,00	2,1	7	7	4,55	Scarso, non sono presenti le due etichette removibili previste dal capitolato.	Ottimo presenza di disegno intuitivo e misure	Ottimo presenza di disegno intuitivo e misure	discreta non presente l'immagine del telo ma solo la descrizione
	3-praticità del confezionamento (esame visivo del campione)	7,00	4,55	4,55	7	5,6	Discreto, manca il doppio confezionamento e non si garantisce l'impermeabilità	Discreto presenza di un solo involucro impermeabile	ottimo presenza di doppio involucro totalmente impermeabile	buono, presente il doppio confezionamento (ma non impermeabile)
B.2	PRODOTTI FUORI SET: CARATTERISTICHE DEI TELI	76,00	72,05	74,82	70,49	73,39				
	resistenza alla trazione – asciutto in N (dato da scheda tecnica) norma EN29073-3	6,00	3	6	4,8	6	Sufficiente (valore medio 32)	Ottimo (valore medio 63)	Buono (valore medio 47,5)	Ottimo (valore medio 62,3)
	resistenza alla penetrazione microbica – bagnato in I _B in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 22610	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)
	perdita di particelle in Log ₁₀ (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 9073-10	2,72	1,768	2,72	1,36	2,176	Discreto (valore 2,1)	Ottimo (valore 1,9)	Sufficiente (valore 3)	Buono (valore 2)
	resistenza alla penetrazione dei liquidi in cm H ₂ 0 in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN 20811	5,90	5,9	4,72	2,95	3,835	Ottimo (valore 900)	Buono (>200)	Sufficiente (>_80)	Discreto (valore 123)
	rifiniture (esame del campione)	18,66	18,66	18,66	18,66	18,66	ottime le rifiniture	ottime le rifiniture	ottime le rifiniture	ottime le rifiniture

	FUNZIONALITA	40,00	40	40	40	40	Ottimo misure 75x 75	Ottimo misure 75x 75	Ottimo misure 75x 75	Ottimo misure 75x 75
	TOTALE	100,00	88,70	96,37	94,49	93,54				

B	VALUTAZIONE PRODOTTI FUORI SET (teleria in tnt)	PUNTEGGIO TOTALE	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI
	voce 39 VOCE E TELO CON ADESIVO SU UN LATO LUNGO		Punteggio Ditte				Motivazione punteggio			
B.1	CARATTERISTICHE DEL CONFEZIONAMENTO (prodotti fuori set)	24,00	16,65	24,00	24,00	20,15				
	1- tipo di apertura (esame visivo del campione)	10,00	10	10	10	10	apertura peel away	apertura peel away	apertura peel away	apertura peel away
	2- identificazione (esame visivo del campione)	7,00	2,1	7	7	4,55	Scarso, non sono presenti le due etichette removibili previste dal capitolato.	Ottimo presenza di disegno intuitivo e misure	Ottimo presenza di disegno intuitivo e misure	discreta non presente l'immagine del telo ma solo la descrizione
	3-praticità del confezionamento (esame visivo del campione)	7,00	4,55	7	7	5,6	Discreto, manca il doppio confezionamento e non si garantisce l'impermeabilità	ottimo presenza di doppio involucro totalmente impermeabile	ottimo presenza di doppio involucro totalmente impermeabile	buono, presente il doppio confezionamento (ma non impermeabile)
B.2	PRODOTTI FUORI SET: CARATTERISTICHE DEI TELI	76,00	14,78	66,82	61,10	71,29				
	resistenza alla trazione – asciutto in N (dato da scheda tecnica) norma EN29073-3	6,00	4,8	6	3	3,9	Buono (valore medio 72)	Ottimo (valore medio 75,5)	sufficiente (valore medio 47,5)	Discreto (valore medio 62,3)
	resistenza alla penetrazione microbica – bagnato in I _B in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 22610	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)
	perdita di particelle in Log ₁₀ (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 9073-10	2,72	1,36	2,72	1,768	2,176	Sufficiente (valore 3,4)	Ottimo (valore 1,9)	Discreto (valore 3)	Buono (valore 2)
	resistenza alla penetrazione dei liquidi in cm H ₂ O in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN 20811	5,90	5,9	4,72	2,95	3,835	Ottimo (valore 900)	Buono (>200)	Sufficiente (>_80)	Discreto (valore 123)
	rifiniture (esame del campione)	18,66	0	18,66	18,66	18,66	Scadente presenza del adesivo sul lato corto	ottime le rifiniture	ottime le rifiniture	ottime le rifiniture
	FUNZIONALITA	40,00	0	32	32	40	Scadente misure 75 x 100 poco funzionale per la presenza del adesivo sul lato corto	Buono misure 98 x 75	Buono misure 75 x 90	Ottimo misure 75 x 100
	TOTALE	100,00	31,43	90,82	85,10	91,44				

B	VALUTAZIONE PRODOTTI FUORI SET (teleria in tnt)	PUNTEGGIO TOTALE	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI
	voce 39 VOCE F TELO CON ADESIVO SU UN LATO LUNGO		Punteggio Ditte				Motivazione punteggio			
B.1	CARATTERISTICHE DEL CONFEZIONAMENTO (prodotti fuori set)	24,00	16,65	21,55	24,00	20,15				
	1- tipo di apertura (esame visivo del campione)	10,00	10	10	10	10	apertura peel away	apertura peel away	apertura peel away	apertura peel away
	2- identificazione (esame visivo del campione)	7,00	2,1	7	7	4,55	Scarso, non sono presenti le due etichette removibili previste dal capitolato.	Ottimo presenza di disegno intuitivo e misure	Ottimo presenza di disegno intuitivo e misure	discreta non presente l'immagine del telo ma solo la descrizione
	3-praticità del confezionamento (esame visivo del campione)	7,00	4,55	4,55	7	5,6	Discreto, manca il doppio confezionamento e non si garantisce l'impermeabilità	Discreto presenza di un solo involucro	ottimo presenza di doppio involucro totalmente impermeabile	buono, presente il doppio confezionamento (ma non impermeabile)
B.2	PRODOTTI FUORI SET: CARATTERISTICHE DEI TELI	76,00	64,46	65,94	61,59	64,19				
	resistenza alla trazione – asciutto in N (dato da scheda tecnica) norma EN29073-3	6,00	3	6	3,9	4,8	Sufficiente (valore medio 32)	Ottimo (valore medio 75,5)	Discreto (valore medio 47,5)	buono (valore medio 73,85)
	resistenza alla penetrazione microbica – bagnato in I _B in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 22610	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)
	perdita di particelle in Log ₁₀ (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 9073-10	2,72	2,176	2,72	1,36	2,176	Buono (valore 2,1)	Ottimo (valore 1,9)	sufficiente (valore 3)	Buono (valore 2,1)
	resistenza alla penetrazione dei liquidi in cm H ₂ O in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN 20811	5,90	5,9	3,835	2,95	3,835	Ottimo (valore 900)	Discreto (>200)	Sufficiente (>_80)	Discreto (>200)
	rifiniture (esame del campione)	18,66	18,66	18,66	18,66	18,66	ottime le rifiniture	ottime le rifiniture	ottime le rifiniture	ottime le rifiniture
	FUNZIONALITA	40,00	32	32	32	32	Buono misure 150 x 237	Buono misure 160 x 260	Buono misure 140 x 240	Buono misure 150 x 250
	TOTALE	100,00	81,11	87,49	85,59	84,34				

B	VALUTAZIONE PRODOTTI FUORI SET (teleria in tnt)	PUNTEGGIO TOTALE	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI
	VOCE 40 A TELO RINFORZATO CON ADESIVO SU TUTTO IL LATO LUNGO		Punteggio Ditte				Motivazione punteggio			
B.1	CARATTERISTICHE DEL CONFEZIONAMENTO (prodotti fuori set)	24,00	16,65	24,00	21,55	20,15				
	1- tipo di apertura (esame visivo del campione)	10,00	10	10	10	10	apertura peel away	apertura peel away	apertura peel away	apertura peel away
	2- identificazione (esame visivo del campione)	7,00	2,1	7	7	4,55	Scarso, non sono presenti le due etichette removibili previste dal capitolato.	Ottimo presenza di disegno intuitivo e misure	Ottimo presenza di disegno intuitivo e misure	discreta non presente l'immagine del telo ma solo la descrizione
	3-praticità del confezionamento (esame visivo del campione)	7,00	4,55	7	4,55	5,6	Discreto, manca il doppio confezionamento e non si garantisce l'impermeabilità	ottimo presenza di doppio involucro totalmente impermeabile	Discreto presenta solo una confezione singola	buono, presente il doppio confezionamento (ma non impermeabile)

B.2	PRODOTTI FUORI SET: CARATTERISTICHE DEI TELI	76,00	38,47	51,66	56,00	13,92				
	resistenza alla trazione – asciutto in N (dato da scheda tecnica) norma EN29073-3	6,00	3	4,8	3,9	6	Sufficiente (valore medio 32)	Buono (valore medio 133,5)	Discreto (valore medio 130)	Ottimo (valore medio 158)
	resistenza alla penetrazione microbica – bagnato in I _B in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 22610	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)
	perdita di particelle in Log ₁₀ (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 9073-10	2,72	2,72	2,176	1,768	1,36	Ottimo (valore 2,1)	Buono (valore 2,6)	Discreto (valore 3)	Sufficiente (valore 3,25)
	resistenza alla penetrazione dei liquidi in cm H ₂ O in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN 20811	5,90	5,9	3,835	2,95	3,835	Ottimo (valore 900)	Discreto (valore >200)	Sufficiente (valore >_125)	Discreto (valore >204)
	rifiniture (esame del campione)	18,66	12,129	12,129	18,66	0	Discreto l' adesivo non e presente su tutto il lato lungo	Discreto l' adesivo non è presente su tutto il lato lungo	ottime le rifiniture	scadente non valutabile, non presenta adesivo mancanza di rinforzo misure 256 x 132
	FUNZIONALITA	40,00	12	26	26	0	scarsa la funzionalità in quanto non ha il rinforzo misure240 x 150	Discreta la funzionalità misure250 x 150	Discreto la funzionalità misure 150x 250	Scadente telo non funzionale caratteristiche diverse da quello richiesta a capitolato.
	TOTALE	100,00	55,12	75,66	77,55	34,07				

B	VALUTAZIONE PRODOTTI FUORI SET (teleria in tnt)	PUNTEGGIO TOTALE	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI
	VOCE 40 B TELO RINFORZATO CON ADESIVO SU TUTTO IL LATO LUNGO		Punteggio Ditte				Motivazione punteggio			
B.1	CARATTERISTICHE DEL CONFEZIONAMENTO (prodotti fuori set)	24,00	16,65	24,00	24,00	20,15				
	1- tipo di apertura (esame visivo del campione)	10,00	10	10	10	10	apertura peel away	apertura peel away	apertura peel away	apertura peel away
	2- identificazione (esame visivo del campione)	7,00	2,1	7	7	4,55	Scarso, non sono presenti le due etichette removibili previste dal capitolato.	Ottimo presenza di disegno intuitivo e misure	Ottimo presenza di disegno intuitivo e misure	discreta non presente l'immagine del telo ma solo la descrizione
	3-praticità del confezionamento (esame visivo del campione)	7,00	4,55	7	7	5,6	Discreto, manca il doppio confezionamento e non si garantisce l'impermeabilità	ottimo presenza di doppio involucro totalmente impermeabile	ottimo presenza di doppio involucro totalmente impermeabile	buono, presente il doppio confezionamento (ma non impermeabile)
B.2	PRODOTTI FUORI SET: CARATTERISTICHE DEI TELI	76,00	66,80	69,66	70,49	38,66				
	resistenza alla trazione – asciutto in N (dato da scheda tecnica) norma EN29073-3	6,00	4,8	6	4,8	0	Buono (valore medio 130)	Ottimo (valore medio 133,5)	Buono (valore medio 130)	scadente (manca il dato richiesto)
	resistenza alla penetrazione microbica – bagnato in I _B in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 22610	2,72	2,72	2,72	2,72	0	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)	scadente (manca il dato richiesto)
	perdita di particelle in Log ₁₀ (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 9073-10	2,72	2,72	2,176	1,36	0	Ottimo (valore 2,5)	Buono (valore 2,6)	Sufficiente (valore 3)	scadente (manca il dato)
	resistenza alla penetrazione dei liquidi in cm H ₂ O in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN 20811	5,90	5,9	3,835	2,95	0	Ottimo (valore 900)	Discreto (valore >200)	Sufficiente (valore >_125)	scadente (manca il dato)
	rifiniture (esame del campione)	18,66	18,66	14,928	18,66	18,66	Ottime le rifiniture	Buone le rifiniture	Ottime le rifiniture	Ottime le rifiniture
	FUNZIONALITA	40,00	32	40	40	20	Buono Misure telo cm. 120 x 100	Ottimo Misure telo cm. 102 x 112	Ottimo la funzionalità misure 90x 110	Sufficiente Misure telo cm. 102x 102
	TOTALE	100,00	83,45	93,66	94,49	58,81				

B	VALUTAZIONE PRODOTTI FUORI SET (teleria in tnt)	PUNTEGGIO TOTALE	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI
	voce 41 A TELO ASSORBENTE IMPERMEABILE		Punteggio Ditte				Motivazione punteggio			
B.1	CARATTERISTICHE DEL CONFEZIONAMENTO (prodotti fuori set)	24,00	16,65	21,55	21,55	20,15				
	1- tipo di apertura (esame visivo del campione)	10,00	10	10	10	10	apertura peel away	apertura peel away	apertura peel away	apertura peel away
	2- identificazione (esame visivo del campione)	7,00	2,1	7	7	4,55	Scarso, non sono presenti le due etichette removibili previste dal capitolato.	Ottimo presenza di disegno intuitivo e misure	Ottimo presenza di disegno intuitivo e misure	discreta non presente l'immagine del telo ma solo la descrizione
	3-praticità del confezionamento (esame visivo del campione)	7,00	4,55	4,55	4,55	5,6	Discreto, manca il doppio confezionamento e non si garantisce l'impermeabilità	Discreto presenza di un solo involucro carta +film	Discreto presenza di un solo involucro carta +film	buono, presente il doppio confezionamento (ma non impermeabile)
B.2	PRODOTTI FUORI SET: CARATTERISTICHE DEI TELI	76,00	58,46	52,74	51,69	64,98				
	resistenza alla trazione – asciutto in N (dato da scheda tecnica) norma EN29073-3	6,00	3	4,8	6	6	Sufficiente (valore medio 32)	Buono (valore medio 63)	Ottimo (valore medio 78,5)	Ottimo (valore medio 79,3)
	resistenza alla penetrazione microbica – bagnato in I _B in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 22610	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)
	perdita di particelle in Log ₁₀ (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 9073-10	2,72	2,176	2,72	1,36	1,768	Buono (valore 2,1)	Ottimo (valore 1,9)	Sufficiente (valore 2,99)	Discreto (valore 2,6)
	resistenza alla penetrazione dei liquidi in cm H ₂ O in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN 20811	5,90	5,9	3,835	2,95	3,835	Ottimo (valore 900)	Discreto (valore >200)	Sufficiente (valore >_125)	Discreto (valore >200)
	rifiniture (esame del campione)	18,66	18,66	18,66	18,66	18,66	Ottime le rifiniture	Ottime le rifiniture	Ottime le rifiniture	Ottime le rifiniture
	FUNZIONALITA	40,00	26	20	20	32	Discreto Assorbenza buona ma una volta bagnato si rompe con facilita misure 100 x 100	Sufficiente assorbe poco misure buone 100 x 100	Sufficiente assorbe poco misure 110 x 90	Buona assorbenza misure 100 x 100

	TOTALE	100,00	75,11	74,29	73,24	85,13				
B	VALUTAZIONE PRODOTTI FUORI SET (teleria in tnt)	PUNTEGGIO TOTALE	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI
	voce 41 B TELO ASSORBENTE IMPERMEABILE		Punteggio Ditte				Motivazione punteggio			
B.1	CARATTERISTICHE DEL CONFEZIONAMENTO (prodotti fuori set)	24,00	16,65	21,55	21,55	20,15				
	1- tipo di apertura (esame visivo del campione)	10,00	10	10	10	10	apertura peel away	apertura peel away	apertura peel away	apertura peel away
	2- identificazione (esame visivo del campione)	7,00	2,1	7	7	4,55	Scarso, non sono presenti le due etichette removibili previste dal capitolato.	Ottimo presenza di disegno intuitivo e misure	Ottimo presenza di disegno intuitivo e misure	discreta non presente l'immagine del telo ma solo la descrizione
	3-praticità del confezionamento (esame visivo del campione)	7,00	4,55	4,55	4,55	5,6	Discreto, manca il doppio confezionamento e non si garantisce l'impermeabilità	Discreto, presenza di un solo involucro	Discreto, presenza di un solo involucro	buono, presente il doppio confezionamento (ma non impermeabile)
B.2	PRODOTTI FUORI SET: CARATTERISTICHE DEI TELI	76,00	58,46	52,74	51,69	58,98				
	resistenza alla trazione – asciutto in N (dato da scheda tecnica) norma EN29073-3	6,00	3	4,8	6	6	Sufficiente (valore medio 32)	Buono (valore medio 63)	Ottimo (valore medio 78,5)	Ottimo (valore medio 79,3)
	resistenza alla penetrazione microbica – bagnato in I _B in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 22610	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)
	perdita di particelle in Log ₁₀ (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 9073-10	2,72	2,176	2,72	1,36	1,768	Buono (valore 2,1)	Ottimo (valore 1,9)	Sufficiente (valore 2,99)	Discreto (valore 2,6)
	resistenza alla penetrazione dei liquidi in cm H ₂ O in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN 20811	5,90	5,9	3,835	2,95	3,835	Ottimo (valore >900)	Discreto (valore >200)	Sufficiente (valore >_125)	Discreto (valore >200)
	rifiniture (esame del campione)	18,66	18,66	18,66	18,66	18,66	Ottime le rifiniture	Ottime le rifiniture	Ottime le rifiniture	Ottime le rifiniture
	FUNZIONALITA	40,00	26	20	20	26	Discreto Assorbenza buona ma una volta bagnato si rompe con facilita misure 75 x 90	Sufficiente assorbe poco Misure 73 x 90	Sufficiente assorbe poco misure 75 x 90	voto finale discreto : Buona assorbenza ottime le misure 75x 90 il telo voce 41b da bagnato si sfalda
	TOTALE	100,00	75,11	74,29	73,24	79,13				

B	VALUTAZIONE PRODOTTI FUORI SET (teleria in tnt)	PUNTEGGIO TOTALE	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI
	voce 42 A TELO CON FORO		Punteggio Ditte				Motivazione punteggio			
B.1	CARATTERISTICHE DEL CONFEZIONAMENTO (prodotti fuori set)	24,00	16,65	21,55	21,55	20,15				
	1- tipo di apertura (esame visivo del campione)	10,00	10	10	10	10	apertura peel away	apertura peel away	apertura peel away	apertura peel away
	2- identificazione (esame visivo del campione)	7,00	2,1	7	7	4,55	Scarso, non sono presenti le due etichette removibili previste dal capitolato.	Ottimo presenza di disegno intuitivo e misure	Ottimo presenza di disegno intuitivo e misure	discreta non presente l'immagine del telo ma solo la descrizione
	3-praticità del confezionamento (esame visivo del campione)	7,00	4,55	4,55	4,55	5,6	Discreto, manca il doppio confezionamento e non si garantisce l'impermeabilità	Discreto, presenza di un solo involucro	Discreto, presenza di un solo involucro	buono, presente il doppio confezionamento (ma non impermeabile)
B.2	PRODOTTI FUORI SET: CARATTERISTICHE DEI TELI	76,00	64,46	64,74	63,69	72,98				
	resistenza alla trazione – asciutto in N (dato da scheda tecnica) norma EN29073-3	6,00	3	4,8	6	6	Sufficiente (valore medio 41)	Buono (valore medio 63)	Ottimo (valore medio 78,5)	Ottimo (valore medio 79,3)
	resistenza alla penetrazione microbica – bagnato in I _B in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 22610	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)
	perdita di particelle in Log ₁₀ (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 9073-10	2,72	2,176	2,72	1,36	1,768	Buono (valore 2,1)	Ottimo (valore 1,9)	Sufficiente (valore 2,99)	Discreto (valore 2,6)
	resistenza alla penetrazione dei liquidi in cm H ₂ O in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN 20811	5,90	5,9	3,835	2,95	3,835	Ottimo (valore 800)	Discreto (valore >200)	Sufficiente (valore >_125)	Discreto (valore >200)
	rifiniture (esame del campione)	18,66	18,66	18,66	18,66	18,66	Ottimo le rifiniture	Ottime le rifiniture	Ottime le rifiniture	Ottime le rifiniture
	FUNZIONALITA	40,00	32	32	32	40	Buono misure telo 60 x 50 foro diam 6	Buone le misure del telo 45 X 7 5 foro diametro da 7	Buone le misure telo da 60 x 50 foro da 6	Ottimo misure del telo 50 x 76 foro da 6
	TOTALE	100,00	81,11	86,29	85,24	93,13				

B	VALUTAZIONE PRODOTTI FUORI SET (teleria in tnt)	PUNTEGGIO TOTALE	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI
	voce 42 B TELO CON FORO		Punteggio Ditte				Motivazione punteggio			
B.1	CARATTERISTICHE DEL CONFEZIONAMENTO (prodotti fuori set)	24,00	16,65	21,55	21,55	20,15				
	1- tipo di apertura (esame visivo del campione)	10,00	10	10	10	10	apertura peel away	apertura peel away	apertura peel away	apertura peel away
	2- identificazione (esame visivo del campione)	7,00	2,1	7	7	4,55	Scarso, non sono presenti le due etichette removibili previste dal capitolato.	Ottimo presenza di disegno intuitivo e misure	Ottimo presenza di disegno intuitivo e misure	discreta non presente l'immagine del telo ma solo la descrizione
	3-praticità del confezionamento (esame visivo del campione)	7,00	4,55	4,55	4,55	5,6	Discreto, manca il doppio confezionamento e non si garantisce l'impermeabilità	Discreto, presenza di un solo involucro	Discreto, presenza di un solo involucro	buono, presente il doppio confezionamento (ma non impermeabile)
B.2	PRODOTTI FUORI SET: CARATTERISTICHE DEI TELI	76,00	64,46	64,74	63,69	72,98				

	resistenza alla trazione – asciutto in N (dato da scheda tecnica) norma EN29073-3	6,00	3	4,8	6	6	Sufficiente (valore medio 41)	Buono (valore medio 63)	Ottimo (valore medio 78,5)	Ottimo (valore medio 79,3)
	resistenza alla penetrazione microbica – bagnato in I _B in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 22610	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)
	perdita di particelle in Log ₁₀ (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 9073-10	2,72	2,176	2,72	1,36	1,768	Buono (valore 2,1)	Ottimo (valore 1,9)	Sufficiente (valore 2,99)	Discreto (valore 2,6)
	resistenza alla penetrazione dei liquidi in cm H ₂ O in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN 20811	5,90	5,9	3,835	2,95	3,835	Ottimo (valore 800)	Discreto (valore >200)	Sufficiente (valore >_125)	Discreto (valore >200)
	rifiniture (esame del campione)	18,66	18,66	18,66	18,66	18,66	Ottime le rifiniture	Ottime le rifiniture	Ottime le rifiniture	Ottime le rifiniture
	FUNZIONALITA	40,00	32	32	32	40	Buono Misure del telo 87 x 76 misure foro 6 x 8	Buono Misure del telo 90 x 75 foro da 8	Buono Misure del telo 75 x 90 foro diametro 8	Ottimo Misure telo 75 x 90 foro ovale 6 x 9
	TOTALE	100,00	81,11	86,29	85,24	93,13				

B	VALUTAZIONE PRODOTTI FUORI SET (teleria in tnt)	PUNTEGGIO TOTALE	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI
	voce 42 C TELO CON FORO		Punteggio Ditte				Motivazione punteggio			
B.1	CARATTERISTICHE DEL CONFEZIONAMENTO (prodotti fuori set)	24,00	16,65	21,55	21,55	20,15				
	1- tipo di apertura (esame visivo del campione)	10,00	10	10	10	10	apertura peel away	apertura peel away	apertura peel away	apertura peel away
	2- identificazione (esame visivo del campione)	7,00	2,1	7	7	4,55	Scarso, non sono presenti le due etichette removibili previste dal capitolato.	Ottimo presenza di disegno intuitivo e misure	Ottimo presenza di disegno intuitivo e misure	discreta non presente l'immagine del telo ma solo la descrizione
	3-praticità del confezionamento (esame visivo del campione)	7,00	4,55	4,55	4,55	5,6	Discreto, manca il doppio confezionamento e non si garantisce l'impermeabilità	Discreto, presenza di un solo involucro	Discreto, presenza di un solo involucro	buono, presente il doppio confezionamento (ma non impermeabile)
B.2	PRODOTTI FUORI SET: CARATTERISTICHE DEI TELI	76,00	61,51	66,80	64,58	75,05				
	resistenza alla trazione – asciutto in N (dato da scheda tecnica) norma EN29073-3	6,00	3	4,8	6	6	Sufficiente (valore medio 31)	Buono (valore medio 63)	Ottimo (valore medio 78,5)	Ottimo (valore medio 79,3)
	resistenza alla penetrazione microbica – bagnato in I _B in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 22610	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)
	perdita di particelle in Log ₁₀ (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 9073-10	2,72	2,176	2,72	1,36	1,768	Buono (valore 2,1)	Ottimo (valore 1,9)	Sufficiente (valore 2,99)	Discreto (valore 2,6)
	resistenza alla penetrazione dei liquidi in cm H ₂ O in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN 20811	5,90	2,95	5,9	3,835	5,9	Sufficiente (valore >100)	Ottimo (valore >200)	Discreto (valore >_125)	Ottimo (valore >200)
	rifiniture (esame del campione)	18,66	18,66	18,66	18,66	18,66	Ottime le rifiniture	Ottime le rifiniture	Ottime le rifiniture	Ottime le rifiniture
	FUNZIONALITA	40,00	32	32	32	40	Buono Misure del telo 120x 150 misure foro diametro 7,5	Buono Misure del telo 150 x 100 foro da 5x 8	Buono Misure del telo 120 x150 foro 10 x 7	Ottimo Misure telo 100 x 150 foro diam 8
	TOTALE	100,00	78,16	88,35	86,13	95,20				

B	VALUTAZIONE PRODOTTI FUORI SET (teleria in tnt)	PUNTEGGIO TOTALE	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI
	voce 42 D TELO CON FORO		Punteggio Ditte				Motivazione punteggio			
B.1	CARATTERISTICHE DEL CONFEZIONAMENTO (prodotti fuori set)	24,00	16,65	21,55	21,55	20,15				
	1- tipo di apertura (esame visivo del campione)	10,00	10	10	10	10	apertura peel away	apertura peel away	apertura peel away	apertura peel away
	2- identificazione (esame visivo del campione)	7,00	2,1	7	7	4,55	Scarso, non sono presenti le due etichette removibili previste dal capitolato.	Ottimo presenza di disegno intuitivo e misure	Ottimo presenza di disegno intuitivo e misure	discreta non presente l'immagine del telo ma solo la descrizione
	3-praticità del confezionamento (esame visivo del campione)	7,00	4,55	4,55	4,55	5,6	Discreto, manca il doppio confezionamento e non si garantisce l'impermeabilità	Discreto, presenza di un solo involucro	Discreto, presenza di un solo involucro	buono, presente il doppio confezionamento (ma non impermeabile)
B.2	PRODOTTI FUORI SET: CARATTERISTICHE DEI TELI	76,00	58,46	64,74	63,69	72,98				
	resistenza alla trazione – asciutto in N (dato da scheda tecnica) norma EN29073-3	6,00	3	4,8	6	6	Sufficiente (valore medio 41)	Buono (valore medio 63)	Ottimo (valore medio 78,5)	Ottimo (valore medio 79,3)
	resistenza alla penetrazione microbica – bagnato in I _B in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 22610	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)
	perdita di particelle in Log ₁₀ (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 9073-10	2,72	2,176	2,72	1,36	1,768	Buono (valore 2,1)	Ottimo (valore 1,9)	Sufficiente (valore 2,99)	Discreto (valore 2,6)
	resistenza alla penetrazione dei liquidi in cm H ₂ O in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN 20811	5,90	5,9	3,835	2,95	3,835	Ottimo (valore 800)	Discreto (valore >200)	Sufficiente (valore >_125)	Discreto (valore >200)
	rifiniture (esame del campione)	18,66	18,66	18,66	18,66	18,66	Ottime le rifiniture	Ottime le rifiniture	Ottime le rifiniture	Ottime le rifiniture
	FUNZIONALITA	40,00	26	32	32	40	Discreto, Misure del telo 50 x60 foro misure 8 x 6	Buono Misure 50 x 60 foro diam 5	buono misure telo 45 x 75 foro diam 6	Ottimo Misure telo 50 x 50 fora diam 5
	TOTALE	100,00	75,11	86,29	85,24	93,13				

B	VALUTAZIONE PRODOTTI FUORI SET (teleria in tnt)	PUNTEGGIO TOTALE	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI
	voce 42 E TELO CON FORO		Punteggio Ditte				Motivazione punteggio			
B.1	CARATTERISTICHE DEL CONFEZIONAMENTO (prodotti fuori set)	24,00	16,65	21,55	21,55	20,15				

	1- tipo di apertura (esame visivo del campione)	10,00	10	10	10	10	apertura peel away	apertura peel away	apertura peel away	apertura peel away
	2- identificazione (esame visivo del campione)	7,00	2,1	7	7	4,55	Scarso, non sono presenti le due etichette removibili previste dal capitolato.	Ottimo presenza di disegno intuitivo e misure	Ottimo presenza di disegno intuitivo e misure	discreta non presente l'immagine del telo ma solo la descrizione
	3-praticità del confezionamento (esame visivo del campione)	7,00	4,55	4,55	4,55	5,6	Discreto, manca il doppio confezionamento e non si garantisce l'impermeabilità	Discreto, a presenza di un solo involucro	Discreto, presenza di un solo involucro	buono, presente il doppio confezionamento (ma non impermeabile)
B.2	PRODOTTI FUORI SET: CARATTERISTICHE DEI TELI	76,00	63,64	57,84	52,10	73,39				
	resistenza alla trazione – asciutto in N (dato da scheda tecnica) norma EN29073-3	6,00	3	3,9	6	6	Sufficiente (valore medio 55)	Discreto (valore medio 63)	Ottimo (valore medio 78,5)	Ottimo (valore medio 79,3)
	resistenza alla penetrazione microbica – bagnato in I _B in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 22610	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)
	perdita di particelle in Log ₁₀ (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 9073-10	2,72	1,36	2,72	1,768	2,176	Sufficiente (valore 3,4)	Ottimo (valore 1,9)	Discreto (valore 3)	Buono (valore 2,6)
	resistenza alla penetrazione dei liquidi in cm H ₂ O in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN 20811	5,90	5,9	3,835	2,95	3,835	Ottimo (valore 900)	Discreto (valore >200)	Sufficiente (valore >_125)	Discreto (valore >200)
	rifiniture (esame del campione)	18,66	18,66	18,66	18,66	18,66	Ottime le rifiniture	Ottime le rifiniture	Ottime le rifiniture	Ottime le rifiniture
	FUNZIONALITA	40,00	32	26	20	40	Buono misure telo 102 x 125 diam foro 11	discreto per dimensioni del foro misure telo 100 x 100 foro 9 x 12	sufficiente troppo grande sborda misure 150 x 120 fore diam 7 x 10	Ottimo misure telo 90 x 100 foro diam 10
	TOTALE	100,00	80,29	79,39	73,65	93,54				

B	VALUTAZIONE PRODOTTI FUORI SET (teleria in tnt)	PUNTEGGIO TOTALE	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI
	voce 44 telo bianco super assorbente per neonato		Punteggio Ditte				Motivazione punteggio			
B.1	CARATTERISTICHE DEL CONFEZIONAMENTO (prodotti fuori set)	24,00	16,65	24,00	21,55	20,15				
	1- tipo di apertura (esame visivo del campione)	10,00	10	10	10	10	apertura peel away	apertura peel away	apertura peel away	apertura peel away
	2- identificazione (esame visivo del campione)	7,00	2,1	7	7	4,55	Scarso, non sono presenti le due etichette removibili previste dal capitolato.	Ottimo presenza di disegno intuitivo e misure	Ottimo presenza di disegno intuitivo e misure	discreta non presente l'immagine del telo ma solo la descrizione
	3-praticità del confezionamento (esame visivo del campione)	7,00	4,55	7	4,55	5,6	Discreto, manca il doppio confezionamento e non si garantisce l'impermeabilità	ottimo presenza di doppio involucro totalmente impermeabile	Discreto, presenza di un solo involucro	buono, presente il doppio confezionamento (ma non impermeabile)
B.2	PRODOTTI FUORI SET: CARATTERISTICHE DEI TELI	76,00	2,72	47,38	76,00	67,33				
	resistenza alla trazione – asciutto in N (dato da scheda tecnica) norma EN29073-3	6,00	0	0	6	3	Scadente dato non fornito	scadente (manca il dato)	ottimo(valore medio 78,5)	sufficiente (valore medio 39)
	resistenza alla penetrazione microbica – bagnato in I _B in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 22610	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	La commissione decide di dare il punteggio massimo a tutte le ditte in quanto tale norma non è applicabile per questo prodotto			
	perdita di particelle in Log ₁₀ (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 9073-10	2,72	0	0	2,72	0	scadente (manca il dato)	scadente (manca il dato)	Ottimo (valore 2,99)	scadente (manca il dato)
	resistenza alla penetrazione dei liquidi in cm H ₂ O in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN 20811	5,90	0	0	5,9	2,95	Scadente (manca il dato)	scadente (manca il dato)	Ottimo (valore >_125)	scadente (manca il dato)
	rifiniture (esame del campione)	18,66	0	18,66	18,66	18,66	scadente telo non funzionale per il campo di impiego	Ottime le rifinitura	Ottime le rifiniture	ottime le rifiniture
	FUNZIONALITA	40,00	0	26	40	40	scadente Telo non valutabile troppo ruvido troppo rigido si rompe facilmente da bagnato diventa fragilissimo	Discreto Misure 100 x 120 da bagnato si deforma	Ottime misure 90 x 100	Ottimo misure telo 90 x 100
	TOTALE	100,00	19,37	71,38	97,55	87,48				

B	VALUTAZIONE PRODOTTI FUORI SET (teleria in tnt)	PUNTEGGIO TOTALE	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI
	voce 45 telo perineale 200 x 230		Punteggio Ditte				Motivazione punteggio			
B.1	CARATTERISTICHE DEL CONFEZIONAMENTO (prodotti fuori set)	24,00	16,65	24,00	24,00	20,15				
	1- tipo di apertura (esame visivo del campione)	10,00	10	10	10	10	apertura peel away	apertura peel away	apertura peel away	apertura peel away
	2- identificazione (esame visivo del campione)	7,00	2,1	7	7	4,55	Scarso, non sono presenti le due etichette removibili previste dal capitolato.	Ottimo presenza di disegno intuitivo e misure	Ottimo presenza di disegno intuitivo e misure	discreta non presente l'immagine del telo ma solo la descrizione
	3-praticità del confezionamento (esame visivo del campione)	7,00	4,55	7	7	5,6	Discreto, manca il doppio confezionamento e non si garantisce l'impermeabilità	ottimo presenza di doppio involucro totalmente impermeabile	ottimo presenza di doppio involucro totalmente impermeabile	buono, presente il doppio confezionamento (ma non impermeabile)
B.2	PRODOTTI FUORI SET: CARATTERISTICHE DEI TELI	76,00	61,27	61,25	37,86	60,46				
	resistenza alla trazione – asciutto in N (dato da scheda tecnica) norma EN29073-3	6,00	3	6	3,9	4,8	Sufficiente (valore medio 77)	Ottimo (valore medio 122)	Discreto (valore medio 78,5)	Buono (valore medio 117)
	resistenza alla penetrazione microbica – bagnato in I _B in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 22610	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)

	perdita di particelle in Log ₁₀ (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 9073-10	2,72	2,72	1,768	1,36	2,176	Ottimo (valore 1,9)	Discreto (valore 2,4)	Sufficiente (valore 2,99)	Buono (valore 2,1)
	resistenza alla penetrazione dei liquidi in cm H ₂ O in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN 20811	5,90	5,9	3,835	2,95	3,835	Ottimo (valore 900)	Discreto (valore >200)	Sufficiente (valore >_125)	Discreto (valore >_200)
	rifiniture (esame del campione)	18,66	14,928	14,928	14,928	14,928	BUONO	BUONO	BUONO	BUONO
	FUNZIONALITA	40,00	32	32	12,00	32	BUONO	BUONO	scarso il telo non presenta specifiche caratteristiche inerenti al telo perineale (mancanza di mutandina)	BUONO
	TOTALE	100,00	77,92	85,25	61,86	80,61				

B	VALUTAZIONE PRODOTTI FUORI SET (teleria in tnt)	PUNTEGGIO TOTALE	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI
	voce 46 Monotelo a T per laparotomia		Punteggio Ditte				Motivazione punteggio			
B.1	CARATTERISTICHE DEL CONFEZIONAMENTO (prodotti fuori set)	24,00	16,65	24,00	24,00	20,15				
	1- tipo di apertura (esame visivo del campione)	10,00	10	10	10	10	apertura peel away	apertura peel away	apertura peel away	apertura peel away
	2- identificazione (esame visivo del campione)	7,00	2,1	7	7	4,55	Scarso, non sono presenti le due etichette removibili previste dal capitolato.	Ottimo presenza di disegno intuitivo e misure	Ottimo presenza di disegno intuitivo e misure	discreta non presente l'immagine del telo ma solo la descrizione
	3-praticità del confezionamento (esame visivo del campione)	7,00	4,55	7	7	5,6	Discreto, manca il doppio confezionamento e non si garantisce l'impermeabilità	ottimo presenza di doppio involucro totalmente impermeabile	ottimo presenza di doppio involucro totalmente impermeabile	buono, presente il doppio confezionamento (ma non impermeabile)
B.2	PRODOTTI FUORI SET: CARATTERISTICHE DEI TELI	76,00	47,33	61,05	58,74	66,80				
	resistenza alla trazione – asciutto in N (dato da scheda tecnica) norma EN29073-3	6,00	3	6	3,9	4,8	Sufficiente (valore medio 39)	Ottimo (valore medio 133,5)	Discreto (valore medio 78,5)	Buono (valore medio 117)
	resistenza alla penetrazione microbica – bagnato in I _B in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 22610	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)
	perdita di particelle in Log ₁₀ (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 9073-10	2,72	0	1,768	1,36	2,72	scadente (manca il dato)	Discreto (valore 2,6)	Sufficiente (valore 2,99)	Ottimo (valore 2,1)
	resistenza alla penetrazione dei liquidi in cm H ₂ O in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN 20811	5,90	2,95	5,9	3,835	5,9	Sufficiente (valore >100)	Ottimo (valore >200)	Discreto (valore >_125)	Ottimo (valore >200)
	rifiniture (esame del campione)	18,66	18,66	18,66	14,928	18,66	Ottime le rifiniture presenza di telo di incisione	Ottime le rifiniture presenza di telo di incisione	buone le rifiniture	Ottime le rifiniture presenza di telo di incisione
	FUNZIONALITA	40,00	20	26	32	32	Sufficiente Misure telo 270 x 200 x 320 foro 35 x 23 ,5 presenza di fissatubi, rinforzo e piccolo e il resto del telo non è assorbente il liquidi scivola poco drappeggiabile (rigido)	Discreto Misure 260 x 307 x 197 misure foro 22,5 x 35 presenza fissatubi buona la drsppeggiabilità parte assorbente un po piccola AL DI FUORI DEL rinforzo non è impermeabile	Buono Misure telo 180 x 258 x 200 foro di incisione 28 x31,5 presenza passatubi rinforzo assorbente antiscivolo buona drappeggiabilità	Buono Misure telo 265 x 320 x 200 Misure foro 38 x 28 presenta di pressatubi tutto assorbente
	TOTALE	100,00	63,98	85,05	82,74	86,95				

B	VALUTAZIONE PRODOTTI FUORI SET (teleria in tnt)	PUNTEGGIO TOTALE	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI
	voce 48 telo a T per laparoscopia		Punteggio Ditte				Motivazione punteggio			
B.1	CARATTERISTICHE DEL CONFEZIONAMENTO (prodotti fuori set)	24,00	16,65	24,00	24,00	20,15				
	1- tipo di apertura (esame visivo del campione)	10,00	10	10	10	10	apertura peel away	apertura peel away	apertura peel away	apertura peel away
	2- identificazione (esame visivo del campione)	7,00	2,1	7	7	4,55	Scarso, non sono presenti le due etichette removibili previste dal capitolato.	Ottimo presenza di disegno intuitivo e misure	Ottimo presenza di disegno intuitivo e misure	discreta non presente l'immagine del telo ma solo la descrizione
	3-praticità del confezionamento (esame visivo del campione)	7,00	4,55	7	7	5,6	Discreto, manca il doppio confezionamento e non si garantisce l'impermeabilità	ottimo presenza di doppio involucro totalmente impermeabile	ottimo presenza di doppio involucro totalmente impermeabile	buono, presente il doppio confezionamento (ma non impermeabile)
B.2	PRODOTTI FUORI SET: CARATTERISTICHE DEI TELI	76,00	60,81	61,66	57,37	61,00				
	resistenza alla trazione – asciutto in N (dato da scheda tecnica) norma EN29073-3	6,00	3,9	6	3	4,8	Discreto (valore medio 87)	Ottimo (valore medio 133,5)	Sufficiente (valore medio 78,5)	Buono (valore medio 117)
	resistenza alla penetrazione microbica – bagnato in I _B in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 22610	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)
	perdita di particelle in Log ₁₀ (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 9073-10	2,72	1,36	2,176	1,768	2,72	Sufficiente (valore 3,4)	Buono (valore 2,6)	Discreto (valore 2,99)	Ottimo (valore 2,1)
	resistenza alla penetrazione dei liquidi in cm H ₂ O in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN 20811	5,90	5,9	3,835	2,95	3,835	Ottimo (valore 900)	Discreto (valore >200)	Sufficiente (>_125)	Discreto (valore >200)
	rifiniture (esame del campione)	18,66	14,928	14,928	14,928	14,928	buone le rifiniture	buone le rifiniture	buone le rifiniture	buone le rifiniture
	FUNZIONALITA	40,00	32	32	32	32	Buono Misure 250 x 336 x200 foro 30 x 30 presenza di sistema fissaggio guidacavi	Buono Misure 260 x 306 x 197 telo foro 30 x 33 presenza di sistema fissaggio guidacavi in giro alla finestratura	Buono Misure 335 x 260 x 200 foro misure 28 x 32 presenza di sistema fissaggio guidacavi	Buono Misute telo 280 x 320 x200 misure foro 29,5x 29,5 presenza di sistema fissaggio guidacavi
	TOTALE	100,00	77,46	85,66	81,37	81,15				

B	VALUTAZIONE PRODOTTI FUORI SET (teleria in tnt)	PUNTEGGIO TOTALE	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI
	voce 51 telo a T per laparoscopia		Punteggio Ditte				Motivazione punteggio			
B.1	CARATTERISTICHE DEL CONFEZIONAMENTO (prodotti fuori set)	24,00	16,65	24,00	24,00	20,15				
	1- tipo di apertura (esame visivo del campione)	10,00	10	10	10	10	apertura peel away	apertura peel away	apertura peel away	apertura peel away
	2- identificazione (esame visivo del campione)	7,00	2,1	7	7	4,55	Scarso, non sono presenti le due etichette removibili previste dal capitolato.	Ottimo presenza di disegno intuitivo e misure	Ottimo presenza di disegno intuitivo e misure	discreta non presente l'immagine del telo ma solo la descrizione
	3-praticità del confezionamento (esame visivo del campione)	7,00	4,55	7	7	5,6	Discreto, manca il doppio confezionamento e non si garantisce l'impermeabilità	ottimo presenza di doppio involucro totalmente impermeabile	ottimo presenza di doppio involucro totalmente impermeabile	buono, presente il doppio confezionamento (ma non impermeabile)
B.2	PRODOTTI FUORI SET: CARATTERISTICHE DEI TELI	76,00	62,72	49,94	55,55	59,48				
	resistenza alla trazione – asciutto in N (dato da scheda tecnica) norma EN29073-3	6,00	4,8	3	3,9	6	Buono (valore medio 87)	sufficiente (valore medio 57)	Discreto (valore medio 78,5)	Ottimo (valore medio 117)
	resistenza alla penetrazione microbica – bagnato in I _B in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 22610	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)
	perdita di particelle in Log ₁₀ (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 9073-10	2,72	1,36	2,176	1,768	2,72	Sufficiente (valore 3,4)	Buono (valore 2,3)	Discreto (valore 2,99)	Ottimo (valore 2,1)
	resistenza alla penetrazione dei liquidi in cm H ₂ O in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN 20811	5,90	5,9	3,835	2,95	3,835	Ottimo (valore 900)	Discreto (valore >200)	Sufficiente (>_125)	Discreta (valore 200)
	rifiniture (esame del campione)	18,66	18,66	14,928	14,928	14,928	Ottimo le rifiniture buona idea gambe trasparenti	Buone le rifiniture	buone le rifiniture	buone le rifiniture
	FUNZIONALITA	40,00	32	26	32	32	Buone Misure telo 250 x 262 x 290 Misure finestratura 29,5 x31 , foro perineale misure 11,5 x 10 presenza di 2 sacche raccogli liquidi e sistema di fissaggio guidacavi.po ca drappeggiabilita la parte testa troppo corta	Discreto Misure 277 x 247 x 316 finestratura 36 x 33 foro perineale 7 x 15 presenza di 2 sacche raccogli liquidi e sistema di fissaggio guidacavi. (finestratura troppo grande)	Buono Misure telo 255 x 258 x 271 finestratura 30 x 28 misure foro perineale 10 x 14 presenza di 2 sacche raccogli liquidi e sistema di fissaggio guidacavi.	Buono Misure telo 278 x 264 x 283 finestratura 29,5 x 31,5 foro perineale 24 x 11,5 presenza di 2 sacche raccogliiquidi e sistema di fissaggio guidacavi.
	TOTALE	100,00	79,37	73,94	79,55	79,63				

B	VALUTAZIONE PRODOTTI FUORI SET (teleria in tnt)	PUNTEGGIO TOTALE	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI
	voce 52 telino antiscivolo 30 x 40		Punteggio Ditte				Motivazione punteggio			
B.1	CARATTERISTICHE DEL CONFEZIONAMENTO (prodotti fuori set)	24,00	16,65	24,00	22,60	20,15				
	1- tipo di apertura (esame visivo del campione)	10,00	10	10	10	10	apertura peel away	apertura peel away	apertura peel away	apertura peel away
	2- identificazione (esame visivo del campione)	7,00	2,1	7	5,6	4,55	Scarso, non sono presenti le due etichette removibili previste dal capitolato.	Ottimo presenza di disegno intuitivo e misure	Buono presenza di misure	discreta non presente l'immagine del telo ma solo la descrizione
	3-praticità del confezionamento (esame visivo del campione)	7,00	4,55	7	7	5,6	Discreto, manca il doppio confezionamento e non si garantisce l'impermeabilità	ottimo presenza di doppio involucro totalmente impermeabile	ottimo presenza di doppio involucro totalmente impermeabile	buono, presente il doppio confezionamento (ma non impermeabile)
B.2	PRODOTTI FUORI SET: CARATTERISTICHE DEI TELI	76,00	64,27	64,27	64,27	64,27				
	resistenza alla trazione – asciutto in N (dato da scheda tecnica) norma EN29073-3	6,00	6	6	6	6	La commissione decide di dare il punteggio massimo a tutte le ditte in quanto tale norma non è applicabile per questo prodotto			
	resistenza alla penetrazione microbica – bagnato in I _B in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 22610	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	La commissione decide di dare il punteggio massimo a tutte le ditte in quanto tale norma non è applicabile per questo prodotto			
	perdita di particelle in Log ₁₀ (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 9073-10	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	La commissione decide di dare il punteggio massimo a tutte le ditte in quanto tale norma non è applicabile per questo prodotto			
	resistenza alla penetrazione dei liquidi in cm H ₂ O in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN 20811	5,90	5,9	5,9	5,9	5,9	La commissione decide di dare il punteggio massimo a tutte le ditte in quanto tale norma non è applicabile per questo prodotto			
	rifiniture (esame del campione)	18,66	14,928	14,928	14,928	14,928	buone le rifiniture	buone le rifiniture	buone le rifiniture	buone le rifiniture
	FUNZIONALITA	40,00	32	32	32	32	Buono misure 25 x 40	Buono misure 39 x 25	Buono misure 40 x 53	buono misure 50 x 35
	TOTALE	100,00	80,92	88,27	86,87	84,42				

B	VALUTAZIONE PRODOTTI FUORI SET (teleria in tnt)	PUNTEGGIO TOTALE	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI
	voce 53 monotelo con finestratura		Punteggio Ditte				Motivazione punteggio			
B.1	CARATTERISTICHE DEL CONFEZIONAMENTO (prodotti fuori set)	24,00	16,65	24,00	24,00	20,15				
	1- tipo di apertura (esame visivo del campione)	10,00	10	10	10	10	apertura peel away	apertura peel away	apertura peel away	apertura peel away
	2- identificazione (esame visivo del campione)	7,00	2,1	7	7	4,55	Scarso, non sono presenti le due etichette removibili previste dal capitolato.	Ottimo presenza di disegno intuitivo e misure	Ottimo presenza di disegno intuitivo e misure	discreta non presente l'immagine del telo ma solo la descrizione
	3-praticità del confezionamento (esame visivo del campione)	7,00	4,55	7	7	5,6	Discreto, manca il doppio confezionamento e non si garantisce l'impermeabilità	ottimo presenza di doppio involucro totalmente impermeabile	ottimo presenza di doppio involucro totalmente impermeabile	buono, presente il doppio confezionamento (ma non impermeabile)
B.2	PRODOTTI FUORI SET: CARATTERISTICHE DEI TELI	76,00	47,91	65,39	52,27	64,74				

	resistenza alla trazione – asciutto in N (dato da scheda tecnica) norma EN29073-3	6,00	3	6	3,9	4,8	Sufficiente (valore medio 55)	Ottimo (valore medio 133,5)	Discreto (valore medio 78,5)	Buono (valore medio 117)
	resistenza alla penetrazione microbica – bagnato in I _B in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 22610	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)
	perdita di particelle in Log ₁₀ (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 9073-10	2,72	1,36	2,176	1,768	2,72	Sufficiente (valore 3,4)	Buono (valore 2,6)	Discreto (valore 2,99)	Ottimo (valore 2,1)
	resistenza alla penetrazione dei liquidi in cm H ₂ O in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN 20811	5,90	5,9	3,835	2,95	3,835	Ottimo (valore 900)	Discreto (valore >200)	Sufficiente (valore >_125)	Discreto (valore >200)
	rifiniture (esame del campione)	18,66	14,928	18,66	14,928	18,66	buone le rifiniture	Ottime le rifiniture presenza di adeguato filtro nella sacca	buone le rifiniture	Ottime le rifiniture presenza di adeguato filtro nella sacca
	FUNZIONALITA	40,00	20	32	26	32	Sufficiente Misure telo 203 x 260 x 267 Misure foro 11 x 9 presenza di gambali e sacca raccogli liquidi la parte della testa e corta , indaginoso l' apertura.	Buono Misure 258 x 162 x 275 foro 7,5 x 15 presenza di gambali e di sacca raccogli liquidi	Discreto Misure telo 247 x 200 x 239 misure finestratura 10 x 15 presenza di sacca raccogli liquidi <u>la parte della testa è troppo corta</u>	Buono misure telo 240 x 275x 295 Misure telo Misure finestrature 15 x 10 presenza di gambali e di sacca raccogli liquidi
	TOTALE	100,00	64,56	89,39	76,27	84,89				

B	VALUTAZIONE PRODOTTI FUORI SET (teleria in tnt)	PUNTEGGIO TOTALE	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI
	53bis MONOTELOPER PROCTOLOGIA		Punteggio Ditte				Motivazione punteggio			
B.1	CARATTERISTICHE DEL CONFEZIONAMENTO (prodotti fuori set)	24,00	16,65	24,00	24,00	20,15				
	1- tipo di apertura (esame visivo del campione)	10,00	10	10	10	10	apertura peel away	apertura peel away	apertura peel away	apertura peel away
	2- identificazione (esame visivo del campione)	7,00	2,1	7	7	4,55	Scarso, non sono presenti le due etichette removibili previste dal capitolato.	Ottimo presenza di disegno intuitivo e misure	Ottimo presenza di disegno intuitivo e misure	discreta non presente l'immagine del telo ma solo la descrizione
	3-praticità del confezionamento (esame visivo del campione)	7,00	4,55	7	7	5,6	Discreto, manca il doppio confezionamento e non si garantisce l'impermeabilità	ottimo presenza di doppio involucro totalmente impermeabile	ottimo presenza di doppio involucro totalmente impermeabile	buono, presente il doppio confezionamento (ma non impermeabile)
B.2	PRODOTTI FUORI SET: CARATTERISTICHE DEI TELI	76,00	53,91	65,94	52,67	63,78				
	resistenza alla trazione – asciutto in N (dato da scheda tecnica) norma EN29073-3	6,00	3	6	3,9	4,8	Sufficiente (valore medio 55)	Ottimo (valore medio 133,5)	Discreto (valore medio 78,5)	Buono (valore medio 117)
	resistenza alla penetrazione microbica – bagnato in I _B in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 22610	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)
	perdita di particelle in Log ₁₀ (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 9073-10	2,72	1,36	2,72	2,176	1,768	Sufficiente (valore 3,4)	Ottimo (valore 2,6)	Buona (valore 2,99)	Discreto (valore 3,25)
	resistenza alla penetrazione dei liquidi in cm H ₂ O in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN 20811	5,90	5,9	3,835	2,95	3,835	Ottimo (valore 900)	Discreto (valore >200)	Sufficiente (valore >_125)	Discreto (valore >204)
	rifiniture (esame del campione)	18,66	14,928	18,66	14,928	18,66	buone le rifiniture	Ottime le rifiniture presenza di adeguato filtro nella sacca	buone le rifiniture	Ottime le rifiniture presenza di adeguato filtro nella sacca
	FUNZIONALITA	40,00	26	32	26	32	Discreto Misure telo 203 x 260 x 267 Misure foro 11 x 9 presenza di gambali e sacca raccogli liquidi. Indaginoso l'apertura	Buono Misure telo 164x 175 x 72 Misure 8x 15	Discreto Misure telo 247 x 200 x 239 misure finestratura 10 x 15 presenza di sacca raccogli liquidi <u>la parte della testa è troppo corta</u>	Buono Misure telo 164x 175 x 72 Misure 8x 15
	TOTALE	100,00	70,56	89,94	76,67	83,93				

B	VALUTAZIONE PRODOTTI FUORI SET (teleria in tnt)	PUNTEGGIO TOTALE	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI
	voce 54 telo per		Punteggio Ditte				Motivazione punteggio			
B.1	CARATTERISTICHE DEL CONFEZIONAMENTO (prodotti fuori set)	24,00	16,65	24,00	24,00	20,15				
	1- tipo di apertura (esame visivo del campione)	10,00	10	10	10	10	apertura peel away	apertura peel away	apertura peel away	apertura peel away
	2- identificazione (esame visivo del campione)	7,00	2,1	7	7	4,55	Scarso, non sono presenti le due etichette removibili previste dal capitolato.	Ottimo presenza di disegno intuitivo e misure	Ottimo presenza di disegno intuitivo e misure	discreta non presente l'immagine del telo ma solo la descrizione
	3-praticità del confezionamento (esame visivo del campione)	7,00	4,55	7	7	5,6	Discreto, manca il doppio confezionamento e non si garantisce l'impermeabilità	ottimo presenza di doppio involucro totalmente impermeabile	ottimo presenza di doppio involucro totalmente impermeabile	buono, presente il doppio confezionamento (ma non impermeabile)
B.2	PRODOTTI FUORI SET: CARATTERISTICHE DEI TELI	76,00	58,55	48,46	52,02	62,20				
	resistenza alla trazione – asciutto in N (dato da scheda tecnica) norma EN29073-3	6,00	3	4,8	3,9	6	Sufficiente (valore medio 35)	Buono (valore medio 122)	Discreto (valore medio 78,5)	Ottimo (valore medio 177)
	resistenza alla penetrazione microbica – bagnato in I _B in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 22610	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)
	perdita di particelle in Log ₁₀ (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 9073-10	2,72	0	2,176	1,5232	2,72	scadente (manca il dato)	Buono (valore 2,4)	Sufficiente (valore 2,99)	Ottimo (valore 2,1)
	resistenza alla penetrazione dei liquidi in cm H ₂ O in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN 20811	5,90	5,9	3,835	2,95	3,835	Ottimo (valore 900)	Discreto (valore >200)	Sufficiente (valore >_125)	Discreto (valore >_200)

	rifiniture (esame del campione)	18,66	14,928	14,928	14,928	14,928	buone le rifiniture	buone le rifiniture	buone le rifiniture	buone le rifiniture
	FUNZIONALITA	40,00	32	20	26	32	Buono Misure 185 x 270 x 240 misure finestratura foro diametro 5 cm.	Sufficiente misure 79 x 145 x 294 misure finestratura 7,5 x 8 la copertura del foro sovrapubico non si stacca e solo dopo vari tentativi il copriadesivo si stacca portando via anche la parte adesiva e rendendo inutile la sua funzione	Discreto misure telo largo 178 x 183x 260 misure finestratura 10 x 7 la parte della testa e troppo corta	Buono Misure 160 x 214x256 misure finestratura foro rotondo diametro 6 cm.
	TOTALE	100,00	75,20	72,46	76,02	82,35				

B	VALUTAZIONE PRODOTTI FUORI SET (teleria in tnt)	PUNTEGGIO TOTALE	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI
	voce 56 telo per cesario		Punteggio Ditte				Motivazione punteggio			
B.1	CARATTERISTICHE DEL CONFEZIONAMENTO (prodotti fuori set)	24,00	16,65	24,00	22,60	20,15				
	1- tipo di apertura (esame visivo del campione)	10,00	10	10	10	10	apertura peel away	apertura peel away	apertura peel away	apertura peel away
	2- identificazione (esame visivo del campione)	7,00	2,1	7	7	4,55	Scarso, non sono presenti le due etichette removibili previste dal capitolato.	Ottimo presenza di disegno intuitivo e misure	Ottimo presenza di disegno intuitivo e misure	discreta non presente l'immagine del telo ma solo la descrizione
	3-praticità del confezionamento (esame visivo del campione)	7,00	4,55	7	5,6	5,6	Discreto, manca il doppio confezionamento e non si garantisce l'impermeabilità	ottimo presenza di doppio involucro totalmente impermeabile	Buona presenza di un solo involucro	buono, presente il doppio confezionamento (ma non impermeabile)
B.2	PRODOTTI FUORI SET: CARATTERISTICHE DEI TELI	76,00	52,95	59,02	55,96	65,94				
	resistenza alla trazione – asciutto in N (dato da scheda tecnica) norma EN29073-3	6,00	3	3,9	4,8	6	Sufficiente (valore medio 35)	Discreto (valore medio 57)	Buono (valore medio 78,5)	Ottimo (valore medio 177)
	resistenza alla penetrazione microbica – bagnato in I _B in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 22610	2,72	2,72	2,176	2,72	2,72	Ottimo (valore 6)	buono (valore 5)	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)
	perdita di particelle in Log ₁₀ (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 9073-10	2,72	0	2,176	1,36	2,72	scadente (manca il dato)	Buono (valore 2,3)	Sufficiente (valore 2,99)	Ottimo (valore 2,1)
	resistenza alla penetrazione dei liquidi in cm H ₂ 0 in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN 20811	5,90	5,9	3,835	2,95	3,835	Ottimo (valore 900)	Discreto (valore >200)	Sufficiente (valore >125)	Discreto (valore >200)
	rifiniture (esame del campione)	18,66	9,33	14,928	12,129	18,66	Sufficiente la zona di rinforzo si sfalda da bagnato	Buono la zona assorbente e ridotta rispetto ad altri	Discreto telo totalmente assorbente ma manca della zona di rinforzo come richiesto	Ottime le rifiniture
	FUNZIONALITA	40,00	32	32	32	32	Buono Misure telo 175 x 250 x 305 misure finestratura 16 x 18	Buono Misure telo 260x 198x 305 misure finestratura 21 x 18	Buono misure 260 x 200 x 335 dimensione foro cm. 24 x 28	Buono Dimensione telo 308 x 263 x 200 dimensioni foro 23 x 19
	TOTALE	100,00	69,60	83,02	78,56	86,09				

B	VALUTAZIONE PRODOTTI FUORI SET (teleria in tnt)	PUNTEGGIO TOTALE	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI
	voce 57 telo per anca		Punteggio Ditte				Motivazione punteggio			
B.1	CARATTERISTICHE DEL CONFEZIONAMENTO (prodotti fuori set)	24,00	16,65	24,00	24,00	20,15				
	1- tipo di apertura (esame visivo del campione)	10,00	10	10	10	10	apertura peel away	apertura peel away	apertura peel away	apertura peel away
	2- identificazione (esame visivo del campione)	7,00	2,1	7	7	4,55	Scarso, non sono presenti le due etichette removibili previste dal capitolato.	Ottimo presenza di disegno intuitivo e misure	Ottimo presenza di disegno intuitivo e misure	discreta non presente l'immagine del telo ma solo la descrizione
	3-praticità del confezionamento (esame visivo del campione)	7,00	4,55	7	7	5,6	Discreto, manca il doppio confezionamento e non si garantisce l'impermeabilità	ottimo presenza di doppio involucro totalmente impermeabile	ottimo presenza di doppio involucro totalmente impermeabile	buono, presente il doppio confezionamento (ma non impermeabile)
B.2	PRODOTTI FUORI SET: CARATTERISTICHE DEI TELI	76,00	48,72	59,56	36,37	60,84				
	resistenza alla trazione – asciutto in N (dato da scheda tecnica) norma EN29073-3	6,00	3	3,9	4,8	6	Sufficiente (valore medio 46)	Discreto (Valore medio 57)	Buono (valore medio 78,5)	Ottimo (valore medio 158)
	resistenza alla penetrazione microbica – bagnato in I _B in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 22610	2,72	2,72	2,176	2,72	2,72	Ottimo (valore 6)	buono (valore 5)	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)
	perdita di particelle in Log ₁₀ (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 9073-10	2,72	2,176	2,72	1,768	1,36	Buono (valore 2,8)	Ottimo (valore 2,3)	Discreto (valore 2,99)	Sufficiente (valore 3,25)
	resistenza alla penetrazione dei liquidi in cm H ₂ 0 in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN 20811	5,90	5,9	3,835	2,95	3,835	Ottimo (valore 800)	Discreto (valore >200)	Sufficiente (valore >125)	Discreto (valore >204)
	rifiniture (esame del campione)	18,66	14,928	14,928	12,129	14,928	Buone rifiniture presenza di velcri per fissatavi	Buone rifiniture presenza di velcri per fissatavi	Discreto sistema fissatavi poco funzionale	Buone rifiniture presenza di velcri per fissatavi

	FUNZIONALITA	40,00	20	32	12,00	32	Sufficiente Misure 230 300 x 330 finestratura troppo larga 18 x 22 poco elasticizzata	Buono Misure telo cm. 355 x 285x 225 finestratura 20 x 16 elasticizzata	scarsa Misure telo 285 x 400 x 400 (troppo grande) finestratura 21 x 17 La descrizione delle caratteristiche della scheda tecnica non corrisponde all' telo	Buono Misure telo 229 x 295 x 320 misure finestratura 17 x 20 elasticizzata
	TOTALE	100,00	65,37	83,56	60,37	80,99				

B	VALUTAZIONE PRODOTTI FUORI SET (teleria in tnt)	PUNTEGGIO TOTALE	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI
	voce 58 telo nefroscopia		Punteggio Ditte				Motivazione punteggio			
B.1	CARATTERISTICHE DEL CONFEZIONAMENTO (prodotti fuori set)	24,00	16,65	24,00	21,55	20,15				
	1- tipo di apertura (esame visivo del campione)	10,00	10	10	10	10	apertura peel away	apertura peel away	apertura peel away	apertura peel away
	2- identificazione (esame visivo del campione)	7,00	2,1	7	7	4,55	Scarso, non sono presenti le due etichette removibili previste dal capitolato.	Ottimo presenza di disegno intuitivo e misure	Ottimo presenza di disegno intuitivo e misure	discreta non presente l'immagine del telo ma solo la descrizione
	3-praticità del confezionamento (esame visivo del campione)	7,00	4,55	7	4,55	5,6	Discreto, manca il doppio confezionamento e non si garantisce l'impermeabilità	ottimo presenza di doppio involucro totalmente impermeabile	Discreto, presenza di un solo involucro	buono, presente il doppio confezionamento (ma non impermeabile)
B.2	PRODOTTI FUORI SET: CARATTERISTICHE DEI TELI	76,00	57,11	58,86	46,67	58,20				
	resistenza alla trazione – asciutto in N (dato da scheda tecnica) norma EN29073-3	6,00	3	6	3,9	4,8	Sufficiente (valore medio 94,9)	Ottimo (valore medio 133,5)	Discreto (valore medio 106)	Buono (valore medio 117)
	resistenza alla penetrazione microbica – bagnato in I _B in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 22610	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)
	perdita di particelle in Log ₁₀ (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 9073-10	2,72	1,36	2,176	1,768	2,72	Sufficiente (valore 3)	Buono (valore 2,6)	Discreto (valore 2,83)	Ottimo (valore 2,1)
	resistenza alla penetrazione dei liquidi in cm H ₂ O in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN 20811	5,90	5,9	3,835	2,95	3,835	Ottimo (valore 800)	Discreto (valore >200)	Sufficiente (valore >150)	Discreto (valore >200)
	rifiniture (esame del campione)	18,66	12,129	12,129	9,33	12,129	Discreto manca la tasca porta strumenti ma presente di guide portastrumenti	Discreto manca la tasca porta strumenti ma presente di guide portastrumenti	Sufficiente manca la tasca portastrumento	Discreto manca la tasca porta strumenti ma presente di guide portastrumenti
	FUNZIONALITA	40,00	32	32	26	32	Buona la funzionalità	Buona la funzionalità	Discreta la funzionalità	Buona la funzionalità
	TOTALE	100,00	73,76	82,86	68,22	78,35				

B	VALUTAZIONE PRODOTTI FUORI SET (teleria in tnt)	PUNTEGGIO TOTALE	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI
	voce 59 telo con finestratura elastica		Punteggio Ditte				Motivazione punteggio			
B.1	CARATTERISTICHE DEL CONFEZIONAMENTO (prodotti fuori set)	24,00	16,65	24,00	24,00	20,15				
	1- tipo di apertura (esame visivo del campione)	10,00	10	10	10	10	apertura peel away	apertura peel away	apertura peel away	apertura peel away
	2- identificazione (esame visivo del campione)	7,00	2,1	7	7	4,55	Scarso, non sono presenti le due etichette removibili previste dal capitolato.	Ottimo presenza di disegno intuitivo e misure	Ottimo presenza di disegno intuitivo e misure	discreta non presente l'immagine del telo ma solo la descrizione
	3-praticità del confezionamento (esame visivo del campione)	7,00	4,55	7	7	5,6	Discreto, manca il doppio confezionamento e non si garantisce l'impermeabilità	ottimo presenza di doppio involucro totalmente impermeabile	ottimo presenza di doppio involucro totalmente impermeabile	buono, presente il doppio confezionamento (ma non impermeabile)
B.2	PRODOTTI FUORI SET: CARATTERISTICHE DEI TELI	76,00	55,75	60,05	57,86	59,40				
	resistenza alla trazione – asciutto in N (dato da scheda tecnica) norma EN29073-3	6,00	3	4,8	3,9	6	Sufficiente (valore medio 39)	Buono (valore medio 133,5)	Discreto (valore medio 78,5)	Ottimo (valore medio 158)
	resistenza alla penetrazione microbica – bagnato in I _B in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 22610	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)
	perdita di particelle in Log ₁₀ (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 9073-10	2,72	0	1,768	1,36	2,72	Scadente (manca il dato)	Discreto (valore 2,6)	Sufficiente (valore 2,99)	Ottimo (valore 2,1)
	resistenza alla penetrazione dei liquidi in cm H ₂ O in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN 20811	5,90	5,9	3,835	2,95	3,835	Ottimo (valore 800)	Discreto (valore >200)	Sufficiente (valore >125)	Discreto (valore >200)
	rifiniture (esame del campione)	18,66	12,129	14,928	14,928	12,129	Discreto Gli adesivi della sacca sono scadenti (si straccano facilmente)	Buone le rifiniture	Buone le rifiniture	discreto mancano le indicazioni per il corretto posizionamento del telo
	FUNZIONALITA	40,00	32	32	32	32	Buone le misure telo 320 x 230	Buone le Misure telo 264 x 404	Buone le Misure 225 x 380	Buono Misure 200x 300
	TOTALE	100,00	72,40	84,05	81,86	79,55				

B	VALUTAZIONE PRODOTTI FUORI SET (teleria in tnt)	PUNTEGGIO TOTALE	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI
	voce 60 a monotelo per estremità		Punteggio Ditte				Motivazione punteggio			
B.1	CARATTERISTICHE DEL CONFEZIONAMENTO (prodotti fuori set)	24,00	16,65	24,00	24,00	20,15				
	1- tipo di apertura (esame visivo del campione)	10,00	10	10	10	10	apertura peel away	apertura peel away	apertura peel away	apertura peel away

	2- identificazione (esame visivo del campione)	7,00	2,1	7	7	4,55	Scarso, non sono presenti le due etichette removibili previste dal capitolato.	Ottimo presenza di disegno intuitivo e misure	Ottimo presenza di disegno intuitivo e misure	discreta non presente l'immagine del telo ma solo la descrizione
	3-praticità del confezionamento (esame visivo del campione)	7,00	4,55	7	7	5,6	Discreto, manca il doppio confezionamento e non si garantisce l'impermeabilità	ottimo presenza di doppio involucro totalmente impermeabile	ottimo presenza di doppio involucro totalmente impermeabile	buono, presente il doppio confezionamento (ma non impermeabile)
B.2	PRODOTTI FUORI SET: CARATTERISTICHE DEI TELI	76,00	55,62	55,00	57,37	68,84				
	resistenza alla trazione – asciutto in N (dato da scheda tecnica) norma EN29073-3	6,00	3,9	4,8	3	6	Discreto (valore medio 100)	Buono (valore medio 122)	Sufficiente (valore medio 78,5)	Ottimo (valore medio 158)
	resistenza alla penetrazione microbica – bagnato in I _B in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 22610	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)
	perdita di particelle in Log ₁₀ (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 9073-10	2,72	2,176	2,72	1,768	1,36	Buono (valore 2,6)	Ottimo (valore 2,4)	Discreto (valore 2,99)	Sufficiente (valore 3,25)
	resistenza alla penetrazione dei liquidi in cm H ₂ 0 in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN 20811	5,90	5,9	3,835	2,95	3,835	Ottimo (valore 840)	Discreto (valore >200)	Sufficiente (valore >125)	Discreto (valore >204)
	rifiniture (esame del campione)	18,66	14,928	14,928	14,928	14,928	Buone le rifiniture	Buone le rifiniture	Buone le rifiniture	Buone le rifiniture
	FUNZIONALITA	40,00	26	26	32	40	Discreto Misure telo 230 x 315 (piccolo)	Discreto Misure 221 x 328 (piccolo)	Buono Misure telo 272 x 320	Ottimo Misure 260 x 320
	TOTALE	100,00	72,27	79,00	81,37	88,99				

B	VALUTAZIONE PRODOTTI FUORI SET (teleria in tnt)	PUNTEGGIO TOTALE	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI
	voce 60 b monotelo per estremità		Punteggio Ditte				Motivazione punteggio			
B.1	CARATTERISTICHE DEL CONFEZIONAMENTO (prodotti fuori set)	24,00	16,65	24,00	21,55	20,15				
	1- tipo di apertura (esame visivo del campione)	10,00	10	10	10	10	apertura peel away	apertura peel away	apertura peel away	apertura peel away
	2- identificazione (esame visivo del campione)	7,00	2,1	7	7	4,55	Scarso, non sono presenti le due etichette removibili previste dal capitolato.	Ottimo presenza di disegno intuitivo e misure	Ottimo presenza di disegno intuitivo e misure	discreta non presente l'immagine del telo ma solo la descrizione
	3-praticità del confezionamento (esame visivo del campione)	7,00	4,55	7	4,55	5,6	Discreto, manca il doppio confezionamento e non si garantisce l'impermeabilità	ottimo presenza di doppio involucro totalmente impermeabile	Discreto, presenza di un solo involucro	buono, presente il doppio confezionamento (ma non impermeabile)
B.2	PRODOTTI FUORI SET: CARATTERISTICHE DEI TELI	76,00	61,22	60,46	56,96	62,20				
	resistenza alla trazione – asciutto in N (dato da scheda tecnica) norma EN29073-3	6,00	3,9	4,8	3	6	Discreto (valore medio 100)	Buono (valore medio 122)	Sufficiente (valore medio 78,5)	Ottimo (valore medio 158)
	resistenza alla penetrazione microbica – bagnato in I _B in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 22610	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)
	perdita di particelle in Log ₁₀ (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 9073-10	2,72	1,768	2,176	1,36	2,72	Discreto (valore 2,6)	Buono (valore 2,4)	Sufficiente (valore 2,99)	Ottimo (valore 2,1)
	resistenza alla penetrazione dei liquidi in cm H ₂ 0 in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN 20811	5,90	5,9	3,835	2,95	3,835	Ottimo (valore 840)	Discreto (valore >200)	Sufficiente (valore >125)	Discreto (valore >200)
	rifiniture (esame del campione)	18,66	14,928	14,928	14,928	14,928	Buone e rifiniture	Buone e rifiniture	Buone le rifiniture	Buone le rifiniture
	FUNZIONALITA	40,00	32	32	32	32	Buono Misure telo 230 x 315	Buone misure 221x 325	Buono Misure telo 225 x 320	Buono le misure 229 x 325
	TOTALE	100,00	77,87	84,46	78,51	82,35				

B	VALUTAZIONE PRODOTTI FUORI SET (teleria in tnt)	PUNTEGGIO TOTALE	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI
	voce 61 monotelo per estremità		Punteggio Ditte				Motivazione punteggio			
B.1		24,00	16,65	24,00	24,00	20,15				
	1- tipo di apertura (esame visivo del campione)	10,00	10	10	10	10	apertura peel away	apertura peel away	apertura peel away	apertura peel away
	2- identificazione (esame visivo del campione)	7,00	2,1	7	7	4,55	Scarso, non sono presenti le due etichette removibili previste dal capitolato.	Ottimo presenza di disegno intuitivo e misure	Ottimo presenza di disegno intuitivo e misure	discreta non presente l'immagine del telo ma solo la descrizione
	3-praticità del confezionamento (esame visivo del campione)	7,00	4,55	7	7	5,6	Discreto, manca il doppio confezionamento e non si garantisce l'impermeabilità	ottimo presenza di doppio involucro totalmente impermeabile	ottimo presenza di doppio involucro totalmente impermeabile	buono, presente il doppio confezionamento (ma non impermeabile)
B.2	PRODOTTI FUORI SET: CARATTERISTICHE DEI TELI	76,00	61,22	54,46	56,96	70,20				
	resistenza alla trazione – asciutto in N (dato da scheda tecnica) norma EN29073-3	6,00	3,9	4,8	3	6	Discreto (valore medio 100)	Buono (valore medio 122)	Sufficiente (valore medio 78,5)	Ottimo (valore medio 158)
	resistenza alla penetrazione microbica – bagnato in I _B in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 22610	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)
	perdita di particelle in Log ₁₀ (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 9073-10	2,72	1,768	2,176	1,36	2,72	Discreto (valore 2,6)	Buono (2,4)	Sufficiente (valore 2,99)	Ottimo (valore 2,1)
	resistenza alla penetrazione dei liquidi in cm H ₂ 0 in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN 20811	5,90	5,9	3,835	2,95	3,835	Ottimo (valore 840)	Discreto (valore >200)	Sufficiente (valore >125)	Discreto (valore >200)
	rifiniture (esame del campione)	18,66	14,928	14,928	14,928	14,928	Buone e rifiniture	Buone le rifiniture	Buone le rifiniture	Buone le rifiniture
	FUNZIONALITA	40,00	32	26	32	40	Buono Misure telo 230 x 315	Discreto Misure 221 x 328 (piccolo)	Buono Misure telo 272 x 320	Ottimo Misure 260 x 320

	TOTALE	100,00	77,87	78,46	80,96	90,35				
B	VALUTAZIONE PRODOTTI FUORI SET (teleria in tnt)	PUNTEGGIO TOTALE	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI
	voce 62 monoteco a T		Punteggio Ditte				Motivazione punteggio			
B.1	CARATTERISTICHE DEL CONFEZIONAMENTO (prodotti fuori set)	24,00	16,65	24,00	24,00	20,15				
	1- tipo di apertura (esame visivo del campione)	10,00	10	10	10	10	apertura peel away	apertura peel away	apertura peel away	apertura peel away
	2- identificazione (esame visivo del campione)	7,00	2,1	7	7	4,55	Scarso, non sono presenti le due etichette removibili previste dal capitolato.	Ottimo presenza di disegno intuitivo e misure	Ottimo presenza di disegno intuitivo e misure	discreta non presente l'immagine del telo ma solo la descrizione
	3-praticità del confezionamento (esame visivo del campione)	7,00	4,55	7	7	5,6	Discreto, manca il doppio confezionamento e non si garantisce l'impermeabilità	ottimo presenza di doppio involucro totalmente impermeabile	ottimo presenza di doppio involucro totalmente impermeabile	buono, presente il doppio confezionamento (ma non impermeabile)
B.2	PRODOTTI FUORI SET: CARATTERISTICHE DEI TELI	76,00	60,72	57,30	59,17	60,84				
	resistenza alla trazione – asciutto in N (dato da scheda tecnica) norma EN29073-3	6,00	3	3,9	4,8	6	Sufficiente (valore medio 96)	Discreto (valore medio 122)	Buono (valore medio 130)	Ottimo (valore medio 158)
	resistenza alla penetrazione microbica – bagnato in I _B in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 22610	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)
	perdita di particelle in Log ₁₀ (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 9073-10	2,72	2,176	2,72	1,768	1,36	Buono (valore 2,6)	Ottimo (valore 2,4)	Discreto (valore 3)	Sufficiente (valore 3,25)
	resistenza alla penetrazione dei liquidi in cm H ₂ O in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN 20811	5,90	5,9	3,835	2,95	3,835	Ottimo (valore 800)	Discreto (valore >200)	Sufficiente (valore >125)	Discreto (valore >_204)
	rifiniture (esame del campione)	18,66	14,928	12,129	14,928	14,928	Buone le rifiniture	Discreto le saldatura della T è poco resistente	Buone le rifiniture	Buone le rifiniture
	FUNZIONALITA	40,00	32	32	32	32	Buone misure 322 x 200 x 290	Buono misure 307 x 325 x 221	Buono misure 335 x 270 x 200	Buono misure 229x 307 x 325
	TOTALE	100,00	77,37	81,30	83,17	80,99				

B	VALUTAZIONE PRODOTTI FUORI SET (teleria in tnt)	PUNTEGGIO TOTALE	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI
	voce 64 a telo verticale finestrato		Punteggio Ditte				Motivazione punteggio			
B.1	CARATTERISTICHE DEL CONFEZIONAMENTO (prodotti fuori set)	24,00	16,65	24,00	21,55	20,15				
	1- tipo di apertura (esame visivo del campione)	10,00	10	10	10	10	apertura peel away	apertura peel away	apertura peel away	apertura peel away
	2- identificazione (esame visivo del campione)	7,00	2,1	7	7	4,55	Scarso, non sono presenti le due etichette removibili previste dal capitolato.	Ottimo presenza di disegno intuitivo e misure	Ottimo presenza di disegno intuitivo e misure	discreta non presente l'immagine del telo ma solo la descrizione
	3-praticità del confezionamento (esame visivo del campione)	7,00	4,55	7	4,55	5,6	Discreto, manca il doppio confezionamento e non si garantisce l'impermeabilità	ottimo presenza di doppio involucro totalmente impermeabile	Discreto, presenza di un solo involucro	buono, presente il doppio confezionamento (ma non impermeabile)
B.2	PRODOTTI FUORI SET: CARATTERISTICHE DEI TELI	76,00	58,32	51,32	56,10	72,27				
	resistenza alla trazione – asciutto in N (dato da scheda tecnica) norma EN29073-3	6,00	3	0	3,9	6	Sufficiente (valore medio 37)	scadente (dato non fornito)	Buono (valore medio 78,5)	Ottimo (valore medio 81,65)
	resistenza alla penetrazione microbica – bagnato in I _B in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 22610	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)
	perdita di particelle in Log ₁₀ (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 9073-10	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	La commissione decide di dare il punteggio massimo a tutte le ditte in quanto trattasi di un prodotto in PE trasparente			
	resistenza alla penetrazione dei liquidi in cm H ₂ O in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN 20811	5,90	2,95	2,95	3,835	5,9	Sufficiente (valore >100)	Sufficiente (valore 100)	Discreto (valore >_125)	Ottimo (valore >200)
	rifiniture (esame del campione)	18,66	14,928	14,928	14,928	14,928	Rifiniture buone	Buone rifiniture	Rifiniture buone	Rifiniture buone
	FUNZIONALITA	40,00	32	28	28	40	Buono Misure telo 240 x 320 Misure finestratura 59 x 30	Discreto Misure telo 330 x 270 misure finestratura 75 x 24,5 (troppo grande)	Discreto Misure telo 250 x 330 cm. Misure finestrature 28 x 68 (troppo grande)	Ottimo Misure telo 240 x 320 finestratura misura cm. 50 x 25
	TOTALE	100,00	74,97	75,32	77,65	92,42				

B	VALUTAZIONE PRODOTTI FUORI SET (teleria in tnt)	PUNTEGGIO TOTALE	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI
	voce 64 b telo verticale finestrato		Punteggio Ditte				Motivazione punteggio			
B.1	CARATTERISTICHE DEL CONFEZIONAMENTO (prodotti fuori set)	24,00	16,65	24,00	24,00	21,55				
	1- tipo di apertura (esame visivo del campione)	10,00	10	10	10	10	apertura peel away	apertura peel away	apertura peel away	apertura peel away
	2- identificazione (esame visivo del campione)	7,00	2,1	7	7	7	Scarso, non sono presenti le due etichette removibili previste dal capitolato.	Ottimo presenza di disegno intuitivo e misure	Ottimo presenza di disegno intuitivo e misure	Ottimo presenza di disegno intuitivo e misure

	3-praticità del confezionamento (esame visivo del campione)	7,00	4,55	7	7	4,55	Discreto, manca il doppio confezionamento e non si garantisce l'impermeabilità	ottimo presenza di doppio involucro totalmente impermeabile	ottimo presenza di doppio involucro totalmente impermeabile	Discreto ,presenta un solo confezionamento
B.2	PRODOTTI FUORI SET: CARATTERISTICHE DEI TELI	76,00	58,32	35,32	61,00	64,27				
	resistenza alla trazione – asciutto in N (dato da scheda tecnica) norma EN29073-3	6,00	3	0	4,8	6	Sufficiente (valore medio 55,5)	Scadente (dato non fornito)	Buono (valore medio 78,5)	Ottimo (valore medio 81,75)
	resistenza alla penetrazione microbica – bagnato in I _B in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 22610	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)
	perdita di particelle in Log ₁₀ (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 9073-10	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	La commissione decide di dare il punteggio massimo a tutte le ditte in quanto trattasi di un prodotto in PE trasparente			
	resistenza alla penetrazione dei liquidi in cm H ₂ O in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN 20811	5,90	2,95	2,95	3,835	5,9	Sufficiente (valore >100)	Sufficiente (valore 100)	Discreto (valore >_125)	Ottimo (valore >200)
	rifiniture (esame del campione)	18,66	14,928	14,928	14,928	14,928	Rifiniture Buone	Buone rifiniture	Rifiniture buone	Rifiniture buone
	FUNZIONALITA	40,00	32	12,00	32	32	buono Misure telo 240 x 320 misure finestratura cm. 28x 40	Scarso Misure telo 330 x 270 misure finestratura 75 x 24,5 (troppo grande)	Buono Misure telo 250 x 330 cm. Misure finestrature 28 x 40	Buone le misure 330 x 244 finestratura 40,5 x 29,5
	TOTALE	100,00	74,97	59,32	85,00	85,82				

B	VALUTAZIONE PRODOTTI FUORI SET (teleria in tnt)	PUNTEGGIO TOTALE	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI
	voce 66 TELO PER ESTREMITA'		Punteggio Ditte				Motivazione punteggio			
B.1	CARATTERISTICHE DEL CONFEZIONAMENTO (prodotti fuori set)	24,00	16,65	24,00	24,00	20,15				
	1- tipo di apertura (esame visivo del campione)	10,00	10	10	10	10	apertura peel away	apertura peel away	apertura peel away	apertura peel away
	2- identificazione (esame visivo del campione)	7,00	2,1	7	7	4,55	Scarso, non sono presenti le due etichette removibili previste dal capitolato.	Ottimo presenza di disegno intuitivo e misure	Ottimo presenza di disegno intuitivo e misure	discreta non presente l'immagine del telo ma solo la descrizione
	3-praticità del confezionamento (esame visivo del campione)	7,00	4,55	7	7	5,6	Discreto, manca il doppio confezionamento e non si garantisce l'impermeabilità	ottimo presenza di doppio involucro totalmente impermeabile	ottimo presenza di doppio involucro totalmente impermeabile	buono, presente il doppio confezionamento (ma non impermeabile)
B.2	PRODOTTI FUORI SET: CARATTERISTICHE DEI TELI	76,00	54,32	56,06	46,26	61,00				
	resistenza alla trazione – asciutto in N (dato da scheda tecnica) norma EN29073-3	6,00	3	6	3,9	4,8	Sufficiente (valore medio 53)	Ottimo (valore medio 122)	Discreto (valore medio 78,5)	Buono (valore medio 117)
	resistenza alla penetrazione microbica – bagnato in I _B in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 22610	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)
	perdita di particelle in Log ₁₀ (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 9073-10	2,72	1,768	2,176	1,36	2,72	Discreto (valore 2,8)	Buono (valore 2,4)	Sufficiente (valore 2,99)	Ottimo (valore 2,1)
	resistenza alla penetrazione dei liquidi in cm H ₂ O in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN 20811	5,90	5,9	3,835	2,95	3,835	Ottimo (valore 800)	Discreto(valore >200)	Sufficiente (valore >125)	Discreto (valore >200)
	rifiniture (esame del campione)	18,66	14,928	9,33	9,33	14,928	Buone le rifiniture	Sufficienti i punti di unione dei teli si scollano facilmente	sufficiente i punti di giunzione si aprono facilmente	Buone le rifiniture
	FUNZIONALITA	40,00	26	32	26	32	Discreto Misure telo 150 x 370 x 280 diametro foro cm.3 da bagnato si scolla facilmente dallo strato impermeabile	Buono Misure telo 373 x 196 x 163 diametro cm.3	Discreto Misure telo 370 x 175 x 285 Diametro foro cm. 3 (troppo piccolo)	Buono Misure 370 x 190 x290 diametro foro 3
	TOTALE	100,00	70,97	80,06	70,26	81,15				

B	VALUTAZIONE PRODOTTI FUORI SET (teleria in tnt)	PUNTEGGIO TOTALE	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI
	VOCE 67 TELO TURBANTE		Punteggio Ditte				Motivazione punteggio			
B.1	CARATTERISTICHE DEL CONFEZIONAMENTO (prodotti fuori set)	24,00	16,65	24,00	24,00	20,15				
	1- tipo di apertura (esame visivo del campione)	10,00	10	10	10	10	apertura peel away	apertura peel away	apertura peel away	apertura peel away
	2- identificazione (esame visivo del campione)	7,00	2,1	7	7	4,55	Scarso, non sono presenti le due etichette removibili previste dal capitolato.	Ottimo presenza di disegno intuitivo e misure	Discreto ,presenta un solo confezionamento	discreta non presente l'immagine del telo ma solo la descrizione
	3-praticità del confezionamento (esame visivo del campione)	7,00	4,55	7	7	5,6	Discreto, manca il doppio confezionamento e non si garantisce l'impermeabilità	ottimo presenza di doppio involucro totalmente impermeabile	ottimo presenza di doppio involucro totalmente impermeabile	buono, presente il doppio confezionamento (ma non impermeabile)
B.2	PRODOTTI FUORI SET: CARATTERISTICHE DEI TELI	76,00	47,20	59,01	60,04	63,07				
	resistenza alla trazione – asciutto in N (dato da scheda tecnica) norma EN29073-3	6,00	3	6	3,9	4,8	Sufficiente (valore medio 31)	Ottimo (valore medio 142)	Discreto (valore medio 78,5)	Buono (valore medio 117)
	resistenza alla penetrazione microbica – bagnato in I _B in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 22610	2,72	2,72	1,768	2,72	2,72	Ottimo (valore 6)	Discreto (valore 3,5)	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)

	perdita di particelle in Log ₁₀ (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 9073-10	2,72	2,72	1,36	1,768	2,72	Ottimo (valore 2,1)	Sufficiente (valore 3,1)	Discreto (valore 2,99)	Ottimo (valore 2,1)
	resistenza alla penetrazione dei liquidi in cm H ₂ O in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN 20811	5,90	3,835	2,95	4,72	5,9	Discreto (valore >100)	Sufficiente (valore 25)	Buono (valore >_125)	Ottimo (valore (valore >200)
	rifiniture (esame del campione)	18,66	14,928	14,928	14,928	14,928	buone le rifiniture	buone le rifiniture	buone le rifiniture	buone le rifiniture
	FUNZIONALITA	40,00	20	32	32	32	sufficiente la funzionalità il telo e dritto non presenta la sagomatura semicircolare come previsto a capitolato	Buona funzionalità	Buona funzionalità	Buona funzionalità
	TOTALE	100,00	63,85	83,01	84,04	83,22				

B	VALUTAZIONE PRODOTTI FUORI SET (teleria in tnt)	PUNTEGGIO TOTALE	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI
	69 copri telecamera trasparente		Punteggio Ditte							
B.1	CARATTERISTICHE DEL CONFEZIONAMENTO (prodotti fuori set)	24,00	16,65	16,65	22,60	16,65				
	1- tipo di apertura (esame visivo del campione)	10,00	10	10	10	10	apertura peel away	apertura peel away	apertura peel away	apertura peel away
	2- identificazione (esame visivo del campione)	7,00	2,1	2,1	5,6	2,1	Scarso, non sono presenti le due etichette removibili previste dal capitolato.	Scarso, non sono presenti le due etichette removibili previste dal capitolato.	Buono presenza delle etichette removibili manca il disegno	Scarso, non sono presenti le due etichette removibili previste dal capitolato.
	3-praticità del confezionamento (esame visivo del campione)	7,00	4,55	4,55	7	4,55	Discreto, manca il doppio confezionamento e non si garantisce l'impermeabilità	Discreto ,presenta un solo confezionamento	ottimo presenza di doppio involucro totalmente impermeabile	Discreto ,presenta un solo confezionamento
B.2	PRODOTTI FUORI SET: CARATTERISTICHE DEI TELI	76,00	68,00	68,00	68,00	68,00				
	resistenza alla trazione – asciutto in N (dato da scheda tecnica) norma EN29073-3	6,00	6	6	6	6	La commissione decide di dare il punteggio massimo a tutte le ditte in quanto tale norma non è applicabile per questo prodotto			
	resistenza alla penetrazione microbica – bagnato in l _B in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 22610	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	La commissione decide di dare il punteggio massimo a tutte le ditte in quanto tale norma non è applicabile per questo prodotto			
	perdita di particelle in Log ₁₀ (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 9073-10	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	La commissione decide di dare il punteggio massimo a tutte le ditte in quanto tale norma non è applicabile per questo prodotto			
	resistenza alla penetrazione dei liquidi in cm H ₂ O in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN 20811	5,90	5,9	5,9	5,9	5,9	La commissione decide di dare il punteggio massimo a tutte le ditte in quanto tale norma non è applicabile per questo prodotto			
	rifiniture (esame del campione)	18,66	18,66	18,66	18,66	18,66	Ottime le rifiniture	Ottime le rifiniture	Ottime le rifiniture	Ottime le rifiniture
	FUNZIONALITA	40,00	32	32	32	32	Buona la funzionalità	Buona la funzionalità	Buona la funzionalità	Buona la funzionalità
	TOTALE	100,00	84,65	84,65	90,60	84,65				

B	VALUTAZIONE PRODOTTI FUORI SET (teleria in tnt)	PUNTEGGIO TOTALE	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI
	voce 72 bis a) pezze in tnt 40x40		Punteggio Ditte							
B.1	CARATTERISTICHE DEL CONFEZIONAMENTO (prodotti fuori set)	24,00	21,55	20,15	4,55	20,15				
	1- tipo di apertura (esame visivo del campione)	10,00	10	10	0	10	apertura peel away	apertura peel away	scadente non valutabile manca completamente il confezionamento per valutare	apertura peel away
	2- identificazione (esame visivo del campione)	7,00	7	4,55	4,55	4,55	Ottimo presenza di disegno intuitivo e misure	Discreta identificazione	Discreta identificazione	Discreta identificazione
	3-praticità del confezionamento (esame visivo del campione)	7,00	4,55	5,6	0	5,6	Discreto, manca il doppio confezionamento e non si garantisce l'impermeabilità	Buono presenza di doppio involucro	scadente presenta un sacchetto termosaldato	Buono presenza di doppio involucro
B.2	PRODOTTI FUORI SET: CARATTERISTICHE DEI TELI	76,00	34,94	72,27	34,94	72,27				
	resistenza alla trazione – asciutto in N (dato da scheda tecnica) norma EN29073-3	6,00	6	6	6	6	La commissione decide di dare il punteggio massimo a tutte le ditte in quanto tale norma non è applicabile per questo prodotto			
	resistenza alla penetrazione microbica – bagnato in l _B in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 22610	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	La commissione decide di dare il punteggio massimo a tutte le ditte in quanto tale norma non è applicabile per questo prodotto			
	perdita di particelle in Log ₁₀ (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 9073-10	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	La commissione decide di dare il punteggio massimo a tutte le ditte in quanto tale norma non è applicabile per questo prodotto			
	resistenza alla penetrazione dei liquidi in cm H ₂ O in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN 20811	5,90	5,9	5,9	5,9	5,9	La commissione decide di dare il punteggio massimo a tutte le ditte in quanto tale norma non è applicabile per questo prodotto			
	rifiniture (esame del campione)	18,66	5,598	14,928	5,598	14,928	scarso il filo radiopaco si stacca facilmente	buone le rifiniture	scarso la termosaldatura si stacca	buone le rifiniture
	FUNZIONALITA	40,00	12	40	12	40	funzionalmente scarso, presente monostrato che da bagnato Assorbenza minore rispetto ai concorrenti (anche da scheda tecnica).	ottima la funzionalità complessiva anche in termini di assorbenza	scarso presenta una laparotomica a 2 strati	ottima la funzionalità complessiva anche in termini di assorbenza
	TOTALE	100,00	56,49	92,42	39,49	92,42				

B	VALUTAZIONE PRODOTTI FUORI SET (teleria in tnt)	PUNTEGGIO TOTALE	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI
---	---	------------------	----------------------	----------------------	--------------------------	---------------------------	----------------------	----------------------	--------------------------	---------------------------

	voce 72 bis b) pezze in tnt 45x70		Punteggio Ditte							
B.1	CARATTERISTICHE DEL CONFEZIONAMENTO (prodotti fuori set)	24,00	21,55	20,15	4,55	20,15				
	1- tipo di apertura (esame visivo del campione)	10,00	10	10	0	10	apertura peel away	apertura peel away	scadente non valutabile manca completamente il confezionamento per valutare	apertura peel away
	2- identificazione (esame visivo del campione)	7,00	7	4,55	4,55	4,55	Ottimo presenza di disegno intuitivo e misure	Discreta identificazione	Discreta identificazione	Discreta identificazione
	3-praticità del confezionamento (esame visivo del campione)	7,00	4,55	5,6	0	5,6	Discreto, manca il doppio confezionamento e non si garantisce l'impermeabilità	Buono presenza di doppio involucro	scadente presenta un sacchetto termosaldato	Buono presenza di doppio involucro
B.2	PRODOTTI FUORI SET: CARATTERISTICHE DEI TELI	76,00	34,94	72,27	34,94	72,27				
	resistenza alla trazione – asciutto in N (dato da scheda tecnica) norma EN29073-3	6,00	6	6	6	6	La commissione decide di dare il punteggio massimo a tutte le ditte in quanto tale norma non è applicabile per questo prodotto			
	resistenza alla penetrazione microbica – bagnato in I _B in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 22610	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	La commissione decide di dare il punteggio massimo a tutte le ditte in quanto tale norma non è applicabile per questo prodotto			
	perdita di particelle in Log ₁₀ (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 9073-10	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	La commissione decide di dare il punteggio massimo a tutte le ditte in quanto tale norma non è applicabile per questo prodotto			
	resistenza alla penetrazione dei liquidi in cm H ₂ O in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN 20811	5,90	5,9	5,9	5,9	5,9	La commissione decide di dare il punteggio massimo a tutte le ditte in quanto tale norma non è applicabile per questo prodotto			
	rifiniture (esame del campione)	18,66	5,598	14,928	5,598	14,928	scarso il filo radiopaco si stacca facilmente	buone le rifiniture	scarso la termosaldatura si stacca	buone le rifiniture
	FUNZIONALITA	40,00	12	40	12	40	funzionalmente scarso, presente monostrato che da bagnato Assorbenza minore rispetto ai concorrenti (anche da scheda tecnica).	ottima la funzionalità complessiva anche in termini di assorbenza	scarso presenta una laparotomica a 2 strati	ottima la funzionalità complessiva anche in termini di assorbenza
	TOTALE	100,00	56,49	92,42	39,49	92,42				

B	VALUTAZIONE PRODOTTI FUORI SET (teleria in tnt)	PUNTEGGIO TOTALE	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI
	voce 72 bis d) pezze in tnt 90x90		Punteggio Ditte							
B.1	CARATTERISTICHE DEL CONFEZIONAMENTO (prodotti fuori set)	24,00	16,65	20,15	4,55	20,15				
	1- tipo di apertura (esame visivo del campione)	10,00	10	10	0	10	apertura peel away	apertura peel away	scadente non valutabile manca completamente il confezionamento per valutare	apertura peel away
	2- identificazione (esame visivo del campione)	7,00	2,1	4,55	4,55	4,55	Scarso, non sono presenti le due etichette removibili previste dal capitolato.	Discreta identificazione	Discreta identificazione	Discreta identificazione
	3-praticità del confezionamento (esame visivo del campione)	7,00	4,55	5,6	0	5,6	Discreto, manca il doppio confezionamento e non si garantisce l'impermeabilità	Buono presenza di doppio involucro	scadente presenta un sacchetto termosaldato	Buono presenza di doppio involucro
B.2	PRODOTTI FUORI SET: CARATTERISTICHE DEI TELI	76,00	58,27	72,27	34,94	72,27				
	resistenza alla trazione – asciutto in N (dato da scheda tecnica) norma EN29073-3	6,00	6	6	6	6	La commissione decide di dare il punteggio massimo a tutte le ditte in quanto tale norma non è applicabile per questo prodotto			
	resistenza alla penetrazione microbica – bagnato in I _B in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 22610	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	La commissione decide di dare il punteggio massimo a tutte le ditte in quanto tale norma non è applicabile per questo prodotto			
	perdita di particelle in Log ₁₀ (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 9073-10	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	La commissione decide di dare il punteggio massimo a tutte le ditte in quanto tale norma non è applicabile per questo prodotto			
	resistenza alla penetrazione dei liquidi in cm H ₂ O in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN 20811	5,90	5,9	5,9	5,9	5,9	La commissione decide di dare il punteggio massimo a tutte le ditte in quanto tale norma non è applicabile per questo prodotto			
	rifiniture (esame del campione)	18,66	14,928	14,928	5,598	14,928	buone le rifiniture	buone le rifiniture	scarso la termosaldatura si stacca	buone le rifiniture
	FUNZIONALITA	40,00	26	40	12	40	funzionalmente discreto buona l'assorbenza ma scarse le misure	ottima la funzionalità complessiva anche in termini di assorbenza	scarso presenta una laparotomica a 2 strati	ottima la funzionalità complessiva anche in termini di assorbenza
	TOTALE	100,00	74,92	92,42	39,49	92,42				

B	VALUTAZIONE PRODOTTI FUORI SET (teleria in tnt)	PUNTEGGIO TOTALE	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI
	voce 75 voce b lunghette in tnt		Punteggio Ditte							
B.1	CARATTERISTICHE DEL CONFEZIONAMENTO (prodotti fuori set)	24,00	16,65	20,15	2,10	20,15				
	1- tipo di apertura (esame visivo del campione)	10,00	10	10	0	10	apertura peel away	apertura peel away	scadente non valutabile manca completamente il confezionamento per valutare	apertura peel away

	2- identificazione (esame visivo del campione)	7,00	2,1	4,55	2,1	4,55	Scarso, non sono presenti le due etichette removibili previste dal capitolato.	Discreta identificazione	scarsa identificazione	Discreta identificazione
	3-praticità del confezionamento (esame visivo del campione)	7,00	4,55	5,6	0	5,6	Discreto, manca il doppio confezionamento e non si garantisce l'impermeabilità	Buono presenza di doppio involucro	Scadente non valutabile	buono, presente il doppio confezionamento (ma non impermeabile)
B.2	PRODOTTI FUORI SET: CARATTERISTICHE DEI TELI	76,00	17,34	72,27	72,27	76,00				
	resistenza alla trazione – asciutto in N (dato da scheda tecnica) norma EN29073-3	6,00	6	6	6	6	La commissione decide di dare il punteggio massimo a tutte le ditte in quanto tale norma non è applicabile per questo prodotto			
	resistenza alla penetrazione microbica – bagnato in I _B in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 22610	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	La commissione decide di dare il punteggio massimo a tutte le ditte in quanto tale norma non è applicabile per questo prodotto			
	perdita di particelle in Log ₁₀ (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 9073-10	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	La commissione decide di dare il punteggio massimo a tutte le ditte in quanto tale norma non è applicabile per questo prodotto			
	resistenza alla penetrazione dei liquidi in cm H ₂ O in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN 20811	5,90	5,9	5,9	5,9	5,9	La commissione decide di dare il punteggio massimo a tutte le ditte in quanto tale norma non è applicabile per questo prodotto			
	rifiniture (esame del campione)	18,66	0	14,928	14,928	18,66	Scadente il prodotto risulta sostanzialmente non conforme alle caratteristiche richieste per dimensioni, (38,5 x 30,5 cm.) per confezionamento, inoltre presentano un monostrato	buone le rifiniture	buone le rifiniture	Ottime le rifiniture
	FUNZIONALITA	40,00	0	40	40	40	Scadente Non è funzionale per le dimensioni	ottima la funzionalità complessiva	ottima la funzionalità complessiva	Ottima la funzionalità complessiva
	TOTALE	100,00	33,99	92,42	74,37	96,15				

B	VALUTAZIONE PRODOTTI FUORI SET (teleria in tnt)	PUNTEGGIO TOTALE	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI
	77 bis A garze con marcatura di bario		Punteggio Ditte							
B.1	CARATTERISTICHE DEL CONFEZIONAMENTO (prodotti fuori set)	24,00	16,65	16,65	2,10	20,15				
	1- tipo di apertura (esame visivo del campione)	10,00	10	10	0	10	apertura peel away	apertura peel away	scadente non valutabile manca completamente il confezionamento per valutare	apertura peel away
	2- identificazione (esame visivo del campione)	7,00	2,1	4,55	2,1	4,55	Scarso, non sono presenti le due etichette removibili previste dal capitolato.	Discreta identificazione	scarsa identificazione	Discreta identificazione
	3-praticità del confezionamento (esame visivo del campione)	7,00	4,55	2,1	0	5,6	Discreto, manca il doppio confezionamento e non si garantisce l'impermeabilità	Scarso perche la confezione sia esterna che interna si strappa	Scadente non valutabile	buono, presente il doppio confezionamento (ma non impermeabile)
B.2	PRODOTTI FUORI SET: CARATTERISTICHE DEI TELI	76,00	29,47	43,34	29,47	17,34				
	resistenza alla trazione – asciutto in N (dato da scheda tecnica) norma EN29073-3	6,00	6	6	6	6	La commissione decide di dare il punteggio massimo a tutte le ditte in quanto tale norma non è applicabile per questo prodotto			
	resistenza alla penetrazione microbica – bagnato in I _B in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 22610	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	La commissione decide di dare il punteggio massimo a tutte le ditte in quanto tale norma non è applicabile per questo prodotto			
	perdita di particelle in Log ₁₀ (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 9073-10	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	La commissione decide di dare il punteggio massimo a tutte le ditte in quanto tale norma non è applicabile per questo prodotto			
	resistenza alla penetrazione dei liquidi in cm H ₂ O in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN 20811	5,90	5,9	5,9	5,9	5,9	La commissione decide di dare il punteggio massimo a tutte le ditte in quanto tale norma non è applicabile per questo prodotto			
	rifiniture (esame del campione)	18,66	12,129	0	12,129	0	discrete le rifiniture	scadente il filo di bario si stacca e su una garza è assente	discrete le rifiniture	scadente presentano laparotomiche 40x 40 anziché garza 32 strati 10x10
	FUNZIONALITA	40,00	0	26	0	0	scadente unica garza che piegata su se stessa presenta 8 strati anziché 32 come da richiesta	Discreta per il motivo del filo di bario	Scadente unica garza che piegata su se stessa presenta 8 strati anziché 32 come da richiesta	scadente presentano laparotomiche 40x 40 anziché garza 32 strati 10x10
	TOTALE	100,00	46,12	59,99	31,57	37,49				

B	VALUTAZIONE PRODOTTI FUORI SET (teleria in tnt)	PUNTEGGIO TOTALE	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI
	77 bis B garze con marcatura di bario		Punteggio Ditte							
B.1	CARATTERISTICHE DEL CONFEZIONAMENTO (prodotti fuori set)	24,00	16,65	16,65	2,10	20,15				
	1- tipo di apertura (esame visivo del campione)	10,00	10	10	0	10	apertura peel away	apertura peel away	scadente non valutabile manca completamente il confezionamento per valutare	apertura peel away
	2- identificazione (esame visivo del campione)	7,00	2,1	4,55	2,1	4,55	Scarso, non sono presenti le due etichette removibili previste dal capitolato.	Discreta identificazione	scarsa identificazione	Discreta identificazione

	3-praticità del confezionamento (esame visivo del campione)	7,00	4,55	2,1	0	5,6	Discreto, manca il doppio confezionamento e non si garantisce l'impermeabilità	Scarso perchè la confezione sia esterna che interna si strappa	Scadente non valutabile	buono, presente il doppio confezionamento (ma non impermeabile)
B.2	PRODOTTI FUORI SET: CARATTERISTICHE DEI TELI	76,00	29,47	17,34	29,47	17,34				
	resistenza alla trazione – asciutto in N (dato da scheda tecnica) norma EN29073-3	6,00	6	6	6	6	La commissione decide di dare il punteggio massimo a tutte le ditte in quanto tale norma non è applicabile per questo prodotto			
	resistenza alla penetrazione microbica – bagnato in I _B in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 22610	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	La commissione decide di dare il punteggio massimo a tutte le ditte in quanto tale norma non è applicabile per questo prodotto			
	perdita di particelle in Log ₁₀ (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 9073-10	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	La commissione decide di dare il punteggio massimo a tutte le ditte in quanto tale norma non è applicabile per questo prodotto			
	resistenza alla penetrazione dei liquidi in cm H ₂ O in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN 20811	5,90	5,9	5,9	5,9	5,9	La commissione decide di dare il punteggio massimo a tutte le ditte in quanto tale norma non è applicabile per questo prodotto			
	rifiniture (esame del campione)	18,66	12,129	0	12,129	0	discrete le rifiniture	scadente il filo di bario si stacca	discrete le rifiniture	scadente la composizione dei 32 strati è data dalla somma di 6 pezzi di garza slegati tra loro.
	FUNZIONALITA	40,00	0	0	0	0	Scadente unica garza che piegata su se stessa presenta 6 strati anziché 32 come da richiesta pertanto non risulta funzionale per lo scopo.	scadente la composizione dei 32 strati è data dalla somma di 2 pezzi di garza slegati tra loro uno dei quali senza filo di bario. Pertanto non risulta funzionale	Scadente unica garza che piegata su se stessa presenta 4 strati anziché 32 come da richiesta pertanto non risulta funzionale per lo scopo.	scadente la composizione dei 32 strati è data dalla somma di 6 pezzi di garza slegati tra loro. Pertanto non risulta funzionale per lo scopo.
	TOTALE	100,00	46,12	33,99	31,57	37,49				

B	VALUTAZIONE PRODOTTI FUORI SET (teleria in tnt)	PUNTEGGIO TOTALE	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI
	voce 78 bis b) garze in tnt		Punteggio Ditte							
B.1	CARATTERISTICHE DEL CONFEZIONAMENTO (prodotti fuori set)	24,00	16,65	17,70	2,10	20,15				
	1- tipo di apertura (esame visivo del campione)	10,00	10	10	0	10	apertura peel away	apertura peel away	scadente non valutabile manca completamente il confezionamento per valutare	apertura peel away
	2- identificazione (esame visivo del campione)	7,00	2,1	5,6	2,1	4,55	Scarso, non sono presenti le due etichette removibili previste dal capitolato.	Buona identificazione	scarsa identificazione	Discreta identificazione
	3-praticità del confezionamento (esame visivo del campione)	7,00	4,55	2,1	0	5,6	Discreto, manca il doppio confezionamento e non si garantisce l'impermeabilità	Scarso perche la confezione sia esterna che interna si strappa	Scadente non valutabile	buono, presente il doppio confezionamento (ma non impermeabile)
B.2	PRODOTTI FUORI SET: CARATTERISTICHE DEI TELI	76,00	26,67	58,67	29,47	17,34				
	resistenza alla trazione – asciutto in N (dato da scheda tecnica) norma EN29073-3	6,00	6	6	6	6	La commissione decide di dare il punteggio massimo a tutte le ditte in quanto tale norma non è applicabile per questo prodotto			
	resistenza alla penetrazione microbica – bagnato in I _B in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 22610	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	La commissione decide di dare il punteggio massimo a tutte le ditte in quanto tale norma non è applicabile per questo prodotto			
	perdita di particelle in Log ₁₀ (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 9073-10	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	La commissione decide di dare il punteggio massimo a tutte le ditte in quanto tale norma non è applicabile per questo prodotto			
	resistenza alla penetrazione dei liquidi in cm H ₂ O in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN 20811	5,90	5,9	5,9	5,9	5,9	La commissione decide di dare il punteggio massimo a tutte le ditte in quanto tale norma non è applicabile per questo prodotto			
	rifiniture (esame del campione)	18,66	9,33	9,33	12,129	0	sufficiente le rifiniture si stacca il filo di bario	sufficiente le rifiniture si stacca il filo di bario	discrete le rifiniture	rifiniture scadenti (presenza di 3 garze)
	FUNZIONALITA	40,00	0	32	0	0	Scadente unica garza che piegata su se stessa presenta 6 strati anziché 16 come da richiesta	buona la funzionalita	Scadente unica garza che piegata su se stessa presenta 4 strati anziché 16 come da richiesta	funzionalità scadente, la presenza di 3 strati di garze separati è pessima in termini di funzionalità complessiva (pericolosità nel conteggio finale delle garze)
	TOTALE	100,00	43,32	76,37	31,57	37,49				

B	VALUTAZIONE PRODOTTI FUORI SET (teleria in tnt)	PUNTEGGIO TOTALE	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI
	voce 78 bis c) garze in tnt		Punteggio Ditte							
B.1	CARATTERISTICHE DEL CONFEZIONAMENTO (prodotti fuori set)	24,00	22,60	21,20	2,10	20,15				
	1- tipo di apertura (esame visivo del campione)	10,00	10	10	0	10	apertura peel away	apertura peel away	scadente non valutabile manca completamente il confezionamento per valutare	apertura peel away
	2- identificazione (esame visivo del campione)	7,00	7	5,6	2,1	4,55	Ottimo presenza di disegno intuitivo e misure	Buona identificazione	scarsa identificazione	Discreta identificazione
	3-praticità del confezionamento (esame visivo del campione)	7,00	5,6	5,6	0	5,6	buono, presente il doppio confezionamento (ma non impermeabile)	buona la praticità del confezionamento	Scadente non valutabile	buono, presente il doppio confezionamento (ma non impermeabile)
B.2	PRODOTTI FUORI SET: CARATTERISTICHE DEI TELI	76,00	32,27	58,67	29,47	17,34				
	resistenza alla trazione – asciutto in N (dato da scheda tecnica) norma EN29073-3	6,00	6	6	6	6	La commissione decide di dare il punteggio massimo a tutte le ditte in quanto tale norma non è applicabile per questo prodotto			

	resistenza alla penetrazione microbica – bagnato in I _B in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 22610	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	La commissione decide di dare il punteggio massimo a tutte le ditte in quanto tale norma non è applicabile per questo prodotto			
	perdita di particelle in Log ₁₀ (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 9073-10	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	La commissione decide di dare il punteggio massimo a tutte le ditte in quanto tale norma non è applicabile per questo prodotto			
	resistenza alla penetrazione dei liquidi in cm H ₂ O in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN 20811	5,90	5,9	5,9	5,9	5,9	La commissione decide di dare il punteggio massimo a tutte le ditte in quanto tale norma non è applicabile per questo prodotto			
	rifiniture (esame del campione)	18,66	14,928	9,33	12,129	0	buone le rifiniture	sufficiente le rifiniture si stacca il filo di bario	discrete le rifiniture	rifiniture scadenti (presenza di 3 garze)
	FUNZIONALITA	40,00	0	32	0	0	Scadente unica garza che piegata su se stessa presenta 6 strati anziché 16 come da richiesta	buona la funzionalità	Scadente unica garza che piegata su se stessa presenta 4 strati anziché 16 come da richiesta	funzionalità scadente ma la presenza di 3 strati di garze separati è pessima in termini di funzionalità complessiva (pericolosità nel conteggio finale delle garze)
	TOTALE	100,00	54,87	79,87	31,57	37,49				

B	VALUTAZIONE PRODOTTI FUORI SET (teleria in tnt)	PUNTEGGIO TOTALE	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI
	voce 80bis a) Tamponi tnt rigido		Punteggio Ditte							
B.1	CARATTERISTICHE DEL CONFEZIONAMENTO (prodotti fuori set)	24,00	16,65	21,20	2,10	20,15				
	1- tipo di apertura (esame visivo del campione)	10,00	10	10	0	10	apertura peel away	apertura peel away	scadente non valutabile manca completamente il confezionamento per valutare	apertura peel away
	2- identificazione (esame visivo del campione)	7,00	2,1	5,6	2,1	4,55	Scarso, non sono presenti le due etichette removibili previste dal capitolato.	Buona identificazione	scarsa identificazione	Discreta identificazione
	3-praticità del confezionamento (esame visivo del campione)	7,00	4,55	5,6	0	5,6	Discreto, manca il doppio confezionamento e non si garantisce l'impermeabilità	buona la praticità del confezionamento	Scadente non valutabile	buono, presente il doppio confezionamento (ma non impermeabile)
B.2	PRODOTTI FUORI SET: CARATTERISTICHE DEI TELI	76,00	64,27	64,27	49,34	64,27				
	resistenza alla trazione – asciutto in N (dato da scheda tecnica) norma EN29073-3	6,00	6	6	6	6	La commissione decide di dare il punteggio massimo a tutte le ditte in quanto tale norma non è applicabile per questo prodotto			
	resistenza alla penetrazione microbica – bagnato in I _B in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 22610	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	La commissione decide di dare il punteggio massimo a tutte le ditte in quanto tale norma non è applicabile per questo prodotto			
	perdita di particelle in Log ₁₀ (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 9073-10	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	La commissione decide di dare il punteggio massimo a tutte le ditte in quanto tale norma non è applicabile per questo prodotto			
	resistenza alla penetrazione dei liquidi in cm H ₂ O in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN 20811	5,90	5,9	5,9	5,9	5,9	La commissione decide di dare il punteggio massimo a tutte le ditte in quanto tale norma non è applicabile per questo prodotto			
	rifiniture (esame del campione)	18,66	14,928	14,928	0	14,928	buone le rifiniture	buone le rifiniture	scadente i tamponi sono in cotone	buone le rifiniture
	FUNZIONALITA	40,00	32	32	32	32	buona la funzionalità	buona la funzionalità	buona la funzionalità	buona la funzionalità
	TOTALE	100,00	80,92	85,47	51,44	84,42				

B	VALUTAZIONE PRODOTTI FUORI SET (teleria in tnt)	PUNTEGGIO TOTALE	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI
	voce 80bis b) Tamponi tnt rigido		Punteggio Ditte							
B.1	CARATTERISTICHE DEL CONFEZIONAMENTO (prodotti fuori set)	24,00	16,65	21,20	2,10	20,15				
	1- tipo di apertura (esame visivo del campione)	10,00	10	10	0	10	apertura peel away	apertura peel away	scadente non valutabile manca completamente il confezionamento per valutare	apertura peel away
	2- identificazione (esame visivo del campione)	7,00	2,1	5,6	2,1	4,55	Scarso, non sono presenti le due etichette removibili previste dal capitolato.	Buona identificazione	scarsa identificazione	Discreta identificazione
	3-praticità del confezionamento (esame visivo del campione)	7,00	4,55	5,6	0	5,6	Discreto, manca il doppio confezionamento e non si garantisce l'impermeabilità	buona la praticità del confezionamento	Scadente non valutabile	buono, presente il doppio confezionamento (ma non impermeabile)
B.2	PRODOTTI FUORI SET: CARATTERISTICHE DEI TELI	76,00	64,27	64,27	49,34	64,27				
	resistenza alla trazione – asciutto in N (dato da scheda tecnica) norma EN29073-3	6,00	6	6	6	6	La commissione decide di dare il punteggio massimo a tutte le ditte in quanto tale norma non è applicabile per questo prodotto			
	resistenza alla penetrazione microbica – bagnato in I _B in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 22610	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	La commissione decide di dare il punteggio massimo a tutte le ditte in quanto tale norma non è applicabile per questo prodotto			
	perdita di particelle in Log ₁₀ (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 9073-10	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	La commissione decide di dare il punteggio massimo a tutte le ditte in quanto tale norma non è applicabile per questo prodotto			
	resistenza alla penetrazione dei liquidi in cm H ₂ O in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN 20811	5,90	5,9	5,9	5,9	5,9	La commissione decide di dare il punteggio massimo a tutte le ditte in quanto tale norma non è applicabile per questo prodotto			
	rifiniture (esame del campione)	18,66	14,928	14,928	0	14,928	buone le rifiniture	buone le rifiniture	scadente i tamponi sono in cotone	buone le rifiniture
	FUNZIONALITA	40,00	32	32	32	32	buona la funzionalità	buona la funzionalità	buona la funzionalità	buona la funzionalità
	TOTALE	100,00	80,92	85,47	51,44	84,42				

B	VALUTAZIONE PRODOTTI FUORI SET (teleria in tnt)	PUNTEGGIO TOTALE	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI
---	---	------------------	----------------------	----------------------	--------------------------	---------------------------	----------------------	----------------------	--------------------------	---------------------------

	voce 80bis c) Tamponi tnt rigido		Punteggio Ditte							
B.1	CARATTERISTICHE DEL CONFEZIONAMENTO (prodotti fuori set)	24,00	16,65	21,20	2,10	20,15				
	1- tipo di apertura (esame visivo del campione)	10,00	10	10	0	10	apertura peel away	apertura peel away	scadente non valutabile manca completamente il confezionamento per valutare	apertura peel away
	2- identificazione (esame visivo del campione)	7,00	2,1	5,6	2,1	4,55	Scarso, non sono presenti le due etichette removibili previste dal capitolato.	Buona identificazione	scarsa identificazione	Discreta identificazione
	3-praticità del confezionamento (esame visivo del campione)	7,00	4,55	5,6	0	5,6	Discreto, manca il doppio confezionamento e non si garantisce l'impermeabilità	buona la praticità del confezionamento	Scadente non valutabile	buono, presente il doppio confezionamento (ma non impermeabile)
B.2	PRODOTTI FUORI SET: CARATTERISTICHE DEI TELI	76,00	64,27	64,27	49,34	64,27				
	resistenza alla trazione – asciutto in N (dato da scheda tecnica) norma EN29073-3	6,00	6	6	6	6	La commissione decide di dare il punteggio massimo a tutte le ditte in quanto tale norma non è applicabile per questo prodotto			
	resistenza alla penetrazione microbica – bagnato in I _B in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 22610	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	La commissione decide di dare il punteggio massimo a tutte le ditte in quanto tale norma non è applicabile per questo prodotto			
	perdita di particelle in Log ₁₀ (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 9073-10	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	La commissione decide di dare il punteggio massimo a tutte le ditte in quanto tale norma non è applicabile per questo prodotto			
	resistenza alla penetrazione dei liquidi in cm H ₂ O in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN 20811	5,90	5,9	5,9	5,9	5,9	La commissione decide di dare il punteggio massimo a tutte le ditte in quanto tale norma non è applicabile per questo prodotto			
	rifiniture (esame del campione)	18,66	14,928	14,928	0	14,928	buone le rifiniture	buone le rifiniture	scadente i tamponi sono in cotone	buone le rifiniture
	FUNZIONALITA	40,00	32	32	32	32	buona la funzionalità	buona la funzionalità	buona la funzionalità	buona la funzionalità
	TOTALE	100,00	80,92	85,47	51,44	84,42				

B	VALUTAZIONE PRODOTTI FUORI SET (teleria in tnt)	PUNTEGGIO TOTALE	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI
	voce 82 a) tampone in tnt		Punteggio Ditte							
B.1	CARATTERISTICHE DEL CONFEZIONAMENTO (prodotti fuori set)	24,00	16,65	21,20	2,10	20,15				
	1- tipo di apertura (esame visivo del campione)	10,00	10	10	0	10	apertura peel away	apertura peel away	scadente non valutabile manca completamente il confezionamento per valutare	apertura peel away
	2- identificazione (esame visivo del campione)	7,00	2,1	5,6	2,1	4,55	Scarso, non sono presenti le due etichette removibili previste dal capitolato.	Buona identificazione	scarsa identificazione	Discreta identificazione
	3-praticità del confezionamento (esame visivo del campione)	7,00	4,55	5,6	0	5,6	Discreto, manca il doppio confezionamento e non si garantisce l'impermeabilità	buona la praticità del confezionamento	Scadente non valutabile	buono, presente il doppio confezionamento (ma non impermeabile)
B.2	PRODOTTI FUORI SET: CARATTERISTICHE DEI TELI	76,00	64,27	64,27	64,27	64,27				
	resistenza alla trazione – asciutto in N (dato da scheda tecnica) norma EN29073-3	6,00	6	6	6	6	La commissione decide di dare il punteggio massimo a tutte le ditte in quanto tale norma non è applicabile per questo prodotto			
	resistenza alla penetrazione microbica – bagnato in I _B in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 22610	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	La commissione decide di dare il punteggio massimo a tutte le ditte in quanto tale norma non è applicabile per questo prodotto			
	perdita di particelle in Log ₁₀ (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 9073-10	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	La commissione decide di dare il punteggio massimo a tutte le ditte in quanto tale norma non è applicabile per questo prodotto			
	resistenza alla penetrazione dei liquidi in cm H ₂ O in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN 20811	5,90	5,9	5,9	5,9	5,9	La commissione decide di dare il punteggio massimo a tutte le ditte in quanto tale norma non è applicabile per questo prodotto			
	rifiniture (esame del campione)	18,66	14,928	14,928	14,928	14,928	buone le rifiniture	buone le rifiniture	buone le rifiniture	buone le rifiniture
	FUNZIONALITA	40,00	32	32	32	32	buona la funzionalità	buona la funzionalità	buona la funzionalità	buona la funzionalità
	TOTALE	100,00	80,92	85,47	66,37	84,42				

B	VALUTAZIONE PRODOTTI FUORI SET (teleria in tnt)	PUNTEGGIO TOTALE	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI
	VOCE 82 B) tampone in tnt		Punteggio Ditte							
B.1	CARATTERISTICHE DEL CONFEZIONAMENTO (prodotti fuori set)	24,00	16,65	21,20	2,10	20,15				
	1- tipo di apertura (esame visivo del campione)	10,00	10	10	0	10	apertura peel away	apertura peel away	scadente non valutabile manca completamente il confezionamento per valutare	apertura peel away
	2- identificazione (esame visivo del campione)	7,00	2,1	5,6	2,1	4,55	Scarso, non sono presenti le due etichette removibili previste dal capitolato.	Buona identificazione	scarsa identificazione	Discreta identificazione
	3-praticità del confezionamento (esame visivo del campione)	7,00	4,55	5,6	0	5,6	Discreto, manca il doppio confezionamento e non si garantisce l'impermeabilità	buona la praticità del confezionamento	Scadente non valutabile	buono, presente il doppio confezionamento (ma non impermeabile)
B.2	PRODOTTI FUORI SET: CARATTERISTICHE DEI TELI	76,00	64,27	64,27	64,27	61,28				
	resistenza alla trazione – asciutto in N (dato da scheda tecnica) norma EN29073-3	6,00	6	6	6	6	La commissione decide di dare il punteggio massimo a tutte le ditte in quanto tale norma non è applicabile per questo prodotto			
	resistenza alla penetrazione microbica – bagnato in I _B in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 22610	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	La commissione decide di dare il punteggio massimo a tutte le ditte in quanto tale norma non è applicabile per questo prodotto			
	perdita di particelle in Log ₁₀ (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 9073-10	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	La commissione decide di dare il punteggio massimo a tutte le ditte in quanto tale norma non è applicabile per questo prodotto			

	resistenza alla penetrazione dei liquidi in cm H ₂ O in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN 20811	5,90	5,9	5,9	5,9	5,9	La commissione decide di dare il punteggio massimo a tutte le ditte in quanto tale norma non è applicabile per questo prodotto			
	rifiniture (esame del campione)	18,66	14,928	14,928	14,928	11,9424	buone le rifiniture	buone le rifiniture	buone le rifiniture	buone le rifiniture
	FUNZIONALITA	40,00	32	32	32	32	buona la funzionalità	buona la funzionalità	buona la funzionalità	buona la funzionalità
	TOTALE	100,00	80,92	85,47	66,37	81,43				

B	VALUTAZIONE PRODOTTI FUORI SET (teleria in tnt)	PUNTEGGIO TOTALE	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI
	voce 88 telo rinoplastica		Punteggio Ditte				Motivazione punteggio			
B.1	CARATTERISTICHE DEL CONFEZIONAMENTO (prodotti fuori set)	24,00	16,65	24,00	24,00	20,15				
	1- tipo di apertura (esame visivo del campione)	10,00	10	10	10	10	apertura peel away	apertura peel away	apertura peel away	apertura peel away
	2- identificazione (esame visivo del campione)	7,00	2,1	7	7	4,55	Scarso, non sono presenti le due etichette removibili previste dal capitolato.	Ottimo presenza di disegno intuitivo e misure	Ottimo presenza di disegno intuitivo e misure	discreta non presente l'immagine del telo ma solo la descrizione
	3-praticità del confezionamento (esame visivo del campione)	7,00	4,55	7	7	5,6	Discreto, manca il doppio confezionamento e non si garantisce l'impermeabilità	ottimo presenza di doppio involucro totalmente impermeabile	ottimo presenza di doppio involucro totalmente impermeabile	buono, presente il doppio confezionamento (ma non impermeabile)
B.2	PRODOTTI FUORI SET: CARATTERISTICHE DEI TELI	76,00	55,60	57,32	46,74	71,07				
	resistenza alla trazione – asciutto in N (dato da scheda tecnica) norma EN29073-3	6,00	3	6	3,9	4,8	Sufficiente (valore medio 39)	Ottimo (valore medio 133,5)	Discreto (valor medio 78,5)	Buono (valore medio 117)
	resistenza alla penetrazione microbica – bagnato in I _B in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 22610	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)
	perdita di particelle in Log ₁₀ (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 9073-10	2,72	0	1,768	1,36	2,72	scadente (manca il dato)	Discreto (valore 2,6)	Sufficiente (valore 2,99)	Ottimo (valore 2,1)
	resistenza alla penetrazione dei liquidi in cm H ₂ O in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN 20811	5,90	2,95	5,9	3,835	5,9	Sufficiente (valore >100)	Ottimo (valore >200)	Discreto (valore >125)	Ottimo (valore >200)
	rifiniture (esame del campione)	18,66	14,928	14,928	14,928	14,928	Buone le rifiniture	Buone le rifiniture	Buone le rifiniture	Buone le rifiniture
	FUNZIONALITA	40,00	32	26	20	40	Buono misure telo 200 x 300 dimensione foro 12x 16,5	discreto misure foro del campione 16,5 x 16,5 in scheda tecnica dichiarano 18 x 13 dimensione telo 307 x 196	Sufficiente foro triangolare troppo piccolo per tipo di impiego misure telo 175 x 250	Ottimo dimensioni 160 x 300 foro 15 x 10
	TOTALE	100,00	72,25	81,32	70,74	91,22				

B	VALUTAZIONE PRODOTTI FUORI SET (teleria in tnt)	PUNTEGGIO TOTALE	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI
	VOCE 90 A TELINO OFTALMICO CON FORO OVALE		Punteggio Ditte				Motivazione punteggio			
B.1	CARATTERISTICHE DEL CONFEZIONAMENTO (prodotti fuori set)	24,00	16,65	22,60	24,00	20,15				
	1- tipo di apertura (esame visivo del campione)	10,00	10	10	10	10	apertura peel away	apertura peel away	apertura peel away	apertura peel away
	2- identificazione (esame visivo del campione)	7,00	2,1	7	7	4,55	Scarso, non sono presenti le due etichette removibili previste dal capitolato.	Ottimo presenza di disegno intuitivo e misure	Ottimo presenza di disegno intuitivo e misure	discreta non presente l'immagine del telo ma solo la descrizione
	3-praticità del confezionamento (esame visivo del campione)	7,00	4,55	5,6	7	5,6	Discreto, manca il doppio confezionamento e non si garantisce l'impermeabilità	buono, presente il doppio confezionamento (ma non impermeabile)	ottimo presenza di doppio involucro totalmente impermeabile	buono, presente il doppio confezionamento (ma non impermeabile)
B.2	PRODOTTI FUORI SET: CARATTERISTICHE DEI TELI	76,00	58,55	65,34	59,64	68,77				
	resistenza alla trazione – asciutto in N (dato da scheda tecnica) norma EN29073-3	6,00	3	3,9	4,8	6	Sufficiente (valore medio 35)	Discreto (valore medio65,5)	Buono (valore medio 78,5)	Ottimo (valore medio94,35)
	resistenza alla penetrazione microbica – bagnato in I _B in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 22610	2,72	2,72	1,36	2,72	2,176	Ottimo (valore 6)	Sufficiente (valore 2,8)	Ottimo (valore 6)	Buono (valore 5)
	perdita di particelle in Log ₁₀ (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 9073-10	2,72	0	1,768	1,36	2,72	scadente (manca il dato)	Discreto (valore 2,6)	Sufficiente (valore 2,99)	Ottimo (valore 2,1)
	resistenza alla penetrazione dei liquidi in cm H ₂ O in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN 20811	5,90	5,9	3,3835	3,835	2,95	Ottimo (valore 900)	Discreto (valore 40,5)	Discreto (valore 40,5)	Sufficiente (valore 48,5)
	rifiniture (esame del campione)	18,66	14,928	14,928	14,928	14,928	Buone le rifiniture	Buone le rifiniture	Buone le rifiniture	Buone le rifiniture
	FUNZIONALITA	40,00	32	40	32	40	Buono Misure telo 140 x 150 (grande) foro 10 x 7	Ottime misure 100x 65 foro 9x 11	Buono Misure telo 100 x 100 foro cm 10 x 7	Ottimo Misure telo 65 x 100 foro 10 x 11,5
	TOTALE	100,00	75,20	87,94	83,64	88,92				

B	VALUTAZIONE PRODOTTI FUORI SET (teleria in tnt)	PUNTEGGIO TOTALE	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI
	VOCE 90 B TELINO OFTALMICO CON FORO OVALE		Punteggio Ditte				Motivazione punteggio			
B.1	CARATTERISTICHE DEL CONFEZIONAMENTO (prodotti fuori set)	24,00	16,65	24,00	22,60	20,15				
	1- tipo di apertura (esame visivo del campione)	10,00	10	10	10	10	apertura peel away	apertura peel away	apertura peel away	apertura peel away

	2- identificazione (esame visivo del campione)	7,00	2,1	7	7	4,55	Scarso, non sono presenti le due etichette removibili previste dal capitolato.	Ottimo presenza di disegno intuitivo e misure	Ottimo presenza di disegno intuitivo e misure	discreta non presente l'immagine del telo ma solo la descrizione
	3-praticità del confezionamento (esame visivo del campione)	7,00	4,55	7	5,6	5,6	Discreto, manca il doppio confezionamento e non si garantisce l'impermeabilità	ottimo presenza di doppio involucro totalmente impermeabile	Buona presenza di un solo involucro	buono, presente il doppio confezionamento (ma non impermeabile)
B.2	PRODOTTI FUORI SET: CARATTERISTICHE DEI TELI	76,00	58,66	57,31	61,71	67,82				
	resistenza alla trazione – asciutto in N (dato da scheda tecnica) norma EN29073-3	6,00	3	3,9	4,8	6	Sufficiente (valore medio 40)	Discreto (valore medio 48)	Buono (valore medio 78,5)	Ottimo (valore medio 94,35)
	resistenza alla penetrazione microbica – bagnato in I _B in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 22610	2,72	2,176	1,36	2,72	1,768	Buono (valore 5,2)	Sufficiente (valore 4,6)	Ottimo (valore 6)	Discreto (valore medio 5)
	perdita di particelle in Log ₁₀ (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 9073-10	2,72	2,72	2,176	1,36	2,176	Ottimo (valore 1,7)	Buono (valore 2)	Sufficiente (valore 2,99)	Buono (valore 2)
	resistenza alla penetrazione dei liquidi in cm H ₂ O in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN 20811	5,90	3,835	2,95	5,9	2,95	Discreto (valore 60)	Sufficiente (valore 47)	Ottimo (valore >_125)	Sufficiente (valore 48,5)
	rifiniture (esame del campione)	18,66	14,928	14,928	14,928	14,928	Buone le rifiniture	Buone le rifiniture	Buone le rifiniture	Buone le rifiniture
	FUNZIONALITA	40,00	32	32	32	40	Buono misure 120x 100 foro 10 x 10 con film di incisione	Buono Misure telo 122x 157 foro cm. 11,5x8 oculato preformato 4x6	Buono Misure telo 150 x 150 foro cm 10 x 7 con film di incisione	Ottimo Misure telo 100 x 80 Foro misure 6 x 9 con film di incisione
	TOTALE	100,00	75,31	81,31	84,31	87,97				

B	VALUTAZIONE PRODOTTI FUORI SET (teleria in tnt)	PUNTEGGIO TOTALE	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI
	voce 92 telo assorbente impermeabile senza adesivo misure cm. 100x100		Punteggio Ditte				Motivazione punteggio			
B.1	CARATTERISTICHE DEL CONFEZIONAMENTO (prodotti fuori set)	24,00	16,65	22,60	22,60	20,15				
	1- tipo di apertura (esame visivo del campione)	10,00	10	10	10	10	apertura peel away	apertura peel away	apertura peel away	apertura peel away
	2- identificazione (esame visivo del campione)	7,00	2,1	7	7	4,55	Scarso, non sono presenti le due etichette removibili previste dal capitolato.	Ottimo presenza di disegno intuitivo e misure	Ottimo presenza di disegno intuitivo e misure	discreta non presente l'immagine del telo ma solo la descrizione
	3-praticità del confezionamento (esame visivo del campione)	7,00	4,55	5,6	5,6	5,6	Discreto, manca il doppio confezionamento e non si garantisce l'impermeabilità	buono, presente il doppio confezionamento (ma non impermeabile)	Buona presenza di un solo involucro	buono, presente il doppio confezionamento (ma non impermeabile)
B.2	PRODOTTI FUORI SET: CARATTERISTICHE DEI TELI	76,00	41,56	71,07	59,96	71,32				
	resistenza alla trazione – asciutto in N (dato da scheda tecnica) norma EN29073-3	6,00	3	4,8	6	6	Sufficiente (valore medio 35)	Buono (valore medio 75,5)	Ottimo (valore medio 78,5)	Ottimo (valore medio 79,3)
	resistenza alla penetrazione microbica – bagnato in I _B in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 22610	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)
	perdita di particelle in Log ₁₀ (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 9073-10	2,72	0	2,72	1,36	1,768	scadente (manca il dato)	Ottimo (valore 1,9)	Sufficiente (valore 2,99)	Discreto (valore 2,6)
	resistenza alla penetrazione dei liquidi in cm H ₂ O in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN 20811	5,90	3,835	5,9	2,95	5,9	Discreto (valore >140)	Ottimo (valore >200)	Sufficiente (valore >_125)	Ottimo (valore >200)
	rifiniture (esame del campione)	18,66	0	14,928	14,928	14,928	scadente Telo non assorbente	Buone le rifiniture	Buone le rifiniture	Buone le rifiniture
	FUNZIONALITA	40,00	32	40	32	40	Buone funzionalità misure 100 x 115	Ottima funzionalità misure 98x 98	Buona funzionalità misure 110 x 90	Ottima funzionalità misure 100 x 100
	TOTALE	100,00	58,21	93,67	82,56	91,47				

B	VALUTAZIONE PRODOTTI FUORI SET (teleria in tnt)	PUNTEGGIO TOTALE	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI
	voce 102 telo laterale con adesivo totalmente assorbente		Punteggio Ditte				Motivazione punteggio			
B.1	CARATTERISTICHE DEL CONFEZIONAMENTO (prodotti fuori set)	24,00	16,65	24,00	24,00	20,15				
	1- tipo di apertura (esame visivo del campione)	10,00	10	10	10	10	apertura peel away	apertura peel away	apertura peel away	apertura peel away
	2- identificazione (esame visivo del campione)	7,00	2,1	7	7	4,55	Scarso, non sono presenti le due etichette removibili previste dal capitolato.	Ottimo presenza di disegno intuitivo e misure	Ottimo presenza di disegno intuitivo e misure	discreta non presente l'immagine del telo ma solo la descrizione
	3-praticità del confezionamento (esame visivo del campione)	7,00	4,55	7	7	5,6	Discreto, manca il doppio confezionamento e non si garantisce l'impermeabilità	ottimo presenza di doppio involucro totalmente impermeabile	ottimo presenza di doppio involucro totalmente impermeabile	buono, presente il doppio confezionamento (ma non impermeabile)
B.2	PRODOTTI FUORI SET: CARATTERISTICHE DEI TELI	76,00	57,52	64,19	71,69	71,84				
	resistenza alla trazione – asciutto in N (dato da scheda tecnica) norma EN29073-3	6,00	3	4,8	6	3,9	Sufficiente (valore medio 32)	Buono (valore medio 75,5)	Ottimo (valore medio 78,5)	Discreto (valore medio 53,8)
	resistenza alla penetrazione microbica – bagnato in I _B in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 22610	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)
	perdita di particelle in Log ₁₀ (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 9073-10	2,72	1,768	2,176	1,36	2,72	Discreto (valore 2,1)	Buono (valore 1,9)	Sufficiente (valore 2,99)	Ottimo (valore 1,7)
	resistenza alla penetrazione dei liquidi in cm H ₂ O in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN 20811	5,90	5,9	3,835	2,95	3,835	Ottimo (valore 900)	Discreto (valore >200)	Sufficiente (valore >_125)	Discreto (valore 196)
	rifiniture (esame del campione)	18,66	12,129	18,66	18,66	18,66	Discreto Assorbe ma una volta bagnato si rompe con facilita misure 100 x 100	Ottime le rifiniture	Ottime le rifiniture	Ottime le rifiniture
	FUNZIONALITA	40,00	32	32	40	40	Buona funzionalità misure telo 100x 100 con adesivo	Buona funzionalità misure telo 98 x 98 con adesivo	Ottima funzionalità misure 90x 110 con adesivo	Ottima funzionalità misure 102 x 102 con adesivo
	TOTALE	100,00	74,17	88,19	95,69	91,99				

B	VALUTAZIONE PRODOTTI FUORI SET (teleria in tnt)	PUNTEGGIO TOTALE	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI
	voce 105 telo assorbente impermeabile senza adesivo		Punteggio Ditte				Motivazione punteggio			
B.1	CARATTERISTICHE DEL CONFEZIONAMENTO (prodotti fuori set)	24,00	16,65	22,60	22,60	20,15				
	1- tipo di apertura (esame visivo del campione)	10,00	10	10	10	10	apertura peel away	apertura peel away	apertura peel away	apertura peel away
	2- identificazione (esame visivo del campione)	7,00	2,1	7	7	4,55	Scarso, non sono presenti le due etichette removibili previste dal capitolato.	Ottimo presenza di disegno intuitivo e misure	Ottimo presenza di disegno intuitivo e misure	discreta non presente l'immagine del telo ma solo la descrizione
	3-praticità del confezionamento (esame visivo del campione)	7,00	4,55	5,6	5,6	5,6	Discreto, manca il doppio confezionamento e non si garantisce l'impermeabilità	buono, presente il doppio confezionamento (ma non impermeabile)	Buona presenza di un solo involucro	buono, presente il doppio confezionamento (ma non impermeabile)
B.2	PRODOTTI FUORI SET: CARATTERISTICHE DEI TELI	76,00	71,64	64,74	72,10	65,39				
	resistenza alla trazione – asciutto in N (dato da scheda tecnica) norma EN29073-3	6,00	3	4,8	6	6	Sufficiente (valore medio 20)	Buono (valore medio 63)	Ottimo (valore medio 78,5)	Ottimo (valore medio 79,3)
	resistenza alla penetrazione microbica – bagnato in I _B in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 22610	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)
	perdita di particelle in Log ₁₀ (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 9073-10	2,72	1,36	2,72	1,768	2,176	Sufficiente (valore 3,4)	Ottimo (valore 1,9)	Discreto (valore 2,83)	Buono (valore 2,6)
	resistenza alla penetrazione dei liquidi in cm H ₂ O in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN 20811	5,90	5,9	3,835	2,95	3,835	Ottimo (valore 800)	Discreto (valore >200)	Sufficiente (valore >_125)	Discreto (valore >200)
	rifiniture (esame del campione)	18,66	18,66	18,66	18,66	18,66	Ottime le rifiniture	Ottime le rifiniture	Ottime le rifiniture	Ottime le rifiniture
	FUNZIONALITA	40,00	40	32	40	32	Ottima funzionalità misure 37,5x 45	Buona funzionalità misure 45 x 50	Ottima funzionalità misure 36 x 45	Buona funzionalità misure 35x 50
	TOTALE	100,00	88,29	87,34	94,70	85,54				

B	VALUTAZIONE PRODOTTI FUORI SET (teleria in tnt)	PUNTEGGIO TOTALE	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI
	106 telo chirurgico		Punteggio Ditte				Motivazione punteggio			
B.1	CARATTERISTICHE DEL CONFEZIONAMENTO (prodotti fuori set)	24,00	16,65	24,00	24,00	20,15				
	1- tipo di apertura (esame visivo del campione)	10,00	10	10	10	10	apertura peel away	apertura peel away	apertura peel away	apertura peel away
	2- identificazione (esame visivo del campione)	7,00	2,1	7	7	4,55	Scarso, non sono presenti le due etichette removibili previste dal capitolato.	Ottimo presenza di disegno intuitivo e misure	Ottimo presenza di disegno intuitivo e misure	discreta non presente l'immagine del telo ma solo la descrizione
	3-praticità del confezionamento (esame visivo del campione)	7,00	4,55	7	7	5,6	Discreto, manca il doppio confezionamento e non si garantisce l'impermeabilità	ottimo presenza di doppio involucro totalmente impermeabile	ottimo presenza di doppio involucro totalmente impermeabile	buono, presente il doppio confezionamento (ma non impermeabile)
B.2	PRODOTTI FUORI SET: CARATTERISTICHE DEI TELI	76,00	43,64	65,62	72,98	70,41				
	resistenza alla trazione – asciutto in N (dato da scheda tecnica) norma EN29073-3	6,00	3	4,8	6	3,9	Sufficiente (valore medio 28)	Buono (valore medio 75,5)	Ottimo (valore medio 106)	Discreto (valore medio 62,3)
	resistenza alla penetrazione microbica – bagnato in I _B in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 22610	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)
	perdita di particelle in Log ₁₀ (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 9073-10	2,72	1,36	2,72	1,768	2,176	Sufficiente (valore 3,9)	Ottimo (valore 1,9)	Discreto (valore 2,83)	Buono (valore 2)
	resistenza alla penetrazione dei liquidi in cm H ₂ O in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN 20811	5,90	5,9	4,72	3,835	2,95	Ottimo (valore 800)	Buono (valore >200)	Discreto (valore >_150)	Sufficiente (valore 123)
	rifiniture (esame del campione)	18,66	18,66	18,66	18,66	18,66	Ottime le rifiniture	Ottime le rifiniture	Ottime le rifiniture	Ottime le rifiniture
	FUNZIONALITA	40,00	12,00	32	40	40	scarsa funzionalità misure 75x 90 non presentano un telo in triaccoppiato	Buona funzionalità misure 98 x 98	Ottima funzionalità misure 75x 90	Ottima funzionalità misure 75x 90
	TOTALE	100,00	60,29	89,62	96,98	90,56				

B	VALUTAZIONE PRODOTTI FUORI SET (teleria in tnt)	PUNTEGGIO TOTALE	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI
	107 telo chirurgico assorbente sterile in triaccoppiato		Punteggio Ditte				Motivazione punteggio			
B.1	CARATTERISTICHE DEL CONFEZIONAMENTO (prodotti fuori set)	24,00	16,65	24,00	24,00	20,15				
	1- tipo di apertura (esame visivo del campione)	10,00	10	10	10	10	apertura peel away	apertura peel away	apertura peel away	apertura peel away
	2- identificazione (esame visivo del campione)	7,00	2,1	7	7	4,55	Scarso, non sono presenti le due etichette removibili previste dal capitolato.	Ottimo presenza di disegno intuitivo e misure	Ottimo presenza di disegno intuitivo e misure	discreta non presente l'immagine del telo ma solo la descrizione
	3-praticità del confezionamento (esame visivo del campione)	7,00	4,55	7	7	5,6	Discreto, manca il doppio confezionamento e non si garantisce l'impermeabilità	ottimo presenza di doppio involucro totalmente impermeabile	ottimo presenza di doppio involucro totalmente impermeabile	buono, presente il doppio confezionamento (ma non impermeabile)
B.2	PRODOTTI FUORI SET: CARATTERISTICHE DEI TELI	76,00	72,05	65,62	72,58	70,41				
	resistenza alla trazione – asciutto in N (dato da scheda tecnica) norma EN29073-3	6,00	3	4,8	6	3,9	Sufficiente (valore medio 32)	Buono (valore medio 75,5)	Ottimo (valore medio 106)	Discreto (valore medio 62,3)
	resistenza alla penetrazione microbica – bagnato in I _B in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 22610	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)
	perdita di particelle in Log ₁₀ (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 9073-10	2,72	1,768	2,72	1,36	2,176	Discreto (valore 2,1)	Ottimo (valore 1,9)	Sufficiente (valore 2,83)	Buono (valore 2)

	resistenza alla penetrazione dei liquidi in cm H ₂ O in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN 20811	5,90	5,9	4,72	3,835	2,95	Ottimo (valore 900)	Buono (valore >200)	Discreto (valore >_150)	Sufficiente (valore 123)
	rifiniture (esame del campione)	18,66	18,66	18,66	18,66	18,66	Ottime le rifiniture	Ottime le rifiniture	Ottime le rifiniture	Ottime le rifiniture
	FUNZIONALITA	40,00	40	32	40	40	Ottima funzionalità misure telo 90 x 75	Buona funzionalità misure telo 98 x 75	Ottimo funzionalità misure telo 90 x 75	Ottima funzionalità misure telo 90 x 75
	TOTALE	100,00	88,70	89,62	96,58	90,56				

B	VALUTAZIONE PRODOTTI FUORI SET (teleria in tnt)	PUNTEGGIO TOTALE	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI
	voce 122 monotelo carotide		Punteggio Ditte				Motivazione punteggio			
B.1	CARATTERISTICHE DEL CONFEZIONAMENTO (prodotti fuori set)	24,00	16,65	24,00	24,00	20,15				
	1- tipo di apertura (esame visivo del campione)	10,00	10	10	10	10	apertura peel away	apertura peel away	apertura peel away	apertura peel away
	2- identificazione (esame visivo del campione)	7,00	2,1	7	7	4,55	Scarso, non sono presenti le due etichette removibili previste dal capitolato.	Ottimo presenza di disegno intuitivo e misure	Ottimo presenza di disegno intuitivo e misure	discreta non presente l'immagine del telo ma solo la descrizione
	3-praticità del confezionamento (esame visivo del campione)	7,00	4,55	7	7	5,6	Discreto, manca il doppio confezionamento e non si garantisce l'impermeabilità	ottimo presenza di doppio involucro totalmente impermeabile	ottimo presenza di doppio involucro totalmente impermeabile	buono, presente il doppio confezionamento (ma non impermeabile)
B.2	PRODOTTI FUORI SET: CARATTERISTICHE DEI TELI	76,00	59,33	55,05	56,48	66,80				
	resistenza alla trazione – asciutto in N (dato da scheda tecnica) norma EN29073-3	6,00	3	6	3,9	4,8	Sufficiente (valore medio 39)	Ottimo (valore medio 133,5)	Discreto (valore medio 78,5)	Buono (valore medio 117)
	resistenza alla penetrazione microbica – bagnato in I _B in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 22610	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)
	perdita di particelle in Log ₁₀ (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 9073-10	2,72	0	1,768	1,36	2,72	Scadente (manca il dato)	Discreto (valore 2,6)	Sufficiente (valore 2,99)	Ottimo (valore 2,1)
	resistenza alla penetrazione dei liquidi in cm H ₂ O in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN 20811	5,90	2,95	5,9	3,835	5,9	Sufficiente (valore >100)	Ottimo (valore >200)	Discreto (valore >_125)	Ottimo (valore >200)
	rifiniture (esame del campione)	18,66	18,66	18,66	18,66	18,66	Ottime le rifiniture	Ottime le rifiniture	Ottime le rifiniture	Ottime le rifiniture
	FUNZIONALITA	40,00	32	20	26	32	Buona funzionalità misure telo 270 x 320 foro 35 x 23 ,5	Sufficiente funzionalità misure 259x 307 (e corto richiesto 330 x carotide) finestratura 23x 36	Discreta funzionalità misure telo 260 x 350 apertura 11 x 11 (troppo piccola l'apertura)	Buona funzionalità misura telo 220 x 330 finestratura 25 x 25
	TOTALE	100,00	75,98	79,05	80,48	86,95				

B	VALUTAZIONE PRODOTTI FUORI SET (teleria in tnt)	PUNTEGGIO TOTALE	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI
	voce 124 telo cardiovascolare		Punteggio Ditte				Motivazione punteggio			
B.1	CARATTERISTICHE DEL CONFEZIONAMENTO (prodotti fuori set)	24,00	16,65	24,00	24,00	20,15				
	1- tipo di apertura (esame visivo del campione)	10,00	10	10	10	10	apertura peel away	apertura peel away	apertura peel away	apertura peel away
	2- identificazione (esame visivo del campione)	7,00	2,1	7	7	4,55	Scarso, non sono presenti le due etichette removibili previste dal capitolato.	Ottimo presenza di disegno intuitivo e misure	Ottimo presenza di disegno intuitivo e misure	discreta non presente l'immagine del telo ma solo la descrizione
	3-praticità del confezionamento (esame visivo del campione)	7,00	4,55	7	7	5,6	Discreto, manca il doppio confezionamento e non si garantisce l'impermeabilità	ottimo presenza di doppio involucro totalmente impermeabile	ottimo presenza di doppio involucro totalmente impermeabile	buono, presente il doppio confezionamento (ma non impermeabile)
B.2	PRODOTTI FUORI SET: CARATTERISTICHE DEI TELI	76,00	63,64	61,05	43,78	16,16				
	resistenza alla trazione – asciutto in N (dato da scheda tecnica) norma EN29073-3	6,00	3	3,9	4,8	6	Sufficiente (valore medio 34,33)	Discreto (valore medio 60,5)	Buono (valore medio 78,5)	Ottimo (valore medio 117)
	resistenza alla penetrazione microbica – bagnato in I _B in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 22610	2,72	2,72	1,36	2,72	2,72	Ottimo (valore 6)	Sufficiente (valore >_2,8)	Ottimo (valore 6)	Ottimo (valore 6)
	perdita di particelle in Log ₁₀ (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 9073-10	2,72	1,36	2,176	1,768	2,72	Sufficiente (valore 3,4)	Buono (valore 2,6)	Discreto (valore 2,99)	Ottimo (valore 2,1)
	resistenza alla penetrazione dei liquidi in cm H ₂ O in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN 20811	5,90	5,9	2,95	3,835	4,72	Ottimo (valore 900)	Sufficiente (valore 40,5)	Discreto (valore >_125)	Buono (valore >200)
	rifiniture (esame del campione)	18,66	18,66	18,66	18,66	0,00	Ottime le rifiniture	Ottime le rifiniture	Ottime le rifiniture	Scadente nella piegatura della T manca la termosaldatura e l'adesivo messo non copre la piegatura lasciando nei due lati un foro da 4 cm.
	FUNZIONALITA	40,00	32	32	12,00	0,00	Buona funzionalità misure 200x300x340finestratura 65 X 37	Buona funzionalita misure telo 240 x 200 x 350 finestratura 70 x 35	Scarsa funzionalità misure 225 x 300 x 370 finestra 37x39 (finestratura piccola non idonea per il tipo di intervento)	Scadente funzionalità telo non funzionale per la motivazione sopra misure buone
	TOTALE	100,00	80,29	85,05	67,78	36,31				

D	PRODOTTI FUORI SET: CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI DIVERSI DA TELI IN TNT E CAMICI (MAX 5 PT)	PT MAX	MOLNLYCKE CARE	SERVIZI ITALIA	LOHMANN & RAUSCHER	SERVIZI OSPEDALIERI	MOLNLYCKE CARE	SERVIZI ITALIA	LOHMANN & RAUSCHER	SERVIZI OSPEDALIERI
	26 a) SACCA MAYO 80x140		Punteggio Ditte				Motivazione punteggio			
D.1	1- Rifiniture	30	0	30	24	24	scadente :rifiniture non ottimali, il rinforzo da bagnato si sbriciola	ottimo per le rifiniture; rinforzo non si rompe da bagnato nell'utilizzo ordinario, assorbe ma al tatto la mano risulta bagnata	buone le rifiniture, rinforzo non si rompe da bagnato nell'utilizzo ordinario, ma nel lungo periodo tende a staccarsi, assorbe ma al tatto la mano risulta bagnata	buone le rifiniture, rinforzo non si rompe da bagnato nell'utilizzo ordinario, ma nel lungo periodo tende a staccarsi, assorbe ma al tatto la mano risulta bagnata
	2- Funzionalità dei presidi richiesti	35	0	35	0	35	scadente: non presente il doppio involucro che può quindi inficiare la sterilità; non presenti etichette, presente indicazione inserimento mani	Ottimo doppio involucro molto funzionale, presente indicazione inserimento mani	Scadente : presente confezionamento, ma non presente il doppio involucro che può quindi inficiare la sterilità; al momento dell'apertura la busta si rompe; presente indicazione inserimento mani	Ottimo doppio involucro molto funzionale, presente indicazione inserimento mani
	3 - Aderenza alle misure richieste (ove richieste)	20	20	20	20	20	Ottima aderenza 79x145	ottima aderenza 80x142	ottima aderenza 80x145	ottima aderenza80x145
	4 - Gamma delle misure (ove non richieste)	15	15	15	15	15	Valore non applicabile pertanto si attribuisce il massimo punteggio nel rispetto favor partecipazioni di tutti i concorrenti.			
	TOTALE	100	35	100	59	94				

D	PRODOTTI FUORI SET: CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI DIVERSI DA TELI IN TNT E CAMICI (MAX 5 PT)	PT MAX	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI
	26 b) SACCA MAYO inforzata 80x140		Punteggio Ditte				Motivazione punteggio			
D.1	1- Rifiniture	30	0	0	24	30	scadente: rifiniture non ottimali, il rinforzo è presente ma il tnt da bagnato si sbriciola e si stacca facilmente	scadente : rifiniture non ottimali, il rinforzo da bagnato si rompe, poco assorbente ma a lungo andare lo strato di tnt si stacca facilmente	buone le rifiniture, rinforzo non si rompe da bagnato nell'utilizzo ordinario, ma nel lungo periodo tende a staccarsi, assorbe ma al tatto la mano risulta bagnata	ottime le rifiniture, rinforzo non si rompe da bagnato e non rilascia umidità, molto assorbente
	2- Funzionalità dei presidi richiesti	35	0	35	0	35	scadente; non presente il doppio involucro che può quindi inficiare la sterilità; non presenti etichette, presente indicazione inserimento mani	Ottimo doppio involucro molto funzionale, presente indicazione inserimento mani	scadente non presente il doppio involucro che può quindi inficiare la sterilità, al momento dell'apertura la busta si rompe, presente indicazione inserimento mani	Ottimo doppio involucro molto funzionale, presente indicazione inserimento mani
	3 - Aderenza alle misure richieste (ove richieste)	20	20	20	20	20	Ottima aderenza 79x145	ottima aderenza 80x145	ottima aderenza 80x145	ottima aderenza80x145
	4 - Gamma delle misure (ove non richieste)	15	15	15	15	15	Valore non applicabile pertanto si attribuisce il massimo punteggio nel rispetto favor partecipazioni di tutti i concorrenti.			
	TOTALE	100	35	70	59	100				

D	PRODOTTI FUORI SET: CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI DIVERSI DA TELI IN TNT E CAMICI (MAX 5 PT)	PT MAX	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI
	26 c) SACCA MAYO inforzata 110x150		Punteggio Ditte				Motivazione punteggio			
D.1	1- Rifiniture	30	24	0	30	0	buone le rifiniture	scadente rifiniture non ottimali, il rinforzo da bagnato si rompe, poco assorbente ma a lungo andare lo strato di tnt si stacca facilmente	ottime le rifiniture, rinforzo non si rompe da bagnato e non rilascia umidità, molto assorbente	Scadente Manca il rinforzo, a capitolato era richiesto rinforzato
	2- Funzionalità dei presidi richiesti	35	0	0	35	0	scadente non presente il confezionamento sul campione presentato (non valutabile), non presente anche il doppio involucro che può quindi inficiare la sterilità,non presente etichette, presente indicazione inserimento mani, in fase di posizionamento la piegatura non consente di trattenere con le mani l'avvolgimento e cade al momento dell'apertura	scadente doppio involucro funzionale, ma sul campione manca indicazione inserimento mani che inficia lo svolgimento (pessima quindi la funzionalità)	Ottimo presente il doppio involucro, presente indicazione inserimento mani pertanto ottima la funzionalità	Scadente non presenta il rinforzo e per questo poco resistente presente il doppio involucro, presente indicazione inserimento mani
	3 - Aderenza alle misure richieste (ove richieste)	20	6	20	20	20	scarsa aderenza 100x175	ottima aderenza110x150	ottima aderenza110x150	ottima aderenza110x150
	4 - Gamma delle misure (ove non richieste)	15	15	15	15	15	Valore non applicabile pertanto si attribuisce il massimo punteggio nel rispetto favor partecipazioni di tutti i concorrenti.			
	TOTALE	100	45	35	100	35				

D	PRODOTTI FUORI SET: CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI DIVERSI DA TELI IN TNT E CAMICI (MAX 5 PT)	PT MAX	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI
	voce 85 asciugamano in carta molto assorbente 40x50		Punteggio Ditte				Motivazione punteggio			
D.1	1- Rifiniture	30	24	24	24	24	buone le rifiniture per tutti i concorrenti	buone le rifiniture per tutti i concorrenti	buone le rifiniture per tutti i concorrenti	buone le rifiniture per tutti i concorrenti

	2- Funzionalità dei presidi richiesti	35	10,5	28	28	35	scarsa funzionalità: non presente il confezionamento sul campione presentato (non valutabile), non presente anche il doppio involucro che può quindi inficiare la sterilità,non presente etichette	buono per funzionalità	buono per funzionalità	ottima funzionalità presenta anche doppia confezione
	3 - Aderenza alle misure richieste (ove richieste)	20	16	16	16	16	buona aderenza	buona aderenza	buona aderenza	buona aderenza
	4 - Gamma delle misure (ove non richieste)	15	15	15	15	15	Valore non applicabile pertanto si attribuisce il massimo punteggio nel rispetto favor partecipazioni di tutti i concorrenti.			
	TOTALE	100	65,5	83	83	90				

D	PRODOTTI FUORI SET: CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI DIVERSI DA TELI IN TNT E CAMICI (MAX 5 PT)	PT MAX	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI
	voce 78 a garze con marcatura di bario 10x10		Punteggio Ditte				Motivazione punteggio			
D.1	1- Rifiniture	30	24	24	24	24	buone le rifiniture per tutti i concorrenti	buone le rifiniture per tutti i concorrenti	buone le rifiniture per tutti i concorrenti	buone le rifiniture per tutti i concorrenti
	2- Funzionalità dei presidi richiesti	35	0	28	35	28	scadente funzionalità: non presente il confezionamento sul campione presentato (non valutabile), non presente anche il doppio involucro che può quindi inficiare la sterilità,non presente etichette	buona la funzionalità da apertura, presenza di etichettatura	ottima la funzionalità da apertura, presente etichettatura completa e ottimale	buona la funzionalità da apertura, presenza di etichettatura
	3 - Aderenza alle misure richieste (ove richieste)	20	20	20	20	20	ottima aderenza alle misure	ottima aderenza alle misure	ottima aderenza alle misure	ottima aderenza alle misure
	4 - Gamma delle misure (ove non richieste)	15	15	15	15	15	Valore non applicabile pertanto si attribuisce il massimo punteggio nel rispetto favor partecipazioni di tutti i concorrenti.			
	TOTALE	100	59	87	94	87				

D	PRODOTTI FUORI SET: CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI DIVERSI DA TELI IN TNT E CAMICI (MAX 5 PT)	PT MAX	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI
	voce 78 b garze con marcatura di bario 5x5		Punteggio Ditte				Motivazione punteggio			
D.1	1- Rifiniture	30	24	24	24	24	buone le rifiniture per tutti i concorrenti	buone le rifiniture per tutti i concorrenti	buone le rifiniture per tutti i concorrenti	buone le rifiniture per tutti i concorrenti
	2- Funzionalità dei presidi richiesti	35	0	28	35	28	scadente funzionalità: non presente il confezionamento sul campione presentato (non valutabile), non presente anche il doppio involucro che può quindi inficiare la sterilità,non presente etichette	buona la funzionalità da apertura, presenza di etichettatura	ottima la funzionalità da apertura, presente etichettatura completa e ottimale	buona la funzionalità da apertura, presenza di etichettatura
	3 - Aderenza alle misure richieste (ove richieste)	20	20	20	20	20	ottima aderenza alle misure	ottima aderenza alle misure	ottima aderenza alle misure	ottima aderenza alle misure
	4 - Gamma delle misure (ove non richieste)	15	15	15	15	15	Valore non applicabile pertanto si attribuisce il massimo punteggio nel rispetto favor partecipazioni di tutti i concorrenti.			
	TOTALE	100	59	87	94	87				

D	PRODOTTI FUORI SET: CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI DIVERSI DA TELI IN TNT E CAMICI (MAX 5 PT)	PT MAX	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI
	voce 78 c garze con marcatura di bario 7,5x7,5		Punteggio Ditte				Motivazione punteggio			
D.1	1- Rifiniture	30	24	24	24	24	buone le rifiniture per tutti i concorrenti	buone le rifiniture per tutti i concorrenti	buone le rifiniture per tutti i concorrenti	buone le rifiniture per tutti i concorrenti
	2- Funzionalità dei presidi richiesti	35	0	28	35	28	scadente funzionalità: non presente il confezionamento sul campione presentato (non valutabile), non presente anche il doppio involucro che può quindi inficiare la sterilità,non presente etichette	buona la funzionalità da apertura, presenza di etichettatura	ottima la funzionalità da apertura, presente etichettatura completa e ottimale	buona la funzionalità da apertura, presenza di etichettatura
	3 - Aderenza alle misure richieste (ove richieste)	20	20	20	20	20	ottima aderenza alle misure	ottima aderenza alle misure	ottima aderenza alle misure	ottima aderenza alle misure
	4 - Gamma delle misure (ove non richieste)	15	15	15	15	15	Valore non applicabile pertanto si attribuisce il massimo punteggio nel rispetto favor partecipazioni di tutti i concorrenti.			
	TOTALE	100	59	87	94	87				

D	PRODOTTI FUORI SET: CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI DIVERSI DA TELI IN TNT E CAMICI (MAX 5 PT)	PT MAX	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI
	voce 78 d garze con marcatura di bario 10x20		Punteggio Ditte				Motivazione punteggio			
D.1	1- Rifiniture	30	24	24	24	24	buone le rifiniture per tutti i concorrenti	buone le rifiniture per tutti i concorrenti	buone le rifiniture per tutti i concorrenti	buone le rifiniture per tutti i concorrenti
	2- Funzionalità dei presidi richiesti	35	0	28	0	28	scadente funzionalità: non presente il confezionamento sul campione presentato (non valutabile), non presente anche il doppio involucro che può quindi inficiare la sterilità,non presente etichette	buona la funzionalità da apertura, presenza di etichettatura	scadente funzionalità: il confezionamento per questa voce non è valutabile	buona la funzionalità da apertura, presenza di etichettatura
	3 - Aderenza alle misure richieste (ove richieste)	20	20	20	20	20	ottima aderenza alle misure	ottima aderenza alle misure	ottima aderenza alle misure	ottima aderenza alle misure

	4 - Gamma delle misure (ove non richieste)	15	15	15	15	15	Valore non applicabile pertanto si attribuisce il massimo punteggio nel rispetto favor partecipazioni di tutti i concorrenti.			
	TOTALE	100	59	87	59	87				

D	PRODOTTI FUORI SET: CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI DIVERSI DA TELI IN TNT E CAMICI (MAX 5 PT)	PT MAX	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI
	voce 72 a) pezze laparotomiche		Punteggio Ditte				Motivazione punteggio			
D.1	1- Rifiniture	30	24	9	24	24	buone le rifiniture	scarsa meno rifinita: non presenta cucitura centrale (si modifica la forma) prodotto diverso da quello inserito nel set 1.1	buone le rifiniture	buone le rifiniture
	2- Funzionalità dei presidi richiesti	35	0	28	0	28	scadente funzionalità: non presente il confezionamento sul campione presentato (non valutabile), non presente anche il doppio involucro che può quindi inficiare la sterilità,non presente etichette, presente inoltre la fettuccia non richiesta	buona la funzionalità in apertura, presenza etichette	funzionalità scadente confezionamento manca il confezionamento primario	buona la funzionalità da apertura, presenza di etichettatura
	3 - Aderenza alle misure richieste (ove richieste)	20	20	20	20	20	ottima aderenza alle misure	ottima aderenza alle misure	ottima aderenza alle misure	ottima aderenza alle misure
	4 - Gamma delle misure (ove non richieste)	15	15	15	15	15	Valore non applicabile pertanto si attribuisce il massimo punteggio nel rispetto favor partecipazioni di tutti i concorrenti.			
	TOTALE	100	59	72	59	87				

D	PRODOTTI FUORI SET: CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI DIVERSI DA TELI IN TNT E CAMICI (MAX 5 PT)	PT MAX	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI
	voce 72 b) pezze laparotomiche		Punteggio Ditte				Motivazione punteggio			
D.1	1- Rifiniture	30	24	24	24	24	buone le rifiniture	buone le rifiniture	buone le rifiniture	buone le rifiniture
	2- Funzionalità dei presidi richiesti	35	0	28	0	28	scadente funzionalità: non presente il confezionamento sul campione presentato (non valutabile), non presente anche il doppio involucro che può quindi inficiare la sterilità,non presente etichette	buona la funzionalità in apertura, presenza etichette	funzionalità scadente confezionamento manca il confezionamento primario	buona la funzionalità da apertura, presenza di etichettatura
	3 - Aderenza alle misure richieste (ove richieste)	20	0	20	20	20	scadente :pessima aderenza alle misure (il campione misura 40x40 e scheda tecnica misure 40x40)	ottima aderenza alle misure	ottima aderenza alle misure	ottima aderenza alle misure
	4 - Gamma delle misure (ove non richieste)	15	15	15	15	15	Valore non applicabile pertanto si attribuisce il massimo punteggio nel rispetto favor partecipazioni di tutti i concorrenti.			
	TOTALE	100	39	87	59	87				

D	PRODOTTI FUORI SET: CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI DIVERSI DA TELI IN TNT E CAMICI (MAX 5 PT)	PT MAX	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI
	voce 72 c) pezze laparotomiche		Punteggio Ditte				Motivazione punteggio			
D.1	1- Rifiniture	30	24	24	24	24	buone le rifiniture	buone le rifiniture	buone le rifiniture	buone le rifiniture
	2- Funzionalità dei presidi richiesti	35	0	28	0	28	scadente la funzionalità: non presente il confezionamento sul campione presentato (non valutabile), non presente anche il doppio involucro che può quindi inficiare la sterilità,non presente etichette	buona la funzionalità in apertura, presenza etichette	funzionalità scadente confezionamento manca il confezionamento primario	buona la funzionalità da apertura, presenza di etichettatura
	3 - Aderenza alle misure richieste (ove richieste)	20	13	20	20	20	discreto aderenza alle misure del campione (misura 19x8)	ottima aderenza alle misure	ottima aderenza alle misure	ottima aderenza alle misure
	4 - Gamma delle misure (ove non richieste)	15	15	15	15	15	Valore non applicabile pertanto si attribuisce il massimo punteggio nel rispetto favor partecipazioni di tutti i concorrenti.			
	TOTALE	100	52	87	59	87				

D	PRODOTTI FUORI SET: CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI DIVERSI DA TELI IN TNT E CAMICI (MAX 5 PT)	PT MAX	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI
	voce 80 a) Tamponi cotone rigido		Punteggio Ditte				Motivazione punteggio			
D.1	1- Rifiniture	30	24	30	19,5	0	buone le rifiniture	ottime le rifiniture	discrete le rifiniture	scadente non essendo rigido non risponde alle rifiniture richieste
	2- Funzionalità dei presidi richiesti	35	10,5	35	22,75	0	scarsa la funzionalità: il campione non presenta il confezionamento doppio originale (solo il primario)	ottima funzionalità del presidio	discreta funzionalità	scadente la consistenza non permette il suo utilizzo come tampone da 40 (non è rigido)
	3 - Aderenza alle misure richieste (ove richieste)	20	20	20	20	20	ottima aderenza	ottima aderenza	ottima aderenza	ottima aderenza
	4 - Gamma delle misure (ove non richieste)	15	15	15	15	15	Valore non applicabile pertanto si attribuisce il massimo punteggio nel rispetto favor partecipazioni di tutti i concorrenti.			
	TOTALE	100	69,5	100	77,25	35				

D	PRODOTTI FUORI SET: CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI DIVERSI DA TELI IN TNT E CAMICI (MAX 5 PT)	PT MAX	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI
	voce 80 b) Tamponi cotone rigido		Punteggio Ditte				Motivazione punteggio			

	voce 74 b lunghette in cotone		Punteggio Ditte				Motivazione punteggio			
D.1	1- Rifiniture	30	0	30	24	30	scadente mancano le cuciture	ottime le rifiniture	buone le rifiniture	ottime le rifiniture
	2- Funzionalità dei presidi richiesti	35	0	35	0	35	scadente funzionalità non valutabile manca completamente il confezionamento primario per valutare	ottima la funzionalità	scadente funzionalità non valutabile manca completamente il confezionamento primario per valutare	ottima la funzionalità
	3 - Aderenza alle misure richieste (ove richieste)	20	0	20	0	20	scadente non corrisponde alle misure richieste	ottima aderenza	scadente non corrisponde alle misure richieste	ottima aderenza
	4 - Gamma delle misure (ove non richieste)	15	15	15	15	15	Valore non applicabile pertanto si attribuisce il massimo punteggio nel rispetto favor partecipazioni di tutti i concorrenti.			
	TOTALE	100	15	100	39	100				

D	PRODOTTI FUORI SET: CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI DIVERSI DA TELI IN TNT E CAMICI (MAX 5 PT)	PT MAX	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI
	voce 74 c lunghette in cotone		Punteggio Ditte				Motivazione punteggio			
D.1	1- Rifiniture	30	0	30	0	0	scadente manca il filo di bario manca la cucitura orlo vivo all' inizio e fine con rilascio fili di cotone	ottime le rifiniture	scadente la garza non presenta i 4 strati e non garantisce l'assorbenza richiesta	scadente manca la cucitura orlo vivo all' inizio e fine con rilascio fili di cotone su tutta la lunghezza.
	2- Funzionalità dei presidi richiesti	35	0	22,75	0	0	scadente funzionalità non valutabile manca completamente il confezionamento per valutare	discreto la piegatura della lunghetta non consente la funzionalità dell'utilizzo	scadente funzionalità non valutabile manca completamente il confezionamento primario per valutare	scadente alla luce di quanto espresso sopra non è funzionale in ambito ginecologico
	3 - Aderenza alle misure richieste (ove richieste)	20	20	20	20	20	Ottima aderenza alle misure	ottima aderenza	Ottima aderenza alle misure	Ottima aderenza alle misure
	4 - Gamma delle misure (ove non richieste)	15	15	15	15	15	Valore non applicabile pertanto si attribuisce il massimo punteggio nel rispetto favor partecipazioni di tutti i concorrenti.			
	TOTALE	100	35	87,75	35	35				

D	PRODOTTI FUORI SET: CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI DIVERSI DA TELI IN TNT E CAMICI (MAX 5 PT)	PT MAX	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI
	voce 77 garze con marcatura di bario		Punteggio Ditte				Motivazione punteggio			
D.1	1- Rifiniture	30	30	30	30	30	ottime rifiniture	ottime rifiniture	ottime rifiniture	ottime rifiniture
	2- Funzionalità dei presidi richiesti	35	0	35	35	28	scadente funzionalità non valutabile manca completamente il confezionamento per valutare	ottima la funzionalità la confezione permette una apertura agevolata	ottima la funzionalità la confezione permette una apertura agevolata	buona la funzionalità
	3 - Aderenza alle misure richieste (ove richieste)	20	20	20	20	20	ottima aderenza alle misure	ottima aderenza alle misure	ottima aderenza alle misure	ottima aderenza alle misure
	4 - Gamma delle misure (ove non richieste)	15	15	15	15	15	Valore non applicabile pertanto si attribuisce il massimo punteggio nel rispetto favor partecipazioni di tutti i concorrenti.			
	TOTALE	100	65	100	100	93				

D	PRODOTTI FUORI SET: CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI DIVERSI DA TELI IN TNT E CAMICI (MAX 5 PT)	PT MAX	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI
	VOCE 79 voce A GARZE 16 STRATI		Punteggio Ditte				Motivazione punteggio			
D.1	1- Rifiniture	30	0	24	24	30	scadente la tramatura è rada	buone le rifiniture	buona le rifiniture	ottime rifiniture
	2- Funzionalità dei presidi richiesti	35	0	0	0	28	scadente funzionalità non valutabile manca completamente il confezionamento primario per valutare	scadente funzionalità non valutabile manca completamente il confezionamento primario per valutare	scadente funzionalità non valutabile manca completamente il confezionamento primario per valutare	buona la funzionalità
	3 - Aderenza alle misure richieste (ove richieste)	20	13	20	16	20	discreta aderenza alle misure	ottima aderenza alle misure	buona aderenza alle misure	ottima aderenza alle misure
	4 - Gamma delle misure (ove non richieste)	15	15	15	15	15	Valore non applicabile pertanto si attribuisce il massimo punteggio nel rispetto favor partecipazioni di tutti i concorrenti.			
	TOTALE	100	28	59	55	93				

D	PRODOTTI FUORI SET: CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI DIVERSI DA TELI IN TNT E CAMICI (MAX 5 PT)	PT MAX	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI
	VOCE 79 voce B GARZE 16 STRATI		Punteggio Ditte				Motivazione punteggio			
D.1	1- Rifiniture	30	0	24	24	30	scadente la tramatura è rada	buone le rifiniture	buona le rifiniture	ottime rifiniture
	2- Funzionalità dei presidi richiesti	35	0	0	28	28	scadenti funzionalità non valutabile manca completamente il confezionamento primario per valutare	scadente funzionalità non valutabile manca completamente il confezionamento primario per valutare	buona la funzionalità	buona la funzionalità
	3 - Aderenza alle misure richieste (ove richieste)	20	16	20	16	20	buona aderenza alle misure	ottima aderenza alle misure	buona aderenza alle misure	ottima aderenza alle misure
	4 - Gamma delle misure (ove non richieste)	15	15	15	15	15	Valore non applicabile pertanto si attribuisce il massimo punteggio nel rispetto favor partecipazioni di tutti i concorrenti.			
	TOTALE	100	31	59	83	93				

D	PRODOTTI FUORI SET: CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI DIVERSI DA TELI IN TNT E CAMICI (MAX 5 PT)	PT MAX	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI
	VOCE 79 voce C GARZE 16 STRATI		Punteggio Ditte				Motivazione punteggio			
D.1	1- Rifiniture	30	0	24	24	30	scadente la tramatura è rada	buone le rifiniture	buona le rifiniture	ottime rifiniture
	2- Funzionalità dei presidi richiesti	35	0	0	0	28	scadente funzionalità non valutabile manca completamente il confezionamento primario per valutare	scadente funzionalità non valutabile manca completamente il confezionamento primario per valutare	scadente funzionalità non valutabile manca completamente il confezionamento primario per valutare	buona la funzionalità
	3 - Aderenza alle misure richieste (ove richieste)	20	16	20	13	20	buona aderenza alle misure	ottima aderenza alle misure	discreta aderenza alle misure	ottima aderenza alle misure
	4 - Gamma delle misure (ove non richieste)	15	15	15	15	15	Valore non applicabile pertanto si attribuisce il massimo punteggio nel rispetto favor partecipazioni di tutti i concorrenti.			
	TOTALE	100	31	59	52	93				

D	PRODOTTI FUORI SET: CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI DIVERSI DA TELI IN TNT E CAMICI (MAX 5 PT)	PT MAX	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI
	voce 27 a tasca adesiva		Punteggio Ditte				Motivazione punteggio			
D.1	1- Rifiniture	30	30	24	24	30	ottimo presenza di ferretto all' imboccatura che agevola introduzione del ferro.	buone le rifiniture	buone le rifiniture	ottimo presenza di ferretto all' imboccatura che agevola introduzione del ferro.
	2- Funzionalità dei presidi richiesti	35	0	28	28	35	scadente funzionalità non valutabile manca completamente il confezionamento primario per valutare	buona funzionalità	buona funzionalità	ottima funzionalità doppio confezionamento
	3 - Aderenza alle misure richieste (ove richieste)	20	16	16	16	16	buona aderenza	buona aderenza	buona aderenza	buona aderenza
	4 - Gamma delle misure (ove non richieste)	15	15	15	15	15	Valore non applicabile pertanto si attribuisce il massimo punteggio nel rispetto favor partecipazioni di tutti i concorrenti.			
	TOTALE	100	61	83	83	96				

D	PRODOTTI FUORI SET: CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI DIVERSI DA TELI IN TNT E CAMICI (MAX 5 PT)	PT MAX	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI
	voce 27 b tasca adesiva		Punteggio Ditte				Motivazione punteggio			
D.1	1- Rifiniture	30	30	24	24	30	ottimo presenza di ferretto all' imboccatura che agevola introduzione del ferro.	buono le rifiniture	buono le rifiniture	ottimo presenza di ferretto all' imboccatura che agevola introduzione del ferro.
	2- Funzionalità dei presidi richiesti	35	17,5	28	35	35	Sufficiente manca il doppio confezionamento, mancano le etichette	buone la funzionalità	ottima funzionalità doppio confezionamento	ottima funzionalità doppio confezionamento
	3 - Aderenza alle misure richieste (ove richieste)	20	16	16	16	16	buona aderenza	buona aderenza	buona aderenza	buona aderenza
	4 - Gamma delle misure (ove non richieste)	15	15	15	15	15	Valore non applicabile pertanto si attribuisce il massimo punteggio nel rispetto favor partecipazioni di tutti i concorrenti.			
	TOTALE	100	78,5	83	90	96				

D	PRODOTTI FUORI SET: CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI DIVERSI DA TELI IN TNT E CAMICI (MAX 5 PT)	PT MAX	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI
	voce 27 c tasca adesiva		Punteggio Ditte				Motivazione punteggio			
D.1	1- Rifiniture	30	24	24	24	30	buono le rifiniture	buono le rifiniture	buono le rifiniture	ottimo presenza di ferretto all' imboccatura che agevola introduzione del ferro.
	2- Funzionalità dei presidi richiesti	35	17,5	28	28	35	Sufficiente manca il doppio confezionamento, mancano le etichette	buone la funzionalità	buone la funzionalità	ottima funzionalità doppio confezionamento
	3 - Aderenza alle misure richieste (ove richieste)	20	16	16	16	16	buona aderenza	buona aderenza	buona aderenza	buona aderenza
	4 - Gamma delle misure (ove non richieste)	15	15	15	15	15	Valore non applicabile pertanto si attribuisce il massimo punteggio nel rispetto favor partecipazioni di tutti i concorrenti.			
	TOTALE	100	72,5	83	83	96				

D	PRODOTTI FUORI SET: CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI DIVERSI DA TELI IN TNT E CAMICI (MAX 5 PT)	PT MAX	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI
	voce 28 a tasca conta garza		Punteggio Ditte				Motivazione punteggio			
D.1	1- Rifiniture	30	0	24	0	24	scadente mancanza di adesivo	buono le rifiniture	scadente mancanza di adesivo	buone le rifiniture
	2- Funzionalità dei presidi richiesti	35	17,5	35	22,75	22,75	Sufficiente manca il doppio confezionamento, mancano le etichette	ottima funzionalità doppio confezionamento + 20 tasche	discreto funzionalità doppio confezionamento solo 10 tasche	discreto funzionalità doppio confezionamento solo 10 tasche
	3 - Aderenza alle misure richieste (ove richieste)	20	0	16	0	0	scadente misure poco aderenti cm. 26 x 92	buona aderenza alle misure	scadente misure poco aderenti cm. 26 x 96	scadente misure poco aderenti cm. 26 x 100
	4 - Gamma delle misure (ove non richieste)	15	15	15	15	15	Valore non applicabile pertanto si attribuisce il massimo punteggio nel rispetto favor partecipazioni di tutti i concorrenti.			
	TOTALE	100	32,5	90	37,75	61,75				

D	PRODOTTI FUORI SET: CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI DIVERSI DA TELI IN TNT E CAMICI (MAX 5 PT)	PT MAX	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI
	30 voce a striscia adesivo con velcro		Punteggio Ditte				Motivazione punteggio			
D.1	1- Rifiniture	30	15	15	15	30	sufficiente mancano i 4 segmenti	sufficiente mancano i 4 segmenti	sufficiente mancano i 4 segmenti	ottime le rifiniture
	2- Funzionalità dei presidi richiesti	35	17,5	22,75	22,75	35	Sufficiente manca il doppio confezionamento, mancano le etichette	discreto la funzionalità (confezionamento)	discreto la funzionalità (confezionamento)	ottima funzionalità (doppio confezionamento)
	3 - Aderenza alle misure richieste (ove richieste)	20	0	0	0	20	scadente per le misure (2 x 30 cm)	scadente per le misure (2,5 x 26 cm)	scadente per le misure (2,5 x 26 cm)	ottima aderenza alle misure
	4 - Gamma delle misure (ove non richieste)	15	15	15	15	15	Valore non applicabile pertanto si attribuisce il massimo punteggio nel rispetto favor partecipazioni di tutti i concorrenti.			
	TOTALE	100	47,5	52,75	52,75	100				

D	PRODOTTI FUORI SET: CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI DIVERSI DA TELI IN TNT E CAMICI (MAX 5 PT)	PT MAX	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI
	32 sacca raccogli liquidi		Punteggio Ditte				Motivazione punteggio			
D.1	1- Rifiniture	30	19,5	19,5	19,5	30	discreto presenza di filtro a trama larga	discreto presenza di filtro a trama larga	discreto presenza di filtro a trama larga	Ottimo presenza di filtro adeguato
	2- Funzionalità dei presidi richiesti	35	17,5	22,75	35	28	Sufficiente manca il doppio confezionamento, mancano le etichette	Discreto presenza di una singola confezione	Ottima la funzionalità	buona la funzionalità
	3 - Aderenza alle misure richieste (ove richieste)	20	16	16	16	16	buona aderenza alle misure	buona aderenza alle misure	buona aderenza alle misure	buona aderenza alle misure

	4 - Gamma delle misure (ove non richieste)	15	15	15	15	15	Valore non applicabile pertanto si attribuisce il massimo punteggio nel rispetto favor partecipazioni di tutti i concorrenti.			
	TOTALE	100	68	73,25	85,5	89				

D	PRODOTTI FUORI SET: CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI DIVERSI DA TELI IN TNT E CAMICI (MAX 5 PT)	PT MAX	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI
	68 a copri telecamera		Punteggio Ditte				Motivazione punteggio			
D.1	1- Rifiniture	30	24	24	24	24	buone le rifiniture	buone le rifiniture	buone le rifiniture	buone le rifiniture
	2- Funzionalità dei presidi richiesti	35	17,5	22,75	35	28	Sufficiente manca il doppio confezionamento, mancano le etichette	Discreto presenza di una singola confezione	ottima la funzionalità presenza di cartoncino che agevola lo sfilamento	buono la funzionalità presenza di cartoncino che agevola lo sfilamento ma presenza di singola confezione
	3 - Aderenza alle misure richieste (ove richieste)	20	6	20	16	20	scarso per le misure misure 14x 250 (richiesto 18x250)	Ottimo misure 18x 244	Buono mis. 16x 250	ottima aderenza alla misura
	4 - Gamma delle misure (ove non richieste)	15	15	15	15	15	Valore non applicabile pertanto si attribuisce il massimo punteggio nel rispetto favor partecipazioni di tutti i concorrenti.			
	TOTALE	100	62,5	81,75	90	87				

D	PRODOTTI FUORI SET: CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI DIVERSI DA TELI IN TNT E CAMICI (MAX 5 PT)	PT MAX	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI
	68 b copri telecamera		Punteggio Ditte				Motivazione punteggio			
D.1	1- Rifiniture	30	24	24	24	24	buone le rifiniture	buone le rifiniture	buone le rifiniture	buone le rifiniture
	2- Funzionalità dei presidi richiesti	35	17,5	35	35	28	Sufficiente manca il doppio confezionamento, mancano le etichette	ottima la funzionalità presenza di cartoncino che agevola lo sfilamento	ottima la funzionalità presenza di cartoncino che agevola lo sfilamento	buono la funzionalità presenza di cartoncino che agevola lo sfilamento ma presenza di singola confezione
	3 - Aderenza alle misure richieste (ove richieste)	20	20	20	20	20	ottima aderenza alla misura	ottima aderenza alla misura	ottima aderenza alla misura	ottima aderenza alla misura
	4 - Gamma delle misure (ove non richieste)	15	15	15	15	15	Valore non applicabile pertanto si attribuisce il massimo punteggio nel rispetto favor partecipazioni di tutti i concorrenti.			
	TOTALE	100	76,5	94	94	87				

D	PRODOTTI FUORI SET: CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI DIVERSI DA TELI IN TNT E CAMICI (MAX 5 PT)	PT MAX	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI
	70 stokinette maglia in cotone		Punteggio Ditte				Motivazione punteggio			
D.1	1- Rifiniture	30	15	30	30	30	sufficiente non presente la piegatura idonea per l'utilizzo	ottime le rifiniture	ottime le rifiniture	ottime le rifiniture
	2- Funzionalità dei presidi richiesti	35	0	28	35	28	scadente funzionalità non valutabile manca completamente il confezionamento primario per valutare	buono doppio confezionamento ma non impermeabile	ottima doppia confezione impermeabile	buono doppio confezionamento ma non impermeabile
	3 - Aderenza alle misure richieste (ove richieste)	20	20	13	20	16	ottima piena aderenza alle misure	Discreto misure 123 x 17 cm.	ottima piena aderenza alle misure	Buona misure 15x 140 cm.
	4 - Gamma delle misure (ove non richieste)	15	15	15	15	15	Valore non applicabile pertanto si attribuisce il massimo punteggio nel rispetto favor partecipazioni di tutti i concorrenti.			
	TOTALE	100	50	86	100	89				

D	PRODOTTI FUORI SET: CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI DIVERSI DA TELI IN TNT E CAMICI (MAX 5 PT)	PT MAX	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI
	71 stokinette voce a		Punteggio Ditte				Motivazione punteggio			
D.1	1- Rifiniture	30	30	30	30	30	ottime le rifiniture	ottime le rifiniture	ottime le rifiniture	ottime le rifiniture
	2- Funzionalità dei presidi richiesti	35	17,5	35	22,75	28	Sufficiente manca il doppio confezionamento, mancano le etichette	ottima doppia confezione impermeabile	discreta (confezione singola)	buona doppia confezione ma non impermeabile
	3 - Aderenza alle misure richieste (ove richieste)	20	20	20	20	20	ottima aderenza	ottima aderenza	ottima aderenza	ottima aderenza
	4 - Gamma delle misure (ove non richieste)	15	15	15	15	15	Valore non applicabile pertanto si attribuisce il massimo punteggio nel rispetto favor partecipazioni di tutti i concorrenti.			
	TOTALE	100	82,5	100	87,75	93				

D	PRODOTTI FUORI SET: CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI DIVERSI DA TELI IN TNT E CAMICI (MAX 5 PT)	PT MAX	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI
	71 stokinette voce b		Punteggio Ditte				Motivazione punteggio			
D.1	1- Rifiniture	30	30	30	30	30	ottime le rifiniture	ottime le rifiniture	ottime le rifiniture	ottime le rifiniture
	2- Funzionalità dei presidi richiesti	35	17,5	35	22,75	28	Sufficiente manca il doppio confezionamento, mancano le etichette	ottima doppia confezione impermeabile	discreta (confezione singola)	buona doppia confezione ma non impermeabile
	3 - Aderenza alle misure richieste (ove richieste)	20	20	20	20	20	ottima aderenza	ottima aderenza	ottima aderenza	ottima aderenza
	4 - Gamma delle misure (ove non richieste)	15	15	15	15	15	Valore non applicabile pertanto si attribuisce il massimo punteggio nel rispetto favor partecipazioni di tutti i concorrenti.			
	TOTALE	100	82,5	100	87,75	93				

D	PRODOTTI FUORI SET: CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI DIVERSI DA TELI IN TNT E CAMICI (MAX 5 PT)	PT MAX	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI
	71 stokinette voce c		Punteggio Ditte				Motivazione punteggio			
D.1	1- Rifiniture	30	30	30	30	30	ottime le rifiniture	ottime le rifiniture	ottime le rifiniture	ottime le rifiniture
	2- Funzionalità dei presidi richiesti	35	35	35	22,75	28	ottima doppia confezione impermeabile	ottima doppia confezione impermeabile	discreta (confezione singola)	buona doppia confezione ma non impermeabile
	3 - Aderenza alle misure richieste (ove richieste)	20	20	20	20	20	ottima aderenza	ottima aderenza	ottima aderenza	ottima aderenza
	4 - Gamma delle misure (ove non richieste)	15	15	15	15	15	Valore non applicabile pertanto si attribuisce il massimo punteggio nel rispetto favor partecipazioni di tutti i concorrenti.			

	TOTALE	100	100	100	87,75	93				
D	PRODOTTI FUORI SET: CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI DIVERSI DA TELI IN TNT E CAMICI (MAX 5 PT)	PT MAX	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI
	98 ciotola graduata voce a		Punteggio Ditte				Motivazione punteggio			
D.1	1- Rifiniture	30	19,5	24	24	24	discreto: poco visibile li indicazioni di capacità	buone le rifiniture	buone le rifiniture	buone le rifiniture
	2- Funzionalità dei presidi richiesti	35	0	22,75	22,75	22,75	scadente funzionalità non valutabile manca completamente il confezionamento primario per valutare	discreto confezionamento singolo	discreto confezionamento singolo	discreto confezionamento singolo
	3 - Aderenza alle misure richieste (ove richieste)	20	13	13	13	13	discreto cc. 120	discreto cc. 120	discreto cc 120	discreto cc. 120
	4 - Gamma delle misure (ove non richieste)	15	15	15	15	15	Valore non applicabile pertanto si attribuisce il massimo punteggio nel rispetto favor partecipazioni di tutti i concorrenti.			
	TOTALE	100	47,5	74,75	74,75	74,75				

D	PRODOTTI FUORI SET: CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI DIVERSI DA TELI IN TNT E CAMICI (MAX 5 PT)	PT MAX	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI
	98 ciotola graduata voce b		Punteggio Ditte				Motivazione punteggio			
D.1	1- Rifiniture	30	19,5	19,5	24	24	discreto le rifiniture poco visibile le indicazioni di capacità	discreto le rifiniture poco visibile le indicazioni di capacità	buone le rifiniture	buone le rifiniture
	2- Funzionalità dei presidi richiesti	35	0	22,75	22,75	22,75	scadente funzionalità non valutabile manca completamente il confezionamento primario per valutare	discreto confezionamento singolo	discreto confezionamento singolo	discreto confezionamento singolo
	3 - Aderenza alle misure richieste (ove richieste)	20	20	20	20	20	Ottimo cc 500	Ottimo cc 500	Ottimo cc 500	Ottimo cc 500
	4 - Gamma delle misure (ove non richieste)	15	15	15	15	15	Valore non applicabile pertanto si attribuisce il massimo punteggio nel rispetto favor partecipazioni di tutti i concorrenti.			
	TOTALE	100	54,5	77,25	81,75	81,75				

D	PRODOTTI FUORI SET: CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI DIVERSI DA TELI IN TNT E CAMICI (MAX 5 PT)	PT MAX	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI
	98 ciotola graduata voce c		Punteggio Ditte				Motivazione punteggio			
D.1	1- Rifiniture	30	19,5	24	24	24	discreto le rifiniture poco visibile le indicazioni di capacità	buone le rifiniture	buone le rifiniture	buone le rifiniture
	2- Funzionalità dei presidi richiesti	35	0	22,75	22,75	22,75	scadente funzionalità non valutabile manca completamente il confezionamento primario per valutare	discreto confezionamento singolo	discreto confezionamento singolo	discreto confezionamento singolo
	3 - Aderenza alle misure richieste (ove richieste)	20	20	20	20	20	Ottimo cc.1000	Ottimo cc.1000	Ottimo cc.1000	Ottimo cc.1000
	4 - Gamma delle misure (ove non richieste)	15	15	15	15	15	Valore non applicabile pertanto si attribuisce il massimo punteggio nel rispetto favor partecipazioni di tutti i concorrenti.			
	TOTALE	100	54,5	81,75	81,75	81,75				

D	PRODOTTI FUORI SET: CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI DIVERSI DA TELI IN TNT E CAMICI (MAX 5 PT)	PT MAX	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI
	99 tubo raccordo yankauer voce a		Punteggio Ditte				Motivazione punteggio			
D.1	1- Rifiniture	30	24	24	24	24	buono	buono	buono	buono
	2- Funzionalità dei presidi richiesti	35	0	28	35	28	scadente funzionalità non valutabile manca completamente il confezionamento primario per valutare	Buono confezione doppia e impermeabile mancano le etichette	Ottima confezione doppia e impermeabile e presenza di etichette	Buono confezione doppia e impermeabile mancano le etichette
	3 - Aderenza alle misure richieste (ove richieste)	20	20	20	20	20	Ottima aderenza alle misure	Ottima aderenza alle misure	Ottima aderenza alle misure	Ottima aderenza alle misure
	4 - Gamma delle misure (ove non richieste)	15	15	15	15	15	Valore non applicabile pertanto si attribuisce il massimo punteggio nel rispetto favor partecipazioni di tutti i concorrenti.			
	TOTALE	100	59	87	94	87				

D	PRODOTTI FUORI SET: CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI DIVERSI DA TELI IN TNT E CAMICI (MAX 5 PT)	PT MAX	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI
	99 tubo raccordo yankauer voce b		Punteggio Ditte				Motivazione punteggio			
D.1	1- Rifiniture	30	24	24	24	24	Buono	Buono	Buono	Buono
	2- Funzionalità dei presidi richiesti	35	28	0	35	0	Buono	Scadente il raccordo femmina ha un corrugato troppo morbido che si piega e ottura il tubo difficoltoso l'inserimento delle canule	Ottimo confezione doppia e impermeabile presenza di etichette	scadente tubo estremamente morbido, collabisce
	3 - Aderenza alle misure richieste (ove richieste)	20	20	20	20	20	Ottima aderenza alle misure	Ottima aderenza alle misure	Ottima aderenza alle misure	Ottima aderenza alle misure
	4 - Gamma delle misure (ove non richieste)	15	15	15	15	15	Valore non applicabile pertanto si attribuisce il massimo punteggio nel rispetto favor partecipazioni di tutti i concorrenti.			
	TOTALE	100	87	59	94	59				

D	PRODOTTI FUORI SET: CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI DIVERSI DA TELI IN TNT E CAMICI (MAX 5 PT)	PT MAX	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI
	108 manica protettiva		Punteggio Ditte				Motivazione punteggio			
D.1	1- Rifiniture	30	24	24	24	15	buone le rifiniture	buone le rifiniture	buone le rifiniture	sufficiente la piegatura non funzionale all' inserimento

	2- Funzionalità dei presidi richiesti	35	17,5	22,75	22,75	28	Sufficiente manca il doppio confezionamento, mancano le etichette	Discreto confezione singola + etichette	Discreto confezione singola + etichette	buona doppia confezione ma non impermeabile
	3 - Aderenza alle misure richieste (ove richieste)	20	20	20	20	0	ottime le misure	ottime le misure	ottime le misure	Scadente (piccola e corta)
	4 - Gamma delle misure (ove non richieste)	15	15	15	15	15	Valore non applicabile pertanto si attribuisce il massimo punteggio nel rispetto favor partecipazioni di tutti i concorrenti.			
	TOTALE	100	76,5	81,75	81,75	58				

D	PRODOTTI FUORI SET: CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI DIVERSI DA TELI IN TNT E CAMICI (MAX 5 PT)	PT MAX	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI
	110 pinzetta ombelicale		Punteggio Ditte				Motivazione punteggio			
D.1	1- Rifiniture	30	24	24	24	24	buone le rifiniture	buone le rifiniture	buone le rifiniture	buone le rifiniture
	2- Funzionalità dei presidi richiesti	35	0	22,75	22,75	17,5	scadente funzionalità non valutabile manca completamente il confezionamento primario per valutare	Discreto confezionato abbondante (a livello di stoccaggio risulta ingombrante)	Discreto: confezione singola + etichette	Sufficiente confezione singola, etichetta non corrispondente al contenuto
	3 - Aderenza alle misure richieste (ove richieste)	20	20	20	20	20	Ottima aderenza alle misure	Ottima aderenza alle misure	Ottima aderenza alle misure	Ottima aderenza alle misure
	4 - Gamma delle misure (ove non richieste)	15	15	15	15	15	Valore non applicabile pertanto si attribuisce il massimo punteggio nel rispetto favor partecipazioni di tutti i concorrenti.			
	TOTALE	100	59	81,75	81,75	76,5				

D	PRODOTTI FUORI SET: CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI DIVERSI DA TELI IN TNT E CAMICI (MAX 5 PT)	PT MAX	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI
	116 portatamponi		Punteggio Ditte				Motivazione punteggio			
D.1	1- Rifiniture	30	24	24	24	9	buone le rifiniture	buone le rifiniture	buone le rifiniture	Scarso difficoltà nel blocco della cremagliera
	2- Funzionalità dei presidi richiesti	35	0	28	22,75	22,75	scadente funzionalità non valutabile manca completamente il confezionamento primario per valutare	Buona confezione doppia con etichetta	Discreto confezione singola e senza etichetta	Discreta confezione singola e senza etichetta
	3 - Aderenza alle misure richieste (ove richieste)	20	20	20	20	20	Ottima aderenza alle misure	Ottima aderenza alle misure	Ottima aderenza alle misure	Ottima aderenza alle misure
	4 - Gamma delle misure (ove non richieste)	15	15	15	15	15	Valore non applicabile pertanto si attribuisce il massimo punteggio nel rispetto favor partecipazioni di tutti i concorrenti.			
	TOTALE	100	59	87	81,75	66,75				

D	PRODOTTI FUORI SET: CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI DIVERSI DA TELI IN TNT E CAMICI (MAX 5 PT)	PT MAX	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI
	118 guanto pubico		Punteggio Ditte				Motivazione punteggio			
D.1	1- Rifiniture	30	0	9	0	24	scadente non valutabile (non è un guanto pubico)	scarso adesivo troppo ampio	scadente non valutabile (non è un guanto pubico)	buono le rifiniture
	2- Funzionalità dei presidi richiesti	35	17,5	35	28	28	Sufficiente manca il doppio confezionamento, mancano le etichette	Ottimo doppia confezione doppia etichetta	buono confezione singola con etichetta	buona doppia confezione ma non impermeabile
	3 - Aderenza alle misure richieste (ove richieste)	20	20	20	20	20	Valore non applicabile pertanto si attribuisce il massimo punteggio nel rispetto favor partecipazioni di tutti i concorrenti.			
	4 - Gamma delle misure (ove non richieste)	15	15	15	15	15	Valore non applicabile pertanto si attribuisce il massimo punteggio nel rispetto favor partecipazioni di tutti i concorrenti.			
	TOTALE	100	52,5	79	63	87				

D	PRODOTTI FUORI SET: CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI DIVERSI DA TELI IN TNT E CAMICI (MAX 5 PT)	PT MAX	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI
	125 copertura per intensificatore di brillantezza		Punteggio Ditte				Motivazione punteggio			
D.1	1- Rifiniture	30	19,5	9	19,5	24	discreto mancano i lacci	scarso: mancano i lacci una cuffia troppo piccola le altre 2 decisamente grandi	discreto mancano i lacci	buono (lacci presenti)
	2- Funzionalità dei presidi richiesti	35	0	28	35	35	scadente funzionalità non valutabile manca completamente il confezionamento primario per valutare	Buono confezione singola con etichetta	Ottimo confezione doppia e impermeabile presenza di etichette	Ottimo confezione doppia e impermeabile presenza di etichette
	3 - Aderenza alle misure richieste (ove richieste)	20	10	0	10	6	sufficiente misure 70x60	scadente misure 85x 90	sufficiente misure 70x 62	scarso misure 80x75
	4 - Gamma delle misure (ove non richieste)	15	15	15	15	15	Valore non applicabile pertanto si attribuisce il massimo punteggio nel rispetto favor partecipazioni di tutti i concorrenti.			
	TOTALE	100	44,5	52	79,5	80				

D	PRODOTTI FUORI SET: CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI DIVERSI DA TELI IN TNT E CAMICI (MAX 5 PT)	PT MAX	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI
	126 copri amplificatore		Punteggio Ditte				Motivazione punteggio			
D.1	1- Rifiniture	30	0	15	15	24	scadente manca l'adesivo, e la cuffia non è a sacchetto, manca l'etichetta per la tracciabilità	sufficiente manca la striscia di fissaggio	sufficiente manca l' adesivo	buono presenza di adesivo
	2- Funzionalità dei presidi richiesti	35	0	22,75	35	35	scadente funzionalità non valutabile manca completamente il confezionamento primario per valutare	Discreto confezione singola con etichetta	Ottimo confezione doppia e impermeabile presenza di etichette	Ottimo confezione doppia e impermeabile presenza di etichette
	3 - Aderenza alle misure richieste (ove richieste)	20	16	6	13	6	buono misure 85 x 105	scarso misure 75 x 90	discreto misure 80 x 145	scarso misure 75x 90
	4 - Gamma delle misure (ove non richieste)	15	15	15	15	15	Valore non applicabile pertanto si attribuisce il massimo punteggio nel rispetto favor partecipazioni di tutti i concorrenti.			
	TOTALE	100	31	58,75	78	80				

C	VALUTAZIONE PRODOTTI FUORI SET (CAMICI IN TNT)	PUNTEGGIO TOTALE	MOLNLYCKE CARE	SERVIZI ITALIA	LOHMANN & RAUSCHER	SERVIZI OSPEDALIERI	MOLNLYCKE CARE	SERVIZI ITALIA	LOHMANN & RAUSCHER	SERVIZI OSPEDALIERI
	93 CAMICE CHIRURGICO STANDAR IN TNT		Punteggio Ditte				Motivazione punteggio			
C.1	CARATTERISTICHE DEL CONFEZIONAMENTO (prodotti fuori set)	24	21,2	21,2	22,6	19,1				
	1- tipo di apertura (esame visivo del campione)	10	10	10	10	10	apertura peel away	apertura peel away	apertura peel away	apertura peel away
	2- identificazione (esame visivo del campione)	7	5,6	5,6	5,6	5,6	buona l'identificazione	buona l'identificazione	buona l'identificazione	buona l'identificazione
	3-praticità del confezionamento (esame visivo del campione)	7	5,6	5,6	7	3,5	buono il confezionamento	buono il confezionamento	ottimo il confezionamento (asciugamano posta in modo da garantire una maggior presa da parte del chirurgo)	sufficiente il sacchetto esterno troppo grande tanto ingombro
C.2	PRODOTTI FUORI SET: CARATTERISTICHE DEI CAMICI	76	60,724	66,385	60,459	50,498				
	resistenza alla trazione – asciutto in N (dato da scheda tecnica) norma EN29073-3	6	3	6	4,8	3,9	Sufficiente (valore medio 33)	Ottimo (valore medio 142)	Buono (valore medio 131,5)	Discreto (valore medio 92,5)
	resistenza alla penetrazione microbica – bagnato in I _B in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 22610	2,72	2,176	1,768	2,72	1,36	4,9 BUONO	3,5 DISCRETO	6 OTTIMO	3 SUFFICIENTE
	perdita di particelle in Log ₁₀ (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 9073-10	2,72	2,72	1,768	2,176	1,36	1,6 OTTIMO	3,1 DISCRETO	2,3 BUONO	3,6 SUFFICIENTI
	resistenza alla penetrazione dei liquidi in cm H ₂ O in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN 20811	5,9	5,9	4,72	3,835	2,95	74 ottimo	25 buono	23 discreto	19,1 sufficiente
	rifiniture (esame del campione)	18,66	14,928	12,129	14,928	14,928	buone le rifiniture	discreto le cuciture più larghe rispetto gli altri	buone le rifiniture	buone le rifiniture
	FUNZIONALITA e CONFORT PER L'UTILIZZATORE	40	32	40	32	26	Buono dichiarano 5 taglie in scheda tecnica	Ottimo dichiarano 7 taglie in scheda tecnica	Buono presentano 5 taglie in scheda tecnica	Discreto dichiarano 4 taglie in scheda tecnica
	TOTALE	100	81,924	87,585	83,059	69,598				
	PUNTEGGIO MAX PARAMETRO C	9,00 punti								

C	VALUTAZIONE PRODOTTI FUORI SET (CAMICI IN TNT)	PUNTEGGIO TOTALE	MOLNLYCKE CARE	SERVIZI ITALIA	LOHMANN & RAUSCHER	SERVIZI OSPEDALIERI	MOLNLYCKE CARE	SERVIZI ITALIA	LOHMANN & RAUSCHER	SERVIZI OSPEDALIERI
	94 CAMICE CHIRURGICO STANDAR IN SMS		Punteggio Ditte				Motivazione punteggio			
C.1	CARATTERISTICHE DEL CONFEZIONAMENTO (prodotti fuori set)	24	21,2	21,2	22,6	21,2				
	1- tipo di apertura (esame visivo del campione)	10	10	10	10	10	apertura peel away	apertura peel away	apertura peel away	apertura peel away
	2- identificazione (esame visivo del campione)	7	5,6	5,6	5,6	5,6	buona l'identificazione	buona l'identificazione	buona l'identificazione	buona identificazione
	3-praticità del confezionamento (esame visivo del campione)	7	5,6	5,6	7	5,6	buono il confezionamento	buono il confezionamento	ottimo il confezionamento (asciugamano posta in modo da garantire una maggior presa da parte del chirurgo)	buono il confezionamento
C.2	PRODOTTI FUORI SET: CARATTERISTICHE DEI CAMICI	76	59,544	64,57	59,006	65,791				
	resistenza alla trazione – asciutto in N (dato da scheda tecnica) norma EN29073-3	6	3	3,9	6	3,9	Sufficiente (valore medio 40,5)	Discreto (valore medio 56)	Ottimo (valore medio 103)	Discreto (valore medio 65,5)
	resistenza alla penetrazione microbica – bagnato in I _B in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 22610	2,72	2,176	2,72	1,768	1,36	5,1 buono	5,5 ottimo	4,7 discreto	4,5 sufficiente
	perdita di particelle in Log ₁₀ (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 9073-10	2,72	2,72	2,72	1,36	1,768	1,7 ottimo	1,7 ottimo	2,9 sufficiente	2,8 discreto
	resistenza alla penetrazione dei liquidi in cm H ₂ O in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN 20811	5,9	4,72	5,9	2,95	3,835	60 buono	66 ottimo	32,4 sufficiente	51,5 discreto
	rifiniture (esame del campione)	18,66	14,928	9,33	14,928	14,928	buone le rifiniture	Sufficiente le cuciture più larghe rispetto gli altri legacci in materiale diverso	buone le rifiniture	buone le rifiniture

	FUNZIONALITA e CONFORT PER L'UTILIZZATORE	40	32	40	32	40	Buono, nella misura xl presenta un camice rinforzato non richiesto e non adeguato per la destinazione d' uso (richiesto un camice standar) dichiarano 6 taglie in scheda tecnica	Ottimo dichiarano 6 taglie in scheda tecnica	Buono dichiarano 5 taglie in scheda tecnica	Ottimo dichiarano 6 taglie in scheda tecnica
	TOTALE	100	80,744	85,77	81,606	86,991				
	PUNTEGGIO MAX PARAMETRO C	9,00 punti								

C	VALUTAZIONE PRODOTTI FUORI SET (CAMICI IN TNT)	PUNTEGGIO TOTALE	MOLNLYCKE CARE	SERVIZI ITALIA	LOHMANN & RAUSCHER	SERVIZI OSPEDALIERI	MOLNLYCKE CARE	SERVIZI ITALIA	LOHMANN & RAUSCHER	SERVIZI OSPEDALIERI
	95 CAMICE CHIRURGICO RINFORZATO IN TNT		Punteggio Ditte				Motivazione punteggio			
C.1	CARATTERISTICHE DEL CONFEZIONAMENTO (prodotti fuori set)	24	21,2	21,2	22,6	21,2				
	1- tipo di apertura (esame visivo del campione)	10	10	10	10	10	apertura peel away	apertura peel away	apertura peel away	apertura peel away
	2- identificazione (esame visivo del campione)	7	5,6	5,6	5,6	5,6	buona l'identificazione	buona l'identificazione	buona l'identificazione	buona identificazione
	3-praticità del confezionamento (esame visivo del campione)	7	5,6	5,6	7	5,6	buono il confezionamento	buono il confezionamento	ottimo il confezionamento (asciugamano posta in modo da garantire una maggior presa da parte del chirurgo)	buono il confezionamento
C.2	PRODOTTI FUORI SET: CARATTERISTICHE DEI CAMICI	76	59,203	63,959	63,316	70,544				
	resistenza alla trazione – asciutto in N (dato da scheda tecnica) norma EN29073-3	6	3	4,8	6	6	Sufficiente (valore medio 40,5)	Buono (valore medio 97,5)	Ottimo (valore medio 131,5)	Ottimo(valore medio 136)
	resistenza alla penetrazione microbica – bagnato in I _B in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 22610	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	6 ottimo	6 ottimo	6 ottimo	6 ottimo
	perdita di particelle in Log ₁₀ (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 9073-10	2,72	2,72	1,36	1,768	2,176	1,7 ottimo	3,8 sufficiente	2,5 discreto	2,4 buono
	resistenza alla penetrazione dei liquidi in cm H ₂ 0 in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN 20811	5,9	3,835	2,95	5,9	4,72	110 discreto	108 sufficiente	120 ottimo	114 buono
	rifiniture (esame del campione)	18,66	14,928	12,129	14,928	14,928	buone le rifiniture	Discreto le cuciture più larghe rispetto gli altri	buone le rifiniture	buone le rifiniture
	FUNZIONALITA e CONFORT PER L'UTILIZZATORE	40	32	40	32	40	Buono Nella misura xl presenta un camice senza rinforzato dichiarano 6 taglie in scheda tecnica	Ottimo dichiarano 6 taglie in scheda tecnica	Buono dichiarano 5 taglie in scheda tecnica	Ottimo dichiarano 6 taglie in scheda tecnica
	TOTALE	100	80,403	85,159	85,916	91,744				
	PUNTEGGIO MAX PARAMETRO C	9,00 punti								

C	VALUTAZIONE PRODOTTI FUORI SET (CAMICI IN TNT)	PUNTEGGIO TOTALE	MOLNLYCKE CARE	SERVIZI ITALIA	LOHMANN & RAUSCHER	SERVIZI OSPEDALIERI	MOLNLYCKE CARE	SERVIZI ITALIA	LOHMANN & RAUSCHER	SERVIZI OSPEDALIERI
	96 CAMICE CHIRURGICO RINFORZATO N TNT		Punteggio Ditte				Motivazione punteggio			
C.1	CARATTERISTICHE DEL CONFEZIONAMENTO (prodotti fuori set)	24	21,2	21,2	22,6	19,1				
	1- tipo di apertura (esame visivo del campione)	10	10	10	10	10	apertura peel away	apertura peel away	apertura peel away	apertura peel away

	2- identificazione (esame visivo del campione)	7	5,6	5,6	5,6	5,6	buona l'identificazione	buona l'identificazione	buona l'identificazione	buona l'identificazione
	3-praticità del confezionamento (esame visivo del campione)	7	5,6	5,6	7	3,5	buono il confezionamento	buono il confezionamento	ottimo il confezionamento (asciugamano posta in modo da garantire una maggior presa da parte del chirurgo)	sufficiente il sacchetto esterno troppo grande tanto ingombro
C.2	PRODOTTI FUORI SET: CARATTERISTICHE DEI CAMICI	76	61,605	55,007	62,544	45,478				
	resistenza alla trazione – asciutto in N (dato da scheda tecnica) norma EN29073-3	6	3	4,8	6	3,9	Sufficiente (valore medio 33)	Buono (valore medio 107,5)	Ottimo (valore medio 131,5)	Discreto (valore medio 92,5)
	resistenza alla penetrazione microbica – bagnato in I _B in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 22610	2,72	2,72	1,36	2,72	2,72	6 ottimo	3,2 sufficiente	6 ottimo	6 ottimo
	perdita di particelle in Log ₁₀ (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 9073-10	2,72	2,72	1,768	2,176	1,36	1,6 ottimo	3,1 discreto	2,5 buono	3,6 sufficiente
	resistenza alla penetrazione dei liquidi in cm H ₂ 0 in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN 20811	5,9	3,835	2,95	4,72	5,9	110 discreto	39 sufficiente	120 buono	148,9 ottimo
	rifiniture (esame del campione)	18,66	9,33	12,129	14,928	5,598	Sufficiente presentano un camice con rinforzo non in tnt	Discreto le cuciture più larghe rispetto gli altri	buone le rifiniture	scarso rinforzo troppo corto
	FUNZIONALITA e CONFORT PER L'UTILIZZATORE	40	40	32	32	26	Ottimo dichiarano 6 taglie in scheda tecnica	Buono dichiarano 5 taglie in scheda tecnica	Buono dichiarano 5 taglie in scheda tecnica	Discreto dichiarano 4 taglie in scheda tecnica
	TOTALE	100	82,805	76,207	85,144	64,578				
	PUNTEGGIO MAX PARAMETRO C	9,00 punti								

C	VALUTAZIONE PRODOTTI FUORI SET (CAMICI IN TNT)	PUNTEGGIO TOTALE	MOLNLYCKE CARE	SERVIZI ITALIA	LOHMANN & RAUSCHER	SERVIZI OSPEDALIERI	MOLNLYCKE CARE	SERVIZI ITALIA	LOHMANN & RAUSCHER	SERVIZI OSPEDALIERI
	97 CAMICE CHIRURGICO IN TNT PER UROLOGIA		Punteggio Ditte				Motivazione punteggio			
C.1	CARATTERISTICHE DEL CONFEZIONAMENTO (prodotti fuori set)	24	21,2	21,2	22,6	19,1				
	1- tipo di apertura (esame visivo del campione)	10	10	10	10	10	apertura peel away	apertura peel away	apertura peel away	apertura peel away
	2- identificazione (esame visivo del campione)	7	5,6	5,6	5,6	5,6	buona l'identificazione	buona l'identificazione	buona l'identificazione	buona l'identificazione
	3-praticità del confezionamento (esame visivo del campione)	7	5,6	5,6	7	3,5	buono il confezionamento	buono il confezionamento	ottimo il confezionamento (asciugamano posta in modo da garantire una maggior presa da parte del chirurgo)	sufficiente il sacchetto esterno troppo grande tanto ingombro
C.2	PRODOTTI FUORI SET: CARATTERISTICHE DEI CAMICI	76	36,03	60,838	46,323	54,846				
	resistenza alla trazione – asciutto in N (dato da scheda tecnica) norma EN29073-3	6	3	3,9	6	3,9	Sufficiente (valore medio 38,5)	Discreto (valore medio 75)	Ottimo (valore medio 131,5)	Discreto (valore medio 67.5)
	resistenza alla penetrazione microbica – bagnato in I _B in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 22610	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	6 ottimo	6 ottimo	6 ottimo	6 ottimo
	perdita di particelle in Log ₁₀ (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 9073-10	2,72	1,36	2,72	1,768	2,176	3,3 sufficiente	1,3 ottimo	2,5 discreto	1,9 buono
	resistenza alla penetrazione dei liquidi in cm H ₂ 0 in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN 20811	5,9	2,95	5,9	3,835	4,72	110 sufficiente	981 ottimo	120 discreto	166 buono

	rifiniture (esame del campione)	18,66	0	5,598	0	9,33	scadenti le rifiniture: la ripiegatura non e funzionale alla vestizione, inoltre il camice lascia la schiena scoperta.	scarso nel campione mancano le pens per la maggiore estensione quindi la seduta risulta difficoltosa	scadenti le rifiniture: il camice lascia la schiena scoperta	sufficiente nel campione presentano piccole pens che non agevolano comunque la seduta
	FUNZIONALITA e CONFORT PER L'UTILIZZATORE	40	26	40	32	32	Discreto dichiarano 2 taglie in scheda tecnica	Ottimo dichiarano 4 taglie in scheda tecnica	Buono dichiarano 3 taglie in scheda tecnica	Buono dichiarano 3 taglie in scheda tecnica
	TOTALE	100	57,23	82,038	68,923	73,946				
	PUNTEGGIO MAX PARAMETRO C	9,00 punti								

SET PRODEDURALI										
VOCE	Peso / 100	PESO	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta MOLNLYCKE CARE TOTALI	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta SERVIZI ITALIA TOTALI	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta LOHMANN & RAUSCHER TOTALI	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI TOTALI
			PUNTEGGIO	PUNTEGGIO TOTALE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO TOTALE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO TOTALE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO TOTALE
1.01	0,1264	12,640	78,77	9,96	48,67	6,15	77,29	9,77	94,14	11,90
1.02	0,0781	7,810	47,17	3,68	65,86	5,14	83,29	6,50	85,66	6,69
1.03	0,0068	0,680	66,27	0,45	71,86	0,49	80,46	0,55	87,09	0,59
1.04	0,0382	3,820	67,99	2,60	62,13	2,37	74,86	2,86	87,09	3,33
1.05	0,0548	5,480	48,4	2,65	39,86	2,18	60,46	3,31	87,09	4,77
1.06	0,0154	1,540	72,27	1,11	72,41	1,12	74,46	1,15	86,55	1,33
1.07	0,0190	1,900	66,27	1,26	71,86	1,37	74,46	1,41	86,14	1,64
1.08	0,0413	4,130	58,27	2,41	51,86	2,14	65,66	2,71	87,09	3,60
1.09	0,0427	4,270	46,27	1,98	61,23	2,61	75,36	3,22	90,28	3,85
1.10	0,0210	2,100	44,15	0,93	43,06	0,90	79,56	1,67	87,73	1,84
1.11	0,0172	1,720	77,73	1,34	47,72	0,82	80,46	1,38	87,09	1,50
1.12	0,0234	2,340	77,73	1,82	49,81	1,17	80,46	1,88	85,89	2,01
1.13	0,0221	2,210	57,32	1,27	63,86	1,41	79,56	1,76	87,09	1,92
1.14	0,0097	0,970	57,73	0,56	44,92	0,44	80,46	0,78	87,09	0,84
1.15	0,0516	5,160	75,43	3,89	49,87	2,57	79,56	4,11	83,54	4,31
1.16	0,0835	8,350	58,63	4,90	41,06	3,43	38,23	3,19	55,67	4,65
1.17	0,0531	5,310	48,4	2,57	58,55	3,11	81,36	4,32	87,09	4,62
1.18	0,0466	4,660	54,54	2,54	60,41	2,82	80,46	3,75	57,21	2,67
1.19	0,0190	1,900	65,73	1,25	48,13	0,91	82,56	1,57	85	1,62
1.20	0,0425	4,250	65,73	2,79	67,35	2,86	81,36	3,46	87,09	3,70
1.21	0,0151	1,510	74,53	1,13	67,35	1,02	75,36	1,14	87,09	1,32
1.22	0,0066	0,660	81,07	0,54	61,06	0,40	75,36	0,50	79,89	0,53
1.23	0,0547	5,470	61,07	3,34	48,13	2,63	80,46	4,40	86,54	4,73
1.24	0,0378	3,780	69,07	2,61	57,46	2,17	68,46	2,59	87,09	3,29
1.25	0,0311	3,110	62,54	1,94	41,22	1,28	75,76	2,36	86,54	2,69
1.26	0,0346	3,460	81,43	2,82	78,25	2,71	81,36	2,82	83,2	2,88
1.27	0,0014	0,140	81,07	0,11	48,13	0,07	74,46	0,10	87,09	0,12
1.28	0,0063	0,630	80,53	0,51	69,45	0,44	80,46	0,51	85,89	0,54
		100,000		62,942		54,738		73,762		83,489
		Rip. Sui 24 punti		18,093		15,735		21,204		24,000
FUORI SET CAMICI										
VOCE	Peso / 100	PESO	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta MOLNLYCKE CARE TOTALI	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta SERVIZI ITALIA TOTALI	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta LOHMANN & RAUSCHER TOTALI	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI TOTALI
93	0,3010155	30,102	81,924	24,66	87,585	26,36	83,059	25,00	69,598	20,95
94	0,133303	13,330	80,744	10,76	85,77	11,43	81,606	10,88	86,991	11,60
95	0,4104	41,040	80,403	33,00	85,159	34,95	85,916	35,26	91,744	37,65
96	0,12704	12,704	82,805	10,52	76,207	9,68	85,144	10,82	64,578	8,20
97	0,02824	2,824	57,23	1,62	82,038	2,32	68,923	1,95	73,946	2,09
		100,000		80,557		84,745		83,903		80,490
		Rip Sui 9 punti		8,555		9,000		8,911		8,548
FUORI SET TELERIA										
VOCE	Peso / 100	PESO	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta MOLNLYCKE CARE TOTALI	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta SERVIZI ITALIA TOTALI	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta LOHMANN & RAUSCHER TOTALI	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI TOTALI
Voce										
25 a	0,0146	1,460	53,98	0,79	63,39	0,93	75,19	1,10	73,47	1,07
25 b	0,0289	2,890	48,31	1,40	55,13	1,59	78,51	2,27	92,92	2,69
25 c	0,0075	0,750	35,42	0,27	42,72	0,32	80,96	0,61	83,92	0,63
25 d	0,001	0,100	54,46	0,05	83,06	0,08	79,41	0,08	73,47	0,07
29	0,0199	1,990	92,65	1,84	96,15	1,91	96,15	1,91	94	1,87
31 a	0,0171	1,710	52,48	0,90	61,82	1,06	72,47	1,24	75,8	1,30
31 b	0,0029	0,290	80,48	0,23	75,82	0,22	66,47	0,19	75,8	0,22
33	0,0118	1,180	75,31	0,89	97,39	1,15	92,18	1,09	52,99	0,63
34	0,0012	0,120	76,97	0,09	64,77	0,08	80,31	0,10	80,25	0,10
35 a	0,0368	3,680	90,5	3,33	77,05	2,84	94,49	3,48	90,54	3,33
35 b	0,0071	0,710	88,29	0,63	88,19	0,63	96,1	0,68	91,09	0,65
36 a	0,0232	2,320	72,32	1,68	84,1	1,95	78,92	1,83	81,4	1,89
36 b	0,0001	0,010	72,32	0,01	84,1	0,01	78,92	0,01	81,4	0,01
36 c	0,0101	1,010	72,32	0,73	78,1	0,79	78,92	0,80	81,4	0,82
36 d	0,0081	0,810	72,32	0,59	81,3	0,66	79,97	0,65	81,4	0,66
37 a	0,0056	0,560	81,6	0,46	88,98	0,50	80,49	0,45	91,09	0,51
37 b	0,0042	0,420	81,11	0,34	87,01	0,37	86,9	0,36	84,73	0,36
37 c	0,0036	0,360	81,6	0,29	76,19	0,27	87,69	0,32	77,09	0,28
37 d	0,001	0,100	76,01	0,08	89,94	0,09	79,5	0,08	80,84	0,08
38	0,0033	0,330	77,7	0,26	62,66	0,21	72,19	0,24	91,09	0,30
39 a	0,0531	5,310	88,7	4,71	97,42	5,17	93,09	4,94	93,54	4,97
39 b	0,0232	2,320	83,7	1,94	82,74	1,92	83,29	1,93	83,44	1,94
39 c	0,0186	1,860	30,53	0,57	89,42	1,66	71,7	1,33	93,54	1,74
39 d	0,0548	5,480	88,7	4,86	96,37	5,28	94,49	5,18	93,54	5,13
39 e	0,0228	2,280	31,43	0,72	90,82	2,07	85,1	1,94	91,44	2,08
39 f	0,0062	0,620	81,11	0,50	87,49	0,54	85,59	0,53	84,34	0,52
40 a	0,0005	0,050	55,12	0,03	75,66	0,04	77,55	0,04	34,07	0,02
40 b	0,012	1,200	83,45	1,00	93,66	1,12	94,49	1,13	58,81	0,71
41 a	0,0388	3,880	75,11	2,91	74,29	2,88	73,24	2,84	85,13	3,30
41 b	0,0019	0,190	75,11	0,14	74,29	0,14	73,24	0,14	79,13	0,15
42 a	0,0144	1,440	81,11	1,17	86,29	1,24	85,24	1,23	93,13	1,34
42 b	0,0423	4,230	81,11	3,43	86,29	3,65	85,24	3,61	93,13	3,94
42 c	0,0096	0,960	78,16	0,75	88,35	0,85	86,13	0,83	95,2	0,91
42 d	0,0037	0,370	75,11	0,28	86,29	0,32	85,24	0,32	93,13	0,34
42 e	0,0213	2,130	80,29	1,71	79,39	1,69	73,65	1,57	93,54	1,99

VOCE	Peso / 100	PESO	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta MOLNLYCKE CARE TOTALI	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta SERVIZI ITALIA TOTALI	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta LOHMANN & RAUSCHER TOTALI	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI TOTALI
43 a	0,0319	3,190	65,78	2,10	82,55	2,63	81,51	2,60	76,85	2,45
43 b	0,0132	1,320	51,78	0,68	76,55	1,01	89,51	1,18	84,85	1,12
43 c	0,0111	1,110	65,78	0,73	91,6	1,02	81,51	0,90	70,85	0,79
43 d	0,0034	0,340	70,96	0,24	82,55	0,28	82,97	0,28	85,26	0,29
44	0,0066	0,660	19,37	0,13	71,38	0,47	97,55	0,64	87,48	0,58
45	0,0002	0,020	77,92	0,02	85,25	0,02	61,86	0,01	80,61	0,02
46	0,0007	0,070	63,98	0,04	85,05	0,06	82,74	0,06	86,95	0,06
48	0,0149	1,490	77,46	1,15	85,66	1,28	81,37	1,21	81,15	1,21
51	0,001	0,100	79,37	0,08	73,94	0,07	79,55	0,08	79,63	0,08
52	0,0001	0,010	80,92	0,01	88,27	0,01	86,87	0,01	84,42	0,01
53	0,001	0,100	64,56	0,06	89,39	0,09	76,27	0,08	84,89	0,08
53bis	0,0015	0,150	70,56	0,11	89,94	0,13	76,67	0,12	83,93	0,13
54	0,0327	3,270	75,2	2,46	72,46	2,37	76,02	2,49	82,35	2,69
56	0,0292	2,920	69,6	2,03	83,02	2,42	78,56	2,29	86,09	2,51
57	0,0133	1,330	65,37	0,87	83,56	1,11	60,37	0,80	80,99	1,08
58	0,0226	2,260	73,76	1,67	82,86	1,87	68,22	1,54	78,35	1,77
59	0,0018	0,180	72,4	0,13	84,05	0,15	81,86	0,15	79,55	0,14
60 a	0,0005	0,050	72,27	0,04	79	0,04	81,37	0,04	88,99	0,04
60 b	0,0034	0,340	77,87	0,26	84,46	0,29	78,51	0,27	82,35	0,28
61	0,0003	0,030	77,87	0,02	78,46	0,02	80,96	0,02	90,35	0,03
62	0,0002	0,020	77,37	0,02	81,3	0,02	83,17	0,02	80,99	0,02
64 a	0,0022	0,220	74,97	0,16	75,32	0,17	77,65	0,17	92,42	0,20
64 b	0,0081	0,810	74,97	0,61	59,32	0,48	85	0,69	85,82	0,70
66	0,0081	0,810	70,97	0,57	80,06	0,65	70,26	0,57	81,15	0,66
67	0,0186	1,860	63,85	1,19	83,01	1,54	84,04	1,56	83,22	1,55
69	0,0366	3,660	84,65	3,10	84,65	3,10	90,6	3,32	84,65	3,10
72bis a	0,0128	1,280	56,49	0,72	92,42	1,18	39,49	0,51	92,42	1,18
72bis b	0,0031	0,310	56,49	0,18	92,42	0,29	39,49	0,12	92,49	0,29
72bis c	0,0001	0,010	74,92	0,01	92,42	0,01	39,49	0,00	92,42	0,01
75	0,0022	0,220	33,99	0,07	92,42	0,20	74,37	0,16	96,15	0,21
77bis a	0,002	0,200	46,12	0,09	59,99	0,12	31,57	0,06	37,49	0,07
77bis b	0,0006	0,060	46,12	0,03	33,99	0,02	31,57	0,02	37,49	0,02
78bis a	0,0002	0,020	43,32	0,01	76,37	0,02	31,57	0,01	37,49	0,01
78bis c	0,0005	0,050	54,87	0,03	79,87	0,04	31,57	0,02	37,49	0,02
80bis a	0,0011	0,110	80,92	0,09	85,47	0,09	51,44	0,06	84,42	0,09
80bis b	0,0027	0,270	80,92	0,22	85,47	0,23	51,44	0,14	84,42	0,23
80bis c	0,0013	0,130	80,92	0,11	85,47	0,11	51,44	0,07	84,42	0,11
82 a	0,0017	0,170	80,92	0,14	85,47	0,15	66,37	0,11	84,32	0,14
82 b	0,0005	0,050	80,92	0,04	85,47	0,04	66,37	0,03	81,43	0,04
88	0,0007	0,070	72,25	0,05	81,32	0,06	70,74	0,05	91,22	0,06
90 a	0,0032	0,320	75,2	0,24	87,94	0,28	83,64	0,27	88,92	0,28
90 b	0,0504	5,040	75,31	3,80	81,31	4,10	84,31	4,25	87,97	4,43
92	0,0019	0,190	58,21	0,11	93,67	0,18	82,56	0,16	91,47	0,17
102	0,0001	0,010	74,17	0,01	88,19	0,01	95,69	0,01	91,99	0,01
104	0,0688	6,880	69,8	4,80	68,27	4,70	85,11	5,86	90,67	6,24
105	0,0076	0,760	88,29	0,67	87,34	0,66	94,7	0,72	85,54	0,65
106	0,0416	4,160	60,29	2,51	89,62	3,73	96,98	4,03	90,56	3,77
107	0,029	2,900	88,7	2,57	89,62	2,60	96,58	2,80	90,56	2,63
122	0,0063	0,630	75,98	0,48	79,05	0,50	80,48	0,51	86,95	0,55
124	0,0037	0,370	80,29	0,30	85,05	0,31	67,78	0,25	36,31	0,13

100,000	75,311	85,159	86,342	89,470
Rip. Sui 7 punti	5,892	6,663	6,755	7,000

FUORI SET ALTRO MATERIALE										
VOCE	Peso / 100	PESO	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta MOLNLYCKE CARE TOTALI	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta SERVIZI ITALIA TOTALI	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta LOHMANN & RAUSCHER TOTALI	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI	Ditta SERVIZI OSPEDALIERI TOTALI
26 a	0,0758	7,580	35	2,65	100	7,58	59	4,47	94	7,13
26 b	0,0622	6,220	35	2,18	70	4,35	59	3,67	100	6,22
26 c	0,0362	3,620	45	1,63	35	1,27	100	3,62	35	1,27
27 a	0,0319	3,190	61	1,95	83	2,65	83	2,65	96	3,06
27 b	0,0064	0,640	78,5	0,50	83	0,53	90	0,58	96	0,61
27 c	0,0052	0,520	72,5	0,38	83	0,43	83	0,43	96	0,50
28	0,0719	7,190	32,5	2,34	90	6,47	37,75	2,71	61,75	4,44
30	0,0864	8,640	47,5	4,10	52,75	4,56	52,75	4,56	100	8,64
32	0,0022	0,220	68	0,15	73,25	0,16	85,5	0,19	89	0,20
68 a	0,0589	5,890	62,5	3,68	81,75	4,82	90	5,30	87	5,12
68 b	0,0034	0,340	76,5	0,26	94	0,32	94	0,32	87	0,30
70	0,007	0,700	50	0,35	86	0,60	100	0,70	89	0,62
71 a	0,0095	0,950	82,5	0,78	100	0,95	87,75	0,83	93	0,88
71 b	0,0101	1,010	82,5	0,83	100	1,01	87,75	0,89	93	0,94
71 c	0,0011	0,110	100	0,11	100	0,11	87,75	0,10	93	0,10
72 a	0,0153	1,530	59	0,90	72	1,10	59	0,90	87	1,33
72 b	0,0069	0,690	39	0,27	87	0,60	59	0,41	87	0,60
72 c	0,0003	0,030	52	0,02	87	0,03	59	0,02	87	0,03
74 a	0,0004	0,040	65	0,03	100	0,04	50	0,02	100	0,04
74 b	0,0047	0,470	15	0,07	100	0,47	39	0,18	100	0,47
74 c	0,0003	0,030	35	0,01	87,75	0,03	35	0,01	35	0,01
77	0,0009	0,090	65	0,06	100	0,09	100	0,09	93	0,08
78 a	0,0412	4,120	59	2,43	87	3,58	94	3,87	87	3,58
78 b	0,0005	0,050	59	0,03	87	0,04	94	0,05	87	0,04
78 c	0,0124	1,240	59	0,73	87	1,08	94	1,17	87	1,08
78 d	0,0168	1,680	59	0,99	87	1,46	59	0,99	87	1,46
79 a	0,0212	2,120	28	0,59	59	1,25	55	1,17	93	1,97
79 b	0,0023	0,230	31	0,07	59	0,14	83	0,19	93	0,21
79 c	0,0006	0,060	31	0,02	59	0,04	52	0,03	93	0,06
80 a	0,0015	0,150	69,5	0,10	100	0,15	77,25	0,12	35	0,05
80 b	0,0001	0,010	44	0,00	100	0,01	89	0,01	100	0,01
80 c	0,0001	0,010	59	0,01	100	0,01	89	0,01	100	0,01
81 a	0,0015	0,150	39	0,06	39	0,06	94	0,14	39	0,06
81 b	0,0191	1,910	39	0,74	39	0,74	94	1,80	39	0,74
83	0,0001	0,010	59	0,01	87	0,01	83	0,01	87	0,01
85	0,0775	7,750	65,5	5,08	83	6,43	83	6,43	90	6,98
98 a	0,0147	1,470	47,5	0,70	74,75	1,10	74,75	1,10	74,75	1,10
98 b	0,007	0,700	54,5	0,38	77,25	0,54	81,75	0,57	81,75	0,57
98 c	0,0001	0,010	54,5	0,01	81,75	0,01	81,75	0,01	81,75	0,01
99 a	0,0175	1,750	59	1,03	87	1,52	94	1,65	87	1,52
99 b	0,1862	18,620	87	16,20	59	10,99	94	17,50	59	10,99
108	0,0002	0,020	76,5	0,02	81,75	0,02	81,75	0,02	58	0,01
110	0,0013	0,130	59	0,08	81,75	0,11	81,75	0,11	76,5	0,10
116	0,0072	0,720	59	0,42	87	0,63	81,75	0,59	66,75	0,48
118	0,0007	0,070	52,5	0,04	79	0,06	63	0,04	87	0,06
125	0,0216	2,160	44,5	0,96	52	1,12	79,5	1,72	80	1,73
126	0,015	1,500	31	0,47	58,75	0,88	78	1,17	80	1,20
		100,000		54,409		70,132		73,091		76,631
		Rip. Sui 5 punti		3,550		4,576		4,769		5,000
		100,000		88		84		84		96,00
Progetto		5 punti		4,583		4,375		4,375		5,000
Totale punti				40,67		40,35		46,01		49,55
Totale riparametrati				41,05		40,72		46,43		50,00

LOTTO N. 2 TNT STERILE ID 14ECO020.								
	Lotto/voce	MAX	MOLNLYCKE CARE	SERVIZI ITALIA	LOHMANN & RAUSCHER	MOLNLYCKE CARE	SERVIZI ITALIA	LOHMANN & RAUSCHER
	VOCE 2.1a/2.1b/2.1c/2.1d CHIRURGIA GENERALE PEDIATRICA	PUNTEGGI				MOTIVAZIONI		
A	CARATTERISTICHE DEL CONFEZIONAMENTO	8,00	7,40	7,40	7,40			
	1- tipo di apertura (esame visivo del campione)	3,00	3,00	3,00	3,00	apertura peel away	apertura peel away	apertura peel away
	2- modalità di presentazione (esame visivo del campione)	2,00	2,00	2,00	2,00	La commissione decide di dare il punteggio massimo a tutte le ditte in quanto tale paramerto non è applicabile.	La commissione decide di dare il punteggio massimo a tutte le ditte in quanto tale paramerto non è applicabile.	La commissione decide di dare il punteggio massimo a tutte le ditte in quanto tale paramerto non è applicabile.
	3- identificazione del set (esame visivo del campione)	3,00	2,40	2,40	2,40	buono	buono	buono
B	CARATTERISTICHE DELLA TELERIA INCLUSA NEI SET	15,00	8,48	10,23	11,80			
	TELERIA resistenza alla trazione in area critica – asciutto in N (dato da scheda tecnica) norma EN29073-3	1,50	0,75	1,20	1,50	Sufficiente (valore medio 57,97)	Buono (valore medio 73,71)	Ottimo (valore medio 80,64)
	TELERIA resistenza alla penetrazione microbica – bagnato in I _B in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 22610	0,50	0,33	0,40	0,50	Discreto (valore medio 5,7)	Buono (valore medio 5,9)	Ottimo (valore medio 6)
	TELERIA perdita di particelle in Log ₁₀ (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 9073-10	0,50	0,40	0,50	0,25	Buono (valore medio 2,07)	Ottimo (valore medio 2,04)	Sufficiente (valore medio 2,89)
	TELERIA resistenza alla penetrazione dei liquidi in cm H ₂ O in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN 20811	1,50	1,50	0,98	0,75	Ottimo (valore media 469,54)	Discreto (valore medio 157,46)	Sufficiente (valore medio 137,69)
	TUTTI I COMPONENTI IN TNT INCLUSI NEI SET					Lotto 2.1.a voce a: Buone le misure cm. 75X90 manca l'etichetta sulla confezione. Lotto 2.1.a voce b: manca l'adesivo sul telo, da bagnato si sfalda. Lotto 2.1.b voce a: Buone le misure cm. 75X90 manca l'etichetta sulla confezione. Lotto 2.1.b voce t: misure cm. 79x145 da bagnato si sfalda. Lotto 2.1.b voce q: buono misure cm. 30x40 Lotto 2.1.b voce h: i teli da bagnato si sfaldano Lotto 2.1.c voce t: misure cm. 79x145 da bagnato si sfalda. Lotto 2.1.c voce b: presenza di adesivo sul lato corto, a capitolato era richiesto sul lato lungo, da bagnato si sfalda Lotto 2.1 voce u: telo che da bagnato si sfalda Lotto 2.1.d voce j: la piegatura può compromette la sterilità nel posizionamento del telo inoltre la rigidità ostacola la corretta l'apertura del telo Lotto 2.1.d voce a: Buone le misure cm. 75X90 manca l'etichetta sulla confezione. Lotto 2.1.d voce t: misure cm. 79x145 da bagnato si sfalda Lotto 2.1.d voce h: i teli da bagnato si sfaldano	Lotto 2.1.a voce a: Buone le misure cm. 75x90 Lotto 2.1.a voce b: presenza di adesivo sul lato corto, a capitolato era richiesto sul lato lungo, foro misura cm. 8 x 8. Lotto 2.1.b voce a: Buone le misure cm. 75x90 Lotto 2.1.b voce t: misure cm. 80x142. Lotto 2.1.b voce q: buono misure cm.37x 69 Lotto 2.1.b voce h: manca la striscia adesiva, seguendo le istruzioni presenti sul telo tavolo madre, l'apertura richiede una manovra che non rispetta la sequenza dx/sx basso/alto prevista a garanzia del mantenimento della sterilità del campo (per posizione dell'etichettatura e orientamento del rinforzo non corrette) per la destinazione d'uso adesivo dei teli sono troppo alti. Lotto 2.1.c voce t: misure cm. 80x142. Lotto 2.1.c voce b: presenza di adesivo sul lato corto, a capitolato era richiesto sul lato lungo, foro misura cm. 8 x 8 Lotto 2.1 voce u: buono Lotto 2.1.d voce j: la piegatura può compromette la sterilità nel posizionamento del telo inoltre la rigidità ostacola la corretta l'apertura del telo Lotto 2.1.d voce a: Buone le misure cm. 75x90 Lotto 2.1.d voce t: misure cm. 80x142 Lotto 2.1.d voce h: manca la striscia adesiva, seguendo le istruzioni presenti sul telo tavolo madre, l'apertura richiede una manovra che non rispetta la sequenza dx/sx basso/alto prevista a garanzia del mantenimento della sterilità del campo (per posizione dell'etichettatura e orientamento del rinforzo non corrette) per la destinazione d'uso adesivo dei teli sono troppo alti.	Lotto 2.1.a voce a: Buone le misure cm. 75x90 Lotto 2.1.a voce b: presenza di adesivo sul lato corto, a capitolato era richiesto sul lato lungo foro troppo grande misure 11x11. Lotto 2.1.b voce a: Buone le misure cm. 75x90 Lotto 2.1.b voce t: misure cm. 80x145. Lotto 2.1.b voce q: buono misure cm. 30x40 Lotto 2.1.b voce h: Buono il set va bene Lotto 2.1.c voce t: misure cm. 80x145. Lotto 2.1.c voce b: manca l'adesivo su tutto il telo foro da cm. 8x8 Lotto 2.1 voce u: buono Lotto 2.1.d voce j: la piegatura può compromette la sterilità nel posizionamento del telo Lotto 2.1.d voce a: Buone le misure cm. 75x90 Lotto 2.1.d voce t: misure cm. 80x145 Lotto 2.1.d voce h: Buono il set va bene
	TUTTI COMPONENTI – rifiniture (esame del campione)	3,50	1,75	2,28	2,80	COMPLESSIVAMENTE SUFFICIENTI LE RIFINITURE PER LE MOTIVAZIONI SOPRA RIPORTATE	COMPLESSIVAMENTE DISCRETE LE RIFINITURE PER LE MOTIVAZIONI SOPRA RIPORTATE	COMPLESSIVAMENTE BUONE LE RIFINITURE PER LE MOTIVAZIONI SOPRA RIPORTATE
	FUNZIONALITA'	7,50	3,75	4,88	6,00	COMPLESSIVAMENTE SUFFICIENTE LA FUNZIONALITA'PER LE MOTIVAZIONI SOPRA RIPORTATE	COMPLESSIVAMENTE DISCRETA LA FUNZIONALITA'PER LE MOTIVAZIONI SOPRA RIPORTATE	COMPLESSIVAMENTE BUONA LA FUNZIONALITA' PER LE MOTIVAZIONI SOPRA RIPORTATE
C	VALUTAZIONE CAMICI IN TNT	20,00	12,83	13,58	19,50			
	TELERIA resistenza alla trazione in area critica – asciutto in N (dato da scheda tecnica) norma EN29073-3	2,00	1,00	1,30	2,00	Sufficiente (valore 33,8)	Discreto (valore 56)	Ottimo (valore 78,5)
	TELERIA resistenza alla penetrazione microbica – bagnato in I _B in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 22610	1,50	0,75	1,20	1,50	Sufficiente (valore 4,8)	Buono (valore 5,5)	Ottimo (valore 6)
	TELERIA perdita di particelle in Log ₁₀ (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 9073-10	1,00	1,00	1,00	0,50	Ottimo (valore 1,6)	Ottimo (valore 1,7)	Sufficiente (valore 2,99)
	TELERIA resistenza alla penetrazione dei liquidi in cm H ₂ O in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN 20811	1,50	0,98	0,98	1,50	Discreto (valore 66,5)	Discreto (valore 66)	Ottimo (valore 125)
	CAMICI					Lotto 2.1.d voce c: Camice standar discreto: le cuciture dei camici sono più larghe rispetto all' altra ditta.	Lotto 2.1.d voce c: Camice standar discreto: le cuciture dei camici sono più larghe rispetto all' altra ditta.	Lotto 2.1.d voce c: camice ottimo l' asciufgamano e posto in modo da garantire una maggior presa da parte del chirurgo.
	rifiniture (esame del campione)	4,00	2,60	2,60	4,00	COMPLESSIVAMENTE DISCRETE LE RIFINITURTE DEI CAMICI PER LE MOTIVAZIONI SOPRA RIPORTATE	COMPLESSIVAMENTE DISCRETE LE RIFINITURTE DEI CAMICI PER LE MOTIVAZIONI SOPRA RIPORTATE	COMPLESSIVAMENTE OTTIME LE RIFINITURE DEI CAMICI PER LE MOTIVAZIONI SOPRA RIPORTATE
	FUNZIONALITA e CONFORT PER L'UTILIZZATORE	10,00	6,50	6,50	10,00	COMPLESSIVAMENTE DISCRETA LA FUNZIONALITA DEI CAMICI PER LE MOTIVAZIONI SOPRA INDICATE	COMPLESSIVAMENTE DISCRETA LA FUNZIONALITA DEI CAMICI PER LE MOTIVAZIONI SOPRA INDICATE	COMPLESSIVAMENTE OTTIMA LA FUNZIONALITA' PER LE MOTIVAZIONI SOPRA RIPORTATE

	VALUTAZIONE PRODOTTI DIVERSI INCLUSI NEL SET	2,00	1,25	1,70	1,70			
	PRODOTTI DIVERSI DA TNT INCLUSI NEI SET					Lotto 2.1.d voce s striscia adesiva: misura cm. 9x49 manca l'etichetta sulla confezione. Lotto 2.1.d voce r sacca portastrumenti: misura cm. 40x35 manca l'etichetta sulla confezione.	Lotto 2.1.d voce s striscia adesiva : misure cm. 9x50. Lotto 2.1.d voce r sacca poprtastrumenti: misure cm.41x33.	Lotto 2.1.d voce r: misure cm. 40x38. Lotto 2.1.d voce s: misure cm. 9x50
	1- Rifiniture	1,00	0,50	0,80	0,80	COMPLESSIVAMENTE SUFFICIENTI LE RIFINITURE PER LE MOTIVAZIONI SOPRA RIPORTATE	COMPLESSIVAMENTE BUONE LE RIFINITURE PER LE MOTIVAZIONI SOPRA RIPORTATE	COMPLESSIVAMENTE BUONE LE RIFINITURE PER LE MOTIVAZIONI SOPRA RIPORTATE
	2- Funzionalità dei presidi richiesti	0,50	0,25	0,40	0,40	COMPLESSIVAMENTE LA FUNZIONALITA' E SUFFICIENTE PER LE MOTIVAZIONI SOPRA RIPORTATE	COMPLESSIVAMENTE LA FUNZIONALITA' E BUONA PER LE MOTIVAZIONI SOPRA RIPORTATE	COMPLESSIVAMENTE LA FUNZIONALITA' E BUONA PER LE MOTIVAZIONI SOPRA RIPORTATE
	3 - Misure (gamma e funzionalità assicurata dalle misure)	0,50	0,50	0,50	0,50	Valore non applicabile pertanto si attribuisce il massimo punteggio nel rispetto favor partecipazioni di tutti i concorrenti.		
	TOTALE	45,00	29,95	32,90	40,40			
	VOCE 2.2 a-b-c-d-e ODONTOSTOMATOLOGIA -CV MAXILLO FACC.	PUNTEGGI				MOTIVAZIONI		
A	CARATTERISTICHE DEL CONFEZIONAMENTO	8,00	7,40	7,40	7,40			
	1- tipo di apertura (esame visivo del campione)	3,00	3,00	3,00	3,00	apertura peel away	apertura peel away	apertura peel away
	2- modalità di presentazione (esame visivo del campione)	2,00	2,00	2,00	2,00	La commissione decide di dare il punteggio massimo a tutte le ditte in quanto tale paramerto non è applicabile.	La commissione decide di dare il punteggio massimo a tutte le ditte in quanto tale paramerto non è applicabile.	La commissione decide di dare il punteggio massimo a tutte le ditte in quanto tale paramerto non è applicabile.
	3- identificazione del set (esame visivo del campione)	3,00	2,40	2,40	2,40	buono	buono	buono
B	CARATTERISTICHE DELLA TELERIA INCLUSA NEI SET	15,00	8,48	10,23	11,80			
	TELERIA resistenza alla trazione in area critica – asciutto in N (dato da scheda tecnica) norma EN29073-3	1,50	0,75	1,20	1,50	Sufficiente (valore medio 65,47)	Buono (valore medio 74,57)	Ottimo (valore medio 80,64)
	TELERIA resistenza alla penetrazione microbica – bagnato in I _B in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 22610	0,50	0,33	0,40	0,50	Discreto (valore medio 5,73)	Buono (valore medio 5,86)	Ottimo (valore medio 6)
	TELERIA perdita di particelle in Log ₁₀ (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 9073-10	0,50	0,40	0,50	0,25	Buono (valore medio 2,1)	Ottimo (valore medio 2,04)	Sufficiente (valore medio 2,96)
	TELERIA resistenza alla penetrazione dei liquidi in cm H ₂ O in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN 20811	1,50	1,50	0,98	0,75	Ottimo (valore medio 588,11)	Discreto (valore medio 154,1)	Sufficiente (valore medio 137,86)
	TUTTI I COMPONENTI IN TNT INCLUSI NEI SET					Lotto 2.2.a voce b: manca l'adesivo sul telo, da bagnato si sfalda. Lotto 2.2.b voce e: buono Lotto 2.2.b voce b: manca l'adesivo sul telo, da bagnato si sfalda. Lotto 2.2.b voce t: misure cm. 79x145 da bagnato si sfalda. Lotto 2.2.b voce a: Buone le misure cm. 75X90 manca l'etichetta sulla confezione. Lotto 2.2.c voce j: la piegatura può compromette la sterilità nel posizionamento del telo inoltre la rigidità ostacola la corretta l'apertura del telo Lotto 2.2.c voce t: misure cm. 79x145 da bagnato si sfalda. Lotto 2.2.b voce b: manca l'adesivo sul telo, da bagnato si sfalda. Lotto 2.2.c voce e: buono Lotto 2.2.d voce j: la piegatura può compromette la sterilità nel posizionamento del telo inoltre la rigidità ostacola la corretta l'apertura del telo Lotto 2.2.d voce t: misure cm. 79x145 da bagnato si sfalda. Lotto 2.2.d voce a: Buone le misure cm. 75X90 manca l'etichetta sulla confezione. lotto 2.2.d voce e: buono Lotto 2.2.d voce g: misure cm. 90x150 da bagnato si sfalda Lotto 2.2.e voce a: Buone le misure cm. 75X90 manca l'etichetta sulla confezione. Lotto 2.2.e voce b: manca l'adesivo sul telo, da bagnato si sfalda. Lotto 2.2.e voce b: manca l'adesivo sul telo, da bagnato si sfalda.	Lotto 2.2.a voce b: presenza di adesivo sul lato corto, a capitolato era richiesto sul lato lungo, foro misura cm. 8 x 8. Lotto 2.2.b voce e: buono Lotto 2.2.b voce b: presenza di adesivo sul lato corto, a capitolato era richiesto sul lato lungo, foro misura cm. 8 x 8. Lotto 2.2.b voce t: misure cm. 80x142. Lotto 2.2.b voce a: Buone le misure cm. 75x90 Lotto 2.2.c voce j: la piegatura può compromette la sterilità nel posizionamento del telo inoltre la rigidità ostacola la corretta l'apertura del telo Lotto 2.2.c voce t: misure cm. 80x142. Lotto 2.2.b voce b: presenza di adesivo sul lato corto, a capitolato era richiesto sul lato lungo, foro misura cm. 8 x 8. Lotto 2.2.c voce e: buono Lotto 2.2.d voce j: la piegatura può compromette la sterilità nel posizionamento del telo inoltre la rigidità ostacola la corretta l'apertura del telo Lotto 2.2.d voce t: misure cm. 80x142. Lotto 2.2.d voce a: Buone le misure cm. 75x90 lotto 2.2.d voce e: buono Lotto 2.2.d voce g: misure cm. 102x147 Lotto 2.2.e voce a: Buone le misure cm. 75x90 Voce b: presenza di adesivo sul lato corto, a capitolato era richiesto sul lato lungo, foro misura cm. 8 x 8. Lotto 2.2.e voce b: presenza di adesivo sul lato corto, a capitolato era richiesto sul lato lungo, foro misura cm. 8 x 8.	Lotto 2.2.a voce b: presenza di adesivo sul lato corto, a capitolato era richiesto sul lato lungo foro troppo grande misure 11x11. Lotto 2.2.b voce e: buono Lotto 2.2.b voce b: presenza di adesivo sul lato corto, a capitolato era richiesto sul lato lungo foro troppo grande misure 11x11. Lotto 2.2.b voce t: misure cm. 80x145. Lotto 2.2.b voce a: Buone le misure cm. 75x90 Lotto 2.2.c voce j: la piegatura può compromette la sterilità nel posizionamento del telo Lotto 2.2.c voce t: misure cm. 80x145. Lotto 2.2.b voce b presenza di adesivo sul lato corto, a capitolato era richiesto sul lato lungo foro troppo grande misure 11x11. Lotto 2.2.c voce e: buono Lotto 2.2.d voce j: la piegatura può compromette la sterilità nel posizionamento del telo Lotto 2.2.d voce t: misure cm. 80x145. Lotto 2.2.d voce a: Buone le misure cm. 75x90 lotto 2.2.d voce e: buono Lotto 2.2.d voce g. misure cm. 100x150 Lotto 2.2.e voce a: Buone le misure cm. 75x90 Voce b: presenza di adesivo sul lato corto, a capitolato era richiesto sul lato lungo foro troppo grande misure 11x11. Lotto 2.2.e voce b: presenza di adesivo sul lato corto, a capitolato era richiesto sul lato lungo foro troppo grande misure 11x11.
	TUTTI COMPONENTI – rifiniture (esame del campione)	3,50	1,75	2,28	2,80	COMPLESSIVAMENTE SUFFICIENTE LE RIFINITURE PER LE MOTIVAZIONI SOPRA RIPORTATE	COMPLESSIVAMENTE DISCRETO LE RIFINITURE PR LE MOTIOVAZIONI SOPRA ELENcate	COMPLESSIVAMENTE BUONE LE RIFINITURE PER LE MOTIVAZIONI SOPRA RIPORTATE
	FUNZIONALITA'	7,50	3,75	4,88	6,00	COMPLESSIVAMENTE SUFFICIENTE LA FUNZIONALITA' PER LE MOTIVAZIONI SOPRA RIPORTATE	COMPLESSIVAMENTE DISCRETO LA FUNZIONALITA' PR LE MOTIVAZIONI SOPORA ELENcate	COMPLESSIVAMENTE BUONA LA FUNZIONALITA' PER LE MOTIVAZIONI SOPRA RIPORTATE
C	VALUTAZIONE CAMICI IN TNT	20,00	12,83	13,58	19,50			
	TELERIA resistenza alla trazione in area critica – asciutto in N (dato da scheda tecnica) norma EN29073-3	2,00	1,00	1,30	2,00	Sufficiente (valore 33,8)	Discreto (valore 56)	Ottimo (valore 78,5)
	TELERIA resistenza alla penetrazione microbica – bagnato in I _B in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 22610	1,50	0,75	1,20	1,50	Sufficiente (valore 4,8)	Buono (valore 5,5)	Ottimo (valore 6)
	TELERIA perdita di particelle in Log ₁₀ (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 9073-10	1,00	1,00	1,00	0,50	Ottimo (valore 1,6)	Ottimo (valore 1,7)	Sufficiente (valore 2,99)

	TELERIA resistenza alla penetrazione dei liquidi in cm H ₂ O in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN 20811	1,50	0,98	0,98	1,50	Discreto (valore 66,5)	Discreto (valore 66)	Ottimo (valore 125)
	CAMICI					Lotto 2.2. voce.b : Camice standar discreto: le cuciture dei camici sono più larghe rispetto all'altra ditta.	Lotto 2.2.b voce c : Camice standar discreto: le cuciture dei camici sono più larghe rispetto all'altra ditta.	Lotto 2.2.b voce c : ottimo l'asciugamano e posto in modo da garantire una maggior presa da parte del chirurgo
	rifiniture (esame del campione)	4,00	2,60	2,60	4,00	COMPLESSIVAMENTE DISCRETE LE RIFINITURTE DEI CAMICI PER LE MOTIVAZIONI SOPRA RIPORTATE	COMPLESSIVAMENTE DISCRETE LE RIFINITURTE DEI CAMICI PER LE MOTIVAZIONI SOPRA RIPORTATE	COMPLESSIVAMENTE OTTIME LE RIFINITURE DEI CAMICI PER LE MOTIVAZIONI SOPRA RIPORTATE
	FUNZIONALITA e CONFORT PER L'UTILIZZATORE	10,00	6,50	6,50	10,00	COMPLESSIVAMENTE DISCRETA LA FUNZIONALITA DEI CAMICI PER LE MOTIVAZIONI SOPRA INDICATE	COMPLESSIVAMENTE DISCRETA LA FUNZIONALITA DEI CAMICI PER LE MOTIVAZIONI SOPRA INDICATE	COMPLESSIVAMENTE OTTIMA LA FUNZIONALITA' PER LE MOTIVAZIONI SOPRA RIPORTATE
	VALUTAZIONE PRODOTTI DIVERSI INCLUSI NEL SET	2,00	1,25	1,70	1,70			
	PRODOTTI DIVERSI DA TNT INCLUSI NEI SET					Lotto 2.2.c voce S : misura cm. 9x49 manca l'etichetta sulla confezione Lotto 2.2.b voce r : misure cm. 40x35 manca l'etichetta	Lotto 2.2.b voce r : misure cm. 41x33 Lotto 2.2.c voce S : misure cm. 9x50	Lotto 2.2.b voce r : misure cm. 38x 40 Lotto 2.2.c voce S : misure cm. 9x50
	1- Rifiniture	1,00	0,50	0,80	0,80	COMPLESSIVAMENTE SUFFICIENTI LE RIFINITURE PER LE MOTIVAZIONI SOPRA RIPORTATE	COMPLESSIVAMENTE BUONE LE RIFINITURE PER LE MOTIVAZIONI SOPRA RIPORTATE	COMPLESSIVAMENTE BUONE LE RIFINITURE PER LE MOTIVAZIONI SOPRA RIPORTATE
	2- Funzionalità dei presidi richiesti	0,50	0,25	0,40	0,40	COMPLESSIVAMENTE LA FUNZIONALITA' E SUFFICIENTE PER LE MOTIVAZIONI SOPRA RIPORTATE	COMPLESSIVAMENTE LA FUNZIONALITA' E BUONA PER LE MOTIVAZIONI SOPRA RIPORTATE	COMPLESSIVAMENTE LA FUNZIONALITA' E BUONA PER LE MOTIVAZIONI SOPRA RIPORTATE
	3 - Misure (gamma e funzionalità assicurata dalle misure)	0,50	0,50	0,50	0,50	Valore non applicabile pertanto si attribuisce il massimo punteggio nel rispetto favor partecipazioni di tutti i concorrenti.		
	TOTALE	45,00	29,95	32,90	40,40			
	VOCE 2.3 a-b-c-d-e-f-g-h	PUNTEGGI				MOTIVAZIONI		
A	CARATTERISTICHE DEL CONFEZIONAMENTO	8,00	7,40	7,40	7,40			
	1- tipo di apertura (esame visivo del campione)	3,00	3,00	3,00	3,00	apertura peel away	apertura peel away	apertura peel away
	2- modalità di presentazione (esame visivo del campione)	2,00	2,00	2,00	2,00	La commissione decide di dare il punteggio massimo a tutte le ditte in quanto tale paramerto non è applicabile.	La commissione decide di dare il punteggio massimo a tutte le ditte in quanto tale paramerto non è applicabile.	La commissione decide di dare il punteggio massimo a tutte le ditte in quanto tale paramerto non è applicabile.
	3- identificazione del set (esame visivo del campione)	3,00	2,40	2,40	2,40	buono	buono	buono
B	CARATTERISTICHE DELLA TELERIA INCLUSA NEI SET	15,00	8,65	9,90	12,03			
	TELERIA resistenza alla trazione in area critica – asciutto in N (dato da scheda tecnica) norma EN29073-3	1,50	0,75	1,20	1,50	Sufficiente (valore medio 57,97)	Buono (valore medio 73,13)	Ottimo (valore medio 80,38)
	TELERIA resistenza alla penetrazione microbica – bagnato in I _B in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 22610	0,50	0,40	0,40	0,50	Buono (valore medio 5,72)	Buono (valore medio 5,74)	Ottimo (valore medio 6)
	TELERIA perdita di particelle in Log ₁₀ (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 9073-10	0,50	0,50	0,40	0,25	Ottimo (valore medio 1,81)	Buono (valore medio 2,12)	Sufficiente (valore medio 2,98)
	TELERIA resistenza alla penetrazione dei liquidi in cm H ₂ O in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN 20811	1,50	1,50	0,75	0,98	Ottimo (valore medio 608,59)	Sufficiente (valore medio 133,52)	Discreto (valore medio 140,48)
	TUTTI I COMPONENTI IN TNT INCLUSI NEI SET					Lotto 2.2.a voce t : misure cm. 79x145 da bagnato si sfalda. Lotto 2.3.a voce b : manca l'adesivo sul telo, da bagnato si sfalda. Lotto 2.3.a voce g : misure cm. 90x150 da bagnato si sfalda Lotto 2.3.a voce j : la piegatura può compromette la sterilità nel posizionamento del telo inoltre la rigidità ostacola la corretta l'apertura del telo Lotto 2.3.b voce t : misure cm. 79x145 da bagnato si sfalda Lotto 2.3.b voce b : manca l'adesivo sul telo, da bagnato si sfalda. Lotto 2.3.b voce g : misure cm. 90x150 da bagnato si sfalda Lotto 2.3.c voce h : i teli da bagnato si sfaldano Lotto 2.3.c voce j : la piegatura può compromette la sterilità nel posizionamento del telo inoltre la rigidità ostacola la corretta l'apertura del telo Lotto 2.3.c voce t : misure cm. 79x145 da bagnato si sfalda. Lotto 2.3.d voce t : misure cm. 79x145 da bagnato si sfalda. Lotto 2.3.d voce b : manca l'adesivo, da bagnato si sfalda Lotto 2.3.c voce d : buono Lotto 2.3 voce g : misure 90x150 da bagnato si sfalda Lotto 2.3.e voce b : manca l'adesivo sul telo, da bagnato si sfalda. Lotto 2.3.e voce a : Buone le misure cm. 75X90 manca l'etichetta sulla confezione.	Lotto 2.2.a voce t : misure cm. 80x142. Lotto 2.3.a voce b : presenza di adesivo sul lato corto, a capitolato era richiesto sul lato lungo, foro misura cm. 8 x 8. Lotto 2.3.a voce g : misure cm. 102x147 Lotto 2.3.a voce j : la piegatura può compromette la sterilità nel posizionamento del telo inoltre la rigidità ostacola la corretta l'apertura del telo Lotto 2.3.b voce t : misure cm. 80x142 Lotto 2.3.b voce b : presenza di adesivo sul lato corto, a capitolato era richiesto sul lato lungo, foro misura cm. 8 x 8. Lotto 2.3.b voce g : misure cm. 102x147 Lotto 2.3.c voce h : manca la striscia adesiva, seguendo le istruzioni presenti sul telo tavolo madre, l'apertura richiede una manovra che non rispetta la sequenza dx/sx basso/alto prevista a garanzia del mantenimento della sterilità del campo (per posizione dell'etichettatura e orientamento del rinforzo non corrette) per la destinazione d'uso adesivo dei teli sono troppo alti. Lotto 2.3.c voce j : la piegatura può compromette la sterilità nel posizionamento del telo inoltre la rigidità ostacola la corretta l'apertura del telo Lotto 2.3.c voce t : misure cm. 80x142. Lotto 2.3.d voce t : misure cm. 80x142. Lotto 2.3.d voce b : presenza di adesivo sul lato corto, a capitolato era richiesto sul lato lungo foro misura cm. 8 x 8 Lotto 2.3.c voce d : discreto le cuciture sono più larghe rispetto quelli presentati dalle altre ditte Lotto 2.3 voce g : misure 102x147	Lotto 2.2.a voce t : misure cm. 80x145. Lotto 2.3.a voce b : presenza di adesivo sul lato corto, a capitolato era richiesto sul lato lungo foro troppo grande misure 11x11. Lotto 2.3.a voce g : misure cm.100x150 Lotto 2.3.a voce j : la piegatura può compromette la sterilità nel posizionamento del telo Lotto 2.3.b voce t : misure cm. 80x145 Lotto 2.3.b voce b : presenza di adesivo sul lato corto, a capitolato era richiesto sul lato lungo foro troppo grande misure 11x11. Lotto 2.3.b voce g : misure cm. 100x150 Lotto 2.3.c voce h : Buono il set va bene Lotto 2.3.c voce j : la piegatura può compromette la sterilità nel posizionamento del telo Lotto 2.3.c voce t : misure cm. 80x145. Lotto 2.3.d voce t : misure cm. 80x145. Lotto 2.3.d voce b : presenza di adesivo sul lato corto, a capitolato era richiesto sul lato lungo foro troppo grande misure 11x11 Lotto 2.3.c voce d : ottimo l'asciugamano e posto in modo da garantire una maggior presa da parte del chirurgo Lotto 2.3 voce g : misure 100x150 Lotto 2.3.e voce b : presenza di adesivo sul lato corto, a capitolato era richiesto sul lato lungo foro troppo grande misure 11x11. Lotto 2.3.e voce a : Buone le misure cm. 75x90

						Lotto 2.3.e voce t: misure cm. 79x145 da bagnato si sfalda. Lotto 2.3.f voce t: misure cm. 79x145 da bagnato si sfalda. Lotto 2.3.f voce b: manca l'adesivo sul telo, da bagnato si sfalda. Lotto 2.3.f voce u: misure 75x90 da bagnato si sfalda Lotto 2.3.g voce g: misure cm. 90x150 da bagnato si sfalda Lotto 2.3.g voce a: Buone le misure cm. 75X90 manca l'etichetta sulla confezione. Lotto 2.3.g voce t: misure cm. 79x145 da bagnato si sfalda. Lotto 2.3.h voce t: misure cm. 79x145 da bagnato si sfalda. Lotto 2.3.h voce b: manca l'adesivo sul telo, da bagnato si sfalda. Lotto 2.3.h voce u: misure 75x90 da bagnato si sfalda	Lotto 2.3.e voce b: presenza di adesivo sul lato corto, a capitolato era richiesto sul lato lungo, foro misura cm. 8 x 8. Lotto 2.3.e voce a: Buone le misure cm. 75x90 Lotto 2.3.e voce t: misure cm. 80x142. Lotto 2.3.f voce t: misure cm. 80x142. Lotto 2.3.f voce b: presenza di adesivo sul lato corto, a capitolato era richiesto sul lato lungo, foro misura cm. 8 x 8. Lotto 2.3.f voce u: misure cm. 90x75 Lotto 2.3.g voce g: misure cm. 102x147 Lotto 2.3.g voce a: Buone le misure cm. 75x90 Lotto 2.3.g voce t: misure cm. 80x142. Lotto 2.3.h voce t: misure cm. 80x142. Lotto 2.3.h voce b: presenza di adesivo sul lato corto, a capitolato era richiesto sul lato lungo, foro misura cm. 8 x 8. Lotto 2.3.h voce u: misure cm. 90x75	Lotto 2.3.e voce t: misure cm. 80x145. Lotto 2.3.e voce s: misure cm. 9x50 Lotto 2.3.f voce t: misure cm. 80x145. Lotto 2.3.f voce b: presenza di adesivo sul lato corto, a capitolato era richiesto sul lato lungo foro troppo grande misure 11x11. Lotto 2.3.f voce u: misure cm. 75x 90 Lotto 2.3.g voce g: misure cm. 100x150 Lotto 2.3.g voce a: Buone le misure cm. 75x90 Lotto 2.3.g voce t: misure cm. 80x145. Lotto 2.3.h voce t: misure cm. 80x145. Lotto 2.3.h voce b: presenza di adesivo sul lato corto, a capitolato era richiesto sul lato lungo foro troppo grande misure 11x11. Lotto 2.3.h voce u: misure cm. 75x 90
	TUTTI COMPONENTI – rifiniture (esame del campione)	3,50	1,75	2,28	2,80	COMPLESSIVAMENTE SUFFICIENTE LE RIFINITURE PER LE MOTIVAZIONI SOPRA RIPORTATE	COMPLESSIVAMENTE DISCRETO LE RIFINITURE PR LE MOTIOVAZIONI SOPRA ELENCAATE	COMPLESSIVAMENTE BUONE LE RIFINITURE PER LE MOTIVAZIONI SOPRA INDICATE
	FUNZIONALITA'	7,50	3,75	4,88	6,00	COMPLESSIVAMENTE SUFFICIENTE LA FUNZIONALITA' PER LE MOTIVAZIONI SOPRA RIPORTATE	COMPLESSIVAMENTE DISCRETO LA FUNZIONALITA' PR LE MOTIVAZIONI SOPORA ELENCAATE	COMPLESSIVAMENTE BUONA LA FUNZIONALITA' PER LE MOTIVAZIONI PORTA INDICATE
C	VALUTAZIONE CAMICI IN TNT	20,00	12,83	13,58	19,50			
	TELERIA resistenza alla trazione in area critica – asciutto in N (dato da scheda tecnica) norma EN29073-3	2,00	1,00	1,30	2,00	Sufficiente (valore 33,8)	Discreto (valore 56)	Ottimo (valore 78,5)
	TELERIA resistenza alla penetrazione microbica – bagnato in I _B in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 22610	1,50	0,75	1,20	1,50	Sufficiente (valore 4,8)	Buono (valore 5,5)	Ottimo (valore 6)
	TELERIA perdita di particelle in Log ₁₀ (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 9073-10	1,00	1,00	1,00	0,50	Ottimo (valore 1,6)	Ottimo (valore 1,7)	Sufficiente (valore 2,99)
	TELERIA resistenza alla penetrazione dei liquidi in cm H ₂ O in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN 20811	1,50	0,98	0,98	1,50	Discreto (valore 66,5)	Discreto (valore 66)	Ottimo (valore 125)
	CAMICI					Lotto 2.3.c voce c: Camice standar discreto: le cuciture dei camici sono più larghe rispetto all' altra ditta.	Lotto 2.3.c voce c: Camice standar discreto: le cuciture dei camici sono più larghe rispetto all' altra ditta.	Lotto 2.3.c voce c: ottimo l'asciugamano e posto in modo da garantire una maggior presa da parte del chirurgo
	rifiniture (esame del campione)	4,00	2,60	2,60	4,00	COMPLESSIVAMENTE DISCRETE LE RIFINITURTE DEI CAMICI PER LE MOTIVAZIONI SOPRA RIPORTATE	COMPLESSIVAMENTE DISCRETE LE RIFINITURTE DEI CAMICI PER LE MOTIVAZIONI SOPRA RIPORTATE	COMPLESSIVAMENTE OTTIME LE RIFINITURE DEI CAMICI PER LE MOTIVAZIONI SOPRA RIPORTATE
	FUNZIONALITA' e CONFORT PER L'UTILIZZATORE	10,00	6,50	6,50	10,00	COMPLESSIVAMENTE DISCRETA LA FUNZIONALITA DEI CAMICI PER LE MOTIVAZIONI SOPRA INDICATE	COMPLESSIVAMENTE DISCRETA LA FUNZIONALITA DEI CAMICI PER LE MOTIVAZIONI SOPRA INDICATE	COMPLESSIVAMENTE OTTIMA LA FUNZIONALITA' PER LE MOTIVAZIONI SOPRA RIPORTATE
	VALUTAZIONE PRODOTTI DIVERSI INCLUSI NEL SET	2,00	1,25	1,70	1,70			
	PRODOTTI DIVERSI DA TNT INCLUSI NEI SET					Lotto 2.3.h voce S: misura cm. 9x49 manca l'etichetta sulla confezione	Lotto 2.3.c voce S: misure cm. 9x50	Lotto 2.3.h voce S: misure cm. 9x50
	1- Rifiniture	1,00	0,50	0,80	0,80	COMPLESSIVAMENTE SUFFICIENTI LE RIFINITURE PER LE MOTIVAZIONI SOPRA RIPORTATE	COMPLESSIVAMENTE BUONE LE RIFINITURE PER LE MOTIVAZIONI SOPRA RIPORTATE	COMPLESSIVAMENTE BUONE LE RIFINITURE PER LE MOTIVAZIONI SOPRA RIPORTATE
	2- Funzionalità dei presidi richiesti	0,50	0,25	0,40	0,40	COMPLESSIVAMENTE LA FUNZIONALITA' E SUFFICIENTE PER LE MOTIVAZIONI SOPRA RIPORTATE	COMPLESSIVAMENTE LA FUNZIONALITA' E BUONA PER LE MOTIVAZIONI SOPRA RIPORTATE	COMPLESSIVAMENTE LA FUNZIONALITA' E BUONA PER LE MOTIVAZIONI SOPRA RIPORTATE
	3 - Misure (gamma e funzionalità assicurata dalle misure)	0,50	0,50	0,50	0,50	Valore non applicabile pertanto si attribuisce il massimo punteggio nel rispetto favor partecipazioni di tutti i concorrenti.		
	TOTALE	45,00	30,13	32,58	40,63			
	VOCE 2.4 a-b-c- 2.5a OCULISTICA	PUNTEGGI				MOTIVAZIONI		
A	CARATTERISTICHE DEL CONFEZIONAMENTO	8,00	7,40	7,40	7,40			
	1- tipo di apertura (esame visivo del campione)	3,00	3,00	3,00	3,00	apertura peel away	apertura peel away	apertura peel away
	2- modalità di presentazione (esame visivo del campione)	2,00	2,00	2,00	2,00	La commissione decide di dare il punteggio massimo a tutte le ditte in quanto tale paramerto non è applicabile.	La commissione decide di dare il punteggio massimo a tutte le ditte in quanto tale paramerto non è applicabile.	La commissione decide di dare il punteggio massimo a tutte le ditte in quanto tale paramerto non è applicabile.
	3- identificazione del set (esame visivo del campione)	3,00	2,40	2,40	2,40	buono	buono	buono
B	CARATTERISTICHE DELLA TELERIA INCLUSA NEI SET	15,00	8,55	10,00	12,03			
	TELERIA resistenza alla trazione in area critica – asciutto in N (dato da scheda tecnica) norma EN29073-3	1,50	0,75	1,20	1,50	Sufficiente (valore medio 44,54)	Buono (valore medio 63,79)	Ottimo (valore medio 77,07)
	TELERIA resistenza alla penetrazione microbica – bagnato in I _B in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 22610	0,50	0,40	0,40	0,50	Buono (valore medio 5,73)	Buono (valore medio 5,73)	Ottimo (valore medio 6)
	TELERIA perdita di particelle in Log ₁₀ (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 9073-10	0,50	0,40	0,50	0,25	Buono (valore medio 2,46)	Ottimo (valore medio 2,13)	Sufficiente (valore medio 2,989)

	TELERIA resistenza alla penetrazione dei liquidi in cm H ₂ O in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN 20811	1,50	1,50	0,75	0,98	Ottimo (valore medio 471,38)	Sufficiente (valore medio 125,09)	Discreto (valore medio 137,73)
	TUTTI I COMPONENTI IN TNT INCLUSI NEI SET					Lotto 2.4.a voce t: misure cm. 79x145 da bagnato si sfalda Lotto 2.4.a voce v: misure cm. 146 x 151 apertura 12x 9 Lotto 2.4.b voce t: misure cm. 79x145 da bagnato si sfalda. Lotto 2.4.b voce a: Buone le misure cm. 75X90 manca l'etichetta sulla confezione. Lotto 2.4.b voce b: manca l'adesivo sul telo, da bagnato si sfalda. Lotto 2.4.c voce t: misure cm. 79x145 da bagnato si sfalda. Lotto 2.4.c voce v: misure cm. 146 x 151 apertura 12x 9 Lotto 2.5.a voce q: buono misure cm. 30x40 lotto 2.5.a voce b: misure telo cm. 75x100 apertura 10 cm. Lotto 2.5.a garza: buone Lotto 2.5.a telo avvolgimento: misure cm. 75x100	Lotto 2.4.a voce t: misure cm. 80x142 Lotto 2.4.a voce v: misure cm. 122 x 160 apertura 11,5 x 9 Lotto 2.4.b voce t: misure cm. 80x142. Lotto 2.4.b voce a: Buone le misure cm. 75x90 Lotto 2.4.b voce b: presenza di adesivo sul lato corto, a capitolato era richiesto sul lato lungo, foro misura cm. 8 x 8. Lotto 2.4.c voce t: misure cm. 80x142. Lotto 2.4.c voce v: misure cm. 122 x 160 apertura cm. 11,5 x 9 Lotto 2.5.a voce q: buono misure cm.37x 69 lotto 2.5.a voce b: misure cm. 90x 75 aperura cm. 12 x 9 Lotto 2.5.a garza: buone Lotto 2.5.a telo avvolgimento: misure cm. 75x100	Lotto 2.4.a voce t: misure cm. 80x145 Lotto 2.4.a voce v: misure cm. 140 x 180 apertura 10x7 Lotto 2.4.b voce t: misure cm. 80x145. Lotto 2.4.b voce a: Buone le misure cm. 75x90 Lotto 2.4.b voce b: manca l'adesivo sul telo foro misure cm. 8x8. Lotto 2.4.c voce t: misure cm. 80x145. Lotto 2.4.c voce v: misure cm. 140 x 180 apertura cm. 10x7 Lotto 2.5.a voce q buono misure cm. 30x40 lotto 2.5.a voce b: misura telo cm. 75x 90 apertura 11 cm. Lotto 2.5.a garza: buone Lotto 2.5.a telo avvolgimento: misure cm. 75x100
	TUTTI COMPONENTI – rifiniture (esame del campione)	3,50	1,75	2,28	2,80	COMPLESSIVAMENTE SUFFICIENTE LE RIFINITURE PER LE MOTIVAZIONE SOPRA INDICATE	COMPLESSIVAMENTE DISCRETE LE RIFINITURE PER LE MOTIVAZIONE SOPRA INDICATE	COMPLESSIVAMENTE BUONE LE RIFINITURE PER LE MOTIVAZIONI SOPRA RIPORTATE
	FUNZIONALITA'	7,50	3,75	4,88	6,00	COMPLESSIVAMENTE SUFFICIENTE LA FUNZIONALITA' PER LE MOTIVAZIONI SOPRA INDICATE	COMPLESSIVAMENTE DISCRETA LA FUNZIONALITA' PER LE MOTIVAZIONI SOPRA INDICATE	COMPLESSIVAMENTE BUONA LA FUNZIONALITA' PER LE MOTIVAZIONI SOPRA RIPORTATE
C	VALUTAZIONE CAMICI IN TNT	20,00	12,83	13,58	19,50			
	TELERIA resistenza alla trazione in area critica – asciutto in N (dato da scheda tecnica) norma EN29073-3	2,00	1,00	1,30	2,00	Sufficiente (valore 33,8)	Discreto (valore 56)	Ottimo (valore 78,5)
	TELERIA resistenza alla penetrazione microbica – bagnato in I _B in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 22610	1,50	0,75	1,20	1,50	Sufficiente (valore 4,8)	Buono (valore 5,5)	Ottimo (valore 6)
	TELERIA perdita di particelle in Log ₁₀ (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 9073-10	1,00	1,00	1,00	0,50	Ottimo (valore 1,6)	Ottimo (valore 1,7)	Sufficiente (valore 2,99)
	TELERIA resistenza alla penetrazione dei liquidi in cm H ₂ O in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN 20811	1,50	0,98	0,98	1,50	Discreto (valore 66,5)	Discreto (valore 66)	Ottimo (valore 125)
	CAMICI					Lotto 2.4.c voce c: Camice standar discreto: le cuciture dei camici sono più larghe rispetto all	Lotto 2.4.c voce c: Camice standar discreto: le cuciture dei camici sono più larghe rispetto all'altra ditta.	Lotto 2.4.c voce c: ottimo l' asciugamano e posto in modo da garantire una maggior presa da parte del chirurgo
	rifiniture (esame del campione)	4,00	2,60	2,60	4,00	COMPLESSIVAMENTE DISCRETE LE RIFINITURTE DEI CAMICI PER LE MOTIVAZIONI SOPRA RIPORTATE	COMPLESSIVAMENTE DISCRETE LE RIFINITURTE DEI CAMICI PER LE MOTIVAZIONI SOPRA RIPORTATE	COMPLESSIVAMENTE OTTIME LE RIFINITURE DEI CAMICI PER LE MOTIVAZIONI SOPRA RIPORTATE
	FUNZIONALITA' e CONFORT PER L'UTILIZZATORE	10,00	6,50	6,50	10,00	COMPLESSIVAMENTE DISCRETA LA FUNZIONALITA DEI CAMICI PER LE MOTIVAZIONI SOPRA INDICATE	COMPLESSIVAMENTE DISCRETA LA FUNZIONALITA DEI CAMICI PER LE MOTIVAZIONI SOPRA INDICATE	COMPLESSIVAMENTE OTTIMA LA FUNZIONALITA' PER LE MOTIVAZIONI SOPRA RIPORTATE
	VALUTAZIONE PRODOTTI DIVERSI INCLUSI NEL SET	2,00	1,70	1,25	1,70			
	PRODOTTI DIVERSI DA TNT INCLUSI NEI SET					Lotto 2.5.a spugna: buone Lotto 2.5.a Etichetta: presente	Lotto 2.5.a spugna: buone Lotto 2.5.a Etichetta: assente	Lotto 2.5.a spugna: buone Lotto 2.5.a Etichetta: presente
	1- Rifiniture	1,00	0,80	0,50	0,80	COMPLESSIVAMENTE BUONE LE RIFINITURE PER LE MOTIVAZIONI SOPRA RIPORTATE	COMPLESSIVAMENTE SUFFICIENTI LE RIFINITURE PER LE MOTIVAZIONI SOPRA RIPORTATE	COMPLESSIVAMENTE BUONE LE RIFINITURE PER LE MOTIVAZIONI SOPRA RIPORTATE
	2- Funzionalità dei presidi richiesti	0,50	0,40	0,25	0,40	COMPLESSIVAMENTE LA FUNZIONALITA' E BUONA PER LE MOTIVAZIONI SOPRA RIPORTATE	COMPLESSIVAMENTE LA FUNZIONALITA' E SUFFICIENTE PER LE MOTIVAZIONI SOPRA RIPORTATE	COMPLESSIVAMENTE LA FUNZIONALITA' E BUONA PER LE MOTIVAZIONI SOPRA RIPORTATE
	3 - Misure (gamma e funzionalità assicurata dalle misure)	0,50	0,50	0,50	0,50	Valore non applicabile pertanto si attribuisce il massimo punteggio nel rispetto favor partecipazioni di tutti i concorrenti.		
	TOTALE	45,00	30,48	32,23	40,63			
	VOCE 2.6 a-b-c-d OSTETRICA E GINECOLOGIA	PUNTEGGI				MOTIVAZIONI		
A	CARATTERISTICHE DEL CONFEZIONAMENTO	8,00	7,40	7,40	7,40			
	1- tipo di apertura (esame visivo del campione)	3,00	3,00	3,00	3,00	apertura peel away	apertura peel away	apertura peel away
	2- modalità di presentazione (esame visivo del campione)	2,00	2,00	2,00	2,00	La commissione decide di dare il punteggio massimo a tutte le ditte in quanto tale paramerto non è applicabile.	La commissione decide di dare il punteggio massimo a tutte le ditte in quanto tale paramerto non è applicabile.	La commissione decide di dare il punteggio massimo a tutte le ditte in quanto tale paramerto non è applicabile.
	3- identificazione del set (esame visivo del campione)	3,00	2,40	2,40	2,40	buono	buono	buono
B	CARATTERISTICHE DELLA TELERIA INCLUSA NEI SET	15,00	8,65	10,13	12,03			
	TELERIA resistenza alla trazione in area critica – asciutto in N (dato da scheda tecnica) norma EN29073-3	1,50	0,75	1,50	1,50	Sufficiente (valore medio 55,48)	Ottimo (valore medio 82,75)	Ottimo (valore medio 82,75)
	TELERIA resistenza alla penetrazione microbica – bagnato in I _B in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 22610	0,50	0,40	0,33	0,50	Buono (valore medio 5,81)	Discreto (valore medio 5,71)	Ottimo (valore medio 6)
	TELERIA perdita di particelle in Log ₁₀ (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 9073-10	0,50	0,50	0,40	0,25	Ottimo (valore medio 2,04)	Buono (valore medio2,23)	Sufficiente (valore medio 2,98)
	TELERIA resistenza alla penetrazione dei liquidi in cm H ₂ O in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN 20811	1,50	1,50	0,75	0,98	Ottimo (valore medio 151,29)	Sufficiente (valore medio 125,47)	Discreto (valore medio 135,31)

	TUTTI I COMPONENTI IN TNT INCLUSI NEI SET					Lotto 2.6.a voce j: la piegatura può compromette la sterilità nel posizionamento del telo inoltre la rigidità ostacola la corretta l'apertura del telo Lotto 2.6.a voce t: misure cm. 79x145 da bagnato si sfalda. Lotto 2.6.a telo per litomia: misure cm. 154x 168 foro cm. 11 Lotto 2.6.a telo sotto sacrale: buono Lotto 2.6.b voce a: Buone le misure cm. 75X90 manca l'etichetta sulla confezione. Lotto 2.6.c voce j: la piegatura può compromette la sterilità nel posizionamento del telo inoltre la rigidità ostacola la corretta l'apertura del telo lotto 2.6.c mono telo: buono misure telo cm. 270x260x175 Lotto 2.6.c voce j: la rigidità ostacola la corretta l'apertura del telo inoltre la piegatura può compromette la sterilità nel posizionamento del telo inoltre Lotto 2.6.c telo tre strati: buono Lotto 2.6.c voce r: misure cm. 30x50 Lotto 2.6.c voce t: misure cm. 79x145 da bagnato si sfalda. Lotto 2.6.d voce j: la piegatura può compromette la sterilità nel posizionamento del telo inoltre la rigidità ostacola la corretta l'apertura del telo Lotto 2.6.d mono telo ch. Gen: misure cm. 200x270x320 aperture 23x36 Lotto 2.6.d voce r: misura cm. 40x35 manca l'etichetta sulla confezione Lotto 2.6.d voce t: misure cm. 79x145 da bagnato si sfalda Lotto 2.6.d voce g: misure 90x150 da bagnato si sfalda	Lotto 2.6.a voce j: la piegatura può compromette la sterilità nel posizionamento del telo inoltre la rigidità ostacola la corretta l'apertura del telo Lotto 2.6.a voce t misure cm. 80x142. Lotto 2.6.a telo per litomia: misure 163x279x74 foro cm. 15 x 7,5 Lotto 2.6.a telo sotto sacrale: buono Lotto 2.6.a telo sotto sacrale: buono Lotto 2.6.a set gambali: buoni Lotto 2.6.b voce a: Buone le misure cm. 75x90 Lotto 2.6.c voce j: la piegatura può compromette la sterilità nel posizionamento del telo inoltre la rigidità ostacola la corretta l'apertura del telo lotto 2.6.c mono telo: buono misure telo cm. 269x304x196 Lotto 2.6.c voce j: buono misure cm. 140x190 (la piegatura consenta l'apertura in maniera corretta) Lotto 2.6.c telo tre strati: misure cm. 98x75 (grande rispetto al richiesto) Lotto 2.6.c salviette asciugamani: buono Lotto 2.6.c voce t: misure cm. 80x142. Lotto 2.6.d voce j: la piegatura può compromette la sterilità nel posizionamento del telo inoltre la rigidità ostacola la corretta l'apertura del telo Lotto 2.6.d mono telo ch. Gen: misure cm. 259 x 307 x 198 apertura cm. 34x23 Lotto 2.6.d set gambali: buoni Lotto 2.6.d voce t: misure cm. 80x142 Lotto 2.6.d voce g: misure cm. 102x147	Lotto 2.6.a voce j: la piegatura può compromette la sterilità nel posizionamento del telo Lotto 2.6.a voce t misure cm. 80x145. Lotto 2.6.a telo per litomia: misure 175x 260x210 foro da cm. 15x 10 Lotto 2.6.a telo sotto sacrale: buono Lotto 2.6.a telo sotto sacrale: buono Lotto 2.6.a telo sotto sacrale: buono Lotto 2.6.b voce a: Buone le misure cm. 75x90 Lotto 2.6.c voce j: la piegatura può compromette la sterilità nel posizionamento del telo lotto 2.6.c mono telo: buono misure telo cm.260x200x335 Lotto 2.6.c voce j: buono misure cm. 150 x 190 Lotto 2.6.c telo tre strati: buono Lotto 2.6.c voce t: misure cm. 80x145. Lotto 2.6.d voce j: la piegatura può compromette la sterilità nel posizionamento del telo Lotto 2.6.d mono telo ch. Gen: misure cm. 260x310 aperura cm. 23x 23 Lotto 2.6.d voce t: misure cm. 80x145 Lotto 2.6.d voce g: misure cm. 100x150
	TUTTI COMPONENTI – rifiniture (esame del campione)	3,50	1,75	2,28	2,80	COMPLESSIVAMENTE SUFFICIENTE LE RIFINITURE PER LE MOTIVAZIONE SOPRA INDICATE	COMPLESSIVAMENTE DISCRETE LE RIFINITURE PER LE MOTIVAZIONE SOPRA INDICATE	COMPLESSIVAMENTE BUONE LE RIFINITURE PER LE MOTIVAZIONI SOPRA INDICATE
	FUNZIONALITA'	7,50	3,75	4,88	6,00	COMPLESSIVAMENTE SUFFICIENTE LA FUNZIONALITA' PER LE MOTIVAZIONI SOPRA INDICATE	COMPLESSIVAMENTE DISCRETA LA FUNZIONALITA' PER LE MOTIVAZIONI SOPRA INDICATE	COMPLESSIVAMENTE BUONA LA FUNZIONALITA' PER LE MOTIVAZIONI PORTA INDICATE
C	VALUTAZIONE CAMICI IN TNT	20,00	12,83	13,58	19,50			
	TELERIA resistenza alla trazione in area critica – asciutto in N (dato da scheda tecnica) norma EN29073-3	2,00	1,00	1,30	2,00	Sufficiente (valore 33,8)	Discreto (valore 56)	Ottimo (valore 78,5)
	TELERIA resistenza alla penetrazione microbica – bagnato in I _B in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 22610	1,50	0,75	1,20	1,50	Sufficiente (valore 4,8)	Buono (valore 5,5)	Ottimo (valore 6)
	TELERIA perdita di particelle in Log ₁₀ (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 9073-10	1,00	1,00	1,00	0,50	Ottimo (valore 1,6)	Ottimo (valore 1,7)	Sufficiente (valore 2,99)
	TELERIA resistenza alla penetrazione dei liquidi in cm H ₂ O in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN 20811	1,50	0,98	0,98	1,50	Discreto (valore 66,5)	Discreto (valore 66)	Ottimo (valore 125)
	CAMICI					Lotto 2.6.b camice: Camice standar discreto: le cuciture dei camici sono più larghe rispetto all' altra ditta.	Lotto 2.6.d voce c: Camice standar discreto: le cuciture dei camici sono più larghe rispetto all' altra ditta.	Lotto 2.6.d voce c: ottimo l'asciugamano e posto in modo da garantire una maggior presa da parte del chirurgo)
	rifiniture (esame del campione)	4,00	2,60	2,60	4,00	COMPLESSIVAMENTE DISCRETE LE RIFINITURTE DEI CAMICI PER LE MOTIVAZIONI SOPRA RIPORTATE	COMPLESSIVAMENTE DISCRETE LE RIFINITURTE DEI CAMICI PER LE MOTIVAZIONI SOPRA RIPORTATE	COMPLESSIVAMENTE OTTIME LE RIFINITURE DEI CAMICI PER LE MOTIVAZIONI SOPRA RIPORTATE
	FUNZIONALITA' e CONFORT PER L'UTILIZZATORE	10,00	6,50	6,50	10,00	COMPLESSIVAMENTE DISCRETA LA FUNZIONALITA DEI CAMICI PER LE MOTIVAZIONI SOPRA INDICATE	COMPLESSIVAMENTE DISCRETA LA FUNZIONALITA DEI CAMICI PER LE MOTIVAZIONI SOPRA INDICATE	COMPLESSIVAMENTE OTTIMA LA FUNZIONALITA' PER LE MOTIVAZIONI SOPRA RIPORTATE
	VALUTAZIONE PRODOTTI DIVERSI INCLUSI NEL SET	2,00	1,70	1,70	1,70			
	PRODOTTI DIVERSI DA TNT INCLUSI NEI SET					Lotto 2.6.c fissa tubo: buono lotto 2.6.c striscia adesiva: misura cm. 9x49 Lotto 2.6.c salviette assorbenti: misure cm. 19x25 Lotto 2.6.c salviette asciugamani: buono Lotto 2.6.d set gambali: buoni	Lotto 2.6.c voce r: misure cm. 25x46 Lotto 2.6.c fissa tubo: velcro buono ma presenta una sola etichetta lotto 2.6.c striscia adesiva: misure cm. 9x50 Lotto 2.6.c salviette assorbenti: misure cm. 69x37	Lotto 2.6.a set gambali: buoni Lotto 2.6.c voce r: misure cm. 24x46 Lotto 2.6.c fissa tubo: buono lotto 2.6.c striscia adesiva: misure cm. 9x50 Lotto 2.6.c salviette assorbenti: misure cm. 30x40 Lotto 2.6.c salviette asciugamani: buono
	1- Rifiniture	1,00	0,80	0,80	0,80	COMPLESSIVAMENTE BUONE LE RIFINITURE PER LE MOTIVAZIONI SOPRA RIPORTATE	COMPLESSIVAMENTE BUONE LE RIFINITURE PER LE MOTIVAZIONI SOPRA RIPORTATE	COMPLESSIVAMENTE BUONE LE RIFINITURE PER LE MOTIVAZIONI SOPRA RIPORTATE
	2- Funzionalità dei presidi richiesti	0,50	0,40	0,40	0,40	COMPLESSIVAMENTE LA FUNZIONALITA' E BUONA PER LE MOTIVAZIONI SOPRA RIPORTATE	COMPLESSIVAMENTE LA FUNZIONALITA' E BUONA PER LE MOTIVAZIONI SOPRA RIPORTATE	COMPLESSIVAMENTE LA FUNZIONALITA' E BUONA PER LE MOTIVAZIONI SOPRA RIPORTATE
	3 - Misure (gamma e funzionalità assicurata dalle misure)	0,50	0,50	0,50	0,50	Valore non applicabile pertanto si attribuisce il massimo punteggio nel rispetto favor partecipazioni di tutti i concorrenti.		
	TOTALE	45,00	30,58	32,80	40,63			
	VOCE 2.7 a SALA PARTO	PUNTEGGI				MOTIVAZIONI		
A	CARATTERISTICHE DEL CONFEZIONAMENTO	8,00	7,40	7,40	7,40			
	1- tipo di apertura (esame visivo del campione)	3,00	3,00	3,00	3,00	apertura peel away	apertura peel away	apertura peel away
	2- modalità di presentazione (esame visivo del campione)	2,00	2,00	2,00	2,00	La commissione decide di dare il punteggio massimo a tutte le ditte in quanto tale paramerto non è applicabile.	La commissione decide di dare il punteggio massimo a tutte le ditte in quanto tale paramerto non è applicabile.	La commissione decide di dare il punteggio massimo a tutte le ditte in quanto tale paramerto non è applicabile.
	3- identificazione del set (esame visivo del campione)	3,00	2,40	2,40	2,40	buono	buono	buono

B	CARATTERISTICHE DELLA TELERIA INCLUSA NEI SET	15,00	10,20	11,43	12,03			
	TELERIA resistenza alla trazione in area critica – asciutto in N (dato da scheda tecnica) norma EN29073-3	1,50	0,75	0,98	1,50	Sufficiente (valore medio 34,4)	Discreto (valore totale 58,25)	Ottimo (valore medio 86,67)
	TELERIA resistenza alla penetrazione microbica – bagnato in I _g in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 22610	0,50	0,40	0,40	0,50	Buono (valore medio 5,49)	Buono (valore medio 5,38)	Ottimo (valore medio 6)
	TELERIA perdita di particelle in Log ₁₀ (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 9073-10	0,50	0,40	0,50	0,25	Buono (valore medio 2,3)	Ottimo (valore medio 2,05)	Sufficiente (valore medio 2,83)
	TELERIA resistenza alla penetrazione dei liquidi in cm H ₂ O in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN 20811	1,50	1,50	0,75	0,98	Ottimo (valore medio 485,75)	Sufficiente (valore medio 87,5)	Discreto ()valore medio 143,33)
	TUTTI I COMPONENTI IN TNT INCLUSI NEI SET					Lotto 2.7.a voce a: Buone le misure cm. 75X90 manca l'etichetta sulla confezione. Lotto 2.7.a voce g: per la destinazione d'uso buono misure 90x150	Lotto 2.7.a voce a: Buone le misure cm. 75x90 Lotto 2.7.a voce g: misure cm. 102x147	Lotto 2.7.a voce a: Buone le misure cm. 75x90 Lotto 2.7.a voce g: misure cm. 100x150
	TUTTI COMPONENTI – rifiniture (esame del campione)	3,50	2,28	2,80	2,80	COMPLESSIVAMENTE DISCRETE LE RIFINITURE PER LE MOTIVAZIONE SOPRA INDICATE	COMPLESSIVAMENTE BUONE LE RIFINITURE PER LE MOTIVAZIONI SOPRA INDICATE	COMPLESSIVAMENTE BUONE LE RIFINITURE PER LE MOTIVAZIONI SOPRA INDICATE
	FUNZIONALITA'	7,50	4,88	6,00	6,00	COMPLESSIVAMENTE DISCRETA LA FUNZIONALITA' PER LE MOTIVAZIONI SOPRA INDICATE	COMPLESSIVAMENTE BUONA LA FUNZIONALITA' PER LE MOTIVAZIONI PORTA INDICATE	COMPLESSIVAMENTE BUONA LA FUNZIONALITA' PER LE MOTIVAZIONI PORTA INDICATE
C	VALUTAZIONE CAMICI IN TNT	20,00	12,83	13,58	19,50			
	TELERIA resistenza alla trazione in area critica – asciutto in N (dato da scheda tecnica) norma EN29073-3	2,00	1,00	1,30	2,00	Sufficiente (valore 33,8)	Discreto (valore 56)	Ottimo (valore 78,5)
	TELERIA resistenza alla penetrazione microbica – bagnato in I _g in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 22610	1,50	0,75	1,20	1,50	Sufficiente (valore 4,8)	Buono (valore 5,5)	Ottimo (valore 6)
	TELERIA perdita di particelle in Log ₁₀ (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 9073-10	1,00	1,00	1,00	0,50	Ottimo (valore 1,6)	Ottimo (valore 1,7)	Sufficiente (valore 2,99)
	TELERIA resistenza alla penetrazione dei liquidi in cm H ₂ O in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN 20811	1,50	0,98	0,98	1,50	Discreto (valore 66,5)	Discreto (valore 66)	Ottimo (valore 125)
	CAMICI					Lotto 2.7.a voce c: Camice standar discreto: le cuciture dei camici sono più larghe rispetto all'	Lotto 2.7.a voce c: Camice standar discreto: le cuciture dei camici sono più larghe rispetto all' altra ditta.	Lotto 2.7.a voce c: ottimo l'asciugamano e posto in modo da garantire una maggior presa da parte del chirurgo
	rifiniture (esame del campione)	4,00	2,60	2,60	4,00	COMPLESSIVAMENTE DISCRETE LE RIFINITURTE DEI CAMICI PER LE MOTIVAZIONI SOPRA RIPORTATE	COMPLESSIVAMENTE DISCRETE LE RIFINITURTE DEI CAMICI PER LE MOTIVAZIONI SOPRA RIPORTATE	COMPLESSIVAMENTE OTTIME LE RIFINITURE DEI CAMICI PER LE MOTIVAZIONI SOPRA RIPORTATE
	FUNZIONALITA e CONFORT PER L'UTILIZZATORE	10,00	6,50	6,50	10,00	COMPLESSIVAMENTE DISCRETA LA FUNZIONALITA DEI CAMICI PER LE MOTIVAZIONI SOPRA INDICATE	COMPLESSIVAMENTE DISCRETA LA FUNZIONALITA DEI CAMICI PER LE MOTIVAZIONI SOPRA INDICATE	COMPLESSIVAMENTE OTTIMA LA FUNZIONALITA' PER LE MOTIVAZIONI SOPRA RIPORTATE
	VALUTAZIONE PRODOTTI DIVERSI INCLUSI NEL SET	2,00	1,70	1,70	1,70			
	PRODOTTI DIVERSI DA TNT INCLUSI NEI SET					Lotto 2.7.a set gambali: buoni	Lotto 2.7.a set gambali: buoni	Lotto 2.7.a set gambali: buoni
	1- Rifiniture	1,00	0,80	0,80	0,80	COMPLESSIVAMENTE BUONE LE RIFINITURE PER LE MOTIVAZIONI SOPRA INDICATE	COMPLESSIVAMENTE BUONE LE RIFINITURE PER LE MOTIVAZIONI SOPRA INDICATE	COMPLESSIVAMENTE BUONE LE RIFINITURE PER LE MOTIVAZIONI SOPRA INDICATE
	2- Funzionalità dei presidi richiesti	0,50	0,40	0,40	0,40	COMPLESSIVAMENTE BUONA LA FUNZIONALITA' PER LE MOTIVAZIONI PORTA INDICATE	COMPLESSIVAMENTE BUONA LA FUNZIONALITA' PER LE MOTIVAZIONI PORTA INDICATE	COMPLESSIVAMENTE BUONA LA FUNZIONALITA' PER LE MOTIVAZIONI PORTA INDICATE
	3 - Misure (gamma e funzionalità assicurata dalle misure)	0,50	0,50	0,50	0,50	Valore non applicabile pertanto si attribuisce il massimo punteggio nel rispetto favor partecipazioni di tutti i concorrenti.		
	TOTALE	45,00	32,13	34,10	40,63			
	VOCE voce 2.8 a-b-c-d INTERVENTI COPERTI DA SETS PROCEDURALI	PUNTEGGI				MOTIVAZIONI		
A	CARATTERISTICHE DEL CONFEZIONAMENTO	8,00	7,00	7,00	7,00			
	1- tipo di apertura (esame visivo del campione)	3,00	3,00	3,00	3,00	apertura peel away	apertura peel away	apertura peel away
	2- modalità di presentazione (esame visivo del campione)	2,00	1,60	1,60	1,60	Buono	Buono	Buono
	3- identificazione del set (esame visivo del campione)	3,00	2,40	2,40	2,40	Buono	Buono	Buono

B	CARATTERISTICHE DELLA TELERIA INCLUSA NEI SET	25,00	14,55	15,83	19,30			
	TELERIA resistenza alla trazione in area critica – asciutto in N (dato da scheda tecnica) norma EN29073-3	2,50	1,25	2,50	2,00	Sufficiente (valore medio 41,41)	Ottimo (valore medio 78,08)	Buono (valore medio 75,08)
	TELERIA resistenza alla penetrazione microbica – bagnato in I _B in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 22610	1,00	1,00	0,80	1,00	Ottimo(valore medio 6)	Buono (valore medio 5,79)	Ottimo (valore medio 6)
	TELERIA perdita di particelle in Log ₁₀ (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 9073-10	1,00	0,80	1,00	0,65	Buono (valore medio 2,73)	Ottimo (valore medio 2,36)	Discret0 (valore medio 3,08)
	TELERIA resistenza alla penetrazione dei liquidi in cm H ₂ O in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN 20811	2,50	2,50	1,63	1,25	Ottimo (valore medio 382,75)	Discreto (valore medio 151,07)	Sufficiente (valore medio 123,85)
	TUTTI I COMPONENTI IN TNT INCLUSI NEI SET					Lotto 2.8.a telo sotto sacrale: buono Lotto 2.8.a voce a: Buone le misure cm. 75X90 manca l'etichetta sulla confezione. Lotto 2.8.a telo tavolo: buono Lotto 2.8.a lenzuolo per neonato: da bagnato si deforma Lotto 2.8.a compressa: 16 strati Lotto 2.8.a tampone per disinfezione: buono Lotto 2.8.a garza: buona Lotto 2.8.b voce q: buono Lotto 2.8.b sacca mayo: misure cm. 79x145 da bagnato si sfalda Lotto 2.8.b laparotomica: misura cm. 43x65 non lavate Lotto 2.8.b telo cesareo: misure cm. 175x250x305 foro cm. 18x 16 Lotto 2.8.b telo avvolgimento: manca Lotto 2.8.b compressa: 16 strati Lotto 2.8.b telino medio: misure 90x150 da bagnato si sfalda Lotto 2.8.b tampone: buono Lotto 2.8.c telo sotto sacrale: buono Lotto 2.8.c voce a: Buone le misure cm. 75X90 manca l'etichetta sulla confezione. Lotto 2.8.c telo tavolo: misure 100x150 Lotto 2.8.c tampone per disinfezione: buono Lotto 2.8.c compressa: 16 strati Lotto 2.8.d voce q: buono Lotto 2.8.d telo con apertura adesiva: misure telo 75x100 apertura 10 cm. Lotto 2.8.d garza bianca: buona Lotto 2.8.d telo avvolgente: misure 75x100	Lotto 2.8.a telo sotto sacrale: buoni Lotto 2.8.a voce a: Buone le misure cm. 75x90 Lotto 2.8.a telo tavolo: buono Lotto 2.8.a lenzuolo per neonato: da bagnato si deforma Lotto 2.8.a compressa: 16 strati Lotto 2.8.a tampone per disinfezione: buono Lotto 2.8.a garza: buona Lotto 2.8.b voce q: buono Lotto 2.8.b telo cesareo: misura cm. 80x142 Lotto 2.8.b laparotomica: misura cm. 43x65 non lavate Lotto 2.,8.b telo cesareo: misura telo cm. 270x300x196 foro cm.30x36 Lotto 2.8.b telo avvolgimento: cm. 110x100 Lotto 2.8.b compressa: 16 strati Lotto 2.8.b telino medio: misure 102x147 Lotto 2.8.b tampone: buono Lotto 2.8.c telo sotto sacrale: buono Lotto 2.8.c voce a: Buone le misure cm. 75x90 Lotto 2.8.c telo tavolo: misure 120x140 Lotto 2.8.c tampone per disinfezione: buono Lotto 2.8.c compressa: 16 strati Lotto 2.8.d voce q: buono Lotto 2.8.d telo con apertura adesiva: misure 90x 75 aperura 12 x 9 Lotto 2.8.d garza bianca: buona Lotto 2.8.d telo avvolgente: misure 75x100	Lotto 2.8.a telo sotto sacrale: buone Lotto 2.8.a voce a: Buone le misure cm. 75x90 Lotto 2.8.a telo tavolo: buono Lotto 2.8.a lenzuolo per neonato: buono Lotto 2.8.a compressa: 16 stati Lotto 2.8.a tampone per disinfezione: buono Lotto 2.8.a garza: buona Lotto 2.8.b voce q: buono Lotto 2.8.b sacca mayo: misure cm. 80x145 Lotto 2.8.b laparotomica: misure cm. 45x61 lavate Lotto 2.8.b telo cesareo: misure telo 230x200x312 foro 27x33 Lotto 2.8.b telo avvolgimento: cm. 80x100 Lotto 2.8.b carta medicale buono Lotto 2.8.b compressa: 16 strati Lotto 2.8.b telino medio: misure 100x150 Lotto 2.8.b tasca portastrumenti: misure 38x 40 Lotto 2.8.b tampone: buono Lotto 2.8.c telo sotto sacrale: buono Lotto 2.8.c voce a: Buone le misure cm. 75x90 Lotto 2.8.c telo tavolo: misure 120x140 Lotto 2.8.c tampone per disinfezione: buono Lotto 2.8.c compressa: 16 strati Lotto 2.8.d voce q: buono Lotto 2.8.d telo con apertura adesiva: misura telo 75x 90 apertura 11 cm. Lotto 2.8.d garza bianca: buona Lotto 2.8.d telo avvolgente: misure 75x100
	TUTTI COMPONENTI – rifiniture (esame del campione)	6,00	3,00	3,90	4,80	COMPLESSIVAMENTE SUFFICIENTE LE RIFINITURE PER LE MOTIVAZIONI SOPRA INDICATE	COMPLESSIVAMENTE DISCRETE LE RIFINITURE PER LE MOTIVAZIONI SOPRA INDICATE	COMPLESSIVAMENTE BUONE LE RIFINITURE PER LE MOTIVAZIONI SOPRA INDICATE
	FUNZIONALITA'	12,00	6,00	6,00	9,60	COMPLESSIVAMENTE SUFFICIENTE LA FUNZIONALITA' PER LE MOTIVAZIONI SOPRA INDICATE	COMPLESSIVAMENTE SUFFICIENTE LA FUNZIONALITA' PER LE MOTIVAZIONI SOPRA INDICATE INOLTRE MANCANO LE ETICHETTE SUL CONFEZZIONE DEL SET	COMPLESSIVAMENTE BUONA LA FUNZIONALITA' PER LE MOTIVAZIONI PORTA INDICATE
	VALUTAZIONE PRODOTTI DIVERSI INCLUSI NEL SET	12,00	10,20	8,85	10,20			
	PRODOTTI DIVERSI DA TNT INCLUSI NEI SET					Lotto 2.8.d etichetta di tracciabilità: presente Lotto 2.8.d spugna pe disinfezione: buone Lotto 2.8.c gambali: buoni Lotto 2.8.b tasca portastrumenti: mis 40x35 Lotto 2.8.a sacca raccolta ematica: buona	Lotto 2.8.d etichetta di tracciabilità: assente Lotto 2.8.d spugna pe disinfezione: buone Lotto 2.8.c gambali: buoni Lotto 2.8.b tasca portastrumenti: misure 41x33 Lotto 2.8.a sacca raccolta ematica: buona	Lotto 2.8.d etichetta di tracciabilità: presente Lotto 2.8.d spugna pe disinfezione: buone Lotto 2.8.c gambali: buoni Lotto 2.8.a sacca raccolta ematica: buona
	1- Rifiniture	6,00	4,80	3,90	4,80	COMPLESSIVAMENTE BUONE LE RIFINITURE PER LE MOTIVAZIONI SOPRA INDICATE	COMPLESSIVAMENTE DISCRETE LE RIFINITURE PER LE MOTIVAZIONI SOPRA INDICATE	COMPLESSIVAMENTE BUONE LE RIFINITURE PER LE MOTIVAZIONI SOPRA INDICATE
	2- Funzionalità dei presidi richiesti	3,00	2,40	1,95	2,40	COMPLESSIVAMENTE BUONA LA FUNZIONALITA' PER LE MOTIVAZIONI PORTA INDICATE	COMPLESSIVAMENTE DISCRETA LA FUNZIONALITA' PER LE MOTIVAZIONI PORTA INDICATE	COMPLESSIVAMENTE BUONA LA FUNZIONALITA' PER LE MOTIVAZIONI PORTA INDICATE
	3 - Misure (gamma e funzionalità assicurata dalle misure)	3,00	3,00	3,00	3,00	Valore non applicabile pertanto si attribuisce il massimo punteggio nel rispetto favor partecipazioni di tutti i concorrenti.		
	TOTALE	45,00	31,75	31,68	36,50			
	VOCE 2.9 a U.O. RIANIMAZIONE	PUNTEGGI				MOTIVAZIONI		
A	CARATTERISTICHE DEL CONFEZIONAMENTO	8,00	8,00	8,00	8,00			
	1- tipo di apertura (esame visivo del campione)	3,00	3,00	3,00	3,00	apertura peel away	apertura peel away	apertura peel away

	2- modalità di presentazione (esame visivo del campione)	2,00	2,00	2,00	2,00	La commissione decide di dare il punteggio massimo a tutte le ditte in quanto tale paramerto non è applicabile.	La commissione decide di dare il punteggio massimo a tutte le ditte in quanto tale paramerto non è applicabile.	La commissione decide di dare il punteggio massimo a tutte le ditte in quanto tale paramerto non è applicabile.
	3- identificazione del set (esame visivo del campione)	3,00	3,00	3,00	3,00	buono	buono	buono
B	CARATTERISTICHE DELLA TELERIA INCLUSA NEI SET	15,00	11,03	12,80	11,88			
	TELERIA resistenza alla trazione in area critica – asciutto in N (dato da scheda tecnica) norma EN29073-3	1,50	0,75	1,50	1,50	Sufficiente (valore medio 32,81)	Ottimo (valore medio 63)	Ottimo (valore medio 63)
	TELERIA resistenza alla penetrazione microbica – bagnato in I _B in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 22610	0,50	0,25	0,50	0,50	Sufficiente (valore medio 3,6)	Ottimo (valore medio 6)	Ottimo (valore medio 6)
	TELERIA perdita di particelle in Log ₁₀ (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 9073-10	0,50	0,25	0,50	0,33	Sufficiente (valore medio 3,58)	Ottimo (valore medio 1,9)	discreto (valore medio 3)
	TELERIA resistenza alla penetrazione dei liquidi in cm H ₂ O in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN 20811	1,50	0,98	1,50	0,75	Discreto (valore medio 113,84)	Ottimo (valore medio 200)	Sufficiente (valore medio 102,5)
	TUTTI I COMPONENTI IN TNT INCLUSI NEI SET					Lotto 2.9a voce q: buono Lotto 2.9.a voce k: misure 75x100 Lotto 2.9.a garza: buone Lotto 2.9.a telo utility: misure 60x 75 Lotto 2.9.a garza: buone Lotto 2.9.a telo utility: misure 60x 75 Lotto 2.9.a telo c/apertura: foro da cm. 12	Lotto 2.9a voce q: buono Lotto 2.9.a voce k: misure 75x100 Lotto 2.9.a garza: buone Lotto 2.9.a telo utility: misure 75x 75 con adesivo Lotto 2.9.a garza: buone Lotto 2.9.a telo utility: misure 75x 75 con adesivo Lotto 2.9.a telo c/apertura: foro da cm. 12x8,5	Lotto 2.9a voce q: buono Lotto 2.9.a voce k: misure 75x100 Lotto 2.9.a garza: buone Lotto 2.9.a telo utility: misure 75x90 Lotto 2.9.a garza: buone Lotto 2.9.a telo utility: misure 75x90 Lotto 2.9.a telo c/apertura: foro da cm. 12
	TUTTI COMPONENTI – rifiniture (esame del campione)	3,50	2,80	2,80	2,80	COMPLESSIVAMENTE BUONE LE RIFINITURE PER LE MOTIVAZIONI SOPRA INDICATE	COMPLESSIVAMENTE BUONE LE RIFINITURE PER LE MOTIVAZIONI SOPRA INDICATE	COMPLESSIVAMENTE BUONE LE RIFINITURE PER LE MOTIVAZIONI SOPRA INDICATE
	FUNZIONALITA'	7,50	6,00	6,00	6,00	COMPLESSIVAMENTE BUONA LA FUNZIONALITA' PER LE MOTIVAZIONI PORTA INDICATE	COMPLESSIVAMENTE BUONA LA FUNZIONALITA' PER LE MOTIVAZIONI PORTA INDICATE	COMPLESSIVAMENTE BUONA LA FUNZIONALITA' PER LE MOTIVAZIONI PORTA INDICATE
C	VALUTAZIONE CAMICI IN TNT	20,00	20,00	20,00	20,00			
	TELERIA resistenza alla trazione in area critica – asciutto in N (dato da scheda tecnica) norma EN29073-3	2,00	2,00	2,00	2,00	La commissione decide di dare il punteggio massimo a tutte le ditte in quanto tale paramerto non è applicabile.	La commissione decide di dare il punteggio massimo a tutte le ditte in quanto tale paramerto non è applicabile.	La commissione decide di dare il punteggio massimo a tutte le ditte in quanto tale paramerto non è applicabile.
	TELERIA resistenza alla penetrazione microbica – bagnato in I _B in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 22610	1,50	1,50	1,50	1,50	La commissione decide di dare il punteggio massimo a tutte le ditte in quanto tale paramerto non è applicabile.	La commissione decide di dare il punteggio massimo a tutte le ditte in quanto tale paramerto non è applicabile.	La commissione decide di dare il punteggio massimo a tutte le ditte in quanto tale paramerto non è applicabile.
	TELERIA perdita di particelle in Log ₁₀ (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 9073-10	1,00	1,00	1,00	1,00	La commissione decide di dare il punteggio massimo a tutte le ditte in quanto tale paramerto non è applicabile.	La commissione decide di dare il punteggio massimo a tutte le ditte in quanto tale paramerto non è applicabile.	La commissione decide di dare il punteggio massimo a tutte le ditte in quanto tale paramerto non è applicabile.
	TELERIA resistenza alla penetrazione dei liquidi in cm H ₂ O in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN 20811	1,50	1,50	1,50	1,50	La commissione decide di dare il punteggio massimo a tutte le ditte in quanto tale paramerto non è applicabile.	La commissione decide di dare il punteggio massimo a tutte le ditte in quanto tale paramerto non è applicabile.	La commissione decide di dare il punteggio massimo a tutte le ditte in quanto tale paramerto non è applicabile.
	rifiniture (esame del campione)	4,00	4,00	4,00	4,00	La commissione decide di dare il punteggio massimo a tutte le ditte in quanto tale paramerto non è applicabile.	La commissione decide di dare il punteggio massimo a tutte le ditte in quanto tale paramerto non è applicabile.	La commissione decide di dare il punteggio massimo a tutte le ditte in quanto tale paramerto non è applicabile.
	FUNZIONALITA' e CONFORT PER L'UTILIZZATORE	10,00	10,00	10,00	10,00	La commissione decide di dare il punteggio massimo a tutte le ditte in quanto tale paramerto non è applicabile.	La commissione decide di dare il punteggio massimo a tutte le ditte in quanto tale paramerto non è applicabile.	La commissione decide di dare il punteggio massimo a tutte le ditte in quanto tale paramerto non è applicabile.
	VALUTAZIONE PRODOTTI DIVERSI INCLUSI NEL SET	2,00	1,70	1,70	1,70			
	PRODOTTI DIVERSI DA TNT INCLUSI NEI SET					Lotto 2.9.a spugna per disinfettare: buone	Lotto 2.9.a spugna per disinfettare: buone	Lotto 2.9.a spugna per disinfettare: buone
	1- Rifiniture	1,00	0,80	0,80	0,80	COMPLESSIVAMENTE BUONE LE RIFINITURE PER LE MOTIVAZIONI SOPRA INDICATE	COMPLESSIVAMENTE BUONE LE RIFINITURE PER LE MOTIVAZIONI SOPRA INDICATE	COMPLESSIVAMENTE BUONE LE RIFINITURE PER LE MOTIVAZIONI SOPRA INDICATE
	2- Funzionalità dei presidi richiesti	0,50	0,40	0,40	0,40	COMPLESSIVAMENTE BUONA LA FUNZIONALITA' PER LE MOTIVAZIONI PORTA INDICATE	COMPLESSIVAMENTE BUONA LA FUNZIONALITA' PER LE MOTIVAZIONI PORTA INDICATE	COMPLESSIVAMENTE BUONA LA FUNZIONALITA' PER LE MOTIVAZIONI PORTA INDICATE
	3 - Misure (gamma e funzionalità assicurata dalle misure)	0,50	0,50	0,50	0,50	Valore non applicabile pertanto si attribuisce il massimo punteggio nel rispetto favor partecipazioni di tutti i concorrenti.		
	TOTALE	45,00	40,73	42,50	41,58			
	VOCE 2.10 a-b-c-d-e ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA	PUNTEGGI				MOTIVAZIONI		
A	CARATTERISTICHE DEL CONFEZIONAMENTO	8,00	7,40	7,40	7,40			
	1- tipo di apertura (esame visivo del campione)	3,00	3,00	3,00	3,00	apertura peel away	apertura peel away	apertura peel away
	2- modalità di presentazione (esame visivo del campione)	2,00	2,00	2,00	2,00	La commissione decide di dare il punteggio massimo a tutte le ditte in quanto tale paramerto non è applicabile.	La commissione decide di dare il punteggio massimo a tutte le ditte in quanto tale paramerto non è applicabile.	La commissione decide di dare il punteggio massimo a tutte le ditte in quanto tale paramerto non è applicabile.

	3- identificazione del set (esame visivo del campione)	3,00	2,40	2,40	2,40	buono	buono	buono
B	CARATTERISTICHE DELLA TELERIA INCLUSA NEI SET	15,00	9,00	9,70	12,10			
	TELERIA resistenza alla trazione in area critica – asciutto in N (dato da scheda tecnica) norma EN29073-3	1,50	1,20	0,98	1,50	Buono (valore medio 77,63)	Discreto (valore media 74,04)	Ottimo (valore medio 81,98)
	TELERIA resistenza alla penetrazione microbica – bagnato in I _B in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 22610	0,50	0,40	0,33	0,50	Buono (valore medio 5,79)	Discreto (valore medio 5,69)	Ottimo (valore medio 6)
	TELERIA perdita di particelle in Log ₁₀ (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 9073-10	0,50	0,40	0,50	0,33	Buono (valore medio 2,13)	Ottimo (valore medio 2,08)	Discreto (valore medio 2,97)
	TELERIA resistenza alla penetrazione dei liquidi in cm H ₂ O in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN 20811	1,50	1,50	0,75	0,98	Ottimo (valore medio 536,625)	Sufficiente (valore medio 138,18)	Discreto (valore medio 171,36)
	TUTTI I COMPONENTI IN TNT INCLUSI NEI SET					<p>Lotto 2.10.a voce j: la piegatura può compromette la sterilità nel posizionamento del telo inoltre la rigidità ostacola la corretta l'apertura del telo</p> <p>Lotto 2.10.a mono telo arti: misure telo 200x300x320 foro elastico da cm. 7</p> <p>Lotto 2.10.a voce t: misure cm. 79x145 da bagnato si sfalda.</p> <p>Lotto 2.10.a voce a: Buone le misure cm. 75X90 manca l'etichetta sulla confezione.</p> <p>Lotto 2.10.b monotelo a T: misure 150x370x280 foro elastico cm. 3</p> <p>Lotto 2.10.b stockinet: misure 18x86</p> <p>Lotto 2.10.b voce j: la piegatura può compromette la sterilità nel posizionamento del telo inoltre la rigidità ostacola la corretta l'apertura del telo</p> <p>Lotto 2.10.b voce t: misure cm. 79x145 da bagnato si sfalda.</p> <p>Lotto 2.10.b voce a: Buone le misure cm. 75X90 manca l'etichetta sulla confezione</p> <p>Lotto 2.10.b voce a: Buone le misure cm. 75X90 manca l'etichetta sulla confezione.</p> <p>Lotto 2.10.b voce g: misure 90x150 da bagnato si sfalda</p> <p>Lotto 2.10.c voce j: la piegatura può compromette la sterilità nel posizionamento del telo inoltre la rigidità ostacola la corretta l'apertura del telo</p> <p>Lotto 2.10.c voce o: presentano solo una striscia adesiva</p> <p>Lotto 2.10.c voce t: misure cm. 79x145 da bagnato si sfalda.</p> <p>Lotto 2.10.c voce g: misure 90x150 da bagnato si sfalda</p> <p>Lotto 2.10.c voce u: telo che da bagnato si sfalda</p> <p>Lotto 2.10.c voce a: Buone le misure cm. 75X90 manca l'etichetta sulla confezione.</p> <p>Lotto 2.10.d stockinet: misure 32x 120</p> <p>Lotto 2.10.d telo tavolo madre: nonostante la rigidità ma il peso dei prodotti all' interno consente una buona apertura</p> <p>Lotto 2.10.d voce t: misure cm. 79x145 da bagnato si sfalda</p> <p>Lotto 2.10.d voce a: Buone le misure cm. 75X90 manca l'etichetta sulla confezione.</p> <p>Lotto 2.10.d voce u: telo che da bagnato si sfalda</p> <p>Lotto 2.10.d telo 150x 190: buono</p> <p>Lotto 2.10.d voce f: misure 260x200 taglio 7x102</p> <p>Lotto 2.10.d telo: misure 240x175</p> <p>Lotto 2.10.e voce a: Buone le misure cm. 75X90 manca l'etichetta sulla confezione.</p> <p>Lotto 2.10.e camice standar: buono</p> <p>lotto 2.10.e voce g: misure 90x150 da bagnato si sfalda</p> <p>lotto 2.10 e voce b: manca il foro nei teli</p> <p>Lotto 2.10.e voce b: buono</p>	<p>Lotto 2.10.a voce j: la piegatura può compromette la sterilità nel posizionamento del telo inoltre la rigidità ostacola la corretta l'apertura del telo</p> <p>Lotto 2.10.a monotelo arti: misure 307x325x221 foro elastica da 6 cm.</p> <p>Lotto 2.10.a voce t: misure cm. 80x142.</p> <p>Lotto 2.10.a voce a: Buone le misure cm. 75x90</p> <p>Lotto 2.10.b monotelo a T: misure 373x196x163 foro da 3 cm.</p> <p>Lotto 2.10.b stockinet: misure 15x76</p> <p>Lotto 2.10.b voce j: la piegatura può compromette la sterilità nel posizionamento del telo inoltre la rigidità ostacola la corretta l'apertura del telo</p> <p>Lotto 2.10.b voce t: misure cm. 80x142.</p> <p>Lotto 2.10.b voce a: Buone le misure cm. 75x90</p> <p>Lotto 2.10.b voce a: Buone le misure cm. 75x90</p> <p>Lotto 2.10.b voce g: misure 102x147</p> <p>Lotto 2.10.c voce j: la piegatura può compromette la sterilità nel posizionamento del telo inoltre la rigidità ostacola la corretta l'apertura del telo</p> <p>Lotto 2.10.c voce o: mancano le strisce adesive</p> <p>Lotto 2.10.c voce t: misure cm. 80x142.</p> <p>Lotto 2.10.c voce g: misure 102x147</p> <p>Lotto 2.10.c voce u: buono</p> <p>Lotto 2.10.c voce a: Buone le misure cm. 75x90</p> <p>Lotto 2.10.c voce c: discreto le cuciture sono più larghe rispetto quelli presentati dalle altre ditte</p> <p>Lotto 2.10.d stockinet: misure 30x122</p> <p>Lotto 2.10.d telo tavolo madre: buono misure 140x190 (la piegatura consenta l'apertura in maniera corretta)</p> <p>Lotto 2.10.d voce t: misure 80x142</p> <p>Lotto 2.10.d voce a: Buone le misure cm. 75x90</p> <p>Lotto 2.10.d voce u: buono</p> <p>Lotto 2.10.d telo 150x 190: buono</p> <p>Lotto 2.10.d voce f: misure 220x300 taglio 8x 105</p> <p>Lotto 2.10.d salvietta assorbente: buono</p> <p>Lotto 2.10.d telo: misure 290x229</p> <p>Lotto 2.10.e voce a: Buone le misure cm. 75x90</p> <p>lotto 2.10.e voce g: misure 102x147</p> <p>lotto 2.10 e voce b: buono</p> <p>Lotto 2.10.e voce b: buono</p>	<p>Lotto 2.10.a voce j: la piegatura può compromette la sterilità nel posizionamento del telo</p> <p>Lotto 2.10.a monotelo arti: misure 300x200 foro elastico da cm 7</p> <p>Lotto 2.10.a voce t: misure cm. 80x145.</p> <p>Lotto 2.10.a voce a: Buone le misure cm. 75x90</p> <p>Lotto 2.10.b monotelo a T: misure 370x175x285 foro elastico da cm. 3</p> <p>Lotto 2.10.b stockinet: misure 24x80</p> <p>Lotto 2.10.b voce j: la piegatura può compromette la sterilità nel posizionamento del telo</p> <p>Lotto 2.10.b voce t: misure cm. 80x145.</p> <p>Lotto 2.10.b voce a: Buone le misure cm. 75x90</p> <p>Lotto 2.10.b voce a: Buone le misure cm. 75x90</p> <p>Lotto 2.10.b voce g: misure 100x150</p> <p>Lotto 2.10.c voce j: la piegatura può compromette la sterilità nel posizionamento del telo</p> <p>Lotto 2.10.c voce o: presentano tutte le voci e quantità richieste</p> <p>Lotto 2.10.c voce t: misure cm. 80x145.</p> <p>Lotto 2.10.c voce g: misure 100x150</p> <p>Lotto 2.10.c voce u: buono</p> <p>Lotto 2.10.c voce a: Buone le misure cm. 75x90</p> <p>Lotto 2.10.c voce s: misure 9x50</p> <p>Lotto 2.10.d stockinet: misure 21x120</p> <p>Lotto 2.10.d telo tavolo madre: buono misure 150 x 190</p> <p>Lotto 2.10.d voce t: misure 80x145</p> <p>Lotto 2.10.d voce a: Buone le misure cm. 75x90</p> <p>Lotto 2.10.d voce u: buono</p> <p>Lotto 2.10.d telo 150x 190: buono</p> <p>Lotto 2.10.d voce f: misure 260x225 taglio 10 x 100</p> <p>Lotto 2.10.d salvietta assorbente: buono</p> <p>Lotto 2.10.d telo: misure 240 x150</p> <p>Lotto 2.10.e voce a: Buone le misure cm. 75x90</p> <p>lotto 2.10.e voce g: misure 100x150</p> <p>lotto 2.10 e voce b: buono</p> <p>Lotto 2.10.e voce b: buono</p>
	TUTTI COMPONENTI – rifiniture (esame del campione)	3,50	1,75	2,28	2,80	COMPLESSIVAMENTE SUFFICIENTE LE RIFINITURE PER LE MOTIVAZIONE SOPRA INDICATE	COMPLESSIVAMENTE DISCRETE LE RIFINITURE PER LE MOTIVAZIONE SOPRA INDICATE	COMPLESSIVAMENTE BUONE LE RIFINITURE PER LE MOTIVAZIONI SOPRA INDICATE
	FUNZIONALITA'	7,50	3,75	4,88	6,00	COMPLESSIVAMENTESUFFICIENTE LA FUNZIONALITA' PER LE MOTIVAZIONI SOPRA INDICATE	COMPLESSIVAMENTE DISCRETA LA FUNZIONALITA' PER LE MOTIVAZIONI SOPRA INDICATE	COMPLESSIVAMENTE BUONA LA FUNZIONALITA' PER LE MOTIVAZIONI PORTA INDICATE
C	VALUTAZIONE CAMICI IN TNT	20,00	13,80	13,35	19,20			
	TELERIA resistenza alla trazione in area critica – asciutto in N (dato da scheda tecnica) norma EN29073-3	2,00	1,00	1,30	2,00	Camice standar (valore 33,8) Camice protetto (valore 31,3) Media 32,55 Sufficiente	Camice standar (valore 56) Camice protetto (valore 56) Media 56 Discreto	Camice standar (valore 78,5) Camice protetto (valore 103) Media 90,75 Ottimo
	TELERIA resistenza alla penetrazione microbica – bagnato in I _B in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 22610	1,50	1,20	1,20	1,50	Camice standar (valore 4,8) Camice protetto (valore 6) Media 5,4 Buoni	Camice standar (valore 5,5) Camice protetto (valore 5,5) Media 5,5 Buono	Camice standar (valore 6) Camice protetto (valore 6) Media 6 Ottimo
	TELERIA perdita di particelle in Log ₁₀ (dato da scheda tecnica) norma EN ISO 9073-10	1,00	1,00	1,00	0,50	Camice standar (valore medio 1,6) Camice protetto (valore 1,6) Media 1,6 Ottimo	Camice standar (valore 1,7) Camice protetto (valore 1,7) Media 1,7 Ottimo	Camice standar (valore 2,99) Camice protetto (valore 2,5) Media 2,74 Sufficiente
	TELERIA resistenza alla penetrazione dei liquidi in cm H ₂ O in area critica (dato da scheda tecnica) norma EN 20811	1,50	1,50	0,75	1,20	Camice standar (valore 66,5) Camice protetto (valore 300) Media 183,25 Ottimo	Camice standar (valore 66) Camice protetto (valore 66) Media 66 Sufficiente	Camice standar (valore 125) Camice protetto (valore 180) Media 152,5 Buono

	CAMICI					Lotto 2.10.e camice standar: discreto le cuciture sono più larghe rispetto a quello presentato dal altra ditta Lotto 2.10.d camice protetto: discreto le cuciture sono più larghe rispetto a quello presentato dal altra ditta	Lotto 2.10.e camice standar: discreto le cuciture sono più larghe rispetto a quello presentato dal altra ditta Lotto 2.10.d camice protetto: discreto le cuciture sono più larghe rispetto a quello presentato dal altra ditta	Lotto 2.10.e voce c: ottimo l'asciugamano e posto in modo da garantire una maggior presa da parte del chirurgo Lotto 2.10.e camice standar: ottimo l'asciugamano e posto in modo da garantire una maggior presa da parte del chirurgo
	rifiniture (esame del campione)	4,00	2,60	2,60	4,00	COMPLESSIVAMENTE DISCRETE LE RIFINITURTE DEI CAMICI PER LE MOTIVAZIONI SOPRA RIPORTATE	COMPLESSIVAMENTE DISCRETE LE RIFINITURTE DEI CAMICI PER LE MOTIVAZIONI SOPRA RIPORTATE	COMPLESSIVAMENTE OTTIME LE RIFINITURE DEI CAMICI PER LE MOTIVAZIONI SOPRA RIPORTATE
	FUNZIONALITA e CONFORT PER L'UTILIZZATORE	10,00	6,50	6,50	10,00	COMPLESSIVAMENTE DISCRETA LA FUNZIONALITA DEI CAMICI PER LE MOTIVAZIONI SOPRA INDICATE	COMPLESSIVAMENTE DISCRETA LA FUNZIONALITA DEI CAMICI PER LE MOTIVAZIONI SOPRA INDICATE	COMPLESSIVAMENTE OTTIMA LA FUNZIONALITA' PER LE MOTIVAZIONI SOPRA RIPORTATE
	VALUTAZIONE PRODOTTI DIVERSI INCLUSI NEL SET	2,00	1,48	1,70	2,00			
	PRODOTTI DIVERSI DA TNT INCLUSI NEI SET					Lotto 2.10.d sacca portastrumenti: misura cm. 40x35 manca l'etichetta sulla confezione Lotto 2.10.d salvietta assorbente: buone Lotto 2.10.c velcro: buono Lotto 2.10.b voce s: misura cm. 9x49 manca l'etichetta sulla confezione Lotto 2.10.c voce r: misura cm. 40x35 manca l'etichetta sulla confezione	Lotto 2.10.d sacca portastrumenti: misure 41x33 Lotto 2.10.d voce s: misure 9x50 Lotto 2.10.c voce r: misure 41x33 Lotto 2.10.c velcro: buono ma presenta una sola etichetta	Lotto 2.10.d voce s: misure 9x50 Lotto 2.10.c voce r: misure 40x38 Lotto 2.10.c velcro: buono Lotto 2.10.d sacca portastrumenti: misure 40x38
	1- Rifiniture	1,00	0,65	0,80	1,00	COMPLESSIVAMENTE DISCRETE LE RIFINITURTE DEI CAMICI PER LE MOTIVAZIONI SOPRA RIPORTATE	COMPLESSIVAMENTE BUONE LE RIFINITURE PER LE MOTIVAZIONI SOPRA INDICATE	COMPLESSIVAMENTE OTTIME LE RIFINITURE DEI CAMICI PER LE MOTIVAZIONI SOPRA RIPORTATE
	2- Funzionalità dei presidi richiesti	0,50	0,33	0,40	0,50	COMPLESSIVAMENTE DISCRETA LA FUNZIONALITA DEI CAMICI PER LE MOTIVAZIONI SOPRA INDICATE	COMPLESSIVAMENTE BUONA LA FUNZIONALITA' PER LE MOTIVAZIONI PORTA INDICATE	COMPLESSIVAMENTE OTTIMA LA FUNZIONALITA' PER LE MOTIVAZIONI SOPRA RIPORTATE
	3 - Misure (gamma e funzionalità assicurata dalle misure)	0,50	0,50	0,50	0,50	Valore non applicabile pertanto si attribuisce il massimo punteggio nel rispetto favor partecipazioni di tutti i concorrenti.		
	TOTALE	45,00	31,68	32,15	40,70			

Punteggio progetto lotto 2

E	PROGETTO DI GESTIONE	PUNTEGGIO TOTALE	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta LOHMANN & RAUSCHER
	1 Soluzione proposta		Punteggio Ditte			Motivazione punteggio		
	il punteggio sarà attribuito sulla base della rilevanza della proposta di gestione della fornitura sotto il profilo dell'innovazione, della completezza, della semplificazione delle diverse fasi del processo di approvvigionamento, classificando le proposte secondo la tabella	20	16	16	16	Buono soluzione proposta soddisfacente	Buono soluzione proposta soddisfacente	Buono soluzione proposta soddisfacente
	2 Soluzione proposta per il software di gestione							
	Verrà valutato il software offerto per il monitoraggio dei movimenti di magazzino (carichi/scarichi, giacenze e consegne effettuate) classificando le proposte secondo la tabella	40	32	32	32	Buono consente un estrazione dei dati piuttosto articolata	Buono nel complesso anche se non presenta una ottimale facilità di gestione dei dati e delle informazioni	Buono nel complesso anche se non presenta una ottimale facilità di gestione dei dati e delle informazioni
	3 Frequenza di ripristino delle scorte							
	il punteggio sarà attribuito in base alla maggior frequenza proposta prevedendo:	20	20	20	20	prevedono il ripristino delle scorte ogni settimana	prevedono il ripristino delle scorte ogni settimana	prevedono il ripristino delle scorte ogni settimana
	punti 20 per una frequenza settimanale							
	punti 10 per frequenza ogni 10 /15 giorni							
	punti 0 per frequenza maggiore di 15 giorni.							
	4 Assistenza tecnica in loco previste nel periodo contrattuale							
	Il punteggio sarà attribuito in base al maggior numero di ore di assistenza tecnica previste nel corso della fornitura e le ore previste per la formazione del personale delle AAS classificando le proposte secondo la tabella	20	20	16	16	Ottimo 2 settimane di formazione tempo stimato , assistenza periodica programmata e su richiesta entro 24 ore. 720 ore totali per avviamento sale operatorie. Programma formativo rivolto a tutte le funzioni coinvolte nel processo di approvvigionamento (sanitario e amministrativo).	Buono assistenza a supporto tecnico 3 settimana tempo stimato, 720 ore totali per avviare la fornitura, assistenza periodica programmata e su richiesta entro 48 ore.	Buono assistenza a supporto fino a 60 giorni fase iniziale del servizio assistenza periodica programmata su richiesta entro 72 ore dalla chiamata.
	TOTALE PROGETTO DI GESTIONE	100	88	84	84			
	PUNTEGGIO MAX PARAMETRO D	5,00 punti	5	4,77	4,77			

Lotto/voce	DESCRIZIONE	PESI	Peso / 100	Ditta MOLNLYCKE CARE	Ditta MOLNLYCKE CARE TOTALI	Ditta SERVIZI ITALIA	Ditta SERVIZI ITALIA TOTALI	Ditta LOHMANN & RAUSCHER	Ditta LOHMANN & RAUSCHER TOTALI
				PUNTEGGIO	PUNTEGGIO TOTALE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO TOTALE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO TOTALE
2.1a-b-c-d	INTERVENTO CHIRURGIA GENERALE PEDIATRICA	11,81	0,12	29,95	3,54	32,90	3,89	40,40	4,77
2.2 a-b-c-d-e	INTERVENTO ODONTOSTOMATOLOGIA C.MAXILLO-FACC.	2,39	0,02	29,95	0,72	32,90	0,79	40,40	0,97
2.3 a-b-c-d-e-f-g-h	INTERVENTO OTORINOLARINGOIATRIA	4,91	0,05	30,13	1,48	32,58	1,60	40,63	1,99
2.4 a-b-c- 2.5a	INTERVENTO OCULISTICA	2,81	0,03	30,48	0,86	32,23	0,91	40,63	1,14
2.6 a-b-c-d	INTERVENTO CLINICA E DIVISIONE OSTETRICA E GINECOLOGICA	12,18	0,12	30,58	3,72	32,80	4,00	40,63	4,95
2.7 a	INTERVENTO SALA PARTO	2,30	0,02	32,13	0,74	34,10	0,78	40,63	0,93
2.8 a-b-c-d	INTERVENTI COPERTI DA SETS PROCEDURALI	37,75	0,38	31,75	11,99	31,68	11,96	36,50	13,78
2.9 a	KIT SPINALE, KIT LAVAGGIO, KIT MEDICAZIONE BASE, KIT CVC	11,68	0,12	40,73	4,76	42,50	4,96	41,58	4,86
2.10 a-b-c-d-e	INTERVENTO SALA OPERATORIA ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA	14,17	0,14	31,68	4,49	32,15	4,56	40,70	5,77
	PROGETTO	100,00	1,00	5,00	5,00	4,77	4,77	4,77	4,77
	TOTALE				37,28		38,21		43,93
	TOTALE RIPARAMETRATO				42,44		43,49		50,00

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ELENA PITTON
CODICE FISCALE: PTTLNE67A71L424C
DATA FIRMA: 08/08/2018 15:44:13
IMPRONTA: 677B643FFBCF753351AD00F7F10D40C386782423B412E9687FD3A99326FBBDF2
86782423B412E9687FD3A99326FBBDF2C8DAEF168D3382BDA70EC9C78B807D9A
C8DAEF168D3382BDA70EC9C78B807D9A9D109852DEE2BD42C4FDD5F23F07E14D
9D109852DEE2BD42C4FDD5F23F07E14D1602D61EFA4E6CEC7476FD80535F4F0D